

4.15.3 Проверка заземления осуществляются осмотром и измерением электрического сопротивления между корпусом и клемой заземления. Для проведения испытаний цепи защиты при токах короткого замыкания следует к входным зажимам одной фазы и защитного проводника подключить однофазный испытательный источник питания, а выходной фазовый зажим и зажим выходного защитного проводника блока вывода закоротить. При испытании металлоконструкция кресла должна быть изолирована от земли.

4.16 Устойчивость обивки кресел донора к истиранию и пятнообразованию проверяется при необходимости, по ГОСТ 28936.

4.17 Контроль показателей долговечности осуществляют набором статистических данных. Контроль ремонтпригодности осуществляют, при необходимости, методом условной имитации неисправности, выявления дефектов и проведения ремонта путем замены «неисправных» деталей и узлов.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование кресел донора осуществляется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Размещение и крепление упакованных транспортируемых изделий должно осуществляться в положении, исключающем их повреждения друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.2 Готовую продукцию хранят в крытых помещениях, соответствующих климатическим факторам условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

Условия хранения должны исключать воздействие на продукцию влаги и агрессивных сред.

6 Указания по эксплуатации

6.1 Кресла донора должны эксплуатироваться в соответствии с условиями, определенными для их целевого назначения.

6.2 При эксплуатации кресла донора необходимо предохранять от механических повреждений.

6.3 Условия и правила эксплуатации кресел донора должны соответствовать указаниям, установленным в эксплуатационной документации.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие кресел донора требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

7.2 Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 мес.

7.3 В период гарантийного срока изготовитель осуществляет гарантийный ремонт изделия или вышедшего из строя устройства.

Приложение А

Перечень ссылочной документации

Обозначение нормативного документа	Наименование
1	2
ГОСТ 9.032-74	ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
ГОСТ 9.301-86	ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
ГОСТ 9.302-86	ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
ГОСТ 12.1.003-83	ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.004-91	ССБТ. Пожарная безопасность. Методы контроля
ГОСТ 12.1.005-88	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007-76	ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.002-75	ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.011-89	ССБТ. Средства защитные. Общие требования и классификация
ГОСТ 12.4.021-75	ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 12.4.040-78	ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения
ГОСТ Р 15.013-94	Система разработки и постановки продукции на производство. Медицинские изделия
ГОСТ 61-75	Кислота уксусная. Технические условия
ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные. Технические условия
ГОСТ 4381-87	Микрометры рычажные. Общие технические условия
ГОСТ 2156-76	Натрий двууглекислый. Технические условия
ГОСТ 5264-80	Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные соединения и размеры
ГОСТ 5632-72	Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки
ГОСТ 7502-98	Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 8713-79	Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные соединения и размеры
ГОСТ 8832-76	Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытаний

Продолжение приложения 2

Обозначение нормативного документа	Наименование
1	2
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 14193-78	Монохромалин ХБ технический. Технические условия
ГОСТ 15150-69	Машины приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условия эксплуатации хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16371-93	Мебель. Общие технические условия
ГОСТ 19917-93	Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия
ГОСТ 20400-80	Продукция мебельного производства. Термины и определения
ГОСТ 24297-87	Входной контроль продукции. Основные положения
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические, порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 28936-91	Кожа искусственная. Метод определения устойчивости к истиранию
ГОСТ 29329-92	Весы для статического взвешивания. Общие технические требования
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия
ГОСТ Р 51320-99	Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи промышленные. Методы испытаний технических средств-источников промышленных радиопомех
СанПиН 2.1.3.1375-03	Гигиенические требования к размещению, устройству оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и помещений с особым режимом стерильности

[illegible]

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

TY 9452-003-14692415-2008

Город Бор Нижегородской области Российской Федерации

2804 04 СЕН 2013 года

Я, Клибус Елена Викторовна, нотариус города областного значения Бор Нижегородской области, свидетельствую верность этой копии с подлинным документа:

в подлинном подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений. Никаких особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 2-1К-1440

2804 [Signature]



Генеральный директор
ООО "Текстиль" и директор
ООО "Текстиль" (директор)
[Signature]



Прошнурсвано, пронумеровано
и скреплено печатью

2804 [Signature]
Нотариус