






[illegible]

БАЛЛОН-РАСШИРИТЕЛЬ

Баллон-расширитель для ахалазии, одноразовый, диаметр баллона 35,0 мм, диаметр тefлонового катетера 4,7 мм, длина катетера 200

no TY 9434-006-89134710-2015

APT 94341034

ЛОТ 20150610/034

2015.02 - 2018.02



ООО «Эндо-Старт»
Булвард Мичурин 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
t: (800) 555-56-57
tel/fax: +7 (81) 2-600-29-38
e-mail: info@endo-start.ru
www.endo-start.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

БАЛЛОН-РАСШИРИТЕЛЬ

Баллон-расширитель для дилатации одноразовый.
диаметр баллона 12,0 мм, диаметр тefлонового
катетера 1,9 мм, длина катетера 200

no TV 9434-006-89134710-2015

APT 94341015

NOT 20150610/015

2015.02 - 2018.02



ООО «Эндо Старс»
Большая Морская 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
т: (800) 555-56-57
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

БАЛЛОН-РАСШИРИТЕЛЬ

Баллон-расширитель для дилатации, одноразовый,
диаметр баллона 8,0 мм, диаметр тefлонового
2,3 мм, длина катетера 200 см

DO TV 9434-006-89134710-2015

ART 94341020


DOT 20150610/020

2015.02 - 2015.03



...зовать инструмент при наличии показаний
... необходимо ознакомиться

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению!





ПРОВОДНИК

Проводник, стальная струна, полностью покрытый тефлоном, мягкий дистальный конец (3 см), диаметр 0,635 мм, длина 400 см

по ТУ 9434-006-89134710-2015

АРТ	94342002
ЛОТ	20150610/037

2015.02 - 2018.02

EndoStar

ООО «Эндо Стар»
Кольная Монета 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-58-57
телефакс: +7 (812) 583-25-26
e-mail: info@endo-star.ru
www.endo-star.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

ПРОВОДНИК

Проводник, сверхгибкий, устойчивый к перекручиванию, из материала - NITINOL, полностью покрытый тефлоном, мягкий дистальный конец (5 см), диаметр 0,889 см, длина 450 см
по ТУ 9434-006-891 34710-2015

по ТУ 9434-006-89134710-2015

APT

ЛОТ



tel/fax: +7 (812) 600-25-25
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

ПРОВОДНИК

Проводник устойчивый к перегибанию, из материала - NITINOL, полностью покрытый тефлоном, мягкий дистальный конец (5 см), диаметр 0,635 см, длина 400 см
по ТУ 9434-006-89134710-2015

no TY 9434-006-89134710-2015

APT

ЛОТ



○

e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

по ТУ 9434-006-89134710-2015

94342001


20150610/036



①

tel./fax: +7 812 600 25-26
e-mail: info@endo-stars.ru
www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!





ЗАГУБНИК

Загубник с "ограничителем" языка, с фиксатором

по ТУ 9434-006-89134710-2015

АРТ	94343005
ЛОТ	20150610/080


 2015.02 - 2018.02  

EndoStarts производитель:
ООО «Эндо Стартс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101

8 (800) 555-56-57
тел./факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

ЗАГУБНИК Загубник, с фиксатором, не содержит латекс по ТУ 9434-006-89134710-2015 АРТ94343009 ЛОТ20150610/084 2015.02 - 2018.02 EndoStarts производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Монетная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 8 (800) 555-56-57 тел/факс: +7 812 600-25-26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	ЗАГУБНИК Загубник, с фиксатором, цвет - сиреневый по ТУ 9434-006-89134710-2015 АРТ94343008 ЛОТ20150610/083 2015.02 - 2018.02 EndoStarts производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Монетная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 8 (800) 555-56-57 тел/факс: +7 812 600-25-26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	ЗАГУБНИК Загубник, с фиксатором, цвет - сиреневый, с силиконовыми протекторами для зубов по ТУ 9434-006-89134710-2015 АРТ94343010 ЛОТ20150610/085 2015.02 - 2018.02 EndoStarts производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Монетная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 8 (800) 555-56-57 тел/факс: +7 812 600-25-26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	ЗАГУБНИК Загубник малый, с фиксатором по ТУ 9434-006-89134710-2015 АРТ94343007 ЛОТ20150610/082 2015.02 - 2018.02 EndoStarts производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Монетная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 8 (800) 555-56-57 тел/факс: +7 812 600-25-26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!
ЗАГУБНИК Загубник детский, с фиксатором по ТУ 9434-006-89134710-2015 АРТ94343006 ЛОТ20150610/081 2015.02 - 2018.02 EndoStarts производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Монетная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 8 (800) 555-56-57 тел/факс: +7 812 600-25-26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	ЗАГУБНИК Загубник, цвет - кремовый по ТУ 9434-006-89134710-2015 АРТ94343003 ЛОТ20150610/078 2015.02 - 2018.02 EndoStarts производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Монетная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 8 (800) 555-56-57 тел/факс: +7 812 600-25-26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	ЗАГУБНИК Загубник с "ограничителем" языка, с фиксатором по ТУ 9434-006-89134710-2015 АРТ94343005 ЛОТ20150610/080 2015.02 - 2018.02 EndoStarts производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Монетная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 8 (800) 555-56-57 тел/факс: +7 812 600-25-26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	ЗАГУБНИК Загубник, цвет - белый по ТУ 9434-006-89134710-2015 АРТ94343001 ЛОТ20150610/087 2015.02 - 2018.02 EndoStarts производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Монетная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 8 (800) 555-56-57 тел/факс: +7 812 600-25-26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!
ЗАГУБНИК Загубник, цвет - красный по ТУ 9434-006-89134710-2015 АРТ94343002 ЛОТ20150610/077 2015.02 - 2018.02 EndoStarts производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Монетная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 8 (800) 555-56-57 тел/факс: +7 812 600-25-26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!	ЗАГУБНИК Загубник, с фиксатором, цвет - синий, с каналом для подачи кислорода по ТУ 9434-006-89134710-2015 АРТ94343004 ЛОТ20150610/079 2015.02 - 2018.02 EndoStarts производитель: ООО «Эндо Старс» Большая Монетная 27А Санкт-Петербург Россия, 197101 8 (800) 555-56-57 тел/факс: +7 812 600-25-26 e-mail: info@endo-starts.ru www.endo-starts.ru Не рекомендуется использовать инструмент при наличии поврежденной упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!		





[illegible]

ЩЕТКА ЧИСТЯЩАЯ

Щетка чистящая, диаметр щетки 7 мм, диаметр инструмента 2,2 мм, для канала 3,2 мм, длина 180 см

по ТУ 9434-006-89134710-2015

АРТ	94344013
ЛОТ	20150610/058

 2015.02 - 2018.02
 




производитель:

ООО «Эндо Старс»

Большая Монетная 27А

Санкт-Петербург

Россия, 197101

8 (800) 555-56-57


тел./факс: +7 (812) 600-25-26

e-mail: info@endo-stars.ru

www.endo-stars.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по применению!

Щетка цитологическая





ЩЕТКА ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ

Щетка цитологическая, диаметр инструмента 1,8 мм,
для канала 2,0 мм, длина 180 см

по ТУ 9434-006-89134710-2015

APT 94345005

ЛОТ 20150610/075

 2015.02 - 2018.02



EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

ЩЕТКА ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ

Щетка цитологическая, диаметр инструмента 2,3 мм,
для канала 2,8 мм, длина 230 см

по ТУ 9434-006-89134710-2015

APT 94345003

ЛОТ 20150610/073

 2015.02 - 2018.02



EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

ЩЕТКА ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ

Щетка цитологическая, диаметр инструмента 1,8 мм,
для канала 2,0 мм, длина 120 см

по ТУ 9434-006-89134710-2015

APT 94345004

ЛОТ 20150610/074

 2015.02 - 2018.02



EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

ЩЕТКА ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ

Щетка цитологическая, диаметр инструмента 1,8 мм,
для канала 2,0 мм, длина 180 см

по ТУ 9434-006-89134710-2015

APT 94345002

ЛОТ 20150610/072

 2015.02 - 2018.02



EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

ЩЕТКА ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ

Щетка цитологическая, диаметр инструмента 2,3 мм,
для канала 2,8 мм, длина 230 см

по ТУ 9434-006-89134710-2015

APT 94345006

ЛОТ 20150610/076

 2015.02 - 2018.02



EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

ЩЕТКА ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ

Щетка цитологическая, диаметр инструмента 1,8 мм,
для канала 2,0 мм, длина 120 см

по ТУ 9434-006-89134710-2015

APT 94345001

ЛОТ 20150610/071

 2015.02 - 2018.02



EndoStarts

производитель:
ООО «Эндо Старс»
Большая Монетная 27А
Санкт-Петербург
Россия, 197101
тел/факс: +7 (812) 600-25-26
e-mail: info@endo-starts.ru
www.endo-starts.ru

Не рекомендуется использовать инструмент при наличии повреждений
упаковки. Перед использованием необходимо ознакомиться
с руководством по применению!

Прошито и пронумеровано

19/девятнадцать листов

Генеральный Директор

ООО «Эндо Старс»

Самарец Г.С.

