

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ГЛОМАКО»


А.А. Алиев

« 01 » июня 2015 г.



Фотографии изделия медицинского назначения


**Перчатки хирургические стерильные латексные неопудренные
«Clean + Safe»**



Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные анатомической формы с полимерным покрытием с микротекстурированной поверхностью SSL1-55



Упаковка для перчаток SSL1-55



Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные анатомической формы с полимерным покрытием с микротекстурированной поверхностью SSL1-60

LOT

SN

STERILE R

SIZE

1-6014-032 16014032133 2013-12 2018-12 6

C.S.
CLEAN ■ SAFE

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные анатомической формы
с полимерным покрытием с микротекстурной поверхностью
SSL1-60
ГОСТ Р 52238-2004

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.



ОДНОРАЗОВЫЕ



STERILE R




ПАРА



TERANG NUSA SDN. BHD., 1, Jalan 8, Pengkalen Chapa 2 Industrial Zone,
16100 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение
требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества:
ООО «ГЛОМАКО», 196126, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5,
корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток SSL1-60



Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные анатомической формы с полимерным покрытием с микротекстурированной поверхностью SSL1-65

LOT

SN

+STERILE R

SIZE

1-6514-036 16514036125 2013-12 2018-12 6.5

C/S
CLEAN ■ SAFE

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные анатомической формы
с полимерным покрытием с микротекстурированной поверхностью
SSL1-66

ГОСТ Р 52238-2004

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ


ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.



STERILE R




ПАРА



TERANG NUSA SDN. BHD., 1, Jalan 8, Pengkalan Chepa 2 Industrial Zone,
16100 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение
требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества:
ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5,
корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток SSL1-65



Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные анатомической формы с полимерным покрытием с микротекстурированной поверхностью SSL1-70

LOT

SN

STERILE R

SIZE

1-7014-029 17014029175 2013-12 2018-12 7

C.S.
CLEAN ■ SAFE

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные анатомической формы
с полимерным покрытием с микротекстурированной поверхностью
SSL1-70

ГОСТ Р 52238-2004

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.



STERILE R



ПАРА



TERANG NUSA SDN. BHD., 1, Jalan 8, Pengkalan Chepa 2 Industrial Zone,
16100 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение
требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества:
ООО «ГЛОМАКО», 196126, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5,
корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток SSL1-70



Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные анатомической формы с полимерным покрытием с микротекстурированной поверхностью SSL1-75

LOT

SN

STERILE R

SIZE

1-7514-031 17514031085 2013-11 2018-11 7.5

C.S.
CLEAN ■ SAFE

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные анатомической формы
с полимерным покрытием с микротекстурированной поверхностью
SSL1-75

ГОСТ Р 52238-2004

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ


ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.



STERILE R




ПАРА



TERANG NUSA SDN. BHD., 1, Jalan 8, Pengkalan Chepa 2 Industrial Zone,
16100 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение
требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества:
ООО «ГЛОМАКО», 198128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5,
корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток SSL1-75



Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные анатомической формы с полимерным покрытием с микротекстурированной поверхностью SSL1-80

LOT

SN

STERILE R

SIZE

1-8014-032 18014032094 2013-12 2018-12

8

CSS
CLEAN ■ SAFE

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные анатомической формы
с полимерным покрытием с микротекстурированной поверхностью
SSL1-80

ГОСТ Р 52238-2004

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.




②
ОДНОРАЗОВЫЕ

CE
0123

STERILE R




ПАРА



TERANG NUSA SDN. BHD., 1, Jalan 8, Pengkalen Chepa 2 Industrial Zone,
16100 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение
требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества.
ООО «БЛАГО» 190428, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5.

Упаковка для перчаток SSL1-80



Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные анатомической формы с полимерным покрытием с микротекстурированной поверхностью SSL1-85

LOT

SN

STERILE R

SIZE

1-8514-027 18514027066 2013-12 2018-12 0.5

CSS
CLEAN ■ SAFE

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные анатомической формы
с полимерным покрытием с микротекстурированной поверхностью
SSL1-85

ГОСТ Р 52238-2004

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

②
ОДНОРАЗОВЫЕCE
0123

STERILE R




ПАРА



TERANG NUSA SDN. BHD., 1, Jalan 8, Pengkalan Chepa 2 Industrial Zone,
16100 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение
требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества:
ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5,
корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток SSL1-85



Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные анатомической формы с полимерным покрытием с микротекстурированной поверхностью SSL1-90

LOT

SN

STERILE R

SIZE

1-9014-026 19014026097 2013-12 2018-12 9

C.S.
CLEAN ■ SAFE

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные анатомической формы
с полимерным покрытием с микротекстурированной поверхностью
SSL1-90

ГОСТ Р 52238-2004

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.



ОДНОРАЗОВЫЕ



STERILE R




ПАРА



TERANG NUSA SDN. BHD., 1, Jalan 8, Pengkalan Chepa 2 Industrial Zone,
16100 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение
требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества:
ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5,
корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток SSL1-90



Упаковка для перчаток SSL2-55

Перчатки хирургические латексные двойной хлоринации стерильные неопудренные
гипоаллергенные анатомической формы с полимерным покрытием с микротекстурированной
поверхностью SSL2-60

LOT SN  SIZE
2-6014-021 26014021065 2014-01 2019-01 6

CLS
CLEAN ■ SAFE

Перчатки хирургические латексные двойной хлоринации стерильные неопудренные гипоаллергенные анатомической формы с полимерным покрытием с микротекстурированной поверхностью SSL2-60

ГОСТ Р 52238-2004

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.



CE
0123

STERILE R




ПАРА




ОДНОРАЗОВЫЕ

TERANG NUSA SDN. BHD., 1, Jalan 8, Pengkalan Chepa 2 Industrial Zone,
16100 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение
требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества:
ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5,
корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток SSL2-60



Перчатки хирургические латексные двойной хлоринации стерильные неопудренные
гипоаллергенные анатомической формы с полимерным покрытием с микротекстурированной
поверхностью SSL2-65



Упаковка для перчаток SSL2-65



Перчатки хирургические латексные двойной хлоринации стерильные неопудренные
гипоаллергенные анатомической формы с полимерным покрытием с микротекстурированной
поверхностью SSL2-70


LOT SN  SIZE
2-7014-005 27014005185 2014-01 2019-01

CIS
CLEAN ■ SAFE

Перчатки хирургические латексные двойной хлоринации стерильные неопудренные гипоаллергенные
анатомической формы с полимерным покрытием с микротекстурированной поверхностью SSL2-70
ГОСТ Р 52238-2004

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

  
 ПАРА   
ОДНОРАЗОВЫЕ

TERANG NUSA SDN. BHD., 1, Jalan 8, Pengkalan Chepa 2 Industrial Zone,
16100 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение
требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества:
ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 6,
корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток SSL2-70



Перчатки хирургические латексные двойной хлоринации стерильные неопудренные
гипоаллергенные анатомической формы с полимерным покрытием с микротекстурированной
поверхностью SSL2-75

LOT

SN

STERILE R

SIZE

2-7514-018 27514018132 2014-01 2019-01

CLEAN SAFE

Перчатки хирургические латексные двойной хлоринации стерильные неопудренные гипоаллергенные анатомической формы с полимерным покрытием с микротекстурированной поверхностью SSL2-75
ГОСТ Р 52238-2004

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.



STERILE R

CE
0123

1 ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ

TERANG NUSA SDN. BHD., 1, Jalan 8, Pengkalan Chepa 2 Industrial Zone,
16100 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение
требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества:
ООО «ГЛОМАКО», 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5,
корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток SSL2-75

Перчатки хирургические латексные двойной хлоринации стерильные неопудренные
гипоаллергенные анатомической формы с полимерным покрытием с микротекстурированной
поверхностью SSL2-80



Упаковка для перчаток SSL2-80



Перчатки хирургические латексные двойной хлоринации стерильные неопудренные гипоаллергенные анатомической формы с полимерным покрытием с микротекстурированной поверхностью SSL2-85

LOT


SN

STERILE R

SIZE

2-8514-014 28514014027 2014-01 2019-01

85


CLEAN ■ SAFE

Перчатки хирургические латексные двойной клонирования стерильные неопудренные гипоаллергенные анатомической формы с полимерным покрытием с микротекстурированной поверхностью SSL2-85

ГОСТ Р 52238-2004

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.



STERILE R


CE
0123

1 ПАРА


ОДНОРАЗОВЫЕ

TERANG NUSA SDN. BHD., 1, Jalan 8, Pengkalan Chepa 2 Industrial Zone,
16100 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение
требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества:
ООО «ГЛОМАКО», 198128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5,
корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток SSL2-85



Перчатки хирургические латексные двойной хлоринации стерильные неопудренные
гипоаллергенные анатомической формы с полимерным покрытием с микротекстурированной
поверхностью SSL2-90

LOT

SN

STERILE R

SIZE

2-9014-026 29014026288 2014-01 2019-01

9

CSS
CLEAN ■ SAFE

Перчатки хирургические латексные двойной chlorinacii стерильные неопудренные гипоаллергенные анатомической формы с полимерным покрытием с микротекстурированной поверхностью SSL2-90

ГОСТ Р 52238-2004

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ

ОСТОРОЖНО: Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.



CE
0123

STERILE R

1 ПАРА

ОДНОРАЗОВЫЕ

TERANG NUSA SDN. BHD., 1, Jalan 8, Pengkalan Chepa 2 Industrial Zone,
16100 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение
требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества:
ООО «ГЛОМАКО», 198128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5,
корпус 2А, офис 604-А.

Упаковка для перчаток SSL2-90

ООО «ГЛОМАКО»



Итого в настояще документе

3 _____ листа (ов)

Генеральный директор

Алиев А.А.