1. Наименование изделия медицинского назначения с указанием кода ОКП:

Микрокюветы «HemoCue WBC» для анализаторов для определения общего количества лейкоцитов «HemoCue WBC»

ОКП 93 9800

Класс в зависимости от степени потенциального риска – 1 по ГОСТ Р 51609-2000.

2. Описание и сфера применения изделия медицинского назначения:

Общий вид изделия

2.1. Описание изделия медицинского назначения

Микрокювета «HemoCue WBC» является расходным материалом к анализатору для определения общего количества лейкоцитов «HemoCue WBC» и применяться без анализатора не может. Микрокювета изготовлена из полистирола и содержит смесь из следующих реагентов:

- < 20 мкг\г метиленового синего;
- <500 мкг\г сапонина;

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ