


Заполните микрокувету посредством размещения верхней части микрокуветы в капле крови.



Поместите заполненную микрокувету в держатель анализатора и задвиньте держатель.



Результат появляется через 40–240 секунд.



Уникальные микрокуветы одноразового пользования являются центральной частью системы НемоСюе. За счет капиллярных сил в микрокувету подается точный объем крови и сухой реактив растворяется.