


УТВЕРЖДАЮ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Прибор портативный для определения уровня глюкозы в крови «IME-DC» (iDia) / Blood Glucose Monitoring System IME-DC (iDia) с принадлежностями (см. приложение на 1 листе).


Производства: «IME-DC Int. Medical Equipment Diabetes Care GmbH », Germany, Kautendorfer Str. 24, D-95145 Oberkotzau. «ИМЕ-ДС Инт. Медикал Эквипмент Дайэбитис Кеэ ГмбХ », Германия Каутендорфер Штр. 24, D-95145, Оберкотцау. Тел. +49-(0)9286 96469-0).



1. Название изделия.

Прибор портативный для определения уровня глюкозы в крови «IME-DC» (iDia) / Blood Glucose Monitoring System IME-DC (iDia) с принадлежностями.

Производства: «IME-DC Int. Medical Equipment Diabetes Care GmbH », Germany, Kautendorfer Str. 24, D-95145 Oberkotzau. «ИМЕ-ДС Инт. Медикал Эквипмент Дайэбитис Кеэ ГмбХ », Германия Каутендорфер Штр. 24, D-95145, Оберкотцау.



2. Номенклатура:

- I. Портативный прибор для определения уровня глюкозы в крови
IME-DC (iDia / Идея) / Blood Glucose Monitoring System IME-DC (iDia).

Стартовый набор:

1. Blood Glucose Meter IME-DC (iDia) / Глюкометр IME-DC (iDia) - 1 шт.
2. Glucose Test Strips IME-DC (iDia) / полоски диагностические IME-DC (iDia) - 1 уп. (10 шт.);
3. Lancing Device IME-DC / прокалыватель автоматический для пальца IME-DC - 1 шт.;
4. Lancets IME-DC / ланцеты IME-DC - 1 уп.(10 шт.);
5. Battery 3V / батарейка, 3В - 2 шт;
6. AST Karpe / колпачок для забора пробы крови из альтернативных мест - 1 шт.;
7. Interface cable IME-DC / устройство (специальное) для сопряжения с персональным компьютером - 1 шт.;
8. Control Solution IME-DC (iDia) / контрольный раствор глюкозы IME-DC (iDia) - 1 флакон (2 мл.);
9. Wallet / футляр для хранения прибора и принадлежностей - 1 шт;
10. The user's guide / Руководство пользователя - 1 шт..

II. Принадлежности:

1. Glucose Test Strips IME-DC (iDia) / полоски диагностические IME-DC (iDia) - 10 уп. по (10 шт.); 100 уп. по (50 шт.);
2. Lancing Device IME-DC / прокалыватель автоматический для пальца IME-DC - 5 шт.;
3. Lancets IME-DC / ланцеты IME-DC - 10 уп. по (10 шт.); 100 уп. по (100 шт.);
4. Battery 3V / батарейка, 3В - 10 шт;
5. AST Karpe / колпачок для забора пробы крови из альтернативных мест - 10 шт.;
6. Interface cable IME-DC / устройство (специальное) для сопряжения с персональным компьютером - 2 шт.;
7. Control Solution IME-DC (iDia) / контрольный раствор глюкозы IME-DC (iDia) - 10 уп. (2 флакона по 2 мл.);
8. Wallet / футляр для хранения прибора и принадлежностей - 3 шт..

Завод-изготовитель:

«IME-DC Int. Medical Equipment Diabetes Care GmbH », Germany, Kautendorfer Str. 24, D-95145 Oberkotzau. «ИМЕ-ДС Инт. Медикал Эквипмент Дайэбитис Кеэ ГмбХ », Германия Каутендорфер Штр. 24, D-95145, Оберкотцау.

Содержание

Ввод	3-4
Описание компонентов системы	5-8
Зона введения диагностических полосок, Дисплей, Главная кнопка, Кнопка подсветки, Подключение к компьютеру, Отделение для батареек и кнопка регулирования, Диагностические полоски	
Ввод в эксплуатацию	9-14
Время, Дата, Единица измерения, Напоминание	
Описание символов	15-21
Сообщение о полоске	
Сообщение о втягивании крови, длительность измерения	
Результат измерения, единица измерения	
Сообщения «HI» «LO», сообщение о сохранении результатов	
Сообщения об указаниях	
Сообщения об ошибках	
Сообщения об указаниях «Кетон»	22
Расчет среднего результата измерений	23-24
Контрольный раствор	25-28
Проверка с контрольным раствором	
Результат проверки вне контрольного диапазона	
Получение крови с помощью прокалывателя	29-30

Альтернативные точки тела для получения пробы крови	31-34
Измерение уровня глюкозы в крови	35-36
Отклонения в результатах измерений	37
Спецификация и параметры диагностических полосок	38
Технические характеристики прибора:	39
Передача данных	40
Перечень компонентов, стандарты качества	41
Чистка и уход	42
Замена батареек	43
Гарантия	44
Символы	45

Ввод

Уважаемый пользователь!

Вы приобрели глюкометр **iDia**, данный прибор в сочетании с диагностическими полосками **iDia** и соответствующими аксессуарами позволит вам просто и удобно определить уровень глюкозы в цельной капиллярной крови взятой из кончика пальца или других альтернативных частей тела (AST=Alternative Site Testing).

Диапазон измерений данного глюкометра **iDia** составляет 10 мг/дл 600 мг/дл или 0,6 ммоль/л 33,3 ммоль/л.

Проконсультируйтесь с вашим врачом касательно единиц измерений уровня глюкозы в крови принятых в вашей стране.

В целях обеспечения максимальной точности определения уровня сахара крови необходимо соблюдать некоторые важные правила. Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации.


Вас удивит простота измерения при помощи данного прибора!

До начала использования данного прибора ознакомьтесь со следующими рекомендациями и учитывайте их:

- ▶ Используйте исключительно расходный материал **iDia**.
- ▶ Немедленно закрывайте крышку флакона с полосками после изъятия.
- ▶ Храните прибор и все аксессуары к нему в недоступном для детей месте.
- ▶ Соблюдайте сроки хранения полосок и контрольного раствора.
- ▶ Не допускайте загрязнения прибора.
- ▶ Храните прибор и полоски только при допустимой температуре, не допускайте воздействия влажности и прямого солнечного света на прибор и полоски.
- ▶ Для проколов всегда используйте только новый стерильный ланцет.
- ▶ Не следует использовать данный прибор для диагностирования диабета.

Вид спереди iDia

Зона введения диагностических полосок




Дисплей

Главная кнопка



Нажатие кнопки подсветки включенного глюкометра активирует синюю фоновую подсветку дисплея глюкометра. Тем самым обеспечивается правильность определения и считывания результатов даже в условиях ограниченной освещенности.

Отсек для батареек



Диагностическая полоска iDia

Реакционная зона

Прикоснуться данной зоной к капле крови.
Кровь втягивается самостоятельно




Контакты полоски

Вставьте полоску контактами в зону введения.

УКАЗАНИЕ:

К любой части полоски **iDia** можно без опасений прикасаться чистыми руками. На результат измерения это не влияет.

Отсек для батареек



Кнопка регулирования (Set)

Снимите крышку отсека для батареек и проверьте наличие двух необходимых литиевых батареек CR2032. При отсутствии или несоответствии батареек вставьте или замените их (см. страницу 43).

Затем установите дату, точное время и единицу измерения. Используйте для этого кнопку регулирования (Set) (нажатие осуществляется, например, при помощи авторучки).

УКАЗАНИЕ!

Нажатие на главную кнопку позволяет изменять мигающий параметр на дисплее.




- ▶ Однократное нажатие на кнопку регулирования (Set): Прибор включается. Регулируемый параметр - Год



- ▶ Последовательное нажатие на кнопку регулирования (Set): Регулируемый параметр - Месяц



- ▶ Последовательное нажатие на кнопку регулирования (Set): Регулируемый параметр - День



- ▶ Последовательное нажатие на кнопку регулирования (Set): Регулируемый параметр - Часы



- Последовательное нажатие на кнопку регулирования (Set): Регулируемый параметр - Минуты

- Последовательное нажатие на кнопку регулирования (Set): Регулируемый параметр - Единица измерения (мг/дл или ммоль/л)



Рис.1



Рис.2

- Последовательное нажатие на кнопку регулирования (Set): Регулируемый параметр – напоминание об измерении уровня глюкозы в крови (здесь могут быть установлены пять различных параметров времени, см. страницу 13)



Вид 01



Вид 02



Вид 03



Вид 04



Вид 05

- Последовательное нажатие на кнопку регулирования (Set): прибор выключается.

После выполнения настроек, закройте крышку отсека для батареек.

УКАЗАНИЕ!

После изменения настроек кнопкой регулирования (Set) внесенные в ходе процесса изменения сохраняются только после выключения прибора.

Напоминание об измерении уровня глюкозы в крови

Вы можете установить звуковой сигнал напоминания на вашем глюкометре **iDia** и получать напоминания об необходимости измерения уровня глюкозы пять раз в день.

- После семикратного нажатия на кнопку регулировки (Set) (см. страницу 11) вы можете установить пять различных времен напоминания об измерении.




Рис.1 Сигнал 1 – «Откл»




Рис.2 Сигнал 1 – «Вкл»

- Нажатие на главную кнопку включает напоминание об измерении уровня глюкозы в крови.

- При включенном напоминании об измерении вы должны ввести первое желаемое время проверки посредством главной кнопки и подтвердить его при помощи кнопки регулировки «Set»).




Рис.3




Рис.4

- После подтверждения первого времени напоминания об измерении следуют установка времени четырех других напоминаний об измерении.


УКАЗАНИЕ!

Для выключения звукового сигнала напоминания при активированном напоминании о проверке в течение одной секунды удерживайте главную кнопку.

Описание символов


Сообщение о полоске

После включения глюкометра **iDia** посредством главной кнопки на дисплее появляется символ полоски. Теперь вы должны вставить полоску в зону введения прибора. Звуковой сигнал подтверждает правильность фиксации полоски.




Сообщение о втягивании крови

После вставки полоски в зону введения данный символ сообщит вам о готовности прибора к втягиванию крови. У вас есть одна минута для проведения определения уровня сахара крови. Если втягивание крови не осуществляется в течение этой одной минуты, то глюкометр **iDia** автоматически выключается.



Длительность измерения

Измерение начинается только после достаточного заполнения реакционной зоны полоски кровью и длится всего семь секунд. На протяжении данного времени на дисплее отображается анимированный символ песочных часов.



Результат

По истечении семи секунд результат выводится на дисплей и автоматически сохраняется вместе со временем и датой в памяти прибора.




Рис.1




Рис.2

Единица измерения

Единица измерения выводится на дисплей вместе с результатом. Изменение единиц измерения осуществляется нажатием кнопки регулировки (Set) (см. страницу 11, Ввод в эксплуатацию).




Рис.1




Рис.2

Сообщение «HI»

Выводится на дисплей при каждом измерении, результат которого превышает уровень в 600 мг/дл или 33,3 ммоль/л.




Рис.1




Рис.2

Сообщение «LO»

Выводится на дисплей при каждом измерении, результат которого ниже 10 мг/дл или 0,6 ммоль/л.




Рис.1




Рис.2

Сообщение о сохранении результатов в памяти прибора

Глюкометр iDia хранит результаты 700 последних измерений уровня сахара крови и отдельно результаты 100 последних контрольных тестирований с помощью контрольного раствора с соответствующими датами и временем. После включения прибора и последующего нажатия на главную кнопку на дисплее появляется результат последнего измерения уровня глюкозы в крови вместе с датой и временем. Повторным нажатием на главную кнопку вы можете просмотреть сохраненные результаты.




Рис.1




Рис.2

Напоминание об измерении

Напоминание об измерении (см. Страницу 13)
Активированная функция напоминания об измерении отображается на дисплее при включенном глюкометре посредством символа колокольчика.




Рис.1

Сообщение об указании «Кетон» (см. Страницу 22)

При уровне глюкозы в крови выше 300 мг/дл или 16,7 ммоль/л на дисплее появляется сообщение об указании «Кетон» «K?».




Рис.2

21


Сообщения об ошибках

Следующие ошибки отображаются на дисплее в виде символа «Err» («Ошибка»):




► Err + символ батареи:

Малая мощность батареи.



► Err + символ градусника:


Температура окружающей среды вне допустимого температурного диапазона использования прибора.



► EEE:


Ошибка электроники прибора.

Следующие ошибки отображаются на дисплее в виде символа «Err» («Ошибка»):




► Err + символ полоски:

- Нарушение функции полоски
- Использованная полоска



► Err + полоска + капля крови:

Недостаточное количество крови.




► Err + полоска + контрольный раствор:

Недостаточное количество контрольного раствора

Сообщение об указании «Кетон»

В случае дефицита инсулина и вызванной им гипергликемии (слишком высокий уровень сахара) происходит усиленное расщепление отложений жира в организме. Из-за переизбытка свободных жирных кислот печень вырабатывает больше кетоновых тел. Тем самым происходит переокисление крови (кетоацидоз) и возникает опасность развития диабетической комы. Глюкометр iDia автоматически предупреждает вас о данной опасности при показателях уровня глюкозы более 300 мг/дл или 16,7 ммоль/л.



Рекомендуемые меры в случае получения сообщения об указании «Кетон»

- Проинформируйте об этом вашего врача.
- Избегайте серьезных физических нагрузок.
- Пейте много жидкости (приблизительно 0,75 литра воды в час).

Расчет среднего результата измерений

Глюкометр **iDia** рассчитывает средний результат измерений за день и за последние 24 часа и 7, 14, 21, 28, 60 и 90 дней.

Активируйте индикацию сохранения данных в памяти (см. страницу 18). В течение приблизительно двух секунд одновременно удерживайте главную кнопку и кнопку подсветки. На дисплее появляется средний результат за последние 24 часа.

Каждое последующее нажатие главной кнопки позволяет просматривать на дисплее средние результаты на другие промежутки времени (7, 14, 21, 28, 60 и 90 дней).




Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4




Рис.5




Рис.6




Рис.7




Рис.8

Для возврата к индикации сохранения данных в памяти прибора в течение двух секунд одновременно удерживать главную кнопку и кнопку подсветки.




Рис.9

Контрольный раствор

Использование контрольного раствора

Контрольное тестирование при помощи контрольного раствора **iDia** гарантирует безупречное функционирование глюкометра **iDia** и полосок **iDia**.

Оно рекомендуется:

- ▶ В обучающих и тренировочных целях.
- ▶ При неверной температуре хранения глюкометра или полосок.
- ▶ После ненадлежащего использования прибора.
- ▶ При наличии сомнений в достоверности результатов.

УКАЗАНИЕ

Не использовать контрольный раствор по истечении срока хранения. После первого открытия флакона отметить дату на этикетке. Срок хранения контрольного раствора после открытия составляет 90 дней.

Контрольное тестирование при помощи контрольного раствора

Вставьте полоску **iDia** в зону введения. Глюкометр включится автоматически.

На дисплее отображается требование введения крови. Нажмите на главную кнопку и удерживайте ее приблизительно две секунды, пока на дисплее не появится символ контрольного раствора.




Рис.1





Рис.2


Осторожно встряхните флакон с контрольным раствором 3-4 раза.




Вы находитесь в режиме тестирования с контрольным раствором. Все результаты в данном режиме хранятся в памяти прибора отдельно. Тем самым искажения результатов измерений параметров крови не происходит.



Откройте флакон и нанесите каплю контрольного раствора с расстояния > 3 см до основы на чистый и сухой материал-носитель. Затем закройте флакон.



Удерживайте реакционную зону полоски на капле контрольного раствора, пока зона не заполнится контрольным раствором полностью. Звуковой сигнал подтвердит заполнение.



По истечении 7 секунд результат, а также дата, время, единица измерения и символ флакона контрольного раствора отобразятся на дисплее. Результат должен находиться в пределах соответствующего диапазона (этикетка флакона хранения полосок).

Результат проверки находится вне контрольного диапазона

- ▶ Исключено ли заражение (загрязнение из-за прямого нанесения контрольного раствора на реакционную зону полоски) контрольного раствора при предыдущих тестированиях?
- ▶ Соблюдались ли правильные условия хранения полоски и контрольного раствора (температура хранения)?
- ▶ Были ли закрыты флакон хранения полосок и контрольного раствора?
- ▶ Допустимы ли сроки хранения контрольного раствора и полосок?

УКАЗАНИЕ!

Если на один из приведенных выше четырех вопросов получен отрицательный ответ и результат тестирования вне указанного диапазона, то повторите тестирование. Если и при повторном тестировании результаты вне указанного диапазона - немедленно обратиться в сервисную службу **IME-DC**.

Получение пробы крови




Рис.1

1. Отвинтите тело прокалывателя от головки прокалывателя.




Рис.2

2. Вставьте ланцет в фиксатор.




Рис.3

3. Открутите защитный колпачок ланцета.




Рис.4

4. Прикрутите тело прокалывателя к головке прокалывателя.




Рис.5

5. Установите вашу личную глубину прокола (5=макс., 1=мин.).




Рис.6

6. Зафиксируйте прокалыватель посредством оттягивания пружины.



Рис.7

7. Приложите прокалыватель к пальцу и нажмите на кнопку.




Рис.8

8. После использования воткните иглу ланцета в защитный колпачок и утилизируйте надлежащим образом.

УКАЗАНИЕ!

Для получения пробы крови следует по возможности выбирать маркированную область подушечки пальца. После выполнения укола не выжимайте кровь из ранки сильным нажатием, так как может выступить слишком большое количество тканевой жидкости, что может исказить результат.

Холодные руки затрудняют получение пробы крови, поэтому мы рекомендуем перед уколом вымойте руки теплой водой и затем помассируйте внутреннюю сторону соответствующего пальца по направлению к подушечке пальца.




Рис.9

Получение пробы капиллярной крови из альтернативных точек тела

Капиллярную кровь для измерения уровня глюкозы в крови можно получить не только из кончиков пальцев, но и из других точек тела (мякоть ладони, предплечье, плечо или икра), так называемое Тестирование из альтернативных мест (AST).

Специальный колпачок прокалывателя для вашего глюкометра iDia вы можете заказать через сервисную службу **IME-DC**.



Рис. Колпачок AST

Открутите тело прокалывателя.

Прикрутите вместо тела прокалывателя после вставки ланцета колпачок AST к прокалывателю.

УКАЗАНИЕ!


Кровь из кончика пальца можно брать для измерения уровня глюкозы в крови в любой момент. Для крови из альтернативных точек тела существует время и место, не подходящее для проведения анализа уровня глюкозы в крови и способное привести к ошибочным результатам. (см. страницу 33).

При необходимости забора крови из альтернативных точек тела обязательно предварительно проконсультируйтесь с вашим врачом!

Ошибки измерения могут привести к неверным рекомендациям по лечению и тем самым к серьезным опасным последствиям для здоровья.

Предпочтительные точки:

1. Мякоть ладони под мизинцем
2. Мякоть ладони под большим пальцем
3. Внутренняя сторона предплечья
4. Внешняя сторона предплечья
5. Плечо
6. Бедро
7. Икра



Ограничения


Следует учитывать следующие ограничения при проведении анализа уровня глюкозы по крови из альтернативных точек тела. Капиллярная кровь в кончике пальца быстрее реагирует на изменения уровня глюкозы в крови, чем кровь из альтернативных точек тела. На данном основании показатели уровня глюкозы в крови из альтернативных точек тела могут отличаться от показателей уровня глюкозы в крови из кончика пальца.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ кровь из альтернативных точек тела

- ▶ Если ваш последний прием пищи имел место менее, чем за два часа до измерения, так как показатели уровня глюкозы в крови быстро изменяются в данный промежуток времени.
- ▶ После спортивных нагрузок.
- ▶ При острых заболеваниях с высокой температурой и при соблюдении постельного режима.
- ▶ Если есть подозрения на очень низкий уровень глюкозы в крови.
- ▶ Если вы знаете, что вы иногда не распознаете низкий уровень глюкозы в крови.
- ▶ Во время максимального воздействия обычного инсулина или быстродействующих аналогов инсулина.
- ▶ Если последняя инъекция быстродействующего аналога инсулина имела место менее, чем за два часа до измерения.

Указание!


Если результат измерения из альтернативной точки тела не соответствует вашему состоянию, то следует немедленно провести измерение с кровью из кончика пальца.



Перед измерением вымойте руки теплой водой.

Вставьте полоску в зону введения глюкометра **iDia**.
Глюкометр автоматически включится.

Если температура находится в пределах допустимого диапазона, то на экране появится символ готовности прибора к взятию крови.



При помощи прокалывателя получите каплю крови (см. Страницы 29-33).

Измерение уровня глюкозы в крови

Приложите реакционную зону полоски iDia к капле крови.




Рис.1

Кровь всасывается самостоятельно. Звуковой сигнал подтверждает достаточность количества крови.

Результат автоматически отображается через семь секунд после начала измерения и сохраняется вместе с датой, временем и единицей измерения.




Рис.2




Рис.3

УКАЗАНИЕ

При наличии сомнений в достоверности результата повторите измерение. При наличии сомнений в достоверности результата повторного измерения перепроверьте прибор при помощи контрольного раствора (Страницы 25-28).

Глюкометр iDia хранит результаты 700 измерений уровня глюкозы в крови и дополнительно результаты 100 измерений с контрольным раствором, а также даты, время и единицы измерения.

Возможные причины значительных отклонений в результатах:

- ▶ Измерение проводилось на разных каплях крови.
- ▶ Проверяемая кровь была выдавлена из пальца интенсивным нажатием и содержит большое количество тканевой жидкости.
- ▶ Срок хранения полоски истек.
- ▶ Полоски не хранились при правильной температуре (4°C - 32°C).
- ▶ Промежуток времени между отдельными измерениями был слишком большим (в течение 30 минут уровень глюкозы в крови может измениться существенным образом).
- ▶ Дезинфицирующее средство, используемое для предварительной дезинфекции, испарилось не полностью.
- ▶ Слишком высокая гематокритная величина может привести к занижению уровня.
- ▶ Слишком низкая гематокритная величина может привести к завышению уровня.
- ▶ Крайнее обезвоживание организма может привести к искажению уровня.
- ▶ Прием болеутоляющих средств с высокой концентрацией парацетамола или ацетилсалициловой кислоты, прием понижающих кровяное давление ингибиторов АПФ или регулярный прием больших доз витамина С могут исказить результаты.

УКАЗАНИЕ

Слишком высокий или слишком низкий уровень глюкозы в крови может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Спецификация и параметры диагностических полосок:

Размер полоски:	30 мм x 6 мм
Материал полоски:	PET (полиэтилентерафтолат)
Принцип определения:	Электрохимический биосенсор
Метод:	GDH-FAD глюкозодегидрогеназный с применением флавин- аденин динуклеотида
Калибровка:	Плазма
Количество пробы крови:	0,7 мкл
Время определения:	7 секунд
Тип пробы:	Свежая капиллярная кровь
Гематокритная величина:	20% - 70%
Условия проведения анализа проб:	+10°C – +40°C
Температура хранения/ транспортировка:	+4°C – +32°C
Относительная влажность воздуха:	< 85 %
Срок годности:	18 месяцев от даты изготовления
Единица упаковки:	50 штук в закрытом флаконе.

Химические компоненты полоски диагностической:

35,6 % глюкозадегидрогеназа – флавинадениндинуклеотид
41,0 % феррицианид калия
23,4 % не реакционно-способный ингредиент


Технические характеристики прибора:

Принцип:	Амперометрическая биосенсорная система с дополнительным определением переменного тока
Размеры:	90 мм x 52 мм x 15 мм
Вес:	58 г
Источник питания:	2 литиевых батарейки по 3 вольт
Тип прибора:	Глюкометр iDia пригоден для длительной эксплуатации
Срок службы системы	
Батарейки:	Приблизительно 1000 определений
Диапазон определений:	10-600 мг/дл или 0,6-33,3 ммоль/л
Рабочий диапазон:	+10°C – +40°C
Температура хранения/транспортировка:	-20°C – +70°C
Память хранения результатов:	700 результатов анализа крови + 100 тестирований с помощью контрольного раствора с временем и датой проведения
Конструкция:	Прибор портативный
Автоматика отключения:	Через одну минуту при отсутствии действий
Дисплей:	LCD с подсветкой


Технические характеристики:

Экранное меню, автоматическая проверка функционирования системы, автоматическое распознавание введения электрода, автоматический отсчет времени определения, предупреждение о температуре, сообщение об указании кетона, функция напоминания, расчет среднего значения.

Передача данных



Все сохраненные результаты могут быть переданы на компьютер при помощи специального программного обеспечения (например, DIABASS / SINOVO) и обработаны. Для передачи данных используйте исключительно кабель **IME-DC**.




Вставьте USB-кабель в разъем выключенного глюкометра iDia. Затем установите соединение с компьютером, откройте соответствующую программу, передайте сохраненные в приборе данные.


Чистка и уход

- ▶ Для чистки прибора используйте мягкую сухую ткань.
- ▶ Не используйте едких чистящих средств.
- ▶ Разрешено дезинфицирование поверхности прибора при помощи стандартных дезинфицирующих салфеток.
- ▶ Не допускайте воздействия влаги и прямых солнечных лучей на прибор и диагностические полоски.
- ▶ Не допускайте загрязнений любых видов.
- ▶ Не допускайте сильных встряхиваний прибора.
- ▶ Бережно используйте данную систему.

Замена батареек



Замена батареек производится в случае отображения на дисплее сообщения об ошибке «Err + символ батарейки», или если прибор не включается.



- ▶ Удалите крышку отсека для батареек. Вставьте подходящую отвертку или иной подобный инструмент в паз справа от батарейки и осторожно подденьте соответствующие батарейки.
- ▶ Вставьте новые батарейки (знак «плюс» вверх) под латунные скобы.
- ▶ Вдавите батарейки в крепления.

- ▶ Прибор автоматически включается, вы услышите звуковой сигнал. Выполните установки в соответствии с описанием на страницах 9-14.

ВАЖНО: После замены батареек не забудьте выставить единицу измерения, принятую в Вашей стране.

Гарантия

Гарантия на прибор **iDia**

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Настоящим компания **IME-DC GmbH** гарантирует вам безупречное функционирование прибора **iDia**. В случае обнаружения производственных дефектов в течение срока гарантии (5 лет с момента покупки) вам будет безвозмездно предоставлен новый прибор (в обмен на неисправный и гарантийный талон).

УКАЗАНИЕ

Гарантия на данный товар предоставляется только в том случае, если прибор, комплектующие и расходные материалы использовались в соответствии с целью их применения.

IME-DC GmbH
Сервисная служба
Каутендорфер Штрассе, 24
D-95145 Оберкотцау / Германия
Телефон: +49 (0)9286 / 9 64 69-0
Факс: +49 (0)9286 / 9 64 69-100
info@imedc.de
www.imedc.de

45

Символы

	Номер партии		Не использовать повторно
	Для диагностики in Vitro. Не принимать внутрь.		Не допускать воздействия солнечных лучей
	Каталожный номер изделия		Не допускать воздействия влаги
	См. инструкцию по использованию		Диапазон температур хранения
	Использовать до		Внимание, прочитайте сопроводительную информацию
 0123	Данный продукт соответствует требованиям Директив IVD согласно 98/79/EC		

46 счетов

