

Индикатор химический одноразовый для испытания паровых стерилизаторов на удаление воздуха и паропроницаемость «Лист Бови-Дик-ВИНАР».

ВИНАР
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

Индикатор химический одноразовый для испытания паровых стерилизаторов на удаление воздуха и паропроницаемость «Лист Бови-Дик-ВИНАР»

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Применять в тестовых циклах паровых форвакуумных стерилизаторов
121°C – 15 мин.
134°C – 3,5 мин.



ГОСТ ISO 11140-1-2011 класс 2
ГОСТ ISO 11140-4-2011
ГОСТ ISO 11140-5-2011
ТУ 9398-107-11764404-2015

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
5209	13	СЕН 2015

ДАТА	ЦИКЛ №	АППАРАТ №	МЕСТО	ОТДЕЛЕНИЕ	ОПЕРАТОР	РЕЗУЛЬТАТ	КОНТРОЛЕР

ВИНАР
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

Индикатор химический одноразовый для испытания паровых стерилизаторов на удаление воздуха и паропроницаемость «Лист Бови-Дик-ВИНАР»

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Применять в тестовых циклах паровых форвакуумных стерилизаторов
121°C – 15 мин.
134°C – 3,5 мин.



ГОСТ ISO 11140-1-2011 класс 2
ГОСТ ISO 11140-4-2011
ГОСТ ISO 11140-5-2011
ТУ 9398-107-11764404-2015

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
5209	13	СЕН 2015

ДАТА	ЦИКЛ №	АППАРАТ №	МЕСТО	ОТДЕЛЕНИЕ	ОПЕРАТОР	РЕЗУЛЬТАТ	КОНТРОЛЕР

Индикатор химический одноразовый для испытания паровых стерилизаторов на удаление воздуха и паропроницаемость «Карта Бови-Дик-ВИНАР».




Карта Бови-Дик-ВИНАР

Применять в тестовых циклах паровых вакуумных стерилизаторов:
121°C – 15 мин; 134°C – 3,5 мин

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не выше 80%, в защищенном от солнечного света месте. Беречь от влаги.
Гарантийный срок годности 24 месяца.

ООО «НПФ «ВИНАР»
РОССИЯ, 105094, г. Москва, а/я 26
тел.: +7(495)988-7667
www.vinar.ru vinar@vinar.ru

Партия	ОТК	Дата изготовления
5209	13	СЕН 2015



ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА

ВИНАР

Карта Бови-Дик-ВИНАР

Применять в тестовых циклах паровых вакуумных стерилизаторов:
121°C – 15 мин

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не выше 80%, в защищенном от солнечного света месте. Беречь от влаги.
Гарантийный срок годности 24 месяца.

ПАРтия

ОТК

13

Дата изготовления

СЕН 2015

ДАТА

АППАРАТ №

ДАТА

АППАРАТ №

ОПЕРАТОР

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью

2 (два) лист а
Генеральный директор
ООО «НПО «ВИНАР»»  Андреев В.С.