



ВЕКТОР
БЕСТ

Набор реагентов
для выявления
ДНК *Neisseria gonorrhoeae*
методом полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени

РеалБест ДНК *Neisseria gonorrhoeae* тест 2
(комплект 1)

ВЕКТОР
БЕСТ

набор реагентов для выявления
ДНК *Neisseria gonorrhoeae*
методом полимеразной цепной
реакции в режиме реального времени

**РеалБест ДНК
Neisseria gonorrhoeae тест 2
(комплект 1)**

- СОСТАВ:**
1. Положительный контрольный образец универсальный
 2. Готовая реакционная смесь для ПЦР

Принадлежность: Оптическая пленка
ТУ 9398-603-23548172-2016
РУ

ЗАО «Вектор-Бест»
ИВО
РеалБест
ДНК *Neisseria gonorrhoeae* тест 2
ГРС
готовая реакционная
смесь для ПЦР
(96 пробирок)
LOT 1 2017-06

ПАСПОРТ № 1202-16
РеалБест ДНК *Neisseria gonorrhoeae* тест 2 (комплект 1)
набор реагентов для выявления ДНК *Neisseria gonorrhoeae* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
ТУ 9398-603-23548172-2016

Исход. серия: 1
Дата изготовления: 2016-05-07
Дата выпуска паспортов: 2016-05-07
Срок годности набора: 2017-05-07

Характеристики в норме		Важные контрольные
Прозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1,0 мл	Амorfная масса белого цвета, 100 пробирок (1,2 стрипов по 8 пробирок)	Прозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1,0 мл (соответствует)
Амorfная масса белого цвета, 100 пробирок (1,2 стрипов по 8 пробирок)	Амorfная масса белого цвета, 100 пробирок (1,2 стрипов по 8 пробирок)	Амorfная масса белого цвета, 100 пробирок (1,2 стрипов по 8 пробирок) (соответствует)
1,6 листа	1,6 листа	1,6 листа (соответствует)
100	100	100 (соответствует)
100	100	100 (соответствует)

В комплект поставки входит: набор реагентов, инструкция по применению, паспорт.
Заключение: Показатели качества, комплектность, упаковка и маркировка соответствуют требованиям ТУ 9398-603-23548172-2016

Надательник ОБТ

В.В. ШАПРОВ



ВЕКТОР
БЕСТ

Набор реагентов
для выявления
ДНК *Neisseria gonorrhoeae*
методом полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени

РеалБест ДНК *Neisseria gonorrhoeae* тест 2
(комплект 1)

БЕСТ

набор реагентов для выявления
ДНК *Neisseria gonorrhoeae*
методом полимеразной цепной
реакции в режиме реального времени

**РеалБест ДНК
Neisseria gonorrhoeae тест 2
(комплект 1)**

СОСТАВ:
1. Положительный контрольный образец
универсальный
2. Готовая реакционная смесь для ПЦР

Принадлежность: ТУ 9398-603-23548172-2016
Системная пленка ПУ

БЕСТ «Вектор-Био»
РеалБест
ДНК *Neisseria gonorrhoeae* тест 2
ГРС готовая реакционная
смесь для ПЦР
(96 пробирок)
2017-06

Набор реагентов для выявления ДНК *Neisseria gonorrhoeae* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
ТУ 9398-603-23548172-2016

В комплект поставки входит: набор реагентов, инструкция по применению, паспорт.
Показатели качества, комплектности, упаковки и маркировка соответствуют требованиям
ТУ 9398-603-23548172-2016

Характеристика и единица измерения	Единица измерения	Фактически
Положительный контрольный образец универсальный, серия 2	1 пробирка, 1,0 мл	100 (соответствует)
Готовая реакционная смесь для ПЦР, серия 2	1,5 мл	100 (соответствует)
Специфичность выявления ДНК <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (по стандартной панели отрицательных образцов ДНК-экстрактов СПП 06-2-291), %	100	100 (соответствует)

Началь

В.В. ШАПРОВ



ВЕКТОР
БЕСТ

Набор реагентов
для выявления
ДНК *Neisseria gonorrhoeae*
методом полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени

РеалБест ДНК *Neisseria gonorrhoeae* тест 2
(комплект 2)

РеалБест ДНК
Neisseria gonorrhoeae тест 2
(комплект 2)

СОСТАВ:
1. Положительный контрольный образец
универсальный
2. Реакционная смесь для ПЦР
3. Раствор для восстановления

ТУ 9398-603-23548172-2016
РУ

ЗАО «Вектор-Бест»
РеалБест ДНК
Матрица гонококковая тест 2
PC реакционная
смесь для ПЦР
1 2017-06 10 пробирок



Хранить при температуре 2-6°C. Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при температуре до 25°C не более 10 суток.		
Состав набора		
Положительный контрольный образец универсальный, серия 1	Характеристика и форма	Результаты контроля
Реакционная смесь для ПЦР, серия 1	Прозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1.0 мл	Прозрачная бесцветная жидкость, 1 пробирка, 1.0 мл (соответствует)
Раствор для восстановления, серия 1	Аморфная масса белого цвета, 10 пробирок, издается на 10 определений	Аморфная масса белого цвета, 10 пробирок, издается на 10 определений (соответствует)
	Прозрачная бесцветная жидкость, 2 флакона, по 2.0 мл	Прозрачная бесцветная жидкость, 2 флакона, по 2.0 мл (соответствует)
Технические характеристики	100	100 (соответствует)
Чувствительность (выявление 100 копий ДНК <i>Neisseria gonorrhoeae</i> в пробе СОН 05-2-461), %	100	100 (соответствует)
Специфичность выявления ДНК <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (по стандартной панели отрицательных образцов ДНК-экстрактов ССП 05-2-291), %	100	

В комплект поставки входит: набор реагентов, инструкция по применению, паспорт.
Показатели качества, комплектность, упаковка и маркировка соответствуют требованиям
ТУ 9398-603-23548172-2016

Заключение:

В.В. ШАПРОВ



ВЕКТОР
БЕСТ

Набор реагентов
для выявления
ДНК *Neisseria gonorrhoeae*
методом полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени

РеалБест ДНК *Neisseria gonorrhoeae* тест 2
(комплект 2)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РеалБест ДНК
Neisseria gonorrhoeae тест 2
(комплект 2)

СОСТАВ:
1. Положительный контрольный образец
универсальный
2. Реакционная смесь для ПЦР
3. Раствор для восстановления

ТУ 9398-603-23548172-2016
РУ

ЗАО «Вектор-Бест»
РеалБест ДНК
Neisseria gonorrhoeae тест 2
реакционная
смесь для ПЦР
2 2017-06 10 пробирок

ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирский р-н,
г. Новосибирск, ул. 121, ЗАО «Вектор-Бест»

Тел: (383) 227-63-66, 227-15-55, 232-37-55

Тел: (383) 227-15-46, 227-15-55, 232-37-55

ПАСПОРТ № 1253-15

РеалБест ДНК *Neisseria gonorrhoeae* тест 2 (комплект 2)
Набор реагентов для выявления ДНК *Neisseria gonorrhoeae* методом полимеразной цепной
реакции в режиме реального времени

ТУ 9398-603-23548172-2016

Номер серии 2

Дата изготовления: 2016-06-09
Дата выдачи паспорта: 2016-06-09

Срок годности наборов до: 2017-06-09

Хранить при температуре 2-8°C. Транспортировать при
температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при
температуре до 25°C не более 10 суток.

Состав набора:
Положительный контрольный образец универсальный,
серия 1

Реакционная смесь для ПЦР, серия 2

Раствор для восстановления, серия 2

Характеристика и нормы

Прозрачная бесцветная жидкость, 1
пробирка, 1,0 мл

Аморфная масса белого цвета, 10 пробирок,
каждая на 10 определений

Прозрачная бесцветная жидкость, 2
флакона, по 2,0 мл

Результаты контроля

Прозрачная бесцветная жидкость,
1 пробирка, 1,0 мл (соответствует)

Аморфная масса белого цвета, 10
пробирок, каждая на 10
определений (соответствует)

Прозрачная бесцветная жидкость,
2 флакона, по 2,0 мл
(соответствует)

Технические характеристики

Чувствительность (выявление 100 копий ДНК *Neisseria*
gonorrhoeae в пробе С0П 05-2-461), %

Специфичность выявления ДНК *Neisseria gonorrhoeae*
в стандартной панели отрицательных образцов ДНК-
экстрактов С0П 05-2-281), %

100

100

100 (соответствует)

100 (соответствует)

В комплект поставки входит: набор реагентов, инструкция по применению, паспорт.

Заключение: Показатели качества, комплектности, упаковка и маркировка соответствуют требованиям
ТУ 9398-603-23548172-2016

Начальник ОБТК

В. В. ШАПРОВ





Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
4 листов