




ООО ПО «Тверьгазсервис»

*Международное некоммерческое партнёрство производителей
промышленных газов*

Фотографические изображения медицинского изделия

**Баллоны для медицинских газов,
лекарственных средств и препаратов по
ТУ 9467-001-54553586-2015**


Производитель ООО ПО «Тверьгазсервис,
Россия, 170028, г. Тверь, Промышленный проезд, д. 4 а



Фотография 1. Баллон для кислорода медицинского, 40 литров, ТУ 9467-001-54553586-2015. Общий вид.




Фотография 2. Баллоны для закиси азота 8, 13, 17, 32, 40 литров, ТУ 9467-001-54553586-2015. Общий вид.



Фотография 3. Баллоны для кислорода медицинского, 0,4, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 литров, ТУ 9467-001-54553586-2015. Общий вид.



Фотография 4. Баллоны для закиси азота, 0,4, 2, 4, 5, 7, 12, 14 литров, ТУ 9467-001-54553586-2015. Общий вид.



Фотография 5. Баллоны для кислорода медицинского, 0,4, 0,7, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16, 19, 40, 50 литров, баллоны для закиси азота, 0,4, 2, 4, 5, 8, 11, 15, 18, 40, 50 литров, ТУ 9467-001-54553586-2015. Общий вид.



Фотография 6. Баллон для азота, 1,3 литра; баллон для циклопропана, 1,0 литра; баллон для ксенона, 1,3 литра, ТУ 9467-001-54553586-2015. Общий вид.




Фотография 7. Баллон для аргона, 8 литров; баллоны для гелия, 6, 11 литров, ТУ 9467-001-54553586-2015. Общий вид.




Фотография 8. Баллон для сжатого воздуха, 32 литра, ТУ 9467-001-54553586-2015.
Общий вид.




Фотография 9. Баллон для углекислоты, 6 литров, ТУ 9467-001-54553586-2015. Общий вид.




Фотография 10. Баллон для кислорода медицинского, 25 литров, ТУ 9467-001-54553586-2015. Общий вид.



Фотография 11. Баллон для кислорода медицинского, 20 литров, ТУ 9467-001-54553586-2015. Общий вид.




Фотография 12. Принадлежность. Пример вентиля. Общий вид. Вентиль кислородных баллонов.



Предохранительное резиновое кольцо

Предохранительный колпак


Фотография 13. Принадлежности. Предохранительный колпак, предохранительное резиновое кольцо. Общий вид.



Вентиль


**Предохранительное
резиновое кольцо**

Фотография 14. Баллон для медицинских газов, лекарственных средств и препаратов (среднего объема) с принадлежностями. Общий вид.



Фотография 15. Баллоны для медицинских газов, лекарственных средств и препаратов (среднего объема) с принадлежностями. Общий вид.

Данные, выбитые на плече баллона:



ТГС -товарный знак изготовителя

N 2227 -заводской номер

3-месяц изготовления
15-год изготовления
20-год след. освидетельст.

П 225 -пробное гидравл.
давление П, кгс/см²

P 150 -рабочее давление Р, кгс/см²

E 1 -емкость баллона, л.

Клеймо ОТК

М 1.9 -масса баллона, кг.

Фотография 16. Пример маркировки наносимой на верхнюю сферическую часть каждого баллона для медицинских газов, лекарственных средств и препаратов. Баллон для кислорода медицинского, 1 литр, ТУ 9452-007-59563632-2015.




Выбиты и отчетливо видны следующие данные: товарный знак изготовителя; номер изделия; дата (месяц, год; две последние цифры) изготовления и год следующего освидетельствования (две последние цифры); рабочее давление «Р», кгс/см²; пробное гидравлическое давление Рпр, «П», кгс/см²; вместимость баллона «Е», л (для баллонов вместимостью до 12 л включительно - номинальная; для баллонов вместимостью свыше 12 л до 50 л включительно - фактическая с точностью до 0,3 л); фактическая масса порожнего баллона «М», кг (для баллонов вместимостью до 12 л включительно - с точностью до 0,1 кг; свыше 12 л до 50 л включительно - с точностью до 0,2 кг; клеймо ОТК изготовителя круглой формы диаметром 10 мм.

Фотография 17. Пример маркировки наносимой на верхнюю сферическую часть каждого баллона для медицинских газов, лекарственных средств и препаратов. Баллон для медицинского кислорода, 10 литров, ТУ 9452-007-59563632-2015.



Фотография 18. Общий вид. Пример баллона для медицинских газов, лекарственных средств и препаратов с заглушкой (пробкой). Баллон без вентиля предохраняется от загрязнений заглушкой (пробкой).



Фотография 19. Общий вид. Баллон для медицинских газов, лекарственных средств и препаратов: Баллон для медицинского кислорода, 1л, ТУ 9467-001-54553586-2015. Пример маркировки баллона для медицинских газов, лекарственных средств и препаратов с заглушкой (пробкой).

	Изготовлено: ООО ПО «Тверьгазсервис» Россия, 170028, г. Тверь, Промышленный проезд, д. 4а Тел. (4822) 43-25-44, (4822) 76-10-35	
	Баллон для медицинских газов, лекарственных средств и препаратов: Баллон для медицинского кислорода, 1л, ТУ 9467-001-54553586-2015	
Обозначение баллона: БС 1-150 У		
Регистрационное удостоверение № _____ от _____		
Заводской номер: 22		Дата выпуска: 03.2015 г.
Год следующего освидетельствования: 2020 г.		
Рабочее давление: 14,7 МПа (150 кгс/см ²)		
Расчетное давление: 34,6 МПа (350 кгс/см ²)		
Пробное давление: 22,06 МПа (225 кгс/см ²)		
Масса изделия: 1,9 кг.		

Фотография 20. Общий вид. Пример маркировки этикеткой (табличкой).
Баллон для медицинских газов, лекарственных средств и препаратов: Баллон для
медицинского кислорода, 1л, ТУ 9467-001-54553586-2015.



Фотография 21. Общий вид. Пример потребительской тары. Баллон для медицинских газов, лекарственных средств и препаратов: Баллон для закиси азота, 1л, ТУ 9467-001-54553586-2015.



Директор ООО ПО «Тверьгазсервис»

В.Н. Леушин

Прощито и пронумеровано 23

74 листа (ов)