

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г. Плехов

2020 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

**Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты
в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим колориметрическим
методом**

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

REF В 12.02

Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты
в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим колориметрическим
методом

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 2 x 50 мл

Реагент №2: 2 флакона

Калибратор: 1 x 1,5 мл

ТУ 9398-003-52145831-2004

ФСР 2011/10594 от 24.10.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,

194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



4 606453 849072



Только для in vitro диагностики



5010232954236



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

REF В 12.02

буфер

50 мл



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм

CE Только для in vitro диагностики



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

REF В 12.02

буфер

50 мл



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм

CE Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 2

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

REF В 12.02

лиофилизат
растворить в 50 мл реагента №1

 +2-8°C

LOT xxxx

 годен до: гггг.мм

CE Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 2

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

REF В 12.02

лиофилизат
растворить в 50 мл реагента №1

 +2-8°C

LOT xxxx

 годен до: гггг.мм

CE Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ

1,5 мл

357 мкмоль/л

 +2-8°C

LOT xxxx

 годен до: гггг.мм

CE Только для in vitro диагностики



**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего 3 листа(ов)

Ген. директор Михеев А.Г.

