

Составлен Испытательной лабораторией медицинских изделий ЗАО "НИИМТ".

Письмо Росздравнадзора № 04-14197/11 от 01.11.2011 г.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ИМ41 от 08.09.2010 г.

Аттестат аккредитации Государственного центра испытаний средств измерений (запись в Гос. Реестре № 30035-07)

Председатель комиссии: Зам. Руководителя испытательной лаборатории Архипов Ю.В.

Член комиссии: Инженер-испытатель Рыжикова В.С.

1 В период с 26.03.2012 г. по 09.04.2012 г. в Испытательной лаборатории медицинских изделий ЗАО "НИИМТ" были проведены технические испытания Анализатора биохимического Konelab 60 с принадлежностями по приложению А производства Thermo Fisher Scientific Oy, Финляндия.

2 Для проведения испытаний были предъявлены:

- а) заявка от ЗАО "Термо Фишер Сайентифик" о проведении технических испытаний.
- б) техническая документация:
 - Инструкция по эксплуатации;
 - Нормативный документ (проект).

3 Назначение и краткая техническая характеристика изделия.

3.1 Анализатор биохимический Konelab 60 предназначен для биохимического и ионоселективного анализа биологических жидкостей пациента (сыворотка, плазма, моча, спинно-мозговая жидкость).

3.2 Технические параметры и характеристики изделия.

Номинальное напряжение питания	(100 ÷ 240) В
Частота	(50 ÷ 60) Гц
Потребляемая мощность	1100 Вт
Режим работы	продолжительный
Производительность	600 тестов в час
Количество позиций для образцов	84
Количество позиций для срочных образцов	6
Количество позиций для контрольных материалов и калибраторов	39
Количество позиций для реагентов	45
Количество измерительных кювет	2100
Реакционный объем	(100 ÷ 250) мкл
Диапазон используемых длин волн	(340 ÷ 800) нм
Температура инкубатора	37 °С
Габаритные размеры	150 x 79 x 115 см
Масса	270 кг
Степень защиты оболочки	обычная
Требования безопасности	ГОСТ Р 51350-99 для изделий класса I
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ Р 51522-99