

ОКП 93 9890

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО "Казанский медико-

инструментальный завод"



Х. Шакиров

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ЯЗЫКА ДВУХСТОРОННИЙ
ПОЛИМЕРНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Этикетка

3872.8.541.100 БТ

Директор

ООО "Полимерные
изделия"



М. М. Харчевников

200-

№ подл. Подпись и дата
Взам. инв. № Инв. № дудл. Подпись и дата

Шпатель для языка двухсторонний полимерный одноразовый стерильный (в дальнейшем - шпатель), предназначен для отнесения языка ко дну полости рта.

Область применения - оториноларингология.

Шпатель предназначен для одноразового применения в клинических условиях.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Шпатель изготовлен из полистирола ударопрочного марки УИМ-0508. ГОСТ 28250-89.

Габаритные размеры: 181x18x4 мм.

Масса шпателя - не более 12 г.

Шпатели выпускаются стерильными в потребительской таре.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация шпателей обеспечивается газовым (окисью этилена) способом.

ХРАНЕНИЕ

Шпатели в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 25°C.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Шпатели соответствуют техническим условиям ТУ 9398-165-05519988-2004 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____ ОТК _____

3872.8.541.100 ЭТ

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Аксенова	И.И.	8.09.04	
Пров. I	Нигметзянов	И.И.	09.09.04	
Утв.				

Шпатель для языка двух-
сторонний полимерный
одноразовый стерильный
Этикетка

Лит.	Лист	Листов
ОАА	2	3

ОАО "КММЗ"

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности шпателя - 3 года со дня стерилизации.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляют предприятию-изготовителю по адресу: 420021, г.Казань, ул.Сайдашева, 12, ООО "Полимерные изделия".

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Шпатели не токсичны.

Утилизация должна проводиться по правилам и в порядке, установленном МЗ России.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия N _____

Срок действия _____

Выдан АНО "ЦСМО"

Место простановки знака соответствия.