STENT DO NACZYŃ WIEŃCOWYCH
Z SYSTEMEM WPROWADZAJĄCYM
RAPID EXCHANGE

CORONARY STENT
WITH DELIVERY SYSTEM
RAPID EXCHANGE

Flexus

stent length

stent diameter

.014"

catheter length

Średnica nominalna stentu [mm] Nominal stent diameter [mm]	3.5
Długość nominalna stentu [mm] Nominal stent length [mm]	18
Długość cewnika [cm] Catheter length [cm]	140
Stosować z prowadnikiem Use with guide wire	Max .014" (0.36 mm)
Min. otwór cewnika prowadzącego Min. guiding catheter I.D.	.056"

REF ZSTC3.50X1814F

Stent number: 120911454

Ciśnienie Pressure [atm]	[kPa]	Średnica balonu Balloon diameter [mm]	Uwagi Remarks
4	405	3.25	
6	608	3.38	
8	811	3.50	Ciśnienie nominalne Nominal pressure
10	1013	3.61	
12	1216	3.73	
14	1419	3.85	Max. dopuszczalne ciśnienie Rated Burst Pressure

Nie przekraczać max. dopuszczalnego ciśnienia
Do not exceed rated burst pressure

Flexus REF ZSTC3.50X1814F

Flexus REF ZSTC3.50X1814F

Flexus REF ZSTC3.50X1814F

Flexus REF ZSTC3.50X1814F

Przeczytać instrukcję użycia
Consult instructions for use.
Прочитать инструкцию
по применению.

0°C 40°C

STERILE EO
Sterylizowany tlenkiem etylenu
Sterilized using ethylene oxide.
Стерилизовано оксидом этилена.

Jednorazowego użytku.
Single use.
Одноразового использования.

Po użyciu wyrób medyczny utylizować zgodnie z procedurą szpitala.
Single use medical devices to be utilized according to procedure of hospital.
После использования медицинское изделие утилизировать согласно процедурам

Flexus® Coronary stent with delivery system RX

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

STENT DO NACZYŃ WIENCOWYCH
Z SYSTEMEM WPROWADZAJĄCYM
RAPID EXCHANGE

CORONARY STENT
WITH DELIVERY SYSTEM
RAPID EXCHANGE

BALTON

Flexus

REF
ZSTC3.50X1814F

Nominal Stent Diameter 3.5

Nominal Stent Length 18

BALTON

REF
ZSTC3.50X1814F

Nominal Stent Diameter 3.5

Nominal Stent Length 18

2013-08 LOT 3309[illegible]

STENT DO NACZYŃ WIENCOWYCH
Z SYSTEMEM WPROWADZAJĄCYM
RAPID EXCHANGE

CORONARY STENT
WITH DELIVERY SYSTEM
RAPID EXCHANGE

BALTON

Flexus



Średnica nominalna stentu [mm] Nominal stent diameter [mm]	3.5
Długość nominalna stentu [mm] Nominal stent length [mm]	18
Długość cewnika [cm] Catheter length [cm]	140
Stosować z prowadnikiem Use with guide wire	Max .014" (0.35 mm)
Min. otwór cewnika prowadzącego Min. guiding catheter I.D.	.056"

REF ZSTC3.50X1814F
Stent number: 120911454

Ciśnienie Pressure [atm]	[kPa]	Średnica balonu Balloon diameter [mm]	Uwagi Remarks
4	405	3.25	
6	608	3.38	
8	811	3.50	
10	1013	3.61	
12	1216	3.73	
14	1419	3.85	

Nie przekraczać max. dopuszczalnego ciśnienia
Do not exceed I.atect burst pressure

2013-08
2011-08
LOT 3309[illegible]
STERILE EO
CE 1123

MADE IN EU
BALTON sp. z o.o.
[illegible]
Nowy Wiślak 51e
Poland

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Z SYSTEMEM WPROWADZ
RAPID EXCHANGE

SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT
WITH DELIVERY SYSTEM
RAPID EXCHANGE

PROLIM®

REF
ZSTC3.50X1214SF

Nominal Stent Diameter 3.5

Nominal Stent Length 12

BALTON®

REF
ZSTC3.50X1214SF

Nominal Stent Diameter 3.5

Nominal Stent Length 12


2013-08 LOT 040911

STENT DO NACZYŃ WIEŃCOWYCH UWALNIAJĄCY SIROLIMUS
Z SYSTEMEM WPROWADZAJĄCYM
RAPID EXCHANGE

BALTON

SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT
WITH DELIVERY SYSTEM
RAPID EXCHANGE

PROLIM®



Średnica nominalna stentu [mm] Nominal stent diameter [mm]	3.5
Długość nominalna stentu [mm] Nominal stent length [mm]	12
Długość cewnika [cm] Catheter length [cm]	140
Stosować z prowadnikiem Use with guide wire	Max .014" (0.36 mm)
Min. otwór cewnika prowadzącego Min. guiding catheter I.D.	.056"

REF ZSTC3.50X1214SF

Stent number: 020911336

Ciśnienie Pressure [atm]	[kPa]	Średnica balonu Balloon diameter [mm]	Uwagi Remarks
4	405	3.25	
6	608	3.38	
8	811	3.50	Ciśnienie nominalne Nominal pressure
10	1013	3.61	
12	1216	3.73	
14	1419	3.85	Max. dopuszczalne ciśnienie Rated Burst Pressure

Nie przekraczać max. dopuszczalnego ciśnienia
Do not exceed rated burst pressure

2013-08

2011-09

LOT 040911

STERILE EO

Jałowy, sposób sterylizacji tlenek etylenu
Przechowywać w chłodnym, suchym, czystym miejscu
Nietoksyczny. Apirogenny.
Do not use if package is damaged
Store in a cool, dark, dry place
Non-toxic. Non-pyrogenic

CE 0123

MADE IN EU
BALTON Sp. z o.o.
00-496 Warszawa
Nowy Świat 7/14
Poland

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX

STENT KOBALTOWO-CHROMOWY DO NACZYŃ WIEŃCOWYCH
Z SYSTEMEM WPROWADZAJĄCYM
RAPID EXCHANGE

BALTON

COBALT-CHROMIUM CORONARY STENT
WITH DELIVERY SYSTEM
RAPID EXCHANGE

Coflexus®

REF
ZSTC3.50X0814CF

Nominal Stent Diameter 3.5

Nominal Stent Length 8

BALTON
REF
ZSTC3.50X0814CF

Nominal Stent Diameter 3.5

Nominal Stent Length 8


2013-07 LOT 830811

STENT KOBALTOWO-CHROMOWY DO NACZYŃ WIEŃCOWYCH
Z SYSTEMEM WPROWADZAJĄCYM
RAPID EXCHANGE

BALTON

COBALT-CHROMIUM CORONARY STENT
WITH DELIVERY SYSTEM
RAPID EXCHANGE

Coflexus®



Średnica nominalna stentu [mm] Nominal stent diameter [mm]	3.5
Długość nominalna stentu [mm] Nominal stent length [mm]	8
Długość cewnika [cm] Catheter length [cm]	140
Stosować z prowadnikiem Use with guide wire	Max .014" (0.36 mm)
Min. otwór cewnika prowadzącego Min. guiding catheter I.D.	.056"

REF ZSTC3.50X0814CF

Stent number: 290811409

Ciśnienie Pressure [atm]	[kPa]	Średnica balonu Balloon diameter [mm]	Uwagi Remarks
4	405	3.25	
6	608	3.38	
8	811	3.50	Ciśnienie nominalne Nominal pressure
10	1013	3.61	
12	1216	3.73	
14	1419	3.85	Max. dopuszczalne ciśnienie Rated Burst Pressure

Nie przekraczać max. dopuszczalnego ciśnienia
Do not exceed rated burst pressure

2013-07 Jednorazowego użytku Use only once

2011-08 Przeczytać instrukcję użycia Consult instructions for use

LOT 830811

STERILE EO

Jałowy, jeśli opakowanie jest nieuszkodzone. Przechowywać w chłodnym, ciemnym, suchym miejscu. Nietoksyczny. Apirogenny.
Do not use if package is damaged. Store in a cool, dark, dry place. Nontoxic. Nonpyrogenic.

CE 1023

MADE IN EU
BALTON sp. z o.o.
00-496 Warszawa
Nowy Świat 7/14
Poland

Tel. (48 22) 331 44 00
Fax (48 22) 331 44 44
www.balton.pl
e-mail: balton@balton.pl

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

RX

catheter length

Średnica nominalna stentu [mm] / Nominal stent diameter [mm]	3
Długość nominalna stentu [mm] / Nominal stent length [mm]	15
Długość cewnika [cm] / Catheter length [cm]	140
Stosować z prowadnikiem / Use with guide wire	Max .014" (0.36 mm)
Min. otwór cewnika prowadzącego / Min. guiding catheter I.D.	.056"

REF ZSTC3.00X1514CL

Stent number: 140911308

Ciśnienie Pressure [atm]	[kPa]	Średnica balonu Balloon diameter [mm]	Uwagi Remarks
4	405	2.7	
6	608	2.8	
8	811	3.0	
10	1013	3.1	
12	1216	3.2	
14	1419	3.3	

Nie przekraczać max. d
Do not exceed ra

PAXEL PAXEL PAXEL

Przeczytaj instrukcję użycia
Consult instruction for use

STERILE EO — Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Jednorazowego użytku
Single use.

PAXEL Cobalt-Chromium
With delivery system

STENT KOBALTOWO - CHROMOWY DO NACZYŃ WIEŃCOWYCH
UWALNIAJĄCY PAKLITAKSEL
Z SYSTEMEM WPROWADZAJĄCYM,
z możliwością DIRECT STENTING
RAPID EXCHANGE

PACLITAXEL ELUTING COBALT - CHROMIUM
CORONARY STENT
WITH DELIVERY SYSTEM,
DIRECT STENTING
RAPID EXCHANGE

BALTON

PAXEL

REF ZSTC3.00X1514CL

Nominal Stent Diameter 3

Nominal Stent Length 15

BALTON REF ZSTC3.00X1514CL Nominal Stent Diameter 3 Nominal Stent Length 15 2013-08 LOT 400911

STENT KOBALTOWO - CHROMOWY DO NACZYŃ WIEŃCOWYCH
UWALNIAJĄCY PAKLITAKSEL
Z SYSTEMEM WPROWADZAJĄCYM,
z możliwością DIRECT STENTING
RAPID EXCHANGE

PACLITAXEL ELUTING COBALT - CHROMIUM
CORONARY STENT
WITH DELIVERY SYSTEM,
DIRECT STENTING
RAPID EXCHANGE

BALTON

PAXEL

.014"

stent length

stent diameter

catheter length

Średnica nominalna stentu [mm] / Nominal stent diameter [mm]	3
Długość nominalna stentu [mm] / Nominal stent length [mm]	15
Długość cewnika [cm] / Catheter length [cm]	140
Stosować z prowadnikiem / Use with guide wire	Max .014" (0.36 mm)
Min. otwór cewnika prowadzącego / Min. guiding catheter I.D.	.056"

REF ZSTC3.00X1514CL

Stent number: 140911308

Ciśnienie Pressure [atm]	[kPa]	Średnica balonu Balloon diameter [mm]	Uwagi Remarks
4	405	2.78	
6	608	2.89	
8	811	3.00	Ciśnienie nominalne / Nominal pressure
10	1013	3.11	
12	1216	3.21	
14	1419	3.30	

Nie przekraczać max. dopuszczalnego ciśnienia
Do not exceed rated burst pressure

2013-08

2011-09

LOT 400911

STERILE EO

CE 1023

MADE IN EU
BALTON sp. z o.o.
02-486 Warszawa
Nowy Świat 7/14
Polska

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

STENT DO BIFURKACJI NACZYŃ WIEŃCOWYCH
UWALNIAJĄCY SIROLIMUS
Z SYSTEMEM WPROWADZAJĄCYM

BALTON

BIOSS LIM®

SIROLIMUS ELUTING
CORONARY BIFURCATION STENT
WITH DELIVERY SYSTEM

RAPID EXCHANGE

REF
ZSTB3.00X3.75X1514S

DISTAL Stent Diameter **3.00** PROXIMAL Stent Diameter **3.75** Nominal Stent Length **15**

BALTON

DISTAL Stent Diameter 3.00 PROXIMAL Stent Diameter 3.75 Nominal Stent Length 15

REF
ZSTB3.00X3.75X1514S

STENT DO BIFURKACJI NACZYŃ WIEŃCOWYCH
UWALNIAJĄCY SIROLIMUS
Z SYSTEMEM WPROWADZAJĄCYM


BALTON

SIROLIMUS ELUTING
CORONARY BIFURCATION STENT
WITH DELIVERY SYSTEM

BIOSS LIM®

RAPID EXCHANGE

2013-08
LOT 480911



Średnica dystalna stentu [mm] Distal stent diameter [mm]	3.00
Średnica proksymalna stentu [mm] Proximal stent diameter [mm]	3.75
Długość nominalna stentu [mm] Nominal stent length [mm]	15
Długość kateteru [cm] Catheter length [cm]	140
Stosować z prowadnikiem Use with guide wire	max .014 (0.36 mm)
Min. otwór kateteru prowadzącego Min. guiding catheter I.D.	.056"

REF ZSTB3.00X3.75X1514S

Stent number: **150911319**

Ciśnienie Pressure [atm]	[kPa]	Średnica balonu Balloon diameter DISTAL / PROXIMAL [mm]	Uwagi Remarks
6	608	2.70 / 3.55	
8	811	2.86 / 3.72	
10	1013	3.00 / 3.75	Ciśnienie nominalne Nominal pressure
12	1216	3.16 / 3.96	
14	1419	3.29 / 4.08	
16	1621	3.39 / 4.12	Max. dopuszczalne ciśnienie Rated Burst Pressure
18	1824	3.52 / 4.21	
20	2026	3.70 / 4.31	

Nie przekraczać max. dopuszczalnego ciśnienia
Do not exceed rated burst pressure

2013-08 Jednorazowego użytku Use only once
2011-09 Przeczytać instrukcję użycia Consult instructions for use
LOT 480911
STERILE EO

Jałowy, jeśli opakowanie jest nieuszkodzone
Przechowywać w chłodnym, ciemnym, suchym miejscu
Nietoksyczny. Apirogenny
Do not use if package is damaged
Store in a cool, dark, dry place.
Nontoxic. Nonpyrogenic

CE 1023

MADE IN EU
BALTON sp. z o.o
00-496 Warszawa
Nowy Świat 7/14
Poland

Tel. (48 22) 697 44 00
Fax (48 22) 697 44 44
www.balton.pl
e-mail: balton@balton.pl

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU