








Аортальный стент-графт ТУ 9411 005-66708887-2016, внешний вид изделия










Рукоятка системы доставки стент-графта



Аортальный стент-графт

TU 9444-005-66708887-2016

Рег. уд. № _____ от _____

Обозначение

SGC24/12/155

Модель

Конусовидный

Диаметр проксимальной части стент-графта

24 мм

Диаметр дистальной части стент-графта

12 мм

Длина стент-графта

155 мм

Эффективная длина системы доставки

18 F

Максимальный диаметр направляющего проводника

0,035" (0,89 мм)

Номер партии (LOT)

025

Дата изготовления

2016-10

Годен до




2021-11

STERILE EO


Стерилизовано
оксидами этилена



Алертогенно




Не использовать
повторно



Сквозь
сопроводительную
документацию




Не использовать
при поврежденной
упаковке



Условия
хранения

ООО "НаноМед"

440068, Россия, Пенза, ул. Центральная, д. 1-
тел./факс: (8412) 38-09-08, (8412) 38-09-59, 93-47-63



Nanomed

АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНТ-ГРАФТ
ТУБУЛЯРНЫЙ

SGA24/115-CC

ОБОЗНАЧЕНИЕ

24.00 MM

ДИАМЕТР D

110 MM

ДЛИНА L

0,035" (0.89 MM)

ПРОВОДИЛИК МАКС.

23 F

СИСТЕМА ДОСТАВКИ

05.2014-0010

НОМЕР ПАРТИИ



STERILE EO

10-10-15

10-10-15

05.2014

05.2019

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОДВЕЖДЕННОЙ УПАКОВКЕ
ПОВТОРНО НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

7 листов

