

Набор реагентов для иммуноферментного определения Свободного Тестостерона (Free Testosterone) на анализаторе DRG:HYBRiD-XL, в составе:

- 1** **ре-калибратор 2 - 1 флакон, 1 мл;**
- 2** **ре-калибратор 1 - 1 флакон, 1 мл;**
- 3** **контроль 2 - 1 флакон, 1 мл;**
- 4** **контроль 1 - 1 флакон, 1 мл;**
- 5** **картридж - 40 штук.**

Кат. № HYE-5378

DRG:HYBRID-XL
Free Testosterone

Inhalt/Content	Vol./No.	LOT
Reagent Cartridges	40	425RC087-1
Re-Calibrator 1	1mL	R1FRTES7081
Re-Calibrator 2	1mL	R2FRTES7081
Control 1	1mL	C1FRTES7081
Control 2	1mL	C2FRTES7081

REF HYE-5378

LOT 425K087-1

 20180831
(YYYYMMDD)

CE IVD

 DRG Instruments GmbH
Frauenbergstr. 18
35039 Marburg

DRG 

+2°C  +8°C



Наименование МИИ согласно РУ МЗ РФ	Набор реагентов для иммуноферментного определения Свободного Тестостерона (Free Testosterone) на анализаторе DRG:HYBRiD-XL, в составе:
	1 ре-калибратор 2 - 1 флакон, 1 мл;
	2 ре-калибратор 1 - 1 флакон, 1 мл;
	3 контроль 2 - 1 флакон, 1 мл;
	4 контроль 1 - 1 флакон, 1 мл;
	5 картридж - 40 штук.
Производитель:	(ДРГ Инструменте ГмбХ), Германия, DRG Instruments GmbH
Уполномоченный представитель производителя в РФ:	Закрытое Акционерное Общество «ДРГ Техсистемс» (ЗАО «ДРГ Техсистемс»), 121248, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, 3; тел./факс: 8 (499) 277 07 20, E-mail: office@drgtech.ru
РУ МЗ РФ	Указываются реквизиты РУ МЗ РФ
Кат. №	НУЕ-5378
Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют	



DRG:HYBRID-XL



Инструкция пользователя

Набор реагентов для иммуноферментного определения Свободного Тестостерона (Free Testosterone) на анализаторе DRG:HYBRID-XL, в составе:

1. ре-калибратор 2 - 1 флакон, 1 мл;
2. ре-калибратор 1 - 1 флакон, 1 мл;
3. контроль 2 - 1 флакон, 1 мл;
4. контроль 1 - 1 флакон, 1 мл;
5. картридж - 40 штук.

IVD

REF

HYE-5378



40 тестов



N-9, 11-XL Rev. 3	QC Data Sheet Qualitätskontrollblatt	DRG
DRG:HYBRID-XL		

Free Testosterone

Cat.-No./Art.-Nr.

HYE-5378


Lot No./Ch.-Bez.

425K087-1

Expiry Date/Verw. bis
(symmet.)

180831

Master Barcode



Reagents	Quantity	Lot No	Expiry Date	Barcode
Free Testosterone	40	425K087-1	180831	



Я, Генеральный директор ЗАО "ДРГ Техсистем",
свидетельствую достоверность данного пакета
документов. В нём подчисток, приписок, зачерк-
нутых слов и иных неоговорённых исправлений
или каких-либо особенностей нет.

Всего пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью 9 листов.

Генеральный директор ЗАО "ДРГ Техсистем"

Дата: 01.08.2018

