




630559, Новосибирская обл., Новосибирский р-н,
п. Колыцово, кв. 121, ЗАО "Вектор-Бест"

Разработчик ДНК ВПЧ 68/73/82 (комплект 1)
Набор реактивов для дифференциации выявления ДНК вирусных папилломы человека 68, 73 и 82 типов методом полимеразной цепной реакции в реальном времени

Тел: (383) 227-67-64, 227-75-50, 332-57-58
Тел факс: (383) 332-64-44
E-mail: info@vektor-best.ru


ТУ 9398-430-23448173-2013



Хранить при температуре 2-8°C		Номер серии	
Внешний вид	Датирование	Дата изготовления	07.03.2013
Полнотелый контрольный образец (ПКО)	Срок годности набора до	Дата выдачи паспорта	07.03.2013
Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС)	Характеристики в норме	Срок годности набора до	07.03.2014
Технические характеристики		Размеры контроля	
Чувствительность (выявление 100 копий ДНК ВПЧ 68, 73 и 82 типов в 100 образцах), %	Процентная бесцветная жидкость	Процентная бесцветная жидкость (соответствует)	100 (соответствует)
Специфичность (выявление ДНК ВПЧ 68, 73 и 82 типов в стандартной смеси предвзятых отрицательных образцов), %	Аморфная масса белого цвета	Аморфная масса белого цвета (соответствует)	100 (соответствует)
Заключение: Соответствует установленным требованиям			
Анализ ОБЖ	В.В. ШАГРОВ		



ЗАО "Вектор-Бест"
Разработчик ДНК ВПЧ 68/73/82
ГРС готовая реакционная смесь для ПЦР
(96 пробирок)
Срок годности: 12 месяцев
Хранить при температуре 2-8°C

Разработчик ДНК ВПЧ 68/73/82 (комплект 1)





ПАСПОРТ № 311-13
 Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК вируса папилломы человека 68, 73 и 82 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
 ТУ 9398-430-23548172-2013

Хранить при температуре 2-8°C

Внешний вид	Наименование показателя	Характеристики и нормы	Рез-ты контроля
Положительный контрольный образец (ПКО) <td>Раствор для восстановления (РВ) <td>Прозрачная бесцветная жидкость <td>Прозрачная бесцветная жидкость (соответствует) </td></td></td>	Раствор для восстановления (РВ) <td>Прозрачная бесцветная жидкость <td>Прозрачная бесцветная жидкость (соответствует) </td></td>	Прозрачная бесцветная жидкость <td>Прозрачная бесцветная жидкость (соответствует) </td>	Прозрачная бесцветная жидкость (соответствует)
Технические характеристики <td>Чувствительность (выявление 100 копия ДНК ВПЧ 68, 73 и 82 типов в пяти образцах), % <td>Аморфная масса белого цвета <td>Аморфная масса белого цвета (соответствует) </td></td></td>	Чувствительность (выявление 100 копия ДНК ВПЧ 68, 73 и 82 типов в пяти образцах), % <td>Аморфная масса белого цвета <td>Аморфная масса белого цвета (соответствует) </td></td>	Аморфная масса белого цвета <td>Аморфная масса белого цвета (соответствует) </td>	Аморфная масса белого цвета (соответствует)
Специфичность выявления ДНК ВПЧ 68, 73 и 82 типов (по стандартной панели) отрицательных ДНК-экстрактов), % <td>Заключение: Соответствует установленным требованиям <td>Прозрачная бесцветная жидкость <td>Прозрачная бесцветная жидкость (соответствует) </td></td></td>	Заключение: Соответствует установленным требованиям <td>Прозрачная бесцветная жидкость <td>Прозрачная бесцветная жидкость (соответствует) </td></td>	Прозрачная бесцветная жидкость <td>Прозрачная бесцветная жидкость (соответствует) </td>	Прозрачная бесцветная жидкость (соответствует)
Начальник ОТК	В.В. ШАПРОВ	100	100 (соответствует)
		100	100 (соответствует)

Дата изготовления: 12.02.2013
 Дата выдачи паспорта: 12.02.2013
 Срок годности наборов до: 12.02.2014

ОТДЕЛ
 ВИРОЛОГИЧЕСКОГО
 КОНТРОЛЯ

