

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель ИЛ
ООО «Полмертест» СПб



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БЕЛЛА Восток»

Славомир Кшизиньски
«27» ноября 2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Марлевые перевязочные материалы марки matopat стерильные с рентгеноконтрастной нитью и без:

Tupfer A (Тупфер А), Tupfer AR (Тупфер АР), Tupfer B (Тупфер Б), Tupfer BR (Тупфер БР), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer CR (Тупфер ЦР), Tupfer D (Тупфер Д), Tupfer DR (Тупфер ДР), Tupfer E (Тупфер Е), Tupfer ER (Тупфер ЕР), Seton (Сетон), Abdoma (Абдома).

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для ограничения операционного поля, тампонады ран с целью остановки кровотечения и для дренирования, для осушивания и дренирования свищей и узких ран; для осушения операционного поля от большого количества биологических жидкостей во время хирургических операций.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сырьё:

Марля перевязочная из 100% впитывающего воду хлопка, отбеленного перекисью без использования хлора, обезжиренная, без оптически отбеливающих средств, без запаха и без крахмала.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Запрещается использовать изделие, если:

- истёк допускаемый срок хранения изделия, указанный на упаковке,
- нарушена целостность упаковки,
- упаковка находится во влажном состоянии (подмочена).

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:

- вымыть руки перед использованием изделия;
- открыть общую упаковку с изделиями;
- достать изделие из общей упаковки.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:

- извлечь изделие из упаковки;
- использовать изделие по назначению.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Хранение изделий – в закрытых сухих помещениях, защищённых от атмосферных осадков и почвенной влаги,
- При отсутствии нарушений упаковку вскрывают и содержащиеся в ней изделия используют по назначению.