

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ГЛОБУС»



И.А.Горбунов


21 июня 2017г.

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия вместе с принадлежностями:**
«Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования центральной
гемодинамики методом объемной компрессионной
осциллометрии КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС»
по ТУ 9441-003-22221983-2004
(с извещениями об изменениях №1-№5)

2017

Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования центральной гемодинамики методом объемной компрессионной осциллометрии
КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС» по ТУ 9441-003-22221983-2004

Состав комплекта с принадлежностями



Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования центральной гемодинамики методом объемной компрессионной осциллометрии
КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС» по ТУ 9441-003-22221983-2004

Аппарат Комплекса (АК, или аппарат)



Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования центральной гемодинамики методом объемной компрессионной осцилометрии
КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС» по ТУ 9441-003-22221983-2004

Манжета LD-Cuff (ФСЗ 2012/11653 от 12.03.2012 г., производитель «Little Doctor International (S) Pte. Ltd.», Сингапур): N1LR




Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования центральной гемодинамики методом объемной компрессионной осцилометрии
КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС» по ТУ 9441-003-22221983-2004

Манжета LD-Cuff (ФСЗ 2012/11653 от 12.03.2012 г., производитель «Little Doctor International (S) Pte. Ltd.», Сингапур): N1A



Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования центральной гемодинамики методом объемной компрессионной осциллометрии
КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС» по ТУ 9441-003-22221983-2004

Манжета LD-Cuff (ФСЗ 2012/11653 от 12.03.2012 г., производитель «Little Doctor International (S) Pte. Ltd.», Сингапур): N1C



Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования центральной гемодинамики методом объемной компрессионной осциллометрии
КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС» по ТУ 9441-003-22221983-2004

Компакт-диск с программным обеспечением




Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования центральной гемодинамики методом объемной компрессионной осциллометрии
КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС» по ТУ 9441-003-22221983-2004


Сетевой адаптер GS18E05-P1J с разъемом типа P1J, выполненный по классу защиты II в части электробезопасности и соответствующий национальным требованиям электробезопасности, предъявляемым к медицинским изделиям



Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования центральной гемодинамики методом объемной компрессионной осциллометрии
КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС» по ТУ 9441-003-22221983-2004

Методика поверки

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
ГЦИ СИ «ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева»

В.С. Александров
16 августа 2004 г.



Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования центральной
гемодинамики методом объемной компрессионной осциллометрии
КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС»

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования центральной гемодинамики методом объемной компрессионной осциллометрии
КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС» по ТУ 9441-003-22221983-2004

Паспорт комплекса



КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС»

ОКП 94 4130

Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования
центральной гемодинамики методом объемной компрессионной
осциллометрии

ПАСПОРТ

9441-003-22221983-2004 ПС



РОССИЯ
308023, г. Белгород, ул. Садовая, 45-А
тел/факс (4722) 26-42-50, 26-18-46, 31-33-76
globusmedica@yandex.ru
www.gemodinamika.ru

Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования центральной гемодинамики методом объемной компрессионной осциллометрии
КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС» по ТУ 9441-003-22221983-2004

Руководство по эксплуатации



КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС»

ОКП 94 4130

Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования
центральной гемодинамики методом объемной компрессионной
осциллометрии

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9441-003-22221983-2004 РЗ



РОССИЯ

308023, г. Белгород, ул. Садовая, 45-А
(4722) 26-42-50, 26-18-46, 31-33-76
globusmedica@yandex.ru
www.gemodinamika.ru

Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования центральной гемодинамики методом объемной компрессионной осциллометрии
КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС» по ТУ 9441-003-22221983-2004

Инструкция по применению



КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС»
Комплекс аппаратно-программный
неинвазивного исследования
центральной гемодинамики методом
объемной компрессионной
осциллометрии

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

9441-003-22221983-2004 ИП



**Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования центральной гемодинамики методом объемной компрессионной осциллометрии
КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС» по ТУ 9441-003-22221983-2004**

Инструкция по индивидуальному использованию

Приложение № 1



КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС»
Комплекс аппаратно-программный
неинвазивного исследования
центральной гемодинамики методом
объемной компрессионной
осциллометрии

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**


9441-003-22221983-2004 ИИ



РОССИЯ
308023, г. Белгород, ул. Садовая, 45-А
тел/факс (4722) 26-42-50, 26-18-46, 31-33-76
globusmedica@yandex.ru
www.gemodinamika.ru


Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования центральной гемодинамики методом объемной компрессионной осциллометрии
КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС» по ТУ 9441-003-22221983-2004

Принадлежность: Батарейки АА




Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования центральной гемодинамики методом объемной компрессионной осциллометрии
КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС» по ТУ 9441-003-22221983-2004

Принадлежность: Персональный компьютер типа "ноутбук" (с характеристиками не ниже: 15" экран, 320 GB жесткий диск, 2GB оперативная память, 3 порта USB 2.0, Windows XP) со встроенным модулем Bluetooth (Блютус) с версией протокола не ниже 2.1 EDR



Комплекс аппаратно-программный неинвазивного исследования центральной гемодинамики методом объемной компрессионной осциллометрии
КАП ЦГ осм- «ГЛОБУС» по ТУ 9441-003-22221983-2004

Принадлежность: Внешний модуль Bluetooth (Блютус) ASUS USB-BT400 с поддержкой Bluetooth версии 2.1EDR и выше



Директор
ООО «Глобус»

Горбунов

Горбунов И.А.

Прочито, пронумеровано и скреплено печатью
10 (десять) лист *об*

