

Федеральное бюджетное учреждение науки
Государственный научный центр вирусологии
и биотехнологии «Вектор»
Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
630559, рабочий поселок Колыцово
Новосибирской области
Тел. (383) 336-60-10, Тел./факс (383) 336-74-09

Иммуноглобулины диагностические
флуоресцирующие к вирусу Западного Нила
«Вектор ПКАТ-ФИТЦ анти-ЗН в ПИФ»

TU 9389-039-05664012-2016

Регистрационный номер _____

Дата регистрации _____

Серия: 02.12.2016

Дата изготовления: 07.12.2016

Годеи до: 07.12.2017

Для проведения не менее 50 исследований

Хранить при температуре от 2 до 8 °С.

Допускается транспортирование при
температуре до 27 °С не более десяти
суток.

Не допускать замораживания.

«Только для диагностики ин витро»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВИРУСОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ



ВЕКТОР

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора
«Вектор ПКАТ-ФИТЦ анти-ЗН в ПИФ»

1,0 мл

Рабочее разведение 1:2

Дата изготовления 07.12.2016

Годеи до 07.12.2017

Серия 02.12.2016

Только для диагностики ин витро

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
«Вектор ПКАТ-ФИТЦ анти-ЗН в ПИФ»
Дата изготовления 07.12.2016
Годеи до 07.12.2017
Серия 02.12.2016
Только для диагностики ин витро

Генеральный директор

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора



Р.А. Максютов