

Реагенты и контроли для гематологических анализаторов

J.T.Baker-Mallinckrodt Baker B.V. (Нидерланды)

Качество продукции компании Mallinckrodt Baker B.V. обеспечивается системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с международным стандартом ИСО 9001:2000

Продукция зарегистрирована в Росздравнадзоре

Концерн «Mallinckrodt Baker» более 30 лет производит высококачественные реагенты и контрольные материалы для гематологических анализаторов. В частности, под торговой маркой «J.T.Baker» выпускаются реагенты для большинства марок современных гематологических анализаторов фирм: «Beckman-Coulter», «Drew», «ABX», «Sysmex», «Mindray», «Diatron», «Nihon Kohden», «Swelab» и многих других. Реагенты имеют уникальную рецептуру, специфичную для анализаторов каждой марки.

До 1997 года потребители продукции «J.T.Baker» были сосредоточены в странах Западной Европы и США. ЗАО «АНАЛИТИКА» с 1997 года эксклюзивно представляет продукцию марки «J.T.Baker» в России. За прошедшие годы реагенты получили широкое признание специалистов, накоплен огромный позитивный опыт использования реагентов и контрольных материалов с различными гематологическими анализаторами в лабораториях медучреждений РФ. Сотни лабораторий на практике убедились в том, что использование реагентов «J.T.Baker» позволяет обеспечить высокое качество исследований и длительную безотказную работу анализаторов. Контрольные материалы для гематологических анализаторов (контрольная кровь) «J.T.Baker» в настоящее время являются одними из немногих высококачественных и регулярно поставляемых в Россию материалов для внутрилабораторного контроля качества гематологических исследований. Контрольные материалы 3-Diff-Control имеются в наличии на складе постоянно.

• РЕАГЕНТЫ

Изотонические разбавители

Расфасованы в канистры по 20 литров. В наиболее часто используемых разбавителях отсутствуют токсичные консерванты. Сроки годности разбавителей – до 3 лет.

Лизирующие реагенты

Расфасованы в различные упаковки: от флаконов по 15 мл с капельницей до канистр емкостью 5 л. Сроки годности лизирующих реагентов – до 2 лет.

Промывающие и очищающие растворы

Реагенты для ежедневной промывки рабочей системы анализаторов, для ежемесячной промывки и для срочной очистки. Фасовки от 100 мл до 5 л. Сроки годности растворов – до 2 лет.

• КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Контрольные материалы с высокими, низкими и нормальными значениями определяемых параметров аттестованы по 8 и 12 параметрам, отдельно поставляются специальные виды контролей для анализаторов «Beckman-Coulter», «Abbott», «Sysmex» и других. Фасовка – флаконы по 2,5 мл (в некоторых случаях – 3 или 4,5 мл). Сроки годности до вскрытия флакона – не менее 3 месяцев (для 3-Diff Control – 6 мес.), после вскрытия – до 14 дней (для 3-Diff Control – 28 дней). Сотрудничество ЗАО «АНАЛИТИКА» и «Mallinckrodt Baker» обеспечивает лабораториям не только высокое качество реагентов, но и оперативную их поставку, адаптацию к анализаторам, обучение и методическое сопровождение пользователей, а также техническое обслуживание приборов.

Реагенты «J.T.Baker» поставляются со склада ЗАО «АНАЛИТИКА» в Москве, пропускная способность (емкость) которого составляет более 20 тонн/месяц, что позволяет подавляющую часть заказов выполнять в срочном режиме. Контрольные материалы поставляются в соответствии с графиком.

• ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АНАЛИЗАТОРОВ

Высококвалифицированные специалисты сервисной службы ЗАО «АНАЛИТИКА» готовы оказать консультационные услуги, а также принять на себя заботы по профилактике и ремонту анализаторов в лабораториях, использующих реагенты «J.T.Baker», и тем самым обеспечить их бесперебойную работу.

ЗАО «АНАЛИТИКА» – эксклюзивный поставщик продукции «J.T.Baker» в РФ.



Bayer Advia 60 / Micros 60

С дифференциацией лейкоцитов на 3 субпопуляции

Реагент	Название	Кат.№	Упаковка
Разбавитель	Diluid III Diff	3963	20 л
Лизирующий	CyMet Micro	3852.1000	1 л
Промывающий	ProClean / ProClean Micros	3900 / 3768.1000	5 л / 1 л
Экстренной очистки	Hypochlorite 5%	3936.1000	1 л
Контрольная кровь	8 Parameter Control L/N/H	3724/3725/3726	2.5 мл
Контрольная кровь	3-Diff Control L/N/H	3630/3631/3632	2.5 мл

Beckman Coulter AcT Diff, AcT Diff 2

С дифференциацией лейкоцитов на 3 субпопуляции

Реагент	Название	Кат.№	Упаковка
Разбавитель	Diluid III Diff	3963	20 л
Лизирующий	CyMet III Diff	3968	1 л
Промывающий	ProClean	3900	5 л
Экстренной очистки	Hypochlorite 5%	3936.1000	1 л
Контрольная кровь	8 Parameter Control L/N/H	3724/3725/3726	2.5 мл
Контрольная кровь	3-Diff Control L/N/H	3630/3631/3632	2.5 мл
Электронная карта	C Card AcT	3793	На 620 тестов

Nihon Kohden MEK 6400K/6410K

С дифференциацией лейкоцитов на 3 субпопуляции

Реагент	Название	Кат.№	Упаковка
Разбавитель	Diluid NR	3483.9020	20 л
Лизирующий	CyMet NR III	3484.1000	1 л
Промывающий	Detectoterge	3763	5 л
Экстренной очистки	Hypochlorite 5%	3936.1000	1 л
Контрольная кровь	8 Parameter Control L/N/H	3724/3725/3726	2.5 мл
Контрольная кровь	3-Diff Control L/N/H	3630/3631/3632	2.5 мл

Для всех типов анализаторов рекомендуется использовать дополнительно реагент для экстренной очистки ProClean Plus (кат. № 3901, упаковка – 100 мл)