




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
набора для внутрилабораторного контроля качества ИФА
«Отрицательная донорская сыворотка, не содержащая серологические маркеры гепатитов В, С, ВИЧ-инфекции, сифилиса»

набор для внутрилабораторного
контроля качества ИФА
«Отрицательная донорская сыворотка,
не содержащая серологические маркеры
гепатитов В, С, ВИЧ-инфекции, сифилиса»

ОДС

Образцы ОДС — 10 фла.

630559, Новосибирская обл., Новосибирский р-н,
п. Кольцово, а/л 121, ЗАО «Вектор-Бест»
Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА
«Отрицательная донорская сыворотка, не содержащая серологические маркеры гепатитов В, С, ВИЧ-инфекции, сифилиса»

тел. (383) 441-07-04, тел./факс (383) 441-07-05
227-75-50, 332-37-58 E-mail: vbobik@vector-best.ru

ОДС ПАСПОРТ № 1254-13

Хранить при температуре +2...+8 °С
Наименование: «Отрицательная донорская сыворотка, не содержащая серологические маркеры гепатитов В, С, ВИЧ-инфекции, сифилиса»

Приложение к инструкции по применению ОДС (значение ОДС, серия 1 в виде К поз
(ОП обр/ОП крит) в разных наборах реагентов)

каталожный номер набора реагентов	Наименование набора реагентов	серия набора реагентов	процедура	К поз
D-0544	HBsAg-ИФА-БЕСТ	38	42С	
D-0546	HBsAg-подтверждающий- ИФА-БЕСТ	32	42С	0,1
		1610	1	0,3
		1610	2	0,3
		1610	3	0,3
		1644	1	0,5
		1570	1	0,4
		1570	2	0,3
		1570	3	0,3

Номер серии	1
Дата изготовления	20.05.2013
а выдачи паспорта	20.05.2013
дности наборов до	20.05.2015
т нормы	Раз-ты контроля
талесценцией	Прозрачная или с лёгкой опалесценцией жидкость жёл- цвета (соответствует)
являться как	Образец ОДС выявляет отрицательный (соответс
являться как	Образец ОДС выявляет отрицательный (соответс
являться как	Образец ОДС выявляет отрицательный (соответс
являться как	Образец ОДС выявляет отрицательный (соответс

