


Генеральный директор
ЗАО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов



Генеральный директор
ЗАО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов



630559, Новосибирская обл., Новосибирский р-н,
п. Кольцово, а/л 121, ЗАО «Вектор-Бест»

РеалБест ДНК ВПЧ 68 (комплект 2)
паспорт № 309-13

Набор реагентов для выявления ДНК вируса папилломы человека 68 типа методом
полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

Тел. (383) 227-67-64, 227-75-50, 332-37-56 Тел./факс (383) 332-94-47
E-mail: vbobik@vector-best.ru

Хранить при температуре 2-8°C

Внешний вид: Положительный контрольный образец (ПКО)

Номер серии: 2

Дата изготовления: 12.02.2013
Дата выдачи паспорта: 12.02.2013
Срок годности набора до: 12.02.2014

Характеристика и нормы		Рез-ты контроля
Прозрачная бесцветная жидкость	Аморфная масса белого цвета	Прозрачная бесцветная жидкость (соответствует)
Прозрачная бесцветная жидкость	Прозрачная бесцветная жидкость	Аморфная масса белого цвета (соответствует)
100	100	Прозрачная бесцветная жидкость (соответствует)
100	100	100 (соответствует)
		100 (соответствует)

Заключение: Соответствует установленным требованиям

Начальник ОБТХ: В.В. ШАПРОВ

Состав:
1. Положительный контрольный образец универс.
2. Реакционная смесь для ПЦР
3. Реактор для полимеразной реакции

ТУ 9398-426-23548-172-2013

ЗАО «Вектор-Бест»
РеалБест ДНК ВПЧ 68
PC
реакционная смесь для ПЦР
Серия 2 10 пробирок

РеалБест ДНК ВПЧ 68 (комплект 2)
D-0000

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ