

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Орто.Ник»

Н.Б. Беззубов



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

ЭТИКЕТКА

(Инструкция по применению)

ПОВА.944738.006 ЭТ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТОПЫ
по ТУ 9396-003-77799226-2015

Наименование

Приспособления ортопедические для стопы по ТУ 9396-003-77799226-2015
Варианты исполнения.

Наименование изделия	Арт и- кул	Обозначение конструкторского документа
1 Разделитель межпальцевый силиконовый	12С	ПОВА.944738.006-001
2 Перегородка межпальцевая анатомическая	212С	ПОВА.944738.006-002
3 Прокладка межпальцевая силиконовая	14С	ПОВА.944738.006-003
4 Разделитель межпальцевый силиконовый	13С	ПОВА.944738.006-004
5 Перегородка межпальцевая анатомическая	213С	ПОВА.944738.006-005
6 Кольцо защитное для пальца силиконовое	34С	ПОВА.944738.006-006
7 Протектор для пальцев стопы	218	ПОВА.944738.006-00
8 Разделитель межпальцевый с защитным кольцом силиконовый	42С	ПОВА.944738.006-008
9 Бурсопротектор эластичный	36С	ПОВА.944738.006-009
10 Протектор для пальцев стопы	04С	ПОВА.944738.006-010
11 Трубочка для пальцев стопы силиконовая	170	ПОВА.944738.006-011
12 Разделитель межпальцевой с тканевым кольцом на палец	171	ПОВА.944738.006-012
13 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	200	ПОВА.944738.006-013
14 Разделитель межпальцевый с кольцом на палец	204С	ПОВА.944738.006-014
15 Протектор для пальцев стопы	219	ПОВА.944738.006-015
16 Бурсопротектор для большого пальца стопы дышащий	174	ПОВА.944738.006-016
17 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой перфорированный	216	ПОВА.944738.006-017
18 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	201С	ПОВА.944738.006-018
19 Протектор для пальцев стопы	220	ПОВА.944738.006-019
20 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	41С	ПОВА.944738.006-020
21 Протектор для пальцев стопы	221	ПОВА.944738.006-021
22 Протектор для пальцев стопы	222	ПОВА.944738.006-022
23 Протектор для пальцев стопы с межпальцевым разделителем	202С	ПОВА.944738.006-023
24 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой и кольцом на второй палец	203С	ПОВА.944738.006-024
25 Корректор пяти пальцев стопы "Hallus pro"	163	ПОВА.944738.006-025
26 Корректор пяти пальцев стопы	196С	ПОВА.944738.006-026
27 Корректор пальцев стопы	207С	ПОВА.944738.006-027
28 Вкладыш под передний отдел стопы силиконовый	06С	ПОВА.944738.007-001
29 Вкладыш под передний отдел стопы разгружающий	70В	ПОВА.944738.007-002
30 Вкладыш под передний отдел стопы	226	ПОВА.944738.007-003
31 Вкладыш под передний отдел стопы	227	ПОВА.944738.007-004
32 Подушечка метатарзальная под передний отдел стопы	206С	ПОВА.944738.007-005
33 Вкладыш под передний отдел стопы с межпальцевой перегородкой и метатарзальным валиком	173	ПОВА.944738.007-006
34 Подушечка под дистальный отдел стопы	225	ПОВА.944738.007-007
35 Подушечка под дистальный отдел стопы силиконовая перфорированная	15СR /CL	ПОВА.944738.007-008
36 Подушечка разгружающая для обуви с межпальцевой перемычкой	164	ПОВА.944738.007-009
37 Вкладыш под передний отдел стопы разгружающий	63К	ПОВА.944738.007-010
38 Вкладка в носочную часть обуви	259	ПОВА.944738.007-011
39 Вкладыш под передний отдел стопы	228	ПОВА.944738.007-012
40 Вкладыш под передний отдел стопы	229	ПОВА.944738.007-013
41 Подушечка под пальцы стопы	235С	ПОВА.944738.007-014
42 Подушечка под пальцы стопы силиконовая	35С	ПОВА.944738.007-015

43 Корректор одного пальца; Корректор двух пальцев стопы	223	ПОВА.944738.007-016
44 Корректор пальцев стопы с метатарзальным валиком	224	ПОВА.944738.007-017
45 Подушечка под дистальный отдел стопы с кольцом на второй палец	205С	ПОВА.944738.007-018
46 Корректор одного пальца; Корректор двух пальцев стопы	43К I; 43К II	ПОВА.944738.007-019
47 Валик метатарзальный силиконовый	16С	ПОВА.944738.008-001
48 Выкладка поперечного свода	230	ПОВА.944738.008-002
49 Выкладка поперечного свода	234	ПОВА.944738.008-003
50 Выкладка поперечного свода	231	ПОВА.944738.008-004
51 Вкладыш каплевидный для коррекции поперечного плоскостопия	44К	ПОВА.944738.008-005
52 Выкладка поперечного свода	61К	ПОВА.944738.008-006
53 Вкладыш Т-образный для коррекции поперечного плоскостопия	52К	ПОВА.944738.008-007
54 Выкладка поперечного свода	232	ПОВА.944738.008-008
55 Супинатор ортопедический	236	ПОВА.944738.009-001
56 Супинатор прозрачный	210С	ПОВА.944738.009-002
57 Супинатор ортопедический из силикона	277	ПОВА.944738.009-003
58 Супинатор ортопедический	238	ПОВА.944738.009-004
59 Супинатор ортопедический	237	ПОВА.944738.009-005
60 Супинатор ортопедический	28К	ПОВА.944738.009-006
61 Подпяточник разгружающий для женской обуви	208С	ПОВА.944738.010-001
62 Подпяточник корригирующий 6,0 мм	48К (6)	ПОВА.944738.010-002
63 Подпяточник для женской модельной обуви	240	ПОВА.944738.010-003
64 Подпяточник разгружающий	261	ПОВА.944738.010-004
65 Подпяточник амортизирующий	01Р	ПОВА.944738.010-005
66 Подпяточник разгружающий амортизирующий	62КО	ПОВА.944738.010-006
67 Подпяточник клиновидный	264	ПОВА.944738.010-007
68 Подпяточник клиновидный корригирующий	47К	ПОВА.944738.010-008
69 Подпяточник корригирующий 10,0 мм	48К (10)	ПОВА.944738.010-009
70 Подпяточник разгружающий амортизирующий	62К	ПОВА.944738.010-010
71 Подпяточник разгружающий	241	ПОВА.944738.010-011
72 Подпяточник разгружающий	242	ПОВА.944738.010-012
73 Подпяточник корригирующий	245	ПОВА.944738.010-013
74 Подпяточник эргономичный для женской обуви	211С	ПОВА.944738.010-014
75 Подпяточник эргономичный для мужской обуви	233С	ПОВА.944738.010-015
76 Подпяточник корригирующий 20 мм	191	ПОВА.944738.010-016
77 Подпяточник разгружающий	243	ПОВА.944738.010-017
78 Подпяточник разгружающий	244	ПОВА.944738.010-018
79 Подпяточник корригирующий	246	ПОВА.944738.010-019
80 Подпяточники корригирующий 30 мм	193	ПОВА.944738.010-020
81 Подпяточник разгружающий силиконовый	33С	ПОВА.944738.010-021
82 Подпяточник разгружающий	239	ПОВА.944738.010-022
83 Ортез функциональный для первого пальца стопы	46М	ПОВА.944738.011-001
84 Корректор первого пальца стопы	39-О	ПОВА.944738.011-002
85 Ортез функциональный для коррекции Hallux valgus	260	ПОВА.944738.011-003
86 Корректор первого пальца стопы	247	ПОВА.944738.011-004
87 Ортез функциональный для первого пальца стопы "Инновация"	190	ПОВА.944738.011-005
88 Корректор первого пальца стопы	ПМ-1	ПОВА.944738.011-006
89 Корректор первого пальца стопы мягкий	195	ПОВА.944738.012-001
90 Стяжка ортопедическая эластичная	250	ПОВА.944738.012-002
91 Бандаж эластичный с ортопедическим супинатором	278	ПОВА.944738.012-003
92 Стяжка переднего отдела стопы с межпальцевой перегородкой и бурсопротектором	172	ПОВА.944738.012-004
93 Стяжка ортопедическая эластичная	253	ПОВА.944738.012-005
94 Стяжка ортопедическая эластичная	252	ПОВА.944738.012-006

95 Бурсопротектор силиконовый на тканевой основе	167	ПОВА.944738.012-007
96 Стяжка переднего отдела стопы с защитой большого пальца	168	ПОВА.944738.012-008
97 Манжет-стяжка для стопы	249	ПОВА.944738.012-009
98 Стяжка ортопедическая эластичная	251	ПОВА.944738.012-010
99 Стяжка переднего отдела стопы с силиконовой вставкой	169	ПОВА.944738.012-011
100 Напяточник увлажняющий гелевый	266	ПОВА.944738.012-012
101 Носочки увлажняющие гелевые	265	ПОВА.944738.012-013
102 Стяжка эластичная для стопы с разгрузкой переднего отдела	166	ПОВА.944738.012-014
103 Манжет-стяжка переднего отдела стопы с метатарзальным валиком	21М С	ПОВА.944738.012-015
104 Манжет-стяжка переднего отдела стопы с регулируемым охватом стопы	248	ПОВА.944738.012-016
105 Наклейки прозрачные на ремешки в обуви	262	ПОВА.944738.013-001
106 Наклейка защитная	214	ПОВА.944738.013-002
107 Кольца антимозольные	165	ПОВА.944738.013-003
108 Наклейка защитная	215	ПОВА.944738.013-004
109 Напяточник прозрачный	263	ПОВА.944738.013-005
110 Наклейка защитная	257	ПОВА.944738.013-006
111 Наклейка защитная	258	ПОВА.944738.013-007
112 Напяточник кожаный	37К	ПОВА.944738.013-008

Примечания

1 ПОВА.944738.006-001÷ПОВА.944738.006-027 – приспособления ортопедические для пальцев стопы.

2 ПОВА.944738.007-001÷ПОВА.944738.007-019 – приспособления ортопедические для переднего отдела стопы.

3 ПОВА.944738.008-001÷ПОВА.944738.008-008 – приспособления ортопедические для поперечного свода стопы.

4 ПОВА.944738.009-001÷ПОВА.944738.009-006 – приспособления ортопедические для продольного свода стопы.

5 ПОВА.944738.010-001÷ПОВА.944738.010-022 – приспособления ортопедические для пяточного отдела стопы.

6 ПОВА.944738.011-001÷ПОВА.944738.011-005 – ортезы для стопы.

7 ПОВА.944738.012-001÷ПОВА.944738.012-016 – стяжки ортопедические для стопы.

8 ПОВА.944738.013-001÷ПОВА.944738.013-008 – наклейки ортопедические.

Эксплуатационный документ распространяется на следующие артикулы:

12С	173	277
212С	225	238
14С	15СR/СL	237
13С	259	28К
213С	235С	240
42С	35С	195
171	205С	250
200	16С	278
204	230	172
216	234	252
201	231	253
41С	44К	249
202С	61К	251
203С	52К	21МС
163	232	248
196С	236	
207	210С	

Назначение

Приспособления ортопедические для стопы предназначены для лечения и профилактики заболеваний стопы, а также для создания комфортных условий пользователям, которые имеют различного рода деформацию стопы.

Приспособления ортопедические для стопы предназначены для индивидуального использования.

Технические характеристики

При изготовлении приспособлений должны быть использованы материалы, указанные в таблице

Название материала и красителей	Нормативный документ или фирма и страна-изготовитель
1 Кожа компрессионная регенерированная (кожаная стружка, латекс), арт. Special NSS	Алькор, Италия
2 Подкладочный материал Microliner полиэстер/полиамид	Huzhou Forince Textile CO.LTD, Китай
3 Подкладочный материал арт. SC 1350N 044 (beduin) 60% Latex, 40% Polyester	Quanzhou Hengdali Import and export, Китай
4 Материал Неоперн 100% стирол-бутадиен каучук	Chuan Hui int, Китай
5 Подкладочный материал Line Карра 100% вспененный ПВХ	Twe group, Германия
6 Лента 8160 PET 12 акриловый клей на полиэфирном носителе	Свифт Кемикал, Италия
7 Резинка для брителей полиэстер/ латекс	Веллеткс, Китай
8 Микропласт РА-MICROPLAST 25443-00100% полиамид.	Мираль, Германия
9 Силикон Ecoflex 030, Silimold AKP 08	Алькор, Италия
10 Скотч двухсторонний ПВХ Поливинилхлорид	Foshan City Nanhai Zemu Xiang Adhesive Pcts., Ltd., Китай
11 Микрофибра Vermont and Versales Crudo (нейлон 60 %, полиуретан 40%)	Tejidos Roca, Испания
12 Вкладные элементы (амортизаторы, валики) вспененный латекс Carbosan	Emsold, Германия
13 Спиллок-велюр вид натурального кожевенного материала	ТУ 17-06-95, ОАО Русская Кожа, РФ
14 Кожи крупнорогатого скота, Артикул КРС (0,9-1,1мм)	ГОСТ 939, ОАО Вахруши Юфть, РФ
15 Пластмасса ПЭТ	ТУ 2246-010-81057157 ООО "СафПласт", РФ
16 Лента велкро (полиамид)	ТУ 17-15-14, ОАО Лента, Беларусь
17 ЭВА (пластины пористые эвапласт этиленвинилацетат)	СТО 8741-016-00300209, ОАО Искож, ООО Экопром
18 Искусственный нубук (полиэстер) Артикул Кожа искус.нубук эксперт 1.2	Lifli Rulo ve Levha San, Турция
19 Пенополиэтилен ППЭ-2М, ППЭ-3М	ТУ 2244-002-58417822, ООО Этиол, РФ
20 Нитки лавсановые 45ЛЛ армированные с полиэфирной оплёткой	ГОСТ 6309-93, ОАО «ПНК ИМ КИРОВА», РФ
21 Полиуретановый гель (8118M48-A; 220M19-B)	Jinsheng Industrial Co.,Ltd. Китай
22 Эластичная лента 70%полиэфир 30%латекс	ОСТ Р 17-10-883, ООО Производственная компания Ультратекс, РФ

23 Искусственный нубук (полиэстер) Артикул Кожа искус.нубук, «эксперт 1.2»	Lifli Rulo ve Levha San, Турция
24 Каркасы из полипропилена 30 марки	ТУ 2211-001-76332549, ООО Сурсил, РФ
25. Краситель Solvent Blue 104 (синий), Solvent Red 135 (красный), Solvent Yellow 114 (жёлтый)	Huzhou Forince Textile CO.LTD, Китай
26. . Краситель Luconyl	Zahonero, Испания
27. Концентрат "БАСКО"6 (Перламутровый)	ООО «Этиол», г. Владимир
28. Краситель П 514	ОАО «Искож», г. Киров
29. Краситель GHS Beige nylon GN08 (бежевый)	Chuan Hui int, Китай
30. Краситель Silc PIG (0.11) (зелёный)	Jinsheng Industrial Co., Ltd. Китай

Основные характеристики приведены в **Приложении А**.

Приспособления для пальцев стопы, для переднего отдела стопы, для поперечного свода стопы и для продольного свода стопы должны быть изготовлены цельноформованными в виде одного слоя или многослойные (наборные).

Наружные края приспособлений для пяточного отдела стопы должны быть обработаны в обрезку и должны иметь чистый без выхватов срез.

Склеенные между собой детали приспособлений для пяточного отдела стопы должны плотно прилегать друг к другу без видимого зазора.

Наружные поверхности приспособлений не должны иметь морщин, механических повреждений, пятен, следов клея.

Приспособления должны быть устойчивы к санитарной обработке, состоящей из протирания теплым мыльным раствором с температурой от плюс 40 до плюс 50 °С, протирания водой с температурой от плюс 40 до плюс 50 °С и сушки.

Приспособления должны быть устойчивы к агрессивным биологическим жидкостям (пот).

Приспособления для пяточного отдела стопы должны выдерживать статические и циклические нагрузки, значения которых должны соответствовать указанным в ГОСТ Р 54739, таблица 2, и сохранять свою работоспособность по окончании воздействий.

Приспособления, упакованные в транспортную тару, должны быть устойчивы к климатическим воздействиям, возникающим при транспортировании, которые соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Приспособления, упакованные в транспортную тару, должны быть устойчивы к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании и соответствующим указанным в ГОСТ Р 50444 для условий транспортирования.



Средний срок службы приспособлений до списания должен быть не менее 6 месяцев. Критерием предельного состояния является потеря формы, при которой невозможно использовать приспособления по назначению.

Средний срок хранения приспособлений (артикулы 12С, 212С, 14С, 13С, 213С, 34С, 218, 42С, 36С, 04С, 170, 171, 200, 204С, 219, 174, 216, 201С, 220, 41С, 221, 222, 202С, 203С, 163, 196С, 207С, 06С, 226, 227, 206С, 173, 225, 15СR/CL, 164, 228, 229, 235С, 35С, 205С, 16С, 210С, 277, 208С, 240, 264, 211С, 233С, 243, 244, 33С, 278, 172, 253, 252, 167, 168, 169, 266, 265, 166, 262, 165, 263) при температуре от плюс 15 до плюс 25 °С, относительной влажности воздуха от 50 до 80 % с защитой от воздействия прямых солнечных лучей должен быть не менее 24 месяцев, а остальных артикулов согласно таблице 1 - 48 месяцев

По возможным последствиям отказа в процессе эксплуатации

По потенциальному риску применения приспособления относится к классу 1.
Номенклатурное обозначение приспособлений – 272220, 159690, 106450,
159700, 241440

Внешний вид базовых образцов



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Показания к применению – см. Приложение А

Противопоказания – переломы стоп, открытые раны на подошвенной поверхности стоп, индивидуальная непереносимость, необходимо проконсультироваться с врачом.

Возможные побочные действия – нет.

Транспортирование и хранение

Приспособления могут перевозиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с соблюдением требований, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования приспособлений должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Хранение приспособлений у изготовителя должно осуществляться в транспортной упаковке с соблюдением условий хранения от плюс 15 до плюс 25 °С, относительной влажности воздуха от 50 до 80 % с защитой от воздействия прямых солнечных лучей.

Указания по эксплуатации

Приспособления изготавливаются для эксплуатации в климатических условиях, которые соответствуют УЗ.1, УХЛЗ.1 по ГОСТ 15150, но в диапазоне температур от минус 20 до плюс 40°С

Указания по утилизации

Материалы, из которых изготовлены приспособления, являются безопасными для человека и окружающей среды.

Приспособления после их использования могут быть утилизированы как бытовой мусор класса опасности А.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие приспособлений требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Гарантийный срок использования приспособлений (артикулы 12С, 212С, 14С, 13С, 213С, 34С, 218, 42С, 36С, 04С, 170, 171, 200, 204С, 219, 174, 216, 201С, 220, 41С, 221, 222, 202С, 203С, 163, 196С, 207С, 06С, 226, 227, 206С, 173, 225, 15СR/CL, 164, 228, 229, 235С, 35С, 205С, 16С, 210С, 277, 208С, 240, 264, 211С, 233С, 243, 244, 33С, 278, 172, 253, 252, 167, 168, 169, 266, 265, 166, 262, 165, 263) – 2 месяца, а остальных артикулов согласно таблице 1 - 6 месяцев

Срок гарантии устанавливается со времени выдачи приспособлений или их продажи согласно копии товарного чека.

В течение гарантийного срока в случае выявления производственного дефекта и (или) несоответствия медицинским показаниям предприятие-изготовитель производит ремонт или изготовление приспособлений бесплатно.

Гарантийный срок хранения приспособлений (артикулы 12С, 212С, 14С, 13С, 213С, 34С, 218, 42С, 36С, 04С, 170, 171, 200, 204С, 219, 174, 216, 201С, 220, 41С, 221, 222, 202С, 203С, 163, 196С, 207С, 06С, 226, 227, 206С, 173, 225, 15СR/СL, 164, 228, 229, 235С, 35С, 205С, 16С, 210С, 277, 208С, 240, 264, 211С, 233С, 243, 244, 33С, 278, 172, 253, 252, 167, 168, 169, 266, 265, 166, 262, 165, 263) – 12 месяцев со дня изготовления, а остальных согласно таблице 1 - 36 месяцев

Дата изготовления указана на упаковке.

Количество- штук.

Артикул: №.....

ТУ 9396-003-77799226-2015

Изготовитель:

ООО «Орто.Ник»

Адрес места нахождения: ; e-mail: ; ИНН

тел. (812)

Претензии потребителей принимаются Изготовителем.

Приёмка

Приспособления ортопедические для стопы приняты ОТК фирмы ООО и соответствуют требованиям ТУ 9396-003-77799226-2015

Подпись

Штамп ОТК

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Арти-кул	Полное название группы	Количество колец	Диаметр большого кольца для пальца, мм	Количество перегородок	Высота большой перегородки, мм	Толщина большой перегородки, мм	Количество бурсо-протекторов	Толщина бурсо-протектора, мм	Длина бурсо-протектора, мм	Вес, г	Размерный ряд
Кольцо защитное для пальца силиконовое	34С	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1(35-38), 2(39-41), 3(42-46)
Протектор для пальцев стопы	218	Ортопедические приспособления для пальцев	1	13	0	0	0	0	0	0	5	1(34-37), 2(38-42)
Разделитель межпальцевый с защитным кольцом силиконовый	42С	Ортопедические приспособления для пальцев	1	14	1	25	7	0	0	0	7	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Бурсопротектор эластичный	36С	Ортопедические приспособления для пальцев	1	10	0	0	0	1	2	66	6	S(34-37), L(38-42)
Протектор для пальцев стопы	04С	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	1	16	0	0	0	0	0	0	5,5	1(34-37), 2(38-42)

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.				
Лист				
№ докум.				
Подп.				
Дата				
Лист				

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Арти-кул	Полное название группы	Количество колец	Диаметр большого кольца для пальца, мм	Количество перегородок	Высота большой перегородки, мм	Толщина большой перегородки, мм	Количество бурсо-протекторов	Толщина бурсо-протектора, мм	Длина бурсо-протектора, мм	Вес, г	Размерный ряд
Трубочка для пальцев стопы силиконовая	170	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	1	16	0	0	0	0	0	0	13	Универсальный (35-42)
Разделитель межпальцевый с тканевым кольцом на палец	171	Ортопедические приспособления для пальцев	1	16	1	19	12	0	0	0	8	Универсальный (35-42)
Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	200	Ортопедические приспособления для пальцев	1	17	1	25	11	1	3	60	12	Универсальный (35-42)
Разделитель межпальцевый с кольцом на палец	204С	Ортопедические приспособления для пальцев	1	17	1	27	9	0	0	0	9	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Протектор для пальцев стопы	219	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	1	19		0	0	0	0	0	6	1(34-37), 2(38-42)

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Арти-кул	Полное название группы	Количество колец	Диаметр большого кольца для пальца, мм	Количество перегородок	Высота большой перегородки, мм	Толщина большой перегородки, мм	Количество бурсо-протекторов	Толщина бурсо-протектора, мм	Длина бурсо-протектора, мм	Вес, г	Размерный ряд
Бурсопротектор для большого пальца стопы дышащий	174	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	1	20	0	0	0	1	4	80	5	Универсальный (35-42)
Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой перфорированный	216	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	1	20	1	26	13	1	3	61	8	Универсальный (35-42)
Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	201С	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	1	20	1	26	13	1	3	61	14	Универсальный (35-42)
Протектор для пальцев стопы	220	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	1	22	0	0	0	0	0	0	6,5	1(34-37), 2(38-42)
Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	41С	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	1	22	1	24	11	1	2	64	16	Универсальный (35-42)

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
Диск	

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Количество колец	Диаметр большого кольца для пальца, мм	Количество перегородок	Высота большой перегородки, мм	Толщина большой перегородки, мм	Количество бурсопротекторов	Толщина бурсопротектора, мм	Длина бурсопротектора, мм	Вес, г	Размерный ряд
Протектор для пальцев стопы	221	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	1	25	0	0	0	0	0	0	7	1(34-37), 2(38-42)
Протектор для пальцев стопы	222	Ортопедические приспособления для пальцев	1	28	0	0	0	0	0	0	7,5	1(34-37), 2(38-42)
Протектор для пальцев стопы с межпальцевым разделителем	202С	Ортопедические приспособления для пальцев	2	22	1	21,5	9	0	0	0	7	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой и кольцом на второй	203С	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	2	22	1	22	9	1	3	53	10,5	Универсальный (35-42)
Корректор пяти пальцев стопы "Hallus pro"	163	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	3	17	4	22	6	0	0	0	8	Универсальный (35-42)

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Таблица 2А Приспособления для переднего отдела стопы

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, г	Размерный ряд
Вкладыш под передний отдел стопы силиконовый	06С	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	3	90	70	13	S(34-37), L(38-42)
Вкладыш под передний отдел стопы разгружающий	70В	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	2	95	68	5	Универсальный (35-42)
Вкладыш под передний отдел стопы	226	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	2,5	78	65	4	Универсальный (35-42)
Вкладыш под передний отдел стопы	227	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	2,5	85	75	5	Универсальный (35-42)
Подушечка метатарзальная под передний отдел стопы	206С	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	2,5	100	68	12	Универсальный (35-42)
Вкладыш под передний отдел стопы с межпальцевой перегородкой и метатарзальным валиком	173	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	2,5	115	68	29	Универсальный (35-42)
Подушечка под дистальный отдел стопы	225	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	3	80	67	10	Универсальный (35-42)
Подушечка под дистальный отдел стопы силиконовая перфорированная	15CR/CL	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	3	80	67	16	Универсальный (35-42)
Подушечка разгружающая для обуви с межпальцевой перемычкой	164	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	3	95	67	15	Универсальный (35-42)
Вкладыш под передний отдел стопы разгружающий	63К	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	3,5	78	65	5	Универсальный (35-42)
Вкладка в носочную часть обуви	259	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	4	75	35	2	Универсальный (35-42)

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		

Продолжение таблицы 2А

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, г	Размерный ряд
Вкладыш под передний отдел стопы	228	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	4,5	78	65	6	Универсальный (35-42)
Вкладыш под передний отдел стопы	229	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	4,5	85	75	7	Универсальный (35-42)
Подушечка под пальцы стопы	235С	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	9	65	21	7	Универсальный (35-42)
Подушечка под пальцы стопы силиконовая	35С	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	9	67	23	9	Универсальный (35-42)
Корректор одного пальца; Корректор двух пальцев стопы	223	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	22	100	75	7	Универсальный (35-42)
Корректор пальцев стопы с метатарзальным валиком	224	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	32	130	75	15	Универсальный (35-43)
Подушечка под дистальный отдел стопы с кольцом на второй палец	205С	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	36	95	85	15	Универсальный (35-42)
Корректор одного пальца; Корректор двух пальцев стопы	43К I; 43К II	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	42	100	75	12	Универсальный (35-42)

Примечание:

- 1) Значение длины и ширины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 2) Значение толщины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 3) Значение веса ортопедического элемента определяется с допуском ± 5 г.

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		

Таблица 3А **Приспособления для поперечного свода стопы**

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, г	Размерный ряд
Валик метатарзальный силиконовый	16С	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	5	69	53	9	Универсальный (35-42)
Выкладка поперечного свода	230	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	8	75	58	7,5	1(31-39), 2(38-47)
Выкладка поперечного свода	234	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	8,5	90	65	10,5	1(31-39), 2(38-47)
Выкладка поперечного свода	231	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	10	60	60	6,5	1(31-39), 2(38-47)
Вкладыш каплевидный для коррекции поперечного плоскостопия	44К	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	10	70	50	5	1(31-39), 2(38-47)
Выкладка поперечного свода	61К	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	11	135	85	13,5	35-36; 37-38; 39-40; 41-42
Вкладыш Т-образный для коррекции поперечного плоскостопия	52К	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	12	80	62	6,5	S(31-39), M(37-45), L(39-46), XL(42-48)
Выкладка поперечного свода	232	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	12	100	75	11	1(31-39), 2(38-47)

Примечание:

- 1) Значение длины и ширины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 2) Значение толщины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 3) Значение веса ортопедического элемента определяется с допуском ± 5 г.

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		
Лист		

Таблица 4А Приспособления для продольного свода стопы

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, г	Размерный ряд
Супинатор ортопедический	236	Ортопедические приспособления для продольного свода стопы	10	85	52	17	Универсальный (35-42)
Супинатор прозрачный	210С	Ортопедические приспособления для продольного свода стопы	12	74	48	19,5	Универсальный (35-41)
Супинатор ортопедический из силикона	277	Ортопедические приспособления для продольного свода стопы	13	100	55	18,5	1(35-38), 2(39-41), 3(42-46)
Супинатор ортопедический	238	Ортопедические приспособления для продольного свода стопы	15	95	57	19	1(35-38), 2(39-41), 3(42-46)
Супинатор ортопедический	237	Ортопедические приспособления для продольного свода стопы	20	105	60	20,5	1(35-38), 2(39-41), 3(42-46)
Супинатор ортопедический	28К	Ортопедические приспособления для продольного свода стопы	25	111	65	15	1(35-38,5), 2(39-42), 3(42,5-46)

Примечание:

- 1) Значение длины и ширины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 2) Значение толщины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 3) Значение веса ортопедического элемента определяется с допуском ± 5 г.

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		
Лист		

Таблица 5А Приспособления для пяточного отдела стопы

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Твердость по Шору, А	Вес, г	Размерный ряд
Подпяточник разгружающий для женской обуви	208С	Приспособления для пяточного отдела стопы	5	88	58	20	16	Универсальный (35-39)
Подпяточник корректирующий 6,0 мм	48К (6)	Приспособления для пяточного отдела стопы	6	93	60	70	17	1(30-34,5), 2(35-40), 3(40,5-46)
Подпяточник для женской модельной обуви	240	Приспособления для пяточного отдела стопы	7	95	60	44	6	S(35-37), M(38-40), L(41-43)
Подпяточник разгружающий	261	Приспособления для пяточного отдела стопы	7	117	72	5	35	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Подпяточник амортизирующий	01Р	Приспособления для пяточного отдела стопы	8	85	60	60	7	1(30-34,5), 2(35-40), 3(40,5-46)
Подпяточник разгружающий амортизирующий	62КО	Приспособления для пяточного отдела стопы	9	98	65	44	8	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)
Подпяточник клиновидный	264	Приспособления для пяточного отдела стопы	9	129	63	5	39	S(34-37), M(38-42)
Подпяточник клиновидный корректирующий	47К	Приспособления для пяточного отдела стопы	10	81	56	70	17	1(23-34), 2(35-38), 3(39-41), 4(42-46)
Подпяточник корректирующий 10,0 мм	48К (10)	Приспособления для пяточного отдела стопы	12	93	60	75	23	(30-34,5), 2(35-40), 3(40,5-46)
Подпяточник разгружающий амортизирующий	62К	Приспособления для пяточного отдела стопы	12	98	65	46	11	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
Лист	

Продолжение таблицы 5А

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Твердость по Шору, А	Вес, г	Размерный ряд
Подпяточник разгружающий	241	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	15	95	65	5	35	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)
Подпяточник разгружающий	242	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	15	105	70	5	42	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)
Подпяточник корригирующий	245	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	15	120	70	65	25	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)
Подпяточник эргономичный для женской обуви	211С	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	20	105	65	5	50	Универсальный (35-40)
Подпяточник эргономичный для мужской обуви	233С 191	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	20	117	73	3	57	Универсальный (41-46)
Подпяточник корригирующий 20 мм		Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	20	120	70	65	35	1(35-38), 2(39-41), 3(42-46)
Подпяточник разгружающий	243	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	25	95	65	5	70	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)
Подпяточник разгружающий	244	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	25	105	70	5	58	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		

Продолжение таблицы 5А

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Твер- дость по Шору, А	Вес, г	Размерный ряд
Подпяточник корректирующий	246	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	25	120	70	65	42	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)
Подпяточники корректирующий 30 мм	193	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	30	130	60	50	19	Универсальный (35-41)
Подпяточник разгружающий силиконовый	33С	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	30	85	56	5	37	1(35-38), 2(39-41), 3(42-46)
Подпяточник разгружающий	239	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	36	112	68	5	45	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)

Примечание:

- 1) Значение длины и ширины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 2) Значение толщины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 3) Значение твердости по Шору А определяется с допуском ± 3 Шор.
- 4) Значение веса ортопедического элемента определяется с допуском ± 5 г.

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		

Таблица 6А

Ортезы для стопы

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Длина, мм	Толщина подушечки на каркасе, мм	Количество степеней свободы	Вес, г	Размерный ряд
Ортез функциональный для первого пальца стопы	46М	Ортезы для стопы	130	8	1	25	Универсальный (35-42)
Корректор первого пальца стопы	39-О	Ортезы для стопы	125	2	0	20	1(35-38), 2(36-42)
Корректор первого пальца стопы	ПМ-1	Ортезы для стопы	135	1,5	0	17	1(35-38), 2(36-42)
Ортез функциональный для коррекции Hallux valgus	260	Ортезы для стопы	135	3	1	25	Универсальный (35-42)
Корректор первого пальца стопы	247	Ортезы для стопы	145	3	0	29	1(35-38), 2(36-42), 3(43-470)
Ортез функциональный для первого пальца стопы "Инновация"	190	Ортезы для стопы	155	6	2	29	Универсальный (38-46)

Примечание:

- 1) Значение длины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 2) Значение толщины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 3) Значение веса ортопедического элемента определяется с допуском ± 5 г.
- 4) Количество степеней свободы определяется количеством шарниров в ортопедических приспособлениях.

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
Лист	

Таблица 7А

Стяжки для стопы

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Обхват стопы, мм	Максимальная толщина корректирующего элемента, мм	Вес, г	Размерный ряд
Корректор нервного пальца стопы мягкий	195	Ортопедические стяжки для стопы	145	10	30	Универсальный (35-42)
Стяжка ортопедическая эластичная	250	Ортопедические стяжки для стопы	150	10	22	Универсальный (35-42)
Бандаж эластичный с ортопедическим супинатором	278	Ортопедические стяжки для стопы	153	12	25	Универсальный (35-42)
Стяжка переднего отдела стопы с межпальцевой перегородкой и бурсопротектором	172	Ортопедические стяжки для стопы	175	9	19	Универсальный (35-42)
Стяжка ортопедическая эластичная	253	Ортопедические стяжки для стопы	175	10	25	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Стяжка ортопедическая эластичная	252	Ортопедические стяжки для стопы	180	5	18	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Бурсопротектор силиконовый на тканевой основе	167	Ортопедические стяжки для стопы	185	3,5	10	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Стяжка переднего отдела стопы с защитой большого пальца	168	Ортопедические стяжки для стопы	190	5	12	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Манжет-стяжка для стопы	249	Ортопедические стяжки для стопы	195	6,5	48	Универсальный (35-42)
Стяжка ортопедическая эластичная	251	Ортопедические стяжки для стопы	200	8	28	Универсальный (35-42)
Стяжка переднего отдела стопы с силиконовой вставкой	169	Ортопедические стяжки для стопы	202	5	19	S(35-38), M(39-41), L(42-46)

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		

Продолжение таблицы 7А

Название изделия	Артикул	Показания к применению	Обхват стопы, мм	Максимальная толщина корректирующего элемента, мм	Вес, г	Размерный ряд
Напяточник увлажняющий гелевый	266	Применяется при мозолях, натоптышах, наличии трещин, сухость кожи в пяточной области.	180	2,5	39	Универсальный (35-42)
Носочки увлажняющие гелевые	265		210	3,5	77	Универсальный (35-42)
Стяжка эластичная для стопы с разгрузкой переднего отдела	166	Уменьшает болевые ощущения при ходьбе, разгружают передний отдел, и поддерживает поперечный свод стопы.	200	2,5	8,5	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Манжет-стяжка переднего отдела стопы с метатарзальным валиком	21MC		225	11	18	XS(35-36), S(37-38), M(39-40), L(41-42), XL(43-44), XXL(45-46)
Манжет-стяжка переднего отдела стопы с регулируемым охватом стопы	248		235	14	22	Универсальный (35-42)

Примечание:

- 1) Для измерения обхвата стопы для стяжек, необходимо с помощью измерительной ленты измерить общую длину обхвата базового размера, без приложения дополнительных нагрузок на растяжение стяжки.
- 2) Значение обхвата стопы для стяжек определяется с допуском ± 3 мм.
- 3) Значение толщины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 4) Значение веса ортопедического элемента определяется с допуском ± 5 г.

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		

Таблица 8А

Наклейки

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Толщина, мм	Длина, мм	Шприна, мм	Вес, г	Размерный ряд
Наклейки прозрачные на ремешки в обуви	262	Ортопедические наклейки	1,5	95	6	1	Универсальный (35-42)
Наклейка защитная	214	Ортопедические наклейки	1,5	110	30	1,5	Универсальный (34-46)
Кольца антимозольные	165	Ортопедические наклейки	2	20	20	0,3	Универсальный (35-44)
Наклейка защитная	215	Ортопедические наклейки	2	110	30	2	Универсальный (34-46)
Напяточник прозрачный	263	Ортопедические наклейки	2,5	99	25	5,5	Универсальный (35-42)
Наклейка защитная	257	Ортопедические наклейки	2,5	110	30	2,5	Универсальный (34-46)
Наклейка защитная	258	Ортопедические наклейки	3	110	30	3	Универсальный (34-46)
Напяточник кожаный	37К	Ортопедические наклейки	4,5	108	30	3,5	Универсальный (34-46)

Примечание:

- 1) Значение длины и шприни определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 2) Значение толщины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 3) Значение веса ортопедического элемента определяется с допуском ± 5 г.

Продолжение приложения А

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
1 Разделитель межпальцевый силиконовый	12С	Применяется при плоскостопии для коррекции 1-го пальца при Hallux Valgus, деформации 2-го пальца, а также для профилактики этих состояний. Предотвращает появление потёртостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе.
2 Перегородка межпальцевая анатомическая	212С	Применяется при плоскостопии для коррекции 1-го пальца при Hallux Valgus, деформации 2-го пальца, а также для профилактики этих состояний. Предотвращает появление потёртостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе.
3 Прокладка межпальцевая силиконовая	14С	Разгружают болезненные участки между пальцами стоп. Лечение и профилактика потертостей, мозолей, натоптышей в переднем отделе стопы.
4 Разделитель межпальцевый силиконовый	13С	Применяется при плоскостопии для коррекции 1-го пальца при Hallux Valgus, деформации 2-го пальца, а также для профилактики этих состояний. Предотвращает появление потёртостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе.
5 Перегородка межпальцевая анатомическая	213С	Применяется при плоскостопии для коррекции 1-го пальца при Hallux Valgus, деформации 2-го пальца, а также для профилактики этих состояний. Предотвращает появление потёртостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе.
6 Кольцо защитное для пальца силиконовое	34С	Предохраняет пальцы стопы от трения и давления обувью. Купирует болевые ощущения при ходьбе. Применяется при мозолях на пальцах стопы, «целующихся мозолях», деформациях пальцев, для профилактики травмирования пальцев обувью.
7 Протектор для пальцев стопы	218	Эффективно защищает ногтевую пластину, наружную, внутреннюю и подошвенную стороны пальцев стопы от всех видов мелких травм и предохраняет от потертостей, трения и давления обувью.
8 Разделитель межпальцевый с защитным кольцом силиконовый	42С	Использоваться для разделения любых соседних пальцев, способствуя их распрямлению. Рекомендуется для длительного использования при нефиксированных деформациях пальцев, в реабилитационном периоде после оперативного лечения Hallux valgus и при вращении края ногтевой пластины в боковые валики на большом пальце. При использовании между большим и вторым пальцами разгружает сустав большого пальца и косточку, предотвращает вальгусное отклонение большого пальца.
9 Бурсопротектор эластичный	36С	Защищает сустав большого пальца от давления, трения, образования потертостей. Позволяет безболезненно носить обувь при отклонении большого пальца стопы, появлении «косточек» на суставе и их воспалении.
10 Протектор для пальцев стопы	04С	Эффективно защищает ногтевую пластину, наружную, внутреннюю и подошвенную стороны пальцев стопы от всех видов мелких травм и предохраняет от потертостей, трения и давления обувью.
11 Трубочка для пальцев стопы силиконовая	170	Обеспечивает смягчение и увлажнение поверхности кожи, тем самым снимая болезненные мозоли. Обеспечивает защиту пальцев от повреждений.

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
12 Разделитель межпальцевой с тканевым кольцом на палец	171	Использоваться для разделения любых соседних пальцев, способствуя их распрямлению. Рекомендуется для длительного использования при нефиксированных деформациях пальцев, в реабилитационном периоде после оперативного лечения Hallux valgus и при врастании края ногтевой пластины в боковые валики на большом пальце. При использовании между большим и вторым пальцами разгружает сустав большого пальца и косточку, предотвращает вальгусное отклонение большого пальца.
13 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	200	Защищает сустав большого пальца от давления, трения, образования потертостей. Позволяет безболезненно носить обувь при отклонении большого пальца стопы, появлении «косточек» на суставе и их воспалении. Эффективно корректирует деформацию первого пальца стопы.
14 Разделитель межпальцевой с кольцом на палец	204C	Использоваться для разделения любых соседних пальцев, способствуя их распрямлению. Рекомендуется для длительного использования при нефиксированных деформациях пальцев, в реабилитационном периоде после оперативного лечения Hallux valgus и при врастании края ногтевой пластины в боковые валики на большом пальце. При использовании между большим и вторым пальцами разгружает сустав большого пальца и косточку, предотвращает вальгусное отклонение большого пальца.
15 Протектор для пальцев стопы	219	Эффективно защищает ногтевую пластину, наружную, внутреннюю и подошвенную стороны пальцев стопы от всех видов мелких травм и предохраняет от потертостей, трения и давления обувью.
16 Бурсопротектор для большого пальца стопы дышащий	174	Защищает сустав большого пальца от давления, трения, образования потертостей. Позволяет безболезненно носить обувь при отклонении большого пальца стопы, появлении «косточек» на суставе и их воспалении. Эффективно корректирует деформацию первого пальца стопы.
17 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой нерфорпрованный	216	Применяется при плоскостопии для коррекции 1-го пальца при Hallux Valgus, деформации 2-го пальца, а также для профилактики этих состояний. Предотвращает появление потертостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе.
18 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	201C	Защищает сустав большого пальца от давления, трения, образования потертостей. Позволяет безболезненно носить обувь при отклонении большого пальца стопы, появлении «косточек» на суставе и их воспалении. Эффективно корректирует деформацию первого пальца стопы.
19 Протектор для пальцев стопы	220	Эффективно защищает ногтевую пластину, наружную, внутреннюю и подошвенную стороны пальцев стопы от всех видов мелких травм и предохраняет от потертостей, трения и давления обувью.
20 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	41C	Защищает сустав большого пальца от давления, трения, образования потертостей. Позволяет безболезненно носить обувь при отклонении большого пальца стопы, появлении «косточек» на суставе и их воспалении. Эффективно корректирует деформацию первого пальца стопы.

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	ЭДП.	Дата	

Лист

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
21 Протектор для пальцев стопы	221	Эффективно защищает ногтевую пластину, наружную, внутреннюю и подошвенную стороны пальцев стопы от всех видов мелких травм и предохраняет от потертостей, трения и давления обувью.
22 Протектор для пальцев стопы	222	Эффективно защищает ногтевую пластину, наружную, внутреннюю и подошвенную стороны пальцев стопы от всех видов мелких травм и предохраняет от потертостей, трения и давления обувью.
23 Протектор для пальцев стопы с межпальцевым разделителем	202С	Предотвращает и корректирует деформацию пальцев стопы, уменьшает давление на пальцы и суставы при ходьбе.
24 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой и кольцом на второй палец	203С	Защищает сустав большого пальца от давления, трения, образования потертостей. Позволяет безболезненно носить обувь при отклонении большого пальца стопы, появлении «косточек» на суставе и их воспалении. Эффективно корректирует деформацию первого и второго пальца стопы.
25 Корректор пяти пальцев стопы "Hallus pro"	163	Защищает суставы пальцев от давления, трения, образования потертостей; позволяет безболезненно носить обувь при искривлении пальцев ног, появлении «косточек» на суставах и их воспалении; эффективно корректирует деформацию первого пальца стопы.
26 Корректор пяти пальцев стопы	196С	Защищает суставы пальцев от давления, трения, образования потертостей; позволяет безболезненно носить обувь при искривлении пальцев ног, появлении «косточек» на суставах и их воспалении; эффективно корректирует деформацию первого пальца стопы.
27 Корректор пальцев стопы	207С	Используется в ночное время и во время отдыха. Снижает болезненные ощущения в пальцах стопы, защищает пальцы от деформации.
28 Вкладыш под передний отдел стопы силиконовый	06С	Разгружает передний отдел стопы, предотвращает скольжение стопы в обуви. Применяется при натоптышах, мозолях, наминнов в переднем отделе стопы. Дискомфорт при ходьбе в обуви на высоком каблуке
29 Вкладыш под передний отдел стопы разгружающий	70В	Разгружает передний отдел стопы, мягко поддерживает поперечный свод. Предотвращает скольжение стопы в обуви. Применяется при натоптышах, мозолях, наминнов в переднем отделе стопы. Дискомфорт при ходьбе в обуви на высоком каблуке
30 Вкладыш под передний отдел стопы	226	Разгружает передний отдел стопы, предотвращает скольжение стопы в обуви. Применяется при натоптышах, мозолях, наминнов в переднем отделе стопы. Дискомфорт при ходьбе в обуви на высоком каблуке
31 Вкладыш под передний отдел стопы	227	Разгружает передний отдел стопы, предотвращает скольжение стопы в обуви. Применяется при натоптышах, мозолях, наминнов в переднем отделе стопы. Дискомфорт при ходьбе в обуви на высоком каблуке
32 Подушечка метатарзальная под передний отдел стопы	206С	Разгружает передний отдел стопы, предотвращает скольжение в обуви, создает комфорт при ходьбе.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Имя	Почта	№ докум.	Подп.	Дата
000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU		

Лист

Продолжение приложения А

33 Вкладыш под передний отдел стопы с межпальцевой перегородкой и метатарзальным валиком	173	Разгружает поперечный свод, снимает избыточное давление с головок плюсневых костей, а также позволяет избежать наминов, натоптышей и мозолей.
34 Подушечка под дистальный отдел стопы	225	Снимает излишнее напряжение с перегруженных участков переднего отдела стопы, препятствует развитию деформаций пальцев, образованию натоптышей и наминов.
35 Подушечка под дистальный отдел стопы силиконовая перфорированная	15CR/C L	Разгрузка переднего отдела стопы. Коррекция поперечного плоскостопия, предупреждение образования «натоптышей», снижение болевого синдрома. Имеет межпальцевой разделитель для фиксации.
36 Подушечка разгружающая для обуви с межпальцевой перемычкой	164	Защищает от натирания кожу между пальцами ног и предотвращает боль, возникающую в подушечках стопы при ношении обуви с межпальцевой перемычкой (сандалии, босоножки, сланцы), в том числе на высоком каблуке.
37 Вкладыш под передний отдел стопы разгружающий	63K	Эффективно разгружает область основания пальцев. Предупреждает образование натоптышей.
38 Вкладка в носочную часть обуви	259	Применяется при «смещение» ноги вперед внутри обуви при ходьбе; дискомфорте из-за слишком длинной носочной части обуви.
39 Вкладыш под передний отдел стопы	228	Разгружает передний отдел стопы, предотвращает скольжение стопы в обуви. Применяется при натоптышах, мозолях, наминов в переднем отделе стопы. Дискомфорт при ходьбе в обуви на высоком каблуке.
40 Вкладыш под передний отдел стопы	229	Разгружает передний отдел стопы, предотвращает скольжение стопы в обуви. Применяется при натоптышах, мозолях, наминов в переднем отделе стопы. Дискомфорт при ходьбе в обуви на высоком каблуке.
41 Подушечка под пальцы стопы	235C	Снижает нагрузку на пальцы стопы, препятствует их деформации, образованию натоптышей и наминов.
42 Подушечка под пальцы стопы силиконовая	35C	Снижает нагрузку на поперечный свод стопы и дистальные фаланги пальцев стопы, препятствует образованию натоптышей и наминов. Препятствует давлению на основания пальцев стопы в случае приступа невралгии.
43 Корректор одного пальца; Корректор двух пальцев стопы	223	Рекомендуется для коррекции молоткообразной деформации второго и третьего пальцев стопы. В зависимости от исходной картины применение корректора нормализует (выпрямляет) положение деформированных пальцев, уменьшает нагрузку на головки плюсневых костей, снижает риск возникновения натоптышей.
44 Корректор пальцев стопы с метатарзальным валиком	224	Рекомендуется для коррекции молоткообразной деформации второго и третьего пальцев стопы. В зависимости от исходной картины применение корректора нормализует (выпрямляет) положение деформированных пальцев, уменьшает нагрузку на головки плюсневых костей, снижает риск возникновения натоптышей.
45 Подушечка под дистальный отдел стопы с кольцом на второй палец	205C	Разгружает передний отдел стопы. Используется для коррекции поперечного плоскостопия, снижения болевых ощущений в переднем отделе стопы, предотвращает образование натоптышей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
46 Корректор одного пальца; Корректор двух пальцев стопы	43К I; 43К II	Рекомендуется для коррекции молоткообразной деформации второго и третьего пальцев стопы В зависимости от исходной картины применение корректора нормализует (выпрямляет) положение деформированных пальцев, уменьшает нагрузку на головки плюсневых костей, снижает риск возникновения натоптышей.
47 Валик метатарзальный силикоповый	16С	Разгружает передний отдел стопы, мягко поддерживает поперечный свод. Предотвращает скольжение стопы в обуви.
48 Выкладка поперечного свода	230	Снимает болевые ощущения в переднем отделе стопы, поддерживает поперечный свод стопы в правильном положении; снижает ударную нагрузку на головки плюсневых костей; предотвращает образование «натоптышей», деформацию пальцев, рост «косточек»; эффективен для профилактики и лечения поперечного плоскостопия.
49 Выкладка поперечного свода	234	Снимает болевые ощущения в переднем отделе стопы; поддерживает поперечный свод стопы в правильном положении; снижает ударную нагрузку на головки плюсневых костей; предотвращает образование «натоптышей», деформацию пальцев, рост «косточек»; эффективен для профилактики и лечения поперечного плоскостопия.
50 Выкладка поперечного свода	231	Снимает болевые ощущения в переднем отделе стопы; поддерживает поперечный свод стопы в правильном положении; снижает ударную нагрузку на головки плюсневых костей; предотвращает образование «натоптышей», деформацию пальцев, рост «косточек»; эффективен для профилактики и лечения поперечного плоскостопия.
51 Вкладыш каплевидный для коррекции поперечного плоскостопия	44К	Снимает болевые ощущения в переднем отделе стопы, поддерживает поперечный свод стопы в правильном положении; снижает ударную нагрузку на головки плюсневых костей; предотвращает образование «натоптышей», деформацию пальцев, рост «косточек»; эффективен для профилактики и лечения поперечного плоскостопия.
52 Выкладка поперечного свода	61К	•Рекомендуется для лечения и профилактики поперечного плоскостопия, создания комфорта при ходьбе в обуви с высоким каблуком; снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на передний отдел стопы
53 Вкладыш Т-образный для коррекции поперечного плоскостопия	52К	Поддерживает поперечный свод стопы в правильном положении; снижает ударную нагрузку на головки плюсневых костей; эффективен для лечения и профилактики поперечного плоскостопия; снимает болевые ощущения в переднем отделе стопы; предотвращает образование «натоптышей», деформацию пальцев стопы, рост «косточек»; подходит для любой обуви, в том числе открытой.
54 Выкладка поперечного свода	232	Снимает болевые ощущения в переднем отделе стопы; поддерживает поперечный свод стопы в правильном положении; снижает ударную нагрузку на головки плюсневых костей; предотвращает образование «натоптышей», деформацию пальцев, рост «косточек»; эффективен для профилактики и лечения поперечного плоскостопия.

в. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
55 Супинатор ортопедический	236	Эффективно поддерживает продольный свод стопы. Используется при плоскостопии, статической недостаточности стоп для уменьшения утомляемости и боли в стопе при ходьбе.
56 Супинатор прозрачный	210С	Поддержка внутреннего продольного свода стопы, создание комфортных условий при ходьбе.
57 Супинатор ортопедический из силикона	277	Поддержка свода стопы, создание комфортных условий при ходьбе.
58 Супинатор ортопедический	238	Эффективно поддерживает продольный свод стопы. Используется при плоскостопии, статической недостаточности стоп для уменьшения утомляемости и боли в стопе при ходьбе.
59 Супинатор ортопедический	237	Эффективно поддерживает продольный свод стопы. Используется при плоскостопии, статической недостаточности стоп для уменьшения утомляемости и боли в стопе при ходьбе.
60 Супинатор ортопедический	28К	Эффективно поддерживает продольный свод стопы. Используется при плоскостопии, статической недостаточности стоп для уменьшения утомляемости и боли в стопе при ходьбе.
61 Подпяточник разгружающий для женской обуви	208С	Снижает ударную нагрузку на пятки и суставы нижних конечностей при ходьбе. Повышает комфортность модельной обуви.
62 Подпяточник корригирующий 6,0 мм	48К (6)	Рекомендуется применять при разной длине ног. В зависимости от исходной картины применение подпяточника уравнивает длину ног, устраняет функциональные перекос таза и нарушение осанки во фронтальной плоскости, уменьшает ударную нагрузку на пятку и суставы нижней конечности.
63 Подпяточник для женской модельной обуви	240	Снижает ударную нагрузку на пятки и суставы нижних конечностей при ходьбе. Повышает комфортность модельной обуви.
64 Подпяточник разгружающий	261	Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружают ахиллово сухожилие и пяточную область; предупреждают быстрый износ каблуков обуви.
65 Подпяточник амортизирующий	01Р	Предназначены для лечения и профилактики пяточных шпор, болезни Шинца, болей в пятке различного происхождения. Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник, разгружают ахиллово сухожилие, предупреждают быстрый износ каблуков обуви.
66 Подпяточник разгружающий амортизирующий	62КО	Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружают ахиллово сухожилие и пяточную область; предупреждают быстрый износ каблуков обуви.
67 Подпяточник клиновидный	264	Применение подпяточника корригирует неправильную установку голеностопного сустава, уменьшает ударную нагрузку на стопу и суставы ног при ходьбе. Фиксирует стопу в физиологически правильном положении. Обеспечивают амортизацию и снижение ударной нагрузки при ходьбе.
68 Подпяточник клиновидный корригирующий	47К	Рекомендуется применять для коррекции Х- и О-образной установки голеностопного сустава. В зависимости от исходной картины применение подпяточника улучшает (выпрямляет) неправильную установку голеностопного сустава, уменьшает ударную нагрузку на стопу и суставы ног при ходьбе, предотвращает неправильное снашивание каблуков обуви.

в. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
69 Подпяточник корректирующий 10,0 мм	48К (10)	Рекомендуется применять при разной длине ног. В зависимости от исходной картины применение подпяточника уравнивает длину ног, устраняет функциональные перекос таза и нарушение осанки во фронтальной плоскости, уменьшает ударную нагрузку на пятку и суставы нижней конечности.
70 Подпяточник разгружающий амортизирующий	62К	Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружают ахиллово сухожилие и пяточную область; предупреждают быстрый износ каблуков обуви.
71 Подпяточник разгружающий	241	Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружают ахиллово сухожилие и пяточную область; предупреждают быстрый износ каблуков обуви.
72 Подпяточник разгружающий	242	Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружают ахиллово сухожилие и пяточную область; предупреждают быстрый износ каблуков обуви.
73 Подпяточник корректирующий	245	Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружают ахиллово сухожилие и пяточную область; предупреждают быстрый износ каблуков обуви.
74 Подпяточник эргопомичный для женской обуви	211С	Эффективно разгружает пятку, снижает ударные нагрузки на суставы нижних конечностей и позвоночник. Содержит клеевой аппликатор для фиксации.
75 Подпяточник эргопомичный для мужской обуви	233С	Эффективно разгружает пятку, снижает ударные нагрузки на суставы нижних конечностей и позвоночник. Содержит клеевой аппликатор для фиксации.
76 Подпяточник корректирующий 20 мм	191	Амортизация ударной нагрузки при ходьбе при заболеваниях позвоночника и суставов ног (без признаков укорочения ног); боли в области пяточной кости; функциональный перекос положения таза; устранения дискомфорта и хромоты при ходьбе; коррекция разной длины ног (укорочение) при разнице 20 мм.
77 Подпяточник разгружающий	243	Эффективно разгружает пятку; снижает ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружает ахиллово сухожилие; предупреждает быстрый износ каблуков обуви.
78 Подпяточник разгружающий	244	Эффективно разгружает пятку; снижает ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружает ахиллово сухожилие; предупреждает быстрый износ каблуков обуви.
79 Подпяточник корректирующий	246	Рекомендуется применять при разной длине ног. В зависимости от исходной картины применение подпяточника уравнивает длину ног, устраняет функциональные перекос таза и нарушение осанки во фронтальной плоскости, уменьшает ударную нагрузку на пятку и суставы нижней конечности.
80 Подпяточники корректирующий 30 мм	193	Амортизация ударной нагрузки при ходьбе при заболеваниях позвоночника и суставов ног (без признаков укорочения ног); боли в области пяточной кости; функциональный перекос положения таза; устранения дискомфорта и хромоты при ходьбе; коррекция разной длины ног (укорочение) при разнице 30 мм.

инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
81 Подпяточник разгружающий силиконовый	33С	Эффективно разгружает пятку; снижает ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружает ахиллово сухожилие; предупреждает быстрый износ каблуков обуви.
82 Подпяточник разгружающий	239	Эффективно разгружает пятку; снижает ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружает ахиллово сухожилие; предупреждает быстрый износ каблуков обуви.
83 Ортез функциональный для первого пальца стопы	46М	Профилактика и лечение вальгусной деформации первого пальца стопы (Hallux valgus) при поперечном плоскостопии. Реабилитация в послеоперационный период.
84 Корректор первого пальца стопы	39-О	Эффективно корригирует отклонение большого пальца (Hallux valgus) при поперечном плоскостопии и других деформациях стопы.
85 Ортез функциональный для коррекции Hallux valgus	260	Ограничивает патологические движения большого пальца стопы, при этом не препятствуя физиологическому сгибанию в плюснефаланговом суставе.
86 Корректор первого пальца стопы	247	Эффективно корригирует отклонение большого пальца (Hallux valgus) при поперечном плоскостопии и других деформациях стопы.
87 Ортез функциональный для первого пальца стопы "Инновация"	190	Профилактика и лечение вальгусной деформации первого пальца стопы (Hallux valgus) при поперечном плоскостопии; Реабилитация после оперативного исправления деформации большого пальца стопы.
88 Корректор первого пальца стопы	ПМ-1	Эффективно корригирует отклонение большого пальца (Hallux valgus) при поперечном плоскостопии и других деформациях стопы.
89 Корректор первого пальца стопы мягкий	195	Корригирует отклонение большого пальца (Hallux valgus) при поперечном плоскостопии и других деформациях стопы.
90 Стяжка ортопедическая эластичная	250	Поддержка свода стопы, создание комфортных условий при ходьбе.
91 Бандаж эластичный с ортопедическим супинатором	278	Поддержка свода стопы, создание комфортных условий при ходьбе.
92 Стяжка переднего отдела стопы с межпальцевой перегородкой и бурсопротектором	172	Коррекция деформации 1-го пальца стопы при Hallux valgus, деформации 2-го пальца, а также профилактика этих состояний. Защищает косточки первого и пятого пальцев стопы. Предотвращает появление потёртостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе. Изделие обладает мягким компрессионным воздействием на передний отдел стопы.
93 Стяжка ортопедическая эластичная	253	Поддержка свода стопы, создание комфортных условий при ходьбе.
94 Стяжка ортопедическая эластичная	252	Поддержка свода стопы, создание комфортных условий при ходьбе.
95 Бурсопротектор силиконовый на тканевой основе	167	Разгружает и защищает первый плюснефаланговый сустав стопы.
96 Стяжка переднего отдела стопы с защитой большого пальца	168	Мягко стягивает передний отдел стопы, препятствуя развитию поперечного плоскостопия; разгружает и защищает первый плюснефаланговый сустав стопы; способствует уменьшению боли при ходьбе и снижению нагрузки на передний отдел стопы.
97 Манжет-стяжка для стопы	249	Разгружает и защищает первый плюснефаланговый сустав стопы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
98 Стяжка ортопедическая эластичная	251	Защищает косточки первого и пятого пальцев стопы. Предотвращает появление потёртостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе.
99 Стяжка переднего отдела стопы с силиконовой вставкой	169	Мягко стягивает передний отдел стопы, препятствуя развитию поперечного плоскостопия; разгружает и защищает первый плюснефаланговый сустав стопы; способствует уменьшению боли при ходьбе и снижению нагрузки на передний отдел стопы.
100 Напояточник увлажняющий гелевый	266	Увлажняют сухую, потрескавшуюся и/или загрубевшую (мозолистую) кожу. Эффективно борются с растрескиваниями кожи в пяточной области, способствуют её смягчению и предотвращают ороговение. Стимулируют восстановительные функции кожи.
101 Носочки увлажняющие гелевые	265	Используются для увлажнения сухой, потрескавшейся, загрубевшей кожи стоп, обладают эффектом пилинга. Глубоко увлажняют кожу, делают её мягкой и гладкой.
102 Стяжка эластичная для стопы с разгрузкой переднего отдела	166	Уменьшает болевые ощущения при ходьбе, разгружают передний отдел и поддерживает поперечный свод стопы.
103 Манжет-стяжка переднего отдела стопы с метатарзальным валиком	21МС	Применяется для коррекции свода стопы с целью профилактики и лечения поперечного плоскостопия, а также до и после хирургических операций на стопе.
104 Манжет-стяжка переднего отдела стопы с регулируемым охватом стопы	248	Применяется для коррекции свода стопы с целью профилактики и лечения поперечного плоскостопия, а также до и после хирургических операций на стопе.
105 Наклейки прозрачные на ремешки в обуви	262	Защита мягких тканей стопы от сдавливания, натирания, наминов и предотвращение появления мозолей от натирания ремешками обуви.
106 Наклейка защитная	214	Защита мягких тканей стопы от сдавливания, натирания, наминов и предотвращение появления мозолей
107 Кольца антимозольные	165	Предотвращает рост мозолей, создает максимальный комфорт для стопы и защищает кожу в любой обуви.
108 Наклейка защитная	215	Защита мягких тканей стопы от сдавливания, натирания, наминов и предотвращение появления мозолей
109 Напояточник прозрачный	263	Защищает мягкие ткани верхней части пятки от сдавливания, натирания, наминов; предотвращает появление мозолей от натирания обувью. Разгружает проблемную пяточную зону при занятиях спортом или длительной ходьбе.
110 Наклейка защитная	257	Защита мягких тканей стопы от сдавливания, натирания, наминов и предотвращение появления мозолей
111 Наклейка защитная	258	Защита мягких тканей стопы от сдавливания, натирания, наминов и предотвращение появления мозолей
112 Напояточник кожаный	37К	Уменьшает трение и соскальзывание стопы Предотвращает появление волдырей и потертостей Создает дополнительный комфорт для стопы

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Кол. во: 36

(отрицать
нельзя)

Министр

Тех. задание

А.Б. Бззуба





УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Орто.Ник»

Н.Б. Беззубов

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

ЭТИКЕТКА

(Инструкция по применению)

ПОВА.944738.008 ЭТ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТОПЫ
по ТУ 9396-003-77799226-2015

Наименование

Приспособления ортопедические для стопы по ТУ 9396-003-77799226-2015

Варианты исполнения.

Наименование изделия	Арт и- кул	Обозначение конструкторского документа
1 Разделитель межпальцевый силиконовый	12С	ПОВА.944738.006-001
2 Перегородка межпальцевая анатомическая	212С	ПОВА.944738.006-002
3 Прокладка межпальцевая силиконовая	14С	ПОВА.944738.006-003
4 Разделитель межпальцевый силиконовый	13С	ПОВА.944738.006-004
5 Перегородка межпальцевая анатомическая	213С	ПОВА.944738.006-005
6 Кольцо защитное для пальца силиконовое	34С	ПОВА.944738.006-006
7 Протектор для пальцев стопы	218	ПОВА.944738.006-00
8 Разделитель межпальцевый с защитным кольцом силиконовый	42С	ПОВА.944738.006-008
9 Бурсопротектор эластичный	36С	ПОВА.944738.006-009
10 Протектор для пальцев стопы	04С	ПОВА.944738.006-010
11 Трубочка для пальцев стопы силиконовая	170	ПОВА.944738.006-011
12 Разделитель межпальцевой с тканевым кольцом на палец	171	ПОВА.944738.006-012
13 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	200	ПОВА.944738.006-013
14 Разделитель межпальцевый с кольцом на палец	204С	ПОВА.944738.006-014
15 Протектор для пальцев стопы	219	ПОВА.944738.006-015
16 Бурсопротектор для большого пальца стопы дышащий	174	ПОВА.944738.006-016
17 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой перфорированный	216	ПОВА.944738.006-017
18 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	201С	ПОВА.944738.006-018
19 Протектор для пальцев стопы	220	ПОВА.944738.006-019
20 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	41С	ПОВА.944738.006-020
21 Протектор для пальцев стопы	221	ПОВА.944738.006-021
22 Протектор для пальцев стопы	222	ПОВА.944738.006-022
23 Протектор для пальцев стопы с межпальцевым разделителем	202С	ПОВА.944738.006-023
24 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой и кольцом на второй палец	203С	ПОВА.944738.006-024
25 Корректор пяти пальцев стопы "Hallus pro"	163	ПОВА.944738.006-025
26 Корректор пяти пальцев стопы	196С	ПОВА.944738.006-026
27 Корректор пальцев стопы	207С	ПОВА.944738.006-027
28 Вкладыш под передний отдел стопы силиконовый	06С	ПОВА.944738.007-001
29 Вкладыш под передний отдел стопы разгружающий	70В	ПОВА.944738.007-002
30 Вкладыш под передний отдел стопы	226	ПОВА.944738.007-003
31 Вкладыш под передний отдел стопы	227	ПОВА.944738.007-004
32 Подушечка метатарзальная под передний отдел стопы	206С	ПОВА.944738.007-005
33 Вкладыш под передний отдел стопы с межпальцевой перегородкой и метатарзальным валиком	173	ПОВА.944738.007-006
34 Подушечка под дистальный отдел стопы	225	ПОВА.944738.007-007
35 Подушечка под дистальный отдел стопы силиконовая перфорированная	15СR /CL	ПОВА.944738.007-008
36 Подушечка разгружающая для обуви с межпальцевой перемычкой	164	ПОВА.944738.007-009
37 Вкладыш под передний отдел стопы разгружающий	63К	ПОВА.944738.007-010
38 Вкладка в носочную часть обуви	259	ПОВА.944738.007-011
39 Вкладыш под передний отдел стопы	228	ПОВА.944738.007-012
40 Вкладыш под передний отдел стопы	229	ПОВА.944738.007-013
41 Подушечка под пальцы стопы	235С	ПОВА.944738.007-014
42 Подушечка под пальцы стопы силиконовая	35С	ПОВА.944738.007-015
43 Корректор одного пальца; Корректор двух пальцев стопы	223	ПОВА.944738.007-016

44 Корректор пальцев стопы с метатарзальным валиком	224	ПОВА.944738.007-017
45 Подушечка под дистальный отдел стопы с кольцом на второй палец	205С	ПОВА.944738.007-018
46 Корректор одного пальца; Корректор двух пальцев стопы	43К I; 43К II	ПОВА.944738.007-019
47 Валик метатарзальный силиконовый	16С	ПОВА.944738.008-001
48 Выкладка поперечного свода	230	ПОВА.944738.008-002
49 Выкладка поперечного свода	234	ПОВА.944738.008-003
50 Выкладка поперечного свода	231	ПОВА.944738.008-004
51 Вкладыш каплевидный для коррекции поперечного плоскостопия	44К	ПОВА.944738.008-005
52 Выкладка поперечного свода	61К	ПОВА.944738.008-006
53 Вкладыш Т-образный для коррекции поперечного плоскостопия	52К	ПОВА.944738.008-007
54 Выкладка поперечного свода	232	ПОВА.944738.008-008
55 Супинатор ортопедический	236	ПОВА.944738.009-001
56 Супинатор прозрачный	210С	ПОВА.944738.009-002
57 Супинатор ортопедический из силикона	277	ПОВА.944738.009-003
58 Супинатор ортопедический	238	ПОВА.944738.009-004
59 Супинатор ортопедический	237	ПОВА.944738.009-005
60 Супинатор ортопедический	28К	ПОВА.944738.009-006
61 Подпяточник разгружающий для женской обуви	208С	ПОВА.944738.010-001
62 Подпяточник корригирующий 6,0 мм	48К (6)	ПОВА.944738.010-002
63 Подпяточник для женской модельной обуви	240	ПОВА.944738.010-003
64 Подпяточник разгружающий	261	ПОВА.944738.010-004
65 Подпяточник амортизирующий	01Р	ПОВА.944738.010-005
66 Подпяточник разгружающий амортизирующий	62КО	ПОВА.944738.010-006
67 Подпяточник клиновидный	264	ПОВА.944738.010-007
68 Подпяточник клиновидный корригирующий	47К	ПОВА.944738.010-008
69 Подпяточник корригирующий 10,0 мм	48К (10)	ПОВА.944738.010-009
70 Подпяточник разгружающий амортизирующий	62К	ПОВА.944738.010-010
71 Подпяточник разгружающий	241	ПОВА.944738.010-011
72 Подпяточник разгружающий	242	ПОВА.944738.010-012
73 Подпяточник корригирующий	245	ПОВА.944738.010-013
74 Подпяточник эргономичный для женской обуви	211С	ПОВА.944738.010-014
75 Подпяточник эргономичный для мужской обуви	233С	ПОВА.944738.010-015
76 Подпяточник корригирующий 20 мм	191	ПОВА.944738.010-016
77 Подпяточник разгружающий	243	ПОВА.944738.010-017
78 Подпяточник разгружающий	244	ПОВА.944738.010-018
79 Подпяточник корригирующий	246	ПОВА.944738.010-019
80 Подпяточники корригирующий 30 мм	193	ПОВА.944738.010-020
81 Подпяточник разгружающий силиконовый	33С	ПОВА.944738.010-021
82 Подпяточник разгружающий	239	ПОВА.944738.010-022
83 Ортез функциональный для первого пальца стопы	46М	ПОВА.944738.011-001
84 Корректор первого пальца стопы	39-О	ПОВА.944738.011-002
85 Ортез функциональный для коррекции Hallux valgus	260	ПОВА.944738.011-003
86 Корректор первого пальца стопы	247	ПОВА.944738.011-004
87 Ортез функциональный для первого пальца стопы "Инновация"	190	ПОВА.944738.011-005
88 Корректор первого пальца стопы	ПМ-1	ПОВА.944738.011-006
89 Корректор первого пальца стопы мягкий	195	ПОВА.944738.012-001
90 Стяжка ортопедическая эластичная	250	ПОВА.944738.012-002
91 Бандаж эластичный с ортопедическим супинатором	278	ПОВА.944738.012-003
92 Стяжка переднего отдела стопы с межпальцевой перегородкой и бурсопротектором	172	ПОВА.944738.012-004
93 Стяжка ортопедическая эластичная	253	ПОВА.944738.012-005
94 Стяжка ортопедическая эластичная	252	ПОВА.944738.012-006
95 Бурсопротектор силиконовый на тканевой основе	167	ПОВА.944738.012-007

96 Стяжка переднего отдела стопы с защитой большого пальца	168	ПОВА.944738.012-008
97 Манжет-стяжка для стопы	249	ПОВА.944738.012-009
98 Стяжка ортопедическая эластичная	251	ПОВА.944738.012-010
99 Стяжка переднего отдела стопы с силиконовой вставкой	169	ПОВА.944738.012-011
100 Напяточник увлажняющий гелевый	266	ПОВА.944738.012-012
101 Носочки увлажняющие гелевые	265	ПОВА.944738.012-013
102 Стяжка эластичная для стопы с разгрузкой переднего отдела	166	ПОВА.944738.012-014
103 Манжет-стяжка переднего отдела стопы с метатарзальным валиком	21М С	ПОВА.944738.012-015
104 Манжет-стяжка переднего отдела стопы с регулируемым охватом стопы	248	ПОВА.944738.012-016
105 Наклейки прозрачные на ремешки в обуви	262	ПОВА.944738.013-001
106 Наклейка защитная	214	ПОВА.944738.013-002
107 Кольца антимозольные	165	ПОВА.944738.013-003
108 Наклейка защитная	215	ПОВА.944738.013-004
109 Напяточник прозрачный	263	ПОВА.944738.013-005
110 Наклейка защитная	257	ПОВА.944738.013-006
111 Наклейка защитная	258	ПОВА.944738.013-007
112 Напяточник кожаный	37К	ПОВА.944738.013-008

Примечания

1 ПОВА.944738.006-001÷ПОВА.944738.006-027 – приспособления ортопедические для пальцев стопы.

2 ПОВА.944738.007-001÷ПОВА.944738.007-019 – приспособления ортопедические для переднего отдела стопы.

3 ПОВА.944738.008-001÷ПОВА.944738.008-008 – приспособления ортопедические для поперечного свода стопы.

4 ПОВА.944738.009-001÷ПОВА.944738.009-006 – приспособления ортопедические для продольного свода стопы.

5 ПОВА.944738.010-001÷ПОВА.944738.010-022 – приспособления ортопедические для пяточного отдела стопы.

6 ПОВА.944738.011-001÷ПОВА.944738.011-005 – ортезы для стопы.

7 ПОВА.944738.012-001÷ПОВА.944738.012-016 – стяжки ортопедические для стопы.

8 ПОВА.944738.013-001÷ПОВА.944738.013-008 – наклейки ортопедические.

Эксплуатационный документ распространяется на следующие артикулы:

43К-I/43К-II	48К(10)	39-О
223	245	260
224	191	247
48К(6)	246	190
264	193	
47К	46М	

Назначение

Приспособления ортопедические для стопы предназначены для лечения и профилактики заболеваний стопы, а также для создания комфортных условий пользователям, которые имеют различного рода деформацию стопы.

Приспособления ортопедические для стопы предназначены для индивидуального использования.

Технические характеристики

При изготовлении приспособлений должны быть использованы материалы, указанные в таблице

Название материала и красителей	Нормативный документ или фирма и страна-изготовитель
1 Кожа компрессионная регенерированная (кожаная стружка, латекс), арт. Special NSS	Алькор, Италия
2 Подкладочный материал Microliner полиэстер/полиамид	Huzhou Forince Textile CO.LTD, Китай
3 Подкладочный материал арт. SC 1350N 044 (beduin) 60% Latex, 40% Polyester	Quanzhou Hengdali Import and export, Китай
4 Материал Неоперн 100% стирол-бутадиен каучук	Chuan Hui int, Китай
5 Подкладочный материал Line Карра 100% вспененный ПВХ	Twe group, Германия
6 Лента 8160 PET 12 акриловый клей на полиэфирном носителе	Свифт Кемикал, Италия
7 Резинка для брителей полиэстер/ латекс	Веллеткс, Китай
8 Микропласт PA-MICROPLAST 25443-00100% полиамид.	Мираль, Германия
9 Силикон Ecoflex 030, Silimold AKP 08	Алькор, Италия
10 Скотч двухсторонний ПВХ Поливинилхлорид	Foshan City Nanhai Zemu Xiang Adhesive Pcts., Ltd., Китай
11 Микрофибра Vermont and Versales Crudo (нейлон 60 %, полиуретан 40%)	Tejidos Roca, Испания
12 Вкладные элементы (амортизаторы, валики) вспененный латекс Carbosan	Emsold, Германия
13 Спиллок-велюр вид натурального кожевенного материала	ТУ 17-06-95, ОАО Русская Кожа, РФ
14 Кожи крупнорогатого скота, Артикул КРС (0,9-1,1мм)	ГОСТ 939, ОАО Вахруши Юфть, РФ
15 Пластмасса ПЭТ	ТУ 2246-010-81057157 ООО "СафПласт", РФ
16 Лента велкро (полиамид)	ТУ 17-15-14, ОАО Лента, Беларусь
17 ЭВА (пластины пористые эвапласт этиленвинилацетат)	СТО 8741-016-00300209, ОАО Искож, ООО Экопром
18 Искусственный нубук (полиэстер) Артикул Кожа искус.нубук эксперт 1.2	Lifli Rulo ve Levha San,Турция
19 Пенополиэтилен ППЭ-2М, ППЭ-3М	ТУ 2244-002-58417822, ООО Этиол, РФ
20 Нитки лавсановые 45ЛЛ армированные с полиэфирной оплёткой	ГОСТ 6309-93, ОАО «ПНК ИМ КИРОВА», РФ
21 Полиуретановый гель (8118М48-А; 220М19-В)	Jinsheng Industrial Co.,Ltd. Китай
22 Эластичная лента 70%полиэфир 30%латекс	ОСТ Р 17-10-883, ООО Производственная компания Ультратекс, РФ
23 Искусственный нубук (полиэстер) Артикул Кожа искус.нубук, «эксперт 1.2»	Lifli Rulo ve Levha San,Турция
24 Каркасы из полипропилена 30 марки	ТУ 2211-001-76332549, ООО Сурсил, РФ
25. Краситель Solvent Blue 104 (синий), Solvent Red 135 (красный), Solvent Yellow 114 (жёлтый)	Huzhou Forince Textile CO.LTD,Китай
26. . Краситель Luconyl	Zahonero, Испания

27. Концентрат "БАСКО"6 (Перламутровый)	ООО «Этиол», г. Владимир
28. Краситель П 514	ОАО «Искож», г. Киров
29. Краситель GHS Beige nylon GN08 (бежевый)	Chuan Hui int, Китай
30. Краситель Silc PIG (0.11) (зелёный)	Jinsheng Industrial Co.,Ltd. Китай

Основные характеристики приведены в **Приложении А.**

Приспособления для пальцев стопы, для переднего отдела стопы, для поперечного свода стопы и для продольного свода стопы должны быть изготовлены цельноформованными в виде одного слоя или многослойные (наборные).

Наружные края приспособлений для пяточного отдела стопы должны быть обработаны в обрезку и должны иметь чистый без выхватов срез.

Склеенные между собой детали приспособлений для пяточного отдела стопы должны плотно прилегать друг к другу без видимого зазора.

Наружные поверхности приспособлений не должны иметь морщин, механических повреждений, пятен, следов клея.

Приспособления должны быть устойчивы к санитарной обработке, состоящей из протирания теплым мыльным раствором с температурой от плюс 40 до плюс 50 °С, протирания водой с температурой от плюс 40 до плюс 50 °С и сушки.

Приспособления должны быть устойчивы к агрессивным биологическим жидкостям (пот).

Средний срок службы приспособлений до списания должен быть не менее 6 месяцев


Средний срок хранения приспособлений (артикулы 12С, 212С, 14С, 13С, 213С, 34С, 218, 42С, 36С, 04С, 170, 171, 200, 204С, 219, 174, 216, 201С, 220, 41С, 221, 222, 202С, 203С, 163, 196С, 207С, 06С, 226, 227, 206С, 173, 225, 15CR/CL, 164, 228, 229, 235С, 35С, 205С, 16С, 210С, 277, 208С, 240, 264, 211С, 233С, 243, 244, 33С, 278, 172, 253, 252, 167, 168, 169, 266, 265, 166, 262, 165, 263) при температуре от плюс 15 до плюс 25 °С, относительной влажности воздуха от 50 до 80 % с защитой от воздействия прямых солнечных лучей должен быть не менее 24 месяцев, а остальных артикулов согласно таблице 1 - 48 месяцев

По возможным последствиям отказа в процессе эксплуатации приспособления относятся к классу Г по РД 50-707.

По потенциальному риску применения приспособления относятся к классу 1.

Номенклатурное обозначение приспособлений – 272220, 159690, 106450, 159700, 241440

Внешний вид базовых образцов



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Показания к применению – см. Приложение А

Противопоказания – фиксированные деформации стоп, переломы стоп, открытые раны на подошвенной поверхности стоп, индивидуальная непереносимость, необходимо проконсультироваться с врачом.

Возможные побочные действия – нет.

Транспортирование и хранение

Приспособления могут перевозиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с соблюдением требований, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования приспособлений должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Хранение приспособлений у изготовителя должно осуществляться в транспортной упаковке с соблюдением условий хранения от плюс 15 до плюс 25 °С, относительной влажности воздуха от 50 до 80 % с защитой от воздействия прямых солнечных лучей.

Указания по эксплуатации

Приспособления изготавливаются для эксплуатации в климатических условиях, которые соответствуют УЗ.1, УХЛЗ.1 по ГОСТ 15150, но в диапазоне температур от минус 20 до плюс 40°C

Указания по утилизации

Материалы, из которых изготовлены приспособления, являются безопасными для человека и окружающей среды.

Приспособления после их использования могут быть утилизированы как бытовой мусор класса опасности А.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие приспособлений требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Гарантийный срок использования приспособлений – 45 дней.

Срок гарантии устанавливается со времени выдачи приспособлений или их продажи согласно копии товарного чека.

В течение гарантийного срока в случае выявления производственного дефекта и (или) несоответствия медицинским показаниям предприятие-изготовитель производит ремонт или изготовление приспособлений бесплатно.

Гарантийный срок хранения приспособлений – 24 месяца со дня изготовления.

Дата изготовления указана на упаковке.

Количество- штук.

Артикул: №.....

ТУ 9396-003-77799226-2015

Изготовитель:

ООО «Орто.Ник»

Адрес места нахождения: ; e-mail: ; ИНН

тел. (812)

Претензии потребителей принимаются Изготовителем.

Приёмка

Приспособления ортопедические для стопы приняты ОТК фирмы ООО

и соответствуют требованиям ТУ 9396-003-77799226-2015

Подпись

Штамп ОТК

Инв.№ подл.	Годп. и подп.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Таблицы 1А

Приспособления для пальцев стопы

Наименование изделия	Артикул	Показания к применению	Количество колец	Диаметр большого кольца для пальца, мм	Количество перегородок	Высота большой перегородки, мм	Толщина большой перегородки, мм	Количество бурсопротекторов	Толщина бурсопротектора, мм	Длина бурсопротектора, мм	Вес, г	Размерный ряд
Разделитель межпальцевый силиконовый	12С	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	0	0	1	20	13	0	0	0	7	1(35-38), 2(39-41), 3(42-46)
Перегородка межпальцевая анатомическая	212С	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	0	0	1	20	17	0	0	0	10	1(35-38), 2(39-41), 3(42-46)
Прокладка межпальцевая силиконовая	14С	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	0	0	1	24	5,5	0	0	0	3	1(35-38), 2(39-41), 3(42-46)
Разделитель межпальцевый силиконовый	13С	Ортопедические приспособления для пальцев	0	0	1	30	6	0	0	0	6	1(34-37), 2(38-42)
Перегородка межпальцевая анатомическая	213С	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	0	0	1	30	9	0	0	0	9	1(34-37), 2(38-42)

Приложение А
(обязательное)

Инв.№ подл.	Годп. и подп.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
Лист	

Продолжение таблицы 1А

Наименне изделия	Арти-кул	Полное название группы	Коли-чество колец	Диаметр большого кольца для пальца, мм	Коли-чество перегородок	Высота большой перегородки, мм	Толщина большой перегородки, мм	Коли-чество бурсо-протекторов	Толщина бурсо-протектора, мм	Длина бурсо-протектора, мм	Вес, г	Размерный ряд
Кольцо защитное для пальца силиконовое	34С	Ортопеди-ческие при-способления для пальцев стопы	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1(35-38), 2(39-41), 3(42-46)
Протектор для пальцев стопы	218	Ортопеди-ческие при-способления для пальцев	1	13	0	0	0	0	0	0	5	1(34-37), 2(38-42)
Разделитель межпальцевый с защитным кольцом силиконовый	42С	Ортопеди-ческие приспособле-ния для пальцев	1	14	1	25	7	0	0	0	7	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Бурсопротектор эластичный	36С	Ортопеди-ческие приспособле-ния для пальцев	1	10	0	0	0	1	2	66	6	S(34-37), L(38-42)
Протектор для пальцев стопы	04С	Ортопеди-ческие приспособле-ния для пальцев стопы	1	16	0	0	0	0	0	0	5,5	1(34-37), 2(38-42)

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
Лист	

Продолжение таблицы 1А

Наименение изделия	Артикул	Полное название группы	Количество колец	Диаметр большого кольца для пальца, мм	Количество перегородок	Высота большой перегородки, мм	Толщина большой перегородки, мм	Количество бурсопротекторов	Толщина бурсопротектора, мм	Длина бурсопротектора, мм	Вес, г	Размерный ряд
Трубочка для пальцев стопы силиконовая	170	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	1	16	0	0	0	0	0	0	13	Универсальный (35-42)
Разделитель межпальцевый с тканевым кольцом на палец	171	Ортопедические приспособления для пальцев	1	16	1	19	12	0	0	0	8	Универсальный (35-42)
Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	200	Ортопедические приспособления для пальцев	1	17	1	25	11	1	3	60	12	Универсальный (35-42)
Разделитель межпальцевый с кольцом на палец	204С	Ортопедические приспособления для пальцев	1	17	1	27	9	0	0	0	9	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Протектор для пальцев стопы	219	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	1	19		0	0	0	0	0	6	1(34-37), 2(38-42)

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Годп. и подп.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 1А

Наименне изделия	Арти-кул	Полное название группы	Колн-чество колец	Диаметр большого кольца для пальца, мм	Колн-чество перегородок	Высота большой перегородки, мм	Толщина большой перегородки, мм	Коли-чество бурсо-протек-торов	Толщина бурсо-протек-тора, мм	Длина бурсо-протек-тора, мм	Вес, г	Размерный ряд
Бурсопротектор для большого пальца стопы дышащий	174	Ортопеди-ческие при-способления для пальцев стопы	1	20	0	0	0	1	4	80	5	Универсальный (35-42)
Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой перфорированный	216	Ортопеди-ческие при-способления для пальцев стопы	1	20	1	26	13	1	3	61	8	Универсальный (35-42)
Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	201С	Ортопеди-ческие приспособле-ния для пальцев стопы	1	20	1	26	13	1	3	61	14	Универсальный (35-42)
Протектор для пальцев стопы	220	Ортопеди-ческие при-способления для пальцев стопы	1	22	0	0	0	0	0	0	6,5	1(34-37), 2(38-42)
Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	41С	Ортопеди-ческие приспособле-ния для пальцев стопы	1	22	1	24	11	1	2	64	16	Универсальный (35-42)

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Годп. и подп.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Количество колец	Диаметр большого кольца для пальца, мм	Количество перегородок	Высота большой перегородки, мм	Толщина большой перегородки, мм	Количество бурсопротекторов	Толщина бурсопротектора, мм	Длина бурсопротектора, мм	Вес, г	Размерный ряд
Корректор пяти пальцев стопы	196С	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	3	21	4	23	8	0	0	0	11	Универсальный (35-42)
Корректор пальцев стопы	207С	Ортопедические приспособления для пальцев	5	29	4	40	6	0	0	0	43	Универсальный (35-42)

Примечание:

- 1) Значение диаметра большого кольца определяется с допуском $\pm 1,5\text{мм}$.
- 2) Значение высоты и толщины перегородки определяется с допуском $\pm 1,5\text{мм}$.
- 3) Значение длины и толщины бурсопротектора определяется с допуском $\pm 1,5\text{мм}$.
- 4) Значение веса ортопедического элемента определяется с допуском $\pm 5\text{г}$.

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		
Лист		

Таблица 2А Приспособления для переднего отдела стопы

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, г	Размерный ряд
Вкладыш под передний отдел стопы силиконовый	06С	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	3	90	70	13	S(34-37), L(38-42)
Вкладыш под передний отдел стопы разгружающий	70В	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	2	95	68	5	Универсальный (35-42)
Вкладыш под передний отдел стопы	226	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	2,5	78	65	4	Универсальный (35-42)
Вкладыш под передний отдел стопы	227	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	2,5	85	75	5	Универсальный (35-42)
Подушечка метатарзальная под передний отдел стопы	206С	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	2,5	100	68	12	Универсальный (35-42)
Вкладыш под передний отдел стопы с межпальцевой перегородкой и метатарзальным валиком	173	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	2,5	115	68	29	Универсальный (35-42)
Подушечка под дистальный отдел стопы	225	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	3	80	67	10	Универсальный (35-42)
Подушечка под дистальный отдел стопы силиконовая перфорированная	15CR/CL	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	3	80	67	16	Универсальный (35-42)
Подушечка разгружающая для обуви с межпальцевой перемычкой	164	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	3	95	67	15	Универсальный (35-42)
Вкладыш под передний отдел стопы разгружающий	63К	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	3,5	78	65	5	Универсальный (35-42)
Вкладка в носочную часть обуви	259	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	4	75	35	2	Универсальный (35-42)

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
Лист	

Таблица 3А Приспособления для поперечного свода стопы

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, г	Размерный ряд
Валик метатарзальный силиконовый	16С	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	5	69	53	9	Универсальный (35-42)
Выкладка поперечного свода	230	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	8	75	58	7,5	1(31-39), 2(38-47)
Выкладка поперечного свода	234	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	8,5	90	65	10,5	1(31-39), 2(38-47)
Выкладка поперечного свода	231	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	10	60	60	6,5	1(31-39), 2(38-47)
Вкладыш каплевидный для коррекции поперечного плоскостопия	44К	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	10	70	50	5	1(31-39), 2(38-47)
Выкладка поперечного свода	61К	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	11	135	85	13,5	35-36; 37-38; 39-40; 41-42
Вкладыш Т-образный для коррекции поперечного плоскостопия	52К	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	12	80	62	6,5	S(31-39), M(37-45), L(39-46), XL(42-48)
Выкладка поперечного свода	232	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	12	100	75	11	1(31-39), 2(38-47)

Примечание:

- 1) Значение длины и ширины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 2) Значение толщины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 3) Значение веса ортопедического элемента определяется с допуском ± 5 г.

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Таблица 4А **Приспособления для продольного свода стопы**

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, г	Размерный ряд
Супинатор ортопедический	236	Ортопедические приспособления для продольного свода стопы	10	85	52	17	Универсальный (35-42)
Супинатор прозрачный	210С	Ортопедические приспособления для продольного свода стопы	12	74	48	19,5	Универсальный (35-41)
Супинатор ортопедический из силикона	277	Ортопедические приспособления для продольного свода стопы	13	100	55	18,5	1(35-38), 2(39-41), 3(42-46)
Супинатор ортопедический	238	Ортопедические приспособления для продольного свода стопы	15	95	57	19	1(35-38), 2(39-41), 3(42-46)
Супинатор ортопедический	237	Ортопедические приспособления для продольного свода стопы	20	105	60	20,5	1(35-38), 2(39-41), 3(42-46)
Супинатор ортопедический	28К	Ортопедические приспособления для продольного свода стопы	25	111	65	15	1(35-38,5), 2(39-42), 3(42,5-46)

Примечание:

- 1) Значение длины и ширины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 2) Значение толщины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 3) Значение веса ортопедического элемента определяется с допуском ± 5 г.

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 5А

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Твердость по Шору, А	Вес, г	Размерный ряд
Подпяточный разгружающий	241	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	15	95	65	5	35	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)
Подпяточный разгружающий	242	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	15	105	70	5	42	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)
Подпяточный корректирующий	245	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	15	120	70	65	25	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)
Подпяточный эргопомичный для женской обуви	211С	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	20	105	65	5	50	Универсальный (35-40)
Подпяточный эргопомичный для мужской обуви	233С 191	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	20	117	73	3	57	Универсальный (45-46)
Подпяточный коригирующий 20 мм		Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	20	120	70	65	35	1(35-38), 2(39-41), 3(42-46)
Подпяточный разгружающий	243	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	25	95	65	5	70	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)
Подпяточный разгружающий	244	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	25	105	70	5	58	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)

Продолжение приложения А

№ п/п	№ докум.	Лист	Изм.	Дата	Подп.	Лист

Ортезы для стопы

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Длина, мм	Толщина подушечки на каркасе, мм	Количество степеней свободы	Вес, г	Размерный ряд
Ортез функциональный для первого пальца стопы	46М	Ортезы для стопы	130	8	1	25	Универсальный (35-42)
Корректор первого пальца стопы	39-О	Ортезы для стопы	125	2	0	20	1(35-38), 2(36-42)
Корректор первого пальца стопы	ПМ-1	Ортезы для стопы	135	1,5	0	17	1(35-38), 2(36-42)
Ортез функциональный для коррекции Hallux valgus	260	Ортезы для стопы	135	3	1	25	Универсальный (35-42)
Корректор первого пальца стопы	247	Ортезы для стопы	145	3	0	29	1(35-38), 2(36-42), 3(43-47)
Ортез функциональный для первого пальца стопы "Инновация"	190	Ортезы для стопы	155	6	2	29	Универсальный (38-46)

Примечание:

- 1) Значение длины определяется с допуском $\pm 1,5\text{мм}$.
- 2) Значение толщины определяется с допуском $\pm 1,5\text{мм}$.
- 3) Значение веса ортопедического элемента определяется с допуском $\pm 5\text{г}$.
- 4) Количество степеней свободы определяется количеством шарниров в ортопедических приспособлениях.

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
Лист	

Таблица 7А

Стяжки для стопы

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Обхват стопы, мм	Максимальная толщина корректирующего элемента, мм	Вес, г	Размерный ряд
Корректор первого пальца стопы мягкий	195	Ортопедические стяжки для стопы	145	10	30	Универсальный (35-42)
Стяжка ортопедическая эластичная	250	Ортопедические стяжки для стопы	150	10	22	Универсальный (35-42)
Бандаж эластичный с ортопедическим супинатором	278	Ортопедические стяжки для стопы	153	12	25	Универсальный (35-42)
Стяжка переднего отдела стопы с межпальцевой перегородкой и бурсопротектором	172	Ортопедические стяжки для стопы	175	9	19	Универсальный (35-42)
Стяжка ортопедическая эластичная	253	Ортопедические стяжки для стопы	175	10	25	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Стяжка ортопедическая эластичная	252	Ортопедические стяжки для стопы	180	5	18	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Бурсопротектор силиконовый на тканевой основе	167	Ортопедические стяжки для стопы	185	3,5	10	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Стяжка переднего отдела стопы с защитой большого пальца	168	Ортопедические стяжки для стопы	190	5	12	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Манжет-стяжка для стопы	249	Ортопедические стяжки для стопы	195	6,5	48	Универсальный (35-42)
Стяжка ортопедическая эластичная	251	Ортопедические стяжки для стопы	200	8	28	Универсальный (35-42)
Стяжка переднего отдела стопы с силиконовой вставкой	169	Ортопедические стяжки для стопы	202	5	19	S(35-38), M(39-41), L(42-46)

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и печать	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
Лист	

Продолжение таблицы 7А

Название изделия	Артикул	Показания к применению	Обхват стопы, мм	Максимальная толщина корректирующего элемента, мм	Вес, г	Размерный ряд
Напяточник увлажняющий гелевый	266	Применяется при мозолях, натоптышах, наличии трещин, сухость кожи в пяточной области.	180	2,5	39	Универсальный (35-42)
Носочки увлажняющие гелевые	265		210	3,5	77	Универсальный (35-42)
Стяжка эластичная для стопы с разгрузкой переднего отдела	166	Уменьшает болевые ощущения при ходьбе, разгружают передний отдел, и поддерживает поперечный свод стопы.	200	2,5	8,5	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Манжет-стяжка переднего отдела стопы с метатарзальным валиком	21МС		225	11	18	XS(35-36), S(37-38), M(39-40), L(41-42), XL(43-44), XXL(45-46)
Манжет-стяжка переднего отдела стопы с регулируемым охватом стопы	248		235	14	22	Универсальный (35-42)

Примечание:

- 1) Для измерения обхвата стопы для стяжек, необходимо с помощью измерительной ленты измерить общую длину обхвата базового размера, без приложения дополнительных нагрузок на растяжение стяжки.
- 2) Значение обхвата стопы для стяжек определяется с допуском ± 3 мм.
- 3) Значение толщины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 4) Значение веса ортопедического элемента определяется с допуском ± 5 г.

Продолжение приложения А

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
1 Разделитель межпальцевый силиконовый	12С	Применяется при плоскостопии для коррекции 1-го пальца при Hallux Valgus, деформации 2-го пальца, а также для профилактики этих состояний. Предотвращает появление потёртостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе.
2 Перегородка межпальцевая анатомическая	212С	Применяется при плоскостопии для коррекции 1-го пальца при Hallux Valgus, деформации 2-го пальца, а также для профилактики этих состояний. Предотвращает появление потёртостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе.
3 Прокладка межпальцевая силиконовая	14С	Разгружают болезненные участки между пальцами стоп. Лечение и профилактика потертостей, мозолей, натоптышей в переднем отделе стопы.
4 Разделитель межпальцевый силиконовый	13С	Применяется при плоскостопии для коррекции 1-го пальца при Hallux Valgus, деформации 2-го пальца, а также для профилактики этих состояний. Предотвращает появление потёртостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе.
5 Перегородка межпальцевая анатомическая	213С	Применяется при плоскостопии для коррекции 1-го пальца при Hallux Valgus, деформации 2-го пальца, а также для профилактики этих состояний. Предотвращает появление потёртостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе.
6 Кольцо защитное для пальца силиконовое	34С	Предохраняет пальцы стопы от трения и давления обувью. Купирует болевые ощущения при ходьбе. Применяется при мозолях на пальцах стопы, «целующихся мозолях», деформациях пальцев, для профилактики травмирования пальцев обувью.
7 Протектор для пальцев стопы	218	Эффективно защищает ногтевую пластину, наружную, внутреннюю и подошвенную стороны пальцев стопы от всех видов мелких травм и предохраняет от потертостей, трения и давления обувью.
8 Разделитель межпальцевый с защитным кольцом силиконовый	42С	Использоваться для разделения любых соседних пальцев, способствуя их распрямлению. Рекомендуются для длительного использования при нефиксированных деформациях пальцев, в реабилитационном периоде после оперативного лечения Hallux valgus и при вращении края ногтевой пластины в боковые валики на большом пальце. При использовании между большим и вторым пальцами разгружает сустав большого пальца и косточку, предотвращает вальгусное отклонение большого пальца.
9 Бурсопротектор эластичный	36С	Защищает сустав большого пальца от давления, трения, образования потертостей. Позволяет безболезненно носить обувь при отклонении большого пальца стопы, появлении «косточек» на суставе и их воспалении.
10 Протектор для пальцев стопы	04С	Эффективно защищает ногтевую пластину, наружную, внутреннюю и подошвенную стороны пальцев стопы от всех видов мелких травм и предохраняет от потертостей, трения и давления обувью.
11 Трубочка для пальцев стопы силиконовая	170	Обеспечивает смягчение и увлажнение поверхности кожи, тем самым снимая болезненные мозоли. Обеспечивает защиту пальцев от повреждений.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
12 Разделитель межпальцевой с тканевым кольцом на палец	171	Использоваться для разделения любых соседних пальцев, способствуя их распрямлению. Рекомендуется для длительного использования при нефиксированных деформациях пальцев, в реабилитационном периоде после оперативного лечения Hallux valgus и при вращении края ногтевой пластины в боковые валики на большом пальце. При использовании между большим и вторым пальцами разгружает сустав большого пальца и косточку, предотвращает вальгусное отклонение большого пальца.
13 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	200	Защищает сустав большого пальца от давления, трения, образования потертостей. Позволяет безболезненно носить обувь при отклонении большого пальца стопы, появлении «косточек» на суставе и их воспалении. Эффективно корректирует деформацию первого пальца стопы.
14 Разделитель межпальцевой с кольцом на палец	204C	Использоваться для разделения любых соседних пальцев, способствуя их распрямлению. Рекомендуется для длительного использования при нефиксированных деформациях пальцев, в реабилитационном периоде после оперативного лечения Hallux valgus и при вращении края ногтевой пластины в боковые валики на большом пальце. При использовании между большим и вторым пальцами разгружает сустав большого пальца и косточку, предотвращает вальгусное отклонение большого пальца.
15 Протектор для пальцев стопы	219	Эффективно защищает ногтевую пластину, наружную, внутреннюю и подошвенную стороны пальцев стопы от всех видов мелких травм и предохраняет от потертостей, трения и давления обувью.
16 Бурсопротектор для большого пальца стопы дышащий	174	Защищает сустав большого пальца от давления, трения, образования потертостей. Позволяет безболезненно носить обувь при отклонении большого пальца стопы, появлении «косточек» на суставе и их воспалении. Эффективно корректирует деформацию первого пальца стопы.
17 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой перфорированный	216	Применяется при плоскостопии для коррекции 1-го пальца при Hallux Valgus, деформации 2-го пальца, а также для профилактики этих состояний. Предотвращает появление потертостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе.
18 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	201C	Защищает сустав большого пальца от давления, трения, образования потертостей. Позволяет безболезненно носить обувь при отклонении большого пальца стопы, появлении «косточек» на суставе и их воспалении. Эффективно корректирует деформацию первого пальца стопы.
19 Протектор для пальцев стопы	220	Эффективно защищает ногтевую пластину, наружную, внутреннюю и подошвенную стороны пальцев стопы от всех видов мелких травм и предохраняет от потертостей, трения и давления обувью.
20 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	41C	Защищает сустав большого пальца от давления, трения, образования потертостей. Позволяет безболезненно носить обувь при отклонении большого пальца стопы, появлении «косточек» на суставе и их воспалении. Эффективно корректирует деформацию первого пальца стопы.

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
21 Протектор для пальцев стопы	221	Эффективно защищает ногтевую пластину, наружную, внутреннюю и подошвенную стороны пальцев стопы от всех видов мелких травм и предохраняет от потертостей, трения и давления обувью.
22 Протектор для пальцев стопы	222	Эффективно защищает ногтевую пластину, наружную, внутреннюю и подошвенную стороны пальцев стопы от всех видов мелких травм и предохраняет от потертостей, трения и давления обувью.
23 Протектор для пальцев стопы с межпальцевым разделителем	202C	Предотвращает и корригирует деформацию пальцев стопы, уменьшает давление на пальцы и суставы при ходьбе.
24 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой и кольцом на второй палец	203C	Защищает сустав большого пальца от давления, трения, образования потертостей. Позволяет безболезненно носить обувь при отклонении большого пальца стопы, появлении «косточек» на суставе и их воспалении. Эффективно корригирует деформацию первого и второго пальца стопы.
25 Корректор пяти пальцев стопы "Hallus pro"	163	Защищает суставы пальцев от давления, трения, образования потертостей; позволяет безболезненно носить обувь при искривлении пальцев ног, появлении «косточек» на суставах и их воспалении; эффективно корригирует деформацию первого пальца стопы.
26 Корректор пяти пальцев стопы	196C	Защищает суставы пальцев от давления, трения, образования потертостей; позволяет безболезненно носить обувь при искривлении пальцев ног, появлении «косточек» на суставах и их воспалении; эффективно корригирует деформацию первого пальца стопы.
27 Корректор пальцев стопы	207C	Используется в ночное время и во время отдыха. Снижает болезненные ощущения в пальцах стопы, защищает пальцы от деформации.
28 Вкладыш под передний отдел стопы силиконовый	06C	Разгружает передний отдел стопы, предотвращает скольжение стопы в обуви. Применяется при натоптышах, мозолях, наминах в переднем отделе стопы. Дискомфорт при ходьбе в обуви на высоком каблуке
29 Вкладыш под передний отдел стопы разгружающий	70B	Разгружает передний отдел стопы, мягко поддерживает поперечный свод. Предотвращает скольжение стопы в обуви. Применяется при натоптышах, мозолях, наминах в переднем отделе стопы. Дискомфорт при ходьбе в обуви на высоком каблуке
30 Вкладыш под передний отдел стопы	226	Разгружает передний отдел стопы, предотвращает скольжение стопы в обуви. Применяется при натоптышах, мозолях, наминах в переднем отделе стопы. Дискомфорт при ходьбе в обуви на высоком каблуке
31 Вкладыш под задний отдел стопы	227	Разгружает задний отдел стопы, предотвращает скольжение стопы в обуви. Применяется при натоптышах, мозолях, наминах в заднем отделе стопы. Дискомфорт при ходьбе в обуви на высоком каблуке
32 Подушечка метатарзальная под задний отдел стопы	206C	Разгружает задний отдел стопы, предотвращает скольжение в обуви, создает комфорт при ходьбе.

Инв.№ подл.	подл. и того	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
33 Вкладыш под передний отдел стопы с межпальцевой перегородкой и метатарзальным валиком	173	Разгружает поперечный свод, снимает избыточное давление с головок плюсневых костей, а также позволяет избежать наминов, натоптышей и мозолей.
34 Подушечка под дистальный отдел стопы	225	Снимает излишнее напряжение с перегруженных участков переднего отдела стопы, препятствует развитию деформаций пальцев, образованию натоптышей и наминов.
35 Подушечка под дистальный отдел стопы силиконовая перфорированная	15CR/C L	Разгрузка переднего отдела стопы. Коррекция поперечного плоскостопия, предупреждение образования «натоптышей», снижение болевого синдрома. Имеет межпальцевой разделитель для фиксации.
36 Подушечка разгружающая для обуви с межпальцевой перемычкой	164	Защищает от натирания кожу между пальцами ног и предотвращает боль, возникающую в подушечках стопы при пошении обуви с межпальцевой перемычкой (сандалии, босопожки, сланцы), в том числе на высоком каблуке.
37 Вкладыш под передний отдел стопы разгружающий	63K	Эффективно разгружает область основания пальцев. Предупреждает образование натоптышей.
38 Вкладка в носочную часть обуви	259	Применяется при «смещенне» ноги вперед внутри обуви при ходьбе; дискомфорте из-за слишком длинной носочной части обуви.
39 Вкладыш под передний отдел стопы	228	Разгружает передний отдел стопы, предотвращает скольжение стопы в обуви. Применяется при натоптышах, мозолях, наминов в переднем отделе стопы. Дискомфорт при ходьбе в обуви на высоком каблуке.
40 Вкладыш под передний отдел стопы	229	Разгружает передний отдел стопы, предотвращает скольжение стопы в обуви. Применяется при натоптышах, мозолях, наминов в переднем отделе стопы. Дискомфорт при ходьбе в обуви на высоком каблуке.
41 Подушечка под пальцы стопы	235C	Снижает нагрузку на пальцы стопы, препятствует их деформации, образованию натоптышей и наминов.
42 Подушечка под пальцы стопы силиконовая	35C	Снижает нагрузку на поперечный свод стопы и дистальные фаланги пальцев стопы, препятствует образованию натоптышей и наминов. Препятствует давлению на основания пальцев стопы в случае приступа невралгии.
43 Корректор одного пальца; Корректор двух пальцев стопы	223	Рекомендуется для коррекции молоткообразной деформации второго и третьего пальцев стопы. В зависимости от исходной картины применение корректора нормализует (выпрямляет) положение деформированных пальцев, уменьшает нагрузку на головки плюсневых костей, снижает риск возникновения натоптышей.
44 Корректор пальцев стопы с метатарзальным валиком	224	Рекомендуется для коррекции молоткообразной деформации второго и третьего пальцев стопы. В зависимости от исходной картины применение корректора нормализует (выпрямляет) положение деформированных пальцев, уменьшает нагрузку на головки плюсневых костей, снижает риск возникновения натоптышей.
45 Подушечка под дистальный отдел стопы с кольцом на второй палец	205C	Разгружает передний отдел стопы. Используется для коррекции поперечного плоскостопия, снижения болевых ощущений в переднем отделе стопы, предотвращает образование натоптышей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
46 Корректор одного пальца; Корректор двух пальцев стоны	43К I; 43К II	Рекомендуется для коррекции молоткообразной деформации второго и третьего пальцев стопы. В зависимости от исходной картины применение корректора нормализует (выпрямляет) положение деформированных пальцев, уменьшает нагрузку на головки плюсневых костей, снижает риск возникновения натоптышей.
47 Валик метатарзальный силиконовый	16С	Разгружает передний отдел стопы, мягко поддерживает поперечный свод. Предотвращает скольжение стопы в обуви.
48 Выкладка поперечного свода	230	Снимает болевые ощущения в переднем отделе стопы, поддерживает поперечный свод стопы в правильном положении; снижает ударную нагрузку на головки плюсневых костей; предотвращает образование «натоптышей», деформацию пальцев, рост «косточек»; эффективен для профилактики и лечения поперечного плоскостопия.
49 Выкладка поперечного свода	234	Снимает болевые ощущения в переднем отделе стопы, поддерживает поперечный свод стопы в правильном положении; снижает ударную нагрузку на головки плюсневых костей; предотвращает образование «натоптышей», деформацию пальцев, рост «косточек»; эффективен для профилактики и лечения поперечного плоскостопия.
50 Выкладка поперечного свода	231	Снимает болевые ощущения в переднем отделе стопы; поддерживает поперечный свод стопы в правильном положении; снижает ударную нагрузку на головки плюсневых костей; предотвращает образование «натоптышей», деформацию пальцев, рост «косточек»; эффективен для профилактики и лечения поперечного плоскостопия.
51 Вкладыш каплевидный для коррекции поперечного плоскостопия	44К	Снимает болевые ощущения в переднем отделе стопы; поддерживает поперечный свод стопы в правильном положении; снижает ударную нагрузку на головки плюсневых костей; предотвращает образование «натоптышей», деформацию пальцев, рост «косточек»; эффективен для профилактики и лечения поперечного плоскостопия.
52 Выкладка поперечного свода	61К	•Рекомендуется для лечения и профилактики поперечного плоскостопия, создания комфорта при ходьбе в обуви с высоким каблуком; снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на передний отдел стопы
53 Вкладыш Т-образный для коррекции поперечного плоскостопия	52К	Поддерживает поперечный свод стопы в правильном положении; снижает ударную нагрузку на головки плюсневых костей; эффективен для лечения и профилактики поперечного плоскостопия; снимает болевые ощущения в переднем отделе стопы; предотвращает образование «натоптышей», деформацию пальцев стопы, рост «косточек»; подходит для любой обуви, в том числе открытой.
54 Выкладка поперечного свода	232	Снимает болевые ощущения в переднем отделе стопы; поддерживает поперечный свод стопы в правильном положении; снижает ударную нагрузку на головки плюсневых костей; предотвращает образование «натоптышей», деформацию пальцев, рост «косточек»; эффективен для профилактики и лечения поперечного плоскостопия.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
55 Супинатор ортопедический	236	Эффективно поддерживает продольный свод стопы. Используется при плоскостопии, статической недостаточности стоп для уменьшения утомляемости и боли в стопе при ходьбе.
56 Супинатор прозрачный	210С	Поддержка внутреннего продольного свода стопы, создание комфортных условий при ходьбе.
57 Супинатор ортопедический из силикона	277	Поддержка свода стопы, создание комфортных условий при ходьбе.
58 Супинатор ортопедический	238	Эффективно поддерживает продольный свод стопы. Используется при плоскостопии, статической недостаточности стоп для уменьшения утомляемости и боли в стопе при ходьбе.
59 Супинатор ортопедический	237	Эффективно поддерживает продольный свод стопы. Используется при плоскостопии, статической недостаточности стоп для уменьшения утомляемости и боли в стопе при ходьбе.
60 Супинатор ортопедический	28K	Эффективно поддерживает продольный свод стопы. Используется при плоскостопии, статической недостаточности стоп для уменьшения утомляемости и боли в стопе при ходьбе.
61 Подпяточник разгружающий для женской обуви	208С	Снижает ударную нагрузку на пятки и суставы нижних конечностей при ходьбе. Повышает комфортность модельной обуви.
62 Подпяточник корригирующий 6,0 мм	48K (6)	Рекомендуется применять при разной длине ног. В зависимости от исходной картины применение подпяточника уравнивает длину ног, устраняет функциональные перекос таза и нарушение осанки во фронтальной плоскости, уменьшает ударную нагрузку на пятку и суставы нижней конечности.
63 Подпяточник для женской модельной обуви	240	Снижает ударную нагрузку на пятки и суставы нижних конечностей при ходьбе. Повышает комфортность модельной обуви.
64 Подпяточник разгружающий	261	Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружают ахиллово сухожилие и пяточную область; предупреждают быстрый износ каблуков обуви.
65 Подпяточник амортизирующий	01P	Предназначены для лечения и профилактики пяточных шпор, болезни Шинца, болей в пятке различного происхождения. Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник, разгружают ахиллово сухожилие, предупреждают быстрый износ каблуков обуви.
66 Подпяточник разгружающий амортизирующий	62КО	Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружают ахиллово сухожилие и пяточную область; предупреждают быстрый износ каблуков обуви.
67 Подпяточник клиновидный	264	Применение подпяточника корригирует неправильную установку голеностопного сустава, уменьшает ударную нагрузку на стопу и суставы ног при ходьбе. Фиксирует стопу в физиологически правильном положении. Обеспечивают амортизацию и снижение ударной нагрузки при ходьбе.
68 Подпяточник клиновидный корригирующий	47K	Рекомендуется применять для коррекции Х- и О-образной установки голеностопного сустава. В зависимости от исходной картины применение подпяточника улучшает (выпрямляет) неправильную установку голеностопного сустава, уменьшает ударную нагрузку на стопу и суставы ног при ходьбе, предотвращает неправильное снашивание каблуков обуви.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
69 Подпяточник корректирующий 10,0 мм	48К (10)	Рекомендуется применять при разной длине ног. В зависимости от исходной картины применение подпяточника уравнивает длину ног, устраняет функциональные перекос таза и нарушение осанки во фронтальной плоскости, уменьшает ударную нагрузку на пятку и суставы нижней конечности.
70 Подпяточник разгружающий амортизирующий	62К	Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружают ахиллово сухожилие и пяточную область; предупреждают быстрый износ каблучков обуви.
71 Подпяточник разгружающий	241	Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружают ахиллово сухожилие и пяточную область; предупреждают быстрый износ каблучков обуви.
72 Подпяточник разгружающий	242	Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружают ахиллово сухожилие и пяточную область; предупреждают быстрый износ каблучков обуви.
73 Подпяточник корректирующий	245	Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружают ахиллово сухожилие и пяточную область; предупреждают быстрый износ каблучков обуви.
74 Подпяточник эргономичный для женской обуви	211С	Эффективно разгружает пятку, снижает ударные нагрузки на суставы нижних конечностей и позвоночник. Содержит клеевой аппликатор для фиксации.
75 Подпяточник эргономичный для мужской обуви	233С	Эффективно разгружает пятку, снижает ударные нагрузки на суставы нижних конечностей и позвоночник. Содержит клеевой аппликатор для фиксации.
76 Подпяточник корректирующий 20 мм	191	Амортизация ударной нагрузки при ходьбе при заболеваниях позвоночника и суставов ног (без признаков укорочения ног); боли в области пяточной кости; функциональный перекос положения таза; устранения дискомфорта и хромоты при ходьбе; коррекция разной длины ног (укорочение) при разнице 20 мм.
77 Подпяточник разгружающий	243	Эффективно разгружает пятку; снижает ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружает ахиллово сухожилие; предупреждает быстрый износ каблучков обуви.
78 Подпяточник разгружающий	244	Эффективно разгружает пятку; снижает ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружает ахиллово сухожилие; предупреждает быстрый износ каблучков обуви.
79 Подпяточник корректирующий	246	Рекомендуется применять при разной длине ног. В зависимости от исходной картины применение подпяточника уравнивает длину ног, устраняет функциональные перекос таза и нарушение осанки во фронтальной плоскости, уменьшает ударную нагрузку на пятку и суставы нижней конечности.
80 Подпяточники корректирующий 30 мм	193	Амортизация ударной нагрузки при ходьбе при заболеваниях позвоночника и суставов ног (без признаков укорочения ног); боли в области пяточной кости; функциональный перекос положения таза; устранения дискомфорта и хромоты при ходьбе; коррекция разной длины ног (укорочение) при разнице 30 мм.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
81 Подпяточник разгружающий силиконовый	33С	Эффективно разгружает пятку; снижает ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружает ахиллово сухожилие; предупреждает быстрый износ каблуков обуви.
82 Подпяточник разгружающий	239	Эффективно разгружает пятку; снижает ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружает ахиллово сухожилие; предупреждает быстрый износ каблуков обуви.
83 Ортез функциональный для первого пальца стопы	46М	Профилактика и лечение вальгусной деформации первого пальца стопы (Hallux valgus) при поперечном плоскостопии. Реабилитация в послеоперационный период.
84 Корректор первого пальца стопы	39-О	Эффективно корректирует отклонение большого пальца (Hallux valgus) при поперечном плоскостопии и других деформациях стопы.
85 Ортез функциональный для коррекции Hallux valgus	260	Ограничивает патологические движения большого пальца стопы, при этом не препятствуя физиологическому сгибанию в плюснефаланговом суставе.
86 Корректор первого пальца стопы	247	Эффективно корректирует отклонение большого пальца (Hallux valgus) при поперечном плоскостопии и других деформациях стопы.
87 Ортез функциональный для первого пальца стопы "Инновация"	190	Профилактика и лечение вальгусной деформации первого пальца стопы (Hallux valgus) при поперечном плоскостопии; Реабилитация после оперативного исправления деформации большого пальца стопы.
88 Корректор первого пальца стопы	ПМ-1	Эффективно корректирует отклонение большого пальца (Hallux valgus) при поперечном плоскостопии и других деформациях стопы.
89 Корректор первого пальца стопы мягкий	195	Корректирует отклонение большого пальца (Hallux valgus) при поперечном плоскостопии и других деформациях стопы.
90 Стяжка ортопедическая эластичная	250	Поддержка свода стопы, создание комфортных условий при ходьбе.
91 Бандаж эластичный с ортопедическим супинатором	278	Поддержка свода стопы, создание комфортных условий при ходьбе.
92 Стяжка переднего отдела стопы с межпальцевой перегородкой и бурсопротектором	172	Коррекция деформации 1-го пальца стопы при Hallux valgus, деформации 2-го пальца, а также профилактика этих состояний. Защищает косточки первого и пятого пальцев стопы. Предотвращает появление потёртостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе. Изделие обладает мягким компрессионным воздействием на передний отдел стопы.
93 Стяжка ортопедическая эластичная	253	Поддержка свода стопы, создание комфортных условий при ходьбе.
94 Стяжка ортопедическая эластичная	252	Поддержка свода стопы, создание комфортных условий при ходьбе.
95 Бурсопротектор силиконовый на тканевой основе	167	Разгружает и защищает первый плюснефаланговый сустав стопы.
96 Стяжка переднего отдела стопы с защитой большого пальца	168	Мягко стягивает передний отдел стопы, препятствуя развитию поперечного плоскостопия; разгружает и защищает первый плюснефаланговый сустав стопы; способствует уменьшению боли при ходьбе и снижению нагрузки на передний отдел стопы.
97 Манжет-стяжка для стопы	249	Разгружает и защищает первый плюснефаланговый сустав стопы.

Лист

Подп. и дата

ИНВ. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

Подп.


Дата

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
98 Стяжка ортопедическая эластичная	251	Защищает косточки первого и пятого пальцев стопы. Предотвращает появление потёртостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе.
99 Стяжка переднего отдела стопы с силиконовой вставкой	169	Мягко стягивает передний отдел стопы, препятствуя развитию поперечного плоскостопия; разгружает и защищает первый плюснефаланговый сустав стопы; способствует уменьшению боли при ходьбе и снижению нагрузки на передний отдел стопы.
100 Напяточник увлажняющий гелевый	266	Увлажняют сухую, потрескавшуюся и/или загрубевшую (мозолистую) кожу. Эффективно борются с растрескиваниями кожи в пяточной области, способствуют её смягчению и предотвращают ороговение. Стимулируют восстановительные функции кожи.
101 Носочки увлажняющие гелевые	265	Используются для увлажнения сухой, потрескавшейся, загрубевшей кожи стоп, обладают эффектом пилинга. Глубоко увлажняют кожу, делают ее мягкой и гладкой.
102 Стяжка эластичная для стопы с разгрузкой переднего отдела	166	Уменьшает болевые ощущения при ходьбе, разгружают передний отдел и поддерживает поперечный свод стопы.
103 Манжет-стяжка переднего отдела стопы с метатарзальным валиком	21МС	Применяется для коррекции свода стопы с целью профилактики и лечения поперечного плоскостопия, а также до и после хирургических операций на стопе.
104 Манжет-стяжка переднего отдела стопы с регулируемым охватом стопы	248	Применяется для коррекции свода стопы с целью профилактики и лечения поперечного плоскостопия, а также до и после хирургических операций на стопе.
105 Наклейки прозрачные на ремешки в обуви	262	Защита мягких тканей стопы от сдавливания, натирания, наминов и предотвращение появления мозолей от натирания ремешками обуви.
106 Наклейка защитная	214	Защита мягких тканей стопы от сдавливания, натирания, наминов и предотвращение появления мозолей
107 Кольца антимозольные	165	Предотвращает рост мозолей, создает максимальный комфорт для стопы и защищает кожу в любой обуви.
108 Наклейка защитная	215	Защита мягких тканей стопы от сдавливания, натирания, наминов и предотвращение появления мозолей
109 Напяточник прозрачный	263	Защищает мягкие ткани верхней части пятки от сдавливания, натирания, наминов; предотвращает появление мозолей от натирания обувью. Разгружает проблемную пяточную зону при занятиях спортом или длительной ходьбе.
110 Наклейка защитная	257	Защита мягких тканей стопы от сдавливания, натирания, наминов и предотвращение появления мозолей
111 Наклейка защитная	258	Защита мягких тканей стопы от сдавливания, натирания, наминов и предотвращение появления мозолей
112 Напяточник кожаный	37К	Уменьшает трение и соскальзывание стопы Предотвращает появление волдырей и потертостей Создает дополнительный комфорт для стопы

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист



Ген. директор
Н.В. Брызгунов

271

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Орто.Ник»

Н.Б. Беззубов



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

ЭТИКЕТКА

(Инструкция по применению)

ПОВА.944738.007 ЭТ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТОПЫ

по ТУ 9396-003-77799226-2015

Наименование

Приспособления ортопедические для стопы по ТУ 9396-003-77799226-2015

Варианты исполнения.

Наименование изделия	Арт и- кул	Обозначение конструкторского документа
1 Разделитель межпальцевый силиконовый	12С	ПОВА.944738.006-001
2 Перегородка межпальцевая анатомическая	212С	ПОВА.944738.006-002
3 Прокладка межпальцевая силиконовая	14С	ПОВА.944738.006-003
4 Разделитель межпальцевый силиконовый	13С	ПОВА.944738.006-004
5 Перегородка межпальцевая анатомическая	213С	ПОВА.944738.006-005
6 Кольцо защитное для пальца силиконовое	34С	ПОВА.944738.006-006
7 Протектор для пальцев стопы	218	ПОВА.944738.006-00
8 Разделитель межпальцевый с защитным кольцом силиконовый	42С	ПОВА.944738.006-008
9 Бурсопротектор эластичный	36С	ПОВА.944738.006-009
10 Протектор для пальцев стопы	04С	ПОВА.944738.006-010
11 Трубочка для пальцев стопы силиконовая	170	ПОВА.944738.006-011
12 Разделитель межпальцевой с тканевым кольцом на палец	171	ПОВА.944738.006-012
13 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	200	ПОВА.944738.006-013
14 Разделитель межпальцевый с кольцом на палец	204С	ПОВА.944738.006-014
15 Протектор для пальцев стопы	219	ПОВА.944738.006-015
16 Бурсопротектор для большого пальца стопы дышащий	174	ПОВА.944738.006-016
17 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой перфорированный	216	ПОВА.944738.006-017
18 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	201С	ПОВА.944738.006-018
19 Протектор для пальцев стопы	220	ПОВА.944738.006-019
20 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	41С	ПОВА.944738.006-020
21 Протектор для пальцев стопы	221	ПОВА.944738.006-021
22 Протектор для пальцев стопы	222	ПОВА.944738.006-022
23 Протектор для пальцев стопы с межпальцевым разделителем	202С	ПОВА.944738.006-023
24 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой и кольцом на второй палец	203С	ПОВА.944738.006-024
25 Корректор пяти пальцев стопы "Hallus pro"	163	ПОВА.944738.006-025
26 Корректор пяти пальцев стопы	196С	ПОВА.944738.006-026
27 Корректор пальцев стопы	207С	ПОВА.944738.006-027
28 Вкладыш под передний отдел стопы силиконовый	06С	ПОВА.944738.007-001
29 Вкладыш под передний отдел стопы разгружающий	70В	ПОВА.944738.007-002
30 Вкладыш под передний отдел стопы	226	ПОВА.944738.007-003
31 Вкладыш под передний отдел стопы	227	ПОВА.944738.007-004
32 Подушечка метатарзальная под передний отдел стопы	206С	ПОВА.944738.007-005
33 Вкладыш под передний отдел стопы с межпальцевой перегородкой и метатарзальным валиком	173	ПОВА.944738.007-006
34 Подушечка под дистальный отдел стопы	225	ПОВА.944738.007-007
35 Подушечка под дистальный отдел стопы силиконовая перфорированная	15CR /CL	ПОВА.944738.007-008
36 Подушечка разгружающая для обуви с межпальцевой перемычкой	164	ПОВА.944738.007-009
37 Вкладыш под передний отдел стопы разгружающий	63К	ПОВА.944738.007-010
38 Вкладка в носочную часть обуви	259	ПОВА.944738.007-011
39 Вкладыш под передний отдел стопы	228	ПОВА.944738.007-012
40 Вкладыш под передний отдел стопы	229	ПОВА.944738.007-013

41 Подушечка под пальцы стопы	235С	ПОВА.944738.007-014
42 Подушечка под пальцы стопы силиконовая	35С	ПОВА.944738.007-015
43 Корректор одного пальца; Корректор двух пальцев стопы	223	ПОВА.944738.007-016
44 Корректор пальцев стопы с метатарзальным валиком	224	ПОВА.944738.007-017
45 Подушечка под дистальный отдел стопы с кольцом на второй палец	205С	ПОВА.944738.007-018
46 Корректор одного пальца; Корректор двух пальцев стопы	43К I; 43К II	ПОВА.944738.007-019
47 Валик метатарзальный силиконовый	16С	ПОВА.944738.008-001
48 Выкладка поперечного свода	230	ПОВА.944738.008-002
49 Выкладка поперечного свода	234	ПОВА.944738.008-003
50 Выкладка поперечного свода	231	ПОВА.944738.008-004
51 Вкладыш каплевидный для коррекции поперечного плоскостопия	44К	ПОВА.944738.008-005
52 Выкладка поперечного свода	61К	ПОВА.944738.008-006
53 Вкладыш Т-образный для коррекции поперечного плоскостопия	52К	ПОВА.944738.008-007
54 Выкладка поперечного свода	232	ПОВА.944738.008-008
55 Супинатор ортопедический	236	ПОВА.944738.009-001
56 Супинатор прозрачный	210С	ПОВА.944738.009-002
57 Супинатор ортопедический из силикона	277	ПОВА.944738.009-003
58 Супинатор ортопедический	238	ПОВА.944738.009-004
59 Супинатор ортопедический	237	ПОВА.944738.009-005
60 Супинатор ортопедический	28К	ПОВА.944738.009-006
61 Подпяточник разгружающий для женской обуви	208С	ПОВА.944738.010-001
62 Подпяточник корригирующий 6,0 мм	48К (6)	ПОВА.944738.010-002
63 Подпяточник для женской модельной обуви	240	ПОВА.944738.010-003
64 Подпяточник разгружающий	261	ПОВА.944738.010-004
65 Подпяточник амортизирующий	01Р	ПОВА.944738.010-005
66 Подпяточник разгружающий амортизирующий	62КО	ПОВА.944738.010-006
67 Подпяточник клиновидный	264	ПОВА.944738.010-007
68 Подпяточник клиновидный корригирующий	47К	ПОВА.944738.010-008
69 Подпяточник корригирующий 10,0 мм	48К (10)	ПОВА.944738.010-009
70 Подпяточник разгружающий амортизирующий	62К	ПОВА.944738.010-010
71 Подпяточник разгружающий	241	ПОВА.944738.010-011
72 Подпяточник разгружающий	242	ПОВА.944738.010-012
73 Подпяточник корригирующий	245	ПОВА.944738.010-013
74 Подпяточник эргономичный для женской обуви	211С	ПОВА.944738.010-014
75 Подпяточник эргономичный для мужской обуви	233С	ПОВА.944738.010-015
76 Подпяточник корригирующий 20 мм	191	ПОВА.944738.010-016
77 Подпяточник разгружающий	243	ПОВА.944738.010-017
78 Подпяточник разгружающий	244	ПОВА.944738.010-018
79 Подпяточник корригирующий	246	ПОВА.944738.010-019
80 Подпяточники корригирующий 30 мм	193	ПОВА.944738.010-020
81 Подпяточник разгружающий силиконовый	33С	ПОВА.944738.010-021
82 Подпяточник разгружающий	239	ПОВА.944738.010-022
83 Ортез функциональный для первого пальца стопы	46М	ПОВА.944738.011-001
84 Корректор первого пальца стопы	39-О	ПОВА.944738.011-002
85 Ортез функциональный для коррекции Hallux valgus	260	ПОВА.944738.011-003
86 Корректор первого пальца стопы	247	ПОВА.944738.011-004
87 Ортез функциональный для первого пальца стопы "Инновация"	190	ПОВА.944738.011-005
88 Корректор первого пальца стопы	ПМ-1	ПОВА.944738.011-006
89 Корректор первого пальца стопы мягкий	195	ПОВА.944738.012-001
90 Стяжка ортопедическая эластичная	250	ПОВА.944738.012-002
91 Бандаж эластичный с ортопедическим супинатором	278	ПОВА.944738.012-003
92 Стяжка переднего отдела стопы с межпальцевой перегородкой и бурсопротектором	172	ПОВА.944738.012-004

93 Стяжка ортопедическая эластичная	253	ПОВА.944738.012-005
94 Стяжка ортопедическая эластичная	252	ПОВА.944738.012-006
95 Бурсопротектор силиконовый на тканевой основе	167	ПОВА.944738.012-007
96 Стяжка переднего отдела стопы с защитой большого пальца	168	ПОВА.944738.012-008
97 Манжет-стяжка для стопы	249	ПОВА.944738.012-009
98 Стяжка ортопедическая эластичная	251	ПОВА.944738.012-010
99 Стяжка переднего отдела стопы с силиконовой вставкой	169	ПОВА.944738.012-011
100 Напяточник увлажняющий гелевый	266	ПОВА.944738.012-012
101 Носочки увлажняющие гелевые	265	ПОВА.944738.012-013
102 Стяжка эластичная для стопы с разгрузкой переднего отдела	166	ПОВА.944738.012-014
103 Манжет-стяжка переднего отдела стопы с метатарзальным валиком	21M C	ПОВА.944738.012-015
104 Манжет-стяжка переднего отдела стопы с регулируемым охватом стопы	248	ПОВА.944738.012-016
105 Наклейки прозрачные на ремешки в обуви	262	ПОВА.944738.013-001
106 Наклейка защитная	214	ПОВА.944738.013-002
107 Кольца антимозольные	165	ПОВА.944738.013-003
108 Наклейка защитная	215	ПОВА.944738.013-004
109 Напяточник прозрачный	263	ПОВА.944738.013-005
110 Наклейка защитная	257	ПОВА.944738.013-006
111 Наклейка защитная	258	ПОВА.944738.013-007
112 Напяточник кожаный	37K	ПОВА.944738.013-008

Примечания

1 ПОВА.944738.006-001÷ПОВА.944738.006-027 – приспособления ортопедические для пальцев стопы.

2 ПОВА.944738.007-001÷ПОВА.944738.007-019 – приспособления ортопедические для переднего отдела стопы.

3 ПОВА.944738.008-001÷ПОВА.944738.008-008 – приспособления ортопедические для поперечного свода стопы.

4 ПОВА.944738.009-001÷ПОВА.944738.009-006 – приспособления ортопедические для продольного свода стопы.

5 ПОВА.944738.010-001÷ПОВА.944738.010-022 – приспособления ортопедические для пяточного отдела стопы.

6 ПОВА.944738.011-001÷ПОВА.944738.011-005 – ортезы для стопы.

7 ПОВА.944738.012-001÷ПОВА.944738.012-016 – стяжки ортопедические для стопы.

8 ПОВА.944738.013-001÷ПОВА.944738.013-008 – наклейки ортопедические.

Эксплуатационный документ распространяется на следующие артикулы:

34C	164	239
218	63K	167
36C	228	168
04C	229	169
170	208C	266
219	261	265
174	01P	166
220	62K	262
221	241	214
222	242	165
06C	211C	215
70B	233C	263
226	243	257
227	244	258
206C	33C	37K

Назначение

Приспособления ортопедические для стопы предназначены для лечения и профилактики заболеваний стопы, а также для создания комфортных условий пользователям, которые имеют различного рода деформацию стопы.

Приспособления ортопедические для стопы предназначены для индивидуального использования.

Технические характеристики

При изготовлении приспособлений должны быть использованы материалы, указанные в таблице

Название материала и красителей	Нормативный документ или фирма и страна-изготовитель
1 Кожа компрессионная регенерированная (кожаная стружка, латекс), арт. Special NSS	Алькор, Италия
2 Подкладочный материал Microliner полиэстер/полиамид	Huzhou Forince Textile CO.LTD, Китай
3 Подкладочный материал арт. SC 1350N 044 (beduin) 60% Latex, 40% Polyester	Quanzhou Hengdali Import and export, Китай
4 Материал Неоперн 100% стирол-бутадиен каучук	Chuan Hui int, Китай
5 Подкладочный материал Line Карра 100% вспененный ПВХ	Twe group, Германия
6 Лента 8160 PET 12 акриловый клей на полиэфирном носителе	Свифт Кемикал, Италия
7 Резинка для брителей полиэстер/ латекс	Веллеткс, Китай
8 Микропласт PA-MICROPLAST 25443-00100% полиамид.	Мираль, Германия
9 Силикон Ecofiex 030, Silimold AKP 08	Алькор, Италия
10 Скотч двухсторонний ПВХ Поливинилхлорид	Foshan City Nanhai Zemu Xiang Adhesive Pcts., Ltd., Китай
11 Микрофибра Vermont and Versales Crudo (нейлон 60 %, полиуретан 40%)	Tejidos Roca, Испания
12 Вкладные элементы (амортизаторы, валики) вспененный латекс Carbosan	Emsold, Германия
13 Спиллок-велюр вид натурального кожевенного материала	ТУ 17-06-95, ОАО Русская Кожа, РФ
14 Кожи крупнорогатого скота, Артикул КРС (0,9-1,1мм)	ГОСТ 939, ОАО Вахруши Юфть, РФ
15 Пластмасса ПЭТ	ТУ 2246-010-81057157 ООО "СафПласт", РФ
16 Лента велкро (полиамид)	ТУ 17-15-14, ОАО Лента, Беларусь
17 ЭВА (пластины пористые эвапласт этиленвинилацетат)	СТО 8741-016-00300209, ОАО Искож, ООО Экопром
18 Искусственный нубук (полиэстер) Артикул Кожа искус.нубук эксперт 1.2	Lifli Rulo ve Levha San, Турция
19 Пенополиэтилен ППЭ-2М, ППЭ-3М	ТУ 2244-002-58417822, ООО Этиол, РФ
20 Нитки лавсановые 45ЛЛ армированные с полиэфирной оплёткой	ГОСТ 6309-93, ОАО «ПНК ИМ КИРОВА», РФ
21 Полиуретановый гель (8118M48-A; 220M19-B)	Jinsheng Industrial Co.,Ltd. Китай
22 Эластичная лента 70%полиэфир 30%латекс	ОСТ Р 17-10-883, ООО Производственная компания

	Ультратекс, РФ
23 Искусственный нубук (полиэстер) Артикул Кожа искус.нубук, «эксперт 1.2»	Lifli Rulo ve Levha San, Турция
24 Каркасы из полипропилена 30 марки	ТУ 2211-001-76332549, ООО Сурсил, РФ
25. Краситель Solvent Blue 104 (синий), Solvent Red 135 (красный), Solvent Yellow 114 (жёлтый)	Huzhou Forince Textile CO.LTD, Китай
26. . Краситель Luconyl	Zahonero, Испания
27. Концентрат "БАСКО"6 (Перламутровый)	ООО «Этиол», г. Владимир
28. Краситель П 514	ОАО «Искож», г. Киров
29. Краситель GHS Beige nylon GN08 (бежевый)	Chuan Hui int, Китай
30. Краситель Silc PIG (0.11) (зелёный)	Jinsheng Industrial Co.,Ltd. Китай

Основные характеристики приведены в **Приложении А.**

Приспособления для пальцев стопы, для переднего отдела стопы, для поперечного свода стопы и для продольного свода стопы должны быть изготовлены цельноформованными в виде одного слоя или многослойные (наборные).

Наружные края приспособлений для пяточного отдела стопы должны быть обработаны в обрешку и должны иметь чистый без выхватов срез.

Склеенные между собой детали приспособлений для пяточного отдела стопы должны плотно прилегать друг к другу без видимого зазора.

Наружные поверхности приспособлений не должны иметь морщин, механических повреждений, пятен, следов клея.

Приспособления должны быть устойчивы к санитарной обработке, состоящей из протирания теплым мыльным раствором с температурой от плюс 40 до плюс 50 °С, протирания водой с температурой от плюс 40 до плюс 50 °С и сушки.

Приспособления должны быть устойчивы к агрессивным биологическим жидкостям (пот).

Средний срок службы приспособлений до списания должен быть не менее 6 месяцев

Средний срок хранения приспособлений (артикулы 12С, 212С, 14С, 13С, 213С, 34С, 218, 42С, 36С, 04С, 170, 171, 200, 204С, 219, 174, 216, 201С, 220, 41С, 221, 222, 202С, 203С, 163, 196С, 207С, 06С, 226, 227, 206С, 173, 225, 15СR/CL, 164, 228, 229, 235С, 35С, 205С, 16С, 210С, 277, 208С, 240, 264, 211С, 233С, 243, 244, 33С, 278, 172, 253, 252, 167, 168, 169, 266, 265, 166, 262, 165, 263) при температуре от плюс 15 до плюс 25 °С, относительной влажности воздуха от 50 до 80 % с защитой от воздействия прямых солнечных лучей должен быть не менее 24 месяцев, а остальных артикулов согласно таблице 1 - 48 месяцев

По возможным последствиям отказа в процессе эксплуатации приспособления относятся к классу Г по РД 50-707.

По потенциальному риску применения приспособления относятся

Номенклатурное обозначение приспособлений – 272220, 159690, 106450, 159700, 241440

Внешний вид базовых образцов



Стяжка эластичная для стопы с разгрузкой переднего отдела – артикул 166



Подпяточник разгружающий силиконовый - артикул 33С



Напяточник увлажняющий гелевый – артикул 266



Подпяточник амортизирующий – артикул 01Р



Протектор для пальцев стопы – артикул 04С



Вкладыш под передний отдел стопы силиконовый – артикул 06С



Бурсопротектор эластичный – артикул 36С



Напяточник кожаный – артикул 37К

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Показания к применению – см. Приложение А

Противопоказания – переломы стоп, открытые раны на подошвенной поверхности стоп, индивидуальная непереносимость, необходимо проконсультироваться с врачом.

Возможные побочные действия – нет.

Транспортирование и хранение

Приспособления могут перевозиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с соблюдением требований, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования приспособлений должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Хранение приспособлений у изготовителя должно осуществляться в транспортной упаковке с соблюдением условий хранения от плюс 15 до плюс 25 °С, относительной влажности воздуха от 50 до 80 % с защитой от воздействия прямых солнечных лучей.

Указания по эксплуатации

Приспособления изготавливаются для эксплуатации в климатических условиях, которые соответствуют УЗ.1, УХЛЗ.1 по ГОСТ 15150, но в диапазоне температур от минус 20 до плюс 40°С

Указания по утилизации

Материалы, из которых изготовлены приспособления, являются безопасными для человека и окружающей среды.

Приспособления после их использования могут быть утилизированы как бытовой мусор класса опасности А.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие приспособлений требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Гарантийный срок использования приспособлений (артикулы 12С, 212С, 14С, 13С, 213С, 34С, 218, 42С, 36С, 04С, 170, 171, 200, 204С, 219, 174, 216, 201С, 220, 41С, 221, 222, 202С, 203С, 163, 196С, 207С, 06С, 226, 227, 206С, 173, 225, 15СR/CL, 164, 228, 229, 235С, 35С, 205С, 16С, 210С, 277, 208С, 240, 264, 211С, 233С, 243, 244, 33С, 278, 172, 253, 252, 167, 168, 169, 266, 265, 166, 262, 165, 263) – 2 месяца, а остальных артикулов согласно таблице 1 - 6 месяцев

Срок гарантии устанавливается со времени выдачи приспособлений или их продажи согласно копии товарного чека.

В течение гарантийного срока в случае выявления производственного дефекта и (или) несоответствия медицинским показателям предприятие-изготовитель производит ремонт или изготовление приспособлений бесплатно.

Гарантийный срок хранения приспособлений (артикулы 12С, 212С, 14С, 13С, 213С, 34С, 218, 42С, 36С, 04С, 170, 171, 200, 204С, 219, 174, 216, 201С, 220, 41С, 221, 222, 202С, 203С, 163, 196С, 207С, 06С, 226, 227, 206С, 173, 225, 15СR/CL, 164, 228, 229, 235С, 35С, 205С, 16С, 210С, 277, 208С, 240, 264, 211С, 233С, 243, 244, 33С, 278, 172, 253, 252, 167, 168, 169, 266, 265, 166, 262, 165, 263) – 12 месяцев со дня изготовления, а остальных согласно таблице 1 - 36 месяцев

Дата изготовления указана на упаковке.

Количество- штук.

Артикул: №.....

ТУ 9396-003-77799226-2015

Изготовитель:

ООО «Орто.Ник»

Адрес места нахождения: ; e-mail: ; ИНН
тел. (812)

Претензии потребителей принимаются Изготовителем.

Приёмка

Приспособления ортопедические для стопы приняты ОТК фирмы ООО

.....

и соответствуют требованиям ТУ 9396-003-77799226-2015

Подпись

Штамп ОТК

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
Лист	

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Количество колец	Диаметр большого кольца для пальца, мм	Количество перегородок	Высота большой перегородки, мм	Толщина большой перегородки, мм	Количество бурсопротекторов	Толщина бурсопротектора, мм	Длина бурсопротектора, мм	Вес, г	Размерный ряд
Кольцо защитное для пальца силиконовое	34С	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1(35-38), 2(39-41), 3(42-46)
Протектор для пальцев стопы	218	Ортопедические приспособления для пальцев	1	13	0	0	0	0	0	0	5	1(34-37), 2(38-42)
Разделитель межпальцевый с защитным кольцом силиконовый	42С	Ортопедические приспособления для пальцев	1	14	1	25	7	0	0	0	7	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Бурсопротектор эластичный	36С	Ортопедические приспособления для пальцев	1	10	0	0	0	1	2	66	6	S(34-37), L(38-42)
Протектор для пальцев стопы	04С	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	1	16	0	0	0	0	0	0	5,5	1(34-37), 2(38-42)

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
Лист	

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Артикул	Полное название группы	Количество колец	Диаметр большого кольца для пальца, мм	Количество перегородок	Высота большой перегородки, мм	Толщина большой перегородки, мм	Количество бурсопротекторов	Толщина бурсопротектора, мм	Длина бурсопротектора, мм	Вес, г	Размерный ряд
Бурсопротектор для большого пальца стопы дышащий	174	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	1	20	0	0	0	1	4	80	5	Универсальный (35-42)
Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой перфорированный	216	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	1	20	1	26	13	1	3	61	8	Универсальный (35-42)
Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	201С	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	1	20	1	26	13	1	3	61	14	Универсальный (35-42)
Протектор для пальцев стопы	220	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	1	22	0	0	0	0	0	0	6,5	1(34-37), 2(38-42)
Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	41С	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	1	22	1	24	11	1	2	64	16	Универсальный (35-42)

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 1А

Наименование изделия	Арти-кул	Полное название группы	Количество колец	Диаметр большого кольца для пальца, мм	Количество перегородок	Высота большой перегородки, мм	Толщина большой перегородки, мм	Количество бурсопротекторов	Толщина бурсопротектора, мм	Длина бурсопротектора, мм	Вес, г	Размерный ряд
Корректор пяти пальцев стопы	196С	Ортопедические приспособления для пальцев стопы	3	21	4	23	8	0	0	0	11	Универсальный (35-42)
Корректор пальцев стопы	207С	Ортопедические приспособления для пальцев	5	29	4	40	6	0	0	0	43	Универсальный (35-42)

Примечание:

- 1) Значение диаметра большого кольца определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 2) Значение высоты и толщины перегородки определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 3) Значение длины и толщины бурсопротектора определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 4) Значение веса ортопедического элемента определяется с допуском ± 5 г.

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
Лист	

Таблица 2А Приспособления для переднего отдела стопы

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, г	Размерный ряд
Вкладыш под передний отдел стопы силиконовый	06С	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	3	90	70	13	S(34-37), L(38-42)
Вкладыш под передний отдел стопы разгружающий	70В	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	2	95	68	5	Универсальный (35-42)
Вкладыш под передний отдел стопы	226	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	2,5	78	65	4	Универсальный (35-42)
Вкладыш под передний отдел стопы	227	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	2,5	85	75	5	Универсальный (35-42)
Подушечка метатарзальная под передний отдел стопы	206С	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	2,5	100	68	12	Универсальный (35-42)
Вкладыш под передний отдел стопы с межпальцевой перегородкой и метатарзальным валиком	173	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	2,5	115	68	29	Универсальный (35-42)
Подушечка под дистальный отдел стопы	225	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	3	80	67	10	Универсальный (35-42)
Подушечка под дистальный отдел стопы силиконовая перфорированная	15CR/CL	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	3	80	67	16	Универсальный (35-42)
Подушечка разгружающая для обуви с межпальцевой перемычкой	164	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	3	95	67	15	Универсальный (35-42)
Вкладыш под передний отдел стопы разгружающий	63К	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	3,5	78	65	5	Универсальный (35-42)
Вкладка в носочную часть обуви	259	Ортопедические приспособления для переднего отдела стопы	4	75	35	2	Универсальный (35-42)

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
Лист	

Таблица 3А Приспособления для поперечного свода стопы

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, г	Размерный ряд
Валик метатарзальный силиконовый	16С	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	5	69	53	9	Универсальный (35-42)
Выкладка поперечного свода	230	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	8	75	58	7,5	1(31-39), 2(38-47)
Выкладка поперечного свода	234	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	8,5	90	65	10,5	1(31-39), 2(38-47)
Выкладка поперечного свода	231	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	10	60	60	6,5	1(31-39), 2(38-47)
Вкладыш каплевидный для коррекции поперечного плоскостопия	44К	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	10	70	50	5	1(31-39), 2(38-47)
Выкладка поперечного свода	61К	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	11	135	85	13,5	35-36; 37-38; 39-40; 41-42
Вкладыш Т-образный для коррекции поперечного плоскостопия	52К	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	12	80	62	6,5	S(31-39), M(37-45), L(39-46), XL(42-48)
Выкладка поперечного свода	232	Ортопедические приспособления для поперечного свода стопы	12	100	75	11	1(31-39), 2(38-47)

Примечание:

- 1) Значение длины и ширины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 2) Значение толщины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 3) Значение веса ортопедического элемента определяется с допуском ± 5 г.

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
Лист	

Таблица 4А **Приспособления для продольного свода стопы**

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, г	Размерный ряд
Супинатор ортопедический	236	Ортопедические приспособления для продольного свода стопы	10	85	52	17	Универсальный (35-42)
Супинатор прозрачный	210С	Ортопедические приспособления для продольного свода стопы	12	74	48	19,5	Универсальный (35-41)
Супинатор ортопедический из силикона	277	Ортопедические приспособления для продольного свода стопы	13	100	55	18,5	1(35-38), 2(39-41), 3(42-46)
Супинатор ортопедический	238	Ортопедические приспособления для продольного свода стопы	15	95	57	19	1(35-38), 2(39-41), 3(42-46)
Супинатор ортопедический	237	Ортопедические приспособления для продольного свода стопы	20	105	60	20,5	1(35-38), 2(39-41), 3(42-46)
Супинатор ортопедический	28К	Ортопедические приспособления для продольного свода стопы	25	111	65	15	1(35-38,5), 2(39-42), 3(42,5-46)

Примечание:

- 1) Значение длины и ширины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 2) Значение толщины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 3) Значение веса ортопедического элемента определяется с допуском ± 5 г.

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		
Лист		

Таблица 5А Приспособления для пяточного отдела стопы

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Твердость по Шору, А	Вес, г	Размерный ряд
Подпяточник разгружающий для женской обуви	208С	Приспособления для пяточного отдела стопы	5	88	58	20	16	Универсальный (35-39)
Подпяточник корректирующий 6,0 мм	48К (6)	Приспособления для пяточного отдела стопы	6	93	60	70	17	1(30-34,5), 2(35-40), 3(40,5-46)
Подпяточник для женской модельной обуви	240	Приспособления для пяточного отдела стопы	7	95	60	44	6	S(35-37), M(38-40), L(41-43)
Подпяточник разгружающий	261	Приспособления для пяточного отдела стопы	7	117	72	5	35	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Подпяточник амортизирующий	01Р	Приспособления для пяточного отдела стопы	8	85	60	60	7	1(30-34,5), 2(35-40), 3(40,5-46)
Подпяточник разгружающий амортизирующий	62КО	Приспособления для пяточного отдела стопы	9	98	65	44	8	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)
Подпяточник клиновидный	264	Приспособления для пяточного отдела стопы	9	129	63	5	39	S(34-37), M(38-42)
Подпяточник клиновидный корректирующий	47К	Приспособления для пяточного отдела стопы	10	81	56	70	17	1(23-34), 2(35-38), 3(39-41), 4(42-46)
Подпяточник корректирующий 10,0 мм	48К (10)	Приспособления для пяточного отдела стопы	12	93	60	75	23	(30-34,5), 2(35-40), 3(40,5-46)
Подпяточник разгружающий амортизирующий	62К	Приспособления для пяточного отдела стопы	12	98	65	46	11	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		
Лист		

Продолжение таблицы 5А

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Твердость по Шору, А	Вес, г	Размерный ряд
Подпяточник разгружающий	241	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	15	95	65	5	35	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)
Подпяточник разгружающий	242	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	15	105	70	5	42	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)
Подпяточник корригирующий	245	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	15	120	70	65	25	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)
Подпяточник эргопомичный для женской обуви	211С	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	20	105	65	5	50	Универсальный (35-40)
Подпяточник эргопомичный для мужской обуви	233С 191	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	20	117	73	3	57	Универсальный (41-46)
Подпяточник корригирующий 20 мм		Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	20	120	70	65	35	1(35-38), 2(39-41), 3(42-46)
Подпяточник разгружающий	243	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	25	95	65	5	70	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)
Подпяточник разгружающий	244	Ортопедические приспособления для пяточного отдела стопы	25	105	70	5	58	S(35-37), M(38-40), L(41-43), XL(44-46)

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
Лист	

Таблица 7А

Стяжки для стопы

Название изделия	Артикул	Полное название группы	Обхват стопы, мм	Максимальная толщина корректирующего элемента, мм	Вес, г	Размерный ряд
Корректор нервного пальца стопы мягкий	195	Ортопедические стяжки для стопы	145	10	30	Универсальный (35-42)
Стяжка ортопедическая эластичная	250	Ортопедические стяжки для стопы	150	10	22	Универсальный (35-42)
Бандаж эластичный с ортопедическим супинатором	278	Ортопедические стяжки для стопы	153	12	25	Универсальный (35-42)
Стяжка переднего отдела стопы с межпальцевой перегородкой и бурсопротектором	172	Ортопедические стяжки для стопы	175	9	19	Универсальный (35-42)
Стяжка ортопедическая эластичная	253	Ортопедические стяжки для стопы	175	10	25	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Стяжка ортопедическая эластичная	252	Ортопедические стяжки для стопы	180	5	18	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Бурсопротектор силиконовый на тканевой основе	167	Ортопедические стяжки для стопы	185	3,5	10	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Стяжка переднего отдела стопы с защитой большого пальца	168	Ортопедические стяжки для стопы	190	5	12	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Манжет-стяжка для стопы	249	Ортопедические стяжки для стопы	195	6,5	48	Универсальный (35-42)
Стяжка ортопедическая эластичная	251	Ортопедические стяжки для стопы	200	8	28	Универсальный (35-42)
Стяжка переднего отдела стопы с силиконовой вставкой	169	Ортопедические стяжки для стопы	202	5	19	S(35-38), M(39-41), L(42-46)

Продолжение приложения А

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
Лист	

Продолжение таблицы 7А

Название изделия	Артикул	Показания к применению	Обхват стопы, мм	Максимальная толщина корректирующего элемента, мм	Вес, г	Размерный ряд
Напяточник увлажняющий гелевый	266	Применяется при мозолях, натоптышах, наличия трещин, сухость кожи в пяточной области.	180	2,5	39	Универсальный (35-42)
Носочки увлажняющие гелевые	265		210	3,5	77	Универсальный (35-42)
Стяжка эластичная для стопы с разгрузкой переднего отдела	166	Уменьшает болевые ощущения при ходьбе, разгружают передний отдел, и поддерживает поперечный свод стопы.	200	2,5	8,5	S(35-38), M(39-41), L(42-46)
Манжет-стяжка переднего отдела стопы с метатарзальным валиком	21MC		225	11	18	XS(35-36), S(37-38), M(39-40), L(41-42), XL(43-44), XXL(45-46)
Манжет-стяжка переднего отдела стопы с регулируемым охватом стопы	248		235	14	22	Универсальный (35-42)

Примечание:

- 1) Для измерения обхвата стопы для стяжек, необходимо с помощью измерительной ленты измерить общую длину обхвата базового размера, без приложения дополнительных нагрузок на растяжение стяжки.
- 2) Значение обхвата стопы для стяжек определяется с допуском ± 3 мм.
- 3) Значение толщины определяется с допуском $\pm 1,5$ мм.
- 4) Значение веса ортопедического элемента определяется с допуском ± 5 г.

Продолжение приложения А

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
1 Разделитель межпальцевый силиконовый	12C	Применяется при плоскостопии для коррекции 1-го пальца при Hallux Valgus, деформации 2-го пальца, а также для профилактики этих состояний. Предотвращает появление потёртостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе.
2 Перегородка межпальцевая анатомическая	212C	Применяется при плоскостопии для коррекции 1-го пальца при Hallux Valgus, деформации 2-го пальца, а также для профилактики этих состояний. Предотвращает появление потёртостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе.
3 Прокладка межпальцевая силиконовая	14C	Разгружают болезненные участки между пальцами стоп. Лечение и профилактика потертостей, мозолей, натоптышей в переднем отделе стопы.
4 Разделитель межпальцевый силиконовый	13C	Применяется при плоскостопии для коррекции 1-го пальца при Hallux Valgus, деформации 2-го пальца, а также для профилактики этих состояний. Предотвращает появление потёртостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе.
5 Перегородка межпальцевая анатомическая	213C	Применяется при плоскостопии для коррекции 1-го пальца при Hallux Valgus, деформации 2-го пальца, а также для профилактики этих состояний. Предотвращает появление потёртостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе.
6 Кольцо защитное для пальца силиконовое	34C	Предохраняет пальцы стопы от трения и давления обувью. Купирует болевые ощущения при ходьбе. Применяется при мозолях на пальцах стопы, «целующихся мозолях», деформациях пальцев, для профилактики травмирования пальцев обувью.
7 Протектор для пальцев стопы	218	Эффективно защищает ногтевую пластину, наружную, внутреннюю и подошвенную стороны пальцев стопы от всех видов мелких травм и предохраняет от потертостей, трения и давления обувью.
8 Разделитель межпальцевый с защитным кольцом силиконовый	42C	Использоваться для разделения любых соседних пальцев, способствуя их распрямлению. Рекомендуются для длительного использования при нефиксированных деформациях пальцев, в реабилитационном периоде после оперативного лечения Hallux valgus и при вращении края ногтевой пластины в боковые валики на большом пальце. При использовании между большим и вторым пальцами разгружает сустав большого пальца и косточку, предотвращает вальгусное отклонение большого пальца.
9 Бурсопротектор эластичный	36C	Защищает сустав большого пальца от давления, трения, образования потертостей. Позволяет безболезненно носить обувь при отклонении большого пальца стопы, появлении «косточек» на суставе и их воспалении.
10 Протектор для пальцев стопы	04C	Эффективно защищает ногтевую пластину, наружную, внутреннюю и подошвенную стороны пальцев стопы от всех видов мелких травм и предохраняет от потертостей, трения и давления обувью.
11 Трубочка для пальцев стопы силиконовая	170	Обеспечивает смягчение и увлажнение поверхности кожи, тем самым снимая болезненные мозоли. Обеспечивает защиту пальцев от повреждений.

Инв.№ подл.	подл. и того	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
12 Разделитель межпальцевой с тканевым кольцом на палец	171	Использоваться для разделения любых соседних пальцев, способствуя их распрямлению. Рекомендуется для длительного использования при нефиксированных деформациях пальцев, в реабилитационном периоде после оперативного лечения Hallux valgus и при врастании края ногтевой пластины в боковые валики на большом пальце. При использовании между большим и вторым пальцами разгружает сустав большого пальца и косточку, предотвращает вальгусное отклонение большого пальца.
13 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	200	Защищает сустав большого пальца от давления, трения, образования потертостей. Позволяет безболезненно носить обувь при отклонении большого пальца стопы, появлении «косточек» на суставе и их воспалении. Эффективно корректирует деформацию первого пальца стопы.
14 Разделитель межпальцевой с кольцом на палец	204C	Использоваться для разделения любых соседних пальцев, способствуя их распрямлению. Рекомендуется для длительного использования при нефиксированных деформациях пальцев, в реабилитационном периоде после оперативного лечения Hallux valgus и при врастании края ногтевой пластины в боковые валики на большом пальце. При использовании между большим и вторым пальцами разгружает сустав большого пальца и косточку, предотвращает вальгусное отклонение большого пальца.
15 Протектор для пальцев стопы	219	Эффективно защищает ногтевую пластину, наружную, внутреннюю и подошвенную стороны пальцев стопы от всех видов мелких травм и предохраняет от потертостей, трения и давления обувью.
16 Бурсопротектор для большого пальца стопы дышащий	174	Защищает сустав большого пальца от давления, трения, образования потертостей. Позволяет безболезненно носить обувь при отклонении большого пальца стопы, появлении «косточек» на суставе и их воспалении. Эффективно корректирует деформацию первого пальца стопы.
17 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой перфорированный	216	Применяется при плоскостопии для коррекции 1-го пальца при Hallux Valgus, деформации 2-го пальца, а также для профилактики этих состояний. Предотвращает появление потертостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе.
18 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	201C	Защищает сустав большого пальца от давления, трения, образования потертостей. Позволяет безболезненно носить обувь при отклонении большого пальца стопы, появлении «косточек» на суставе и их воспалении. Эффективно корректирует деформацию первого пальца стопы.
19 Протектор для пальцев стопы	220	Эффективно защищает ногтевую пластину, наружную, внутреннюю и подошвенную стороны пальцев стопы от всех видов мелких травм и предохраняет от потертостей, трения и давления обувью.
20 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой	41C	Защищает сустав большого пальца от давления, трения, образования потертостей. Позволяет безболезненно носить обувь при отклонении большого пальца стопы, появлении «косточек» на суставе и их воспалении. Эффективно корректирует деформацию первого пальца стопы.

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инт. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
21 Протектор для пальцев стопы	221	Эффективно защищает ногтевую пластину, наружную, внутреннюю и подошвенную стороны пальцев стопы от всех видов мелких травм и предохраняет от потертостей, трения и давления обувью.
22 Протектор для пальцев стопы	222	Эффективно защищает ногтевую пластину, наружную, внутреннюю и подошвенную стороны пальцев стопы от всех видов мелких травм и предохраняет от потертостей, трения и давления обувью.
23 Протектор для пальцев стопы с межпальцевым разделителем	202C	Предотвращает и корригирует деформацию пальцев стопы, уменьшает давление на пальцы и суставы при ходьбе.
24 Бурсопротектор первого пальца стопы с межпальцевой перегородкой и кольцом на второй палец	203C	Защищает сустав большого пальца от давления, трения, образования потертостей. Позволяет безболезненно носить обувь при отклонении большого пальца стопы, появлении «косточек» на суставе и их воспалении. Эффективно корригирует деформацию первого и второго пальца стопы.
25 Корректор пяти пальцев стопы "Hallus pro"	163	Защищает суставы пальцев от давления, трения, образования потертостей; позволяет безболезненно носить обувь при искривлении пальцев ног, появлении «косточек» на суставах и их воспалении; эффективно корригирует деформацию первого пальца стопы.
26 Корректор пяти пальцев стопы	196C	Защищает суставы пальцев от давления, трения, образования потертостей; позволяет безболезненно носить обувь при искривлении пальцев ног, появлении «косточек» на суставах и их воспалении; эффективно корригирует деформацию первого пальца стопы.
27 Корректор пальцев стопы	207C	Используется в ночное время и во время отдыха. Снижает болезненные ощущения в пальцах стопы, защищает пальцы от деформации.
28 Вкладыш под передний отдел стопы силиконовый	06C	Разгружает передний отдел стопы, предотвращает скольжение стопы в обуви. Применяется при натоптышах, мозолях, наминив в переднем отделе стопы. Дискомфорт при ходьбе в обуви на высоком каблуке
29 Вкладыш под передний отдел стопы разгружающий	70B	Разгружает передний отдел стопы, мягко поддерживает поперечный свод. Предотвращает скольжение стопы в обуви. Применяется при натоптышах, мозолях, наминив в переднем отделе стопы. Дискомфорт при ходьбе в обуви на высоком каблуке
30 Вкладыш под передний отдел стопы	226	Разгружает передний отдел стопы, предотвращает скольжение стопы в обуви. Применяется при натоптышах, мозолях, наминив в переднем отделе стопы. Дискомфорт при ходьбе в обуви на высоком каблуке
31 Вкладыш под задний отдел стопы	227	Разгружает задний отдел стопы, предотвращает скольжение стопы в обуви. Применяется при натоптышах, мозолях, наминив в заднем отделе стопы. Дискомфорт при ходьбе в обуви на высоком каблуке
32 Подушечка метатарзальная под задний отдел стопы	206C	Разгружает задний отдел стопы, предотвращает скольжение в обуви, создает комфорт при ходьбе.

Инв.№ подл.	подп. и печ.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
33 Вкладыш под передний отдел стопы с межпальцевой перегородкой и метатарзальным валиком	173	Разгружает поперечный свод, снимает избыточное давление с головок плюсневых костей, а также позволяет избежать наминов, натоптышей и мозолей.
34 Подушечка под дистальный отдел стопы	225	Снимает излишнее напряжение с перегруженных участков переднего отдела стопы, препятствует развитию деформаций пальцев, образованию натоптышей и наминов.
35 Подушечка под дистальный отдел стопы силиконовая перфорированная	15CR/C L	Разгрузка переднего отдела стопы. Коррекция поперечного плоскостопия, предупреждение образования «натоптышей», снижение болевого синдрома. Имеет межпальцевой разделитель для фиксации.
36 Подушечка разгружающая для обуви с межпальцевой перемычкой	164	Защищает от натирания кожу между пальцами ног и предотвращает боль, возникающую в подушечках стопы при ношении обуви с межпальцевой перемычкой (сандалии, босоножки, сланцы), в том числе на высоком каблуке.
37 Вкладыш под передний отдел стопы разгружающий	63K	Эффективно разгружает область основания пальцев. Предупреждает образование натоптышей.
38 Вкладка в носочную часть обуви	259	Применяется при «смещении» ноги вперед внутри обуви при ходьбе; дискомфорте из-за слишком длинной носочной части обуви.
39 Вкладыш под передний отдел стопы	228	Разгружает передний отдел стопы, предотвращает скольжение стопы в обуви. Применяется при натоптышах, мозолях, наминов в переднем отделе стопы. Дискомфорт при ходьбе в обуви на высоком каблуке.
40 Вкладыш под передний отдел стопы	229	Разгружает передний отдел стопы, предотвращает скольжение стопы в обуви. Применяется при натоптышах, мозолях, наминов в переднем отделе стопы. Дискомфорт при ходьбе в обуви на высоком каблуке.
41 Подушечка под пальцы стопы	235C	Снижает нагрузку на пальцы стопы, препятствует их деформации, образованию натоптышей и наминов.
42 Подушечка под пальцы стопы силиконовая	35C	Снижает нагрузку на поперечный свод стопы и дистальные фаланги пальцев стопы, препятствует образованию натоптышей и наминов. Препятствует давлению на основания пальцев стопы в случае приступа невралгии.
43 Корректор одного пальца; Корректор двух пальцев стопы	223	Рекомендуется для коррекции молоткообразной деформации второго и третьего пальцев стопы. В зависимости от исходной картины применение корректора нормализует (выпрямляет) положение деформированных пальцев, уменьшает нагрузку на головки плюсневых костей, снижает риск возникновения натоптышей.
44 Корректор пальцев стопы с метатарзальным валиком	224	Рекомендуется для коррекции молоткообразной деформации второго и третьего пальцев стопы. В зависимости от исходной картины применение корректора нормализует (выпрямляет) положение деформированных пальцев, уменьшает нагрузку на головки плюсневых костей, снижает риск возникновения натоптышей.
45 Подушечка под дистальный отдел стопы с кольцом на второй палец	205C	Разгружает передний отдел стопы. Используется для коррекции поперечного плоскостопия, снижения болевых ощущений в переднем отделе стопы, предотвращает образование натоптышей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
46 Корректор одного пальца; Корректор двух пальцев стопы	43К I; 43К II	Рекомендуется для коррекции молоткообразной деформации второго и третьего пальцев стопы. В зависимости от исходной картины применение корректора нормализует (выпрямляет) положение деформированных пальцев, уменьшает нагрузку на головки плюсневых костей, снижает риск возникновения натоптышей.
47 Валик метатарзальный силиконовый	16С	Разгружает передний отдел стопы, мягко поддерживает поперечный свод. Предотвращает скольжение стопы в обуви.
48 Выкладка поперечного свода	230	Снимает болевые ощущения в переднем отделе стопы; поддерживает поперечный свод стопы в правильном положении; снижает ударную нагрузку на головки плюсневых костей; предотвращает образование «натоптышей», деформацию пальцев, рост «косточек»; эффективен для профилактики и лечения поперечного плоскостопия.
49 Выкладка поперечного свода	234	Снимает болевые ощущения в переднем отделе стопы; поддерживает поперечный свод стопы в правильном положении; снижает ударную нагрузку на головки плюсневых костей; предотвращает образование «натоптышей», деформацию пальцев, рост «косточек»; эффективен для профилактики и лечения поперечного плоскостопия.
50 Выкладка поперечного свода	231	Снимает болевые ощущения в переднем отделе стопы; поддерживает поперечный свод стопы в правильном положении; снижает ударную нагрузку на головки плюсневых костей; предотвращает образование «натоптышей», деформацию пальцев, рост «косточек»; эффективен для профилактики и лечения поперечного плоскостопия.
51 Вкладыш каплевидный для коррекции поперечного плоскостопия	44К	Снимает болевые ощущения в переднем отделе стопы; поддерживает поперечный свод стопы в правильном положении; снижает ударную нагрузку на головки плюсневых костей; предотвращает образование «натоптышей», деформацию пальцев, рост «косточек»; эффективен для профилактики и лечения поперечного плоскостопия.
52 Выкладка поперечного свода	61К	•Рекомендуется для лечения и профилактики поперечного плоскостопия, создания комфорта при ходьбе в обуви с высоким каблуком; снимают усталость и боли в ногах, снижают ударную нагрузку на передний отдел стопы
53 Вкладыш Т-образный для коррекции поперечного плоскостопия	52К	Поддерживает поперечный свод стопы в правильном положении; снижает ударную нагрузку на головки плюсневых костей; эффективен для лечения и профилактики поперечного плоскостопия; снимает болевые ощущения в переднем отделе стопы; предотвращает образование «натоптышей», деформацию пальцев стопы, рост «косточек»; подходит для любой обуви, в том числе открытой.
54 Выкладка поперечного свода	232	Снимает болевые ощущения в переднем отделе стопы; поддерживает поперечный свод стопы в правильном положении; снижает ударную нагрузку на головки плюсневых костей; предотвращает образование «натоптышей», деформацию пальцев, рост «косточек»; эффективен для профилактики и лечения поперечного плоскостопия.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
55 Супинатор ортопедический	236	Эффективно поддерживает продольный свод стопы. Используется при плоскостопии, статической недостаточности стоп для уменьшения утомляемости и боли в стопе при ходьбе.
56 Супинатор прозрачный	210С	Поддержка внутреннего продольного свода стопы, создание комфортных условий при ходьбе.
57 Супинатор ортопедический из силикона	277	Поддержка свода стопы, создание комфортных условий при ходьбе.
58 Супинатор ортопедический	238	Эффективно поддерживает продольный свод стопы. Используется при плоскостопии, статической недостаточности стоп для уменьшения утомляемости и боли в стопе при ходьбе.
59 Супинатор ортопедический	237	Эффективно поддерживает продольный свод стопы. Используется при плоскостопии, статической недостаточности стоп для уменьшения утомляемости и боли в стопе при ходьбе.
60 Супинатор ортопедический	28К	Эффективно поддерживает продольный свод стопы. Используется при плоскостопии, статической недостаточности стоп для уменьшения утомляемости и боли в стопе при ходьбе.
61 Подпяточник разгружающий для женской обуви	208С	Снижает ударную нагрузку на пятки и суставы нижних конечностей при ходьбе. Повышает комфортность модельной обуви.
62 Подпяточник корригирующий 6,0 мм	48К (6)	Рекомендуется применять при разной длине ног. В зависимости от исходной картины применение подпяточника уравнивает длину ног, устраняет функциональные перекос таза и нарушение осанки во фронтальной плоскости, уменьшает ударную нагрузку на пятку и суставы нижней конечности.
63 Подпяточник для женской модельной обуви	240	Снижает ударную нагрузку на пятки и суставы нижних конечностей при ходьбе. Повышает комфортность модельной обуви.
64 Подпяточник разгружающий	261	Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружают ахиллово сухожилие и пяточную область; предупреждают быстрый износ каблуков обуви.
65 Подпяточник амортизирующий	01Р	Предназначены для лечения и профилактики пяточных шпор, болезни Шинца, болей в пятке различного происхождения. Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник, разгружают ахиллово сухожилие, предупреждают быстрый износ каблуков обуви.
66 Подпяточник разгружающий амортизирующий	62КО	Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружают ахиллово сухожилие и пяточную область; предупреждают быстрый износ каблуков обуви.
67 Подпяточник клиновидный	264	Применение подпяточника корригирует неправильную установку голеностопного сустава, уменьшает ударную нагрузку на стопу и суставы ног при ходьбе. Фиксирует стопу в физиологически правильном положении. Обеспечивают амортизацию и снижение ударной нагрузки при ходьбе.
68 Подпяточник клиновидный корригирующий	47К	Рекомендуется применять для коррекции Х- и О-образной установки голеностопного сустава. В зависимости от исходной картины применение подпяточника улучшает (выпрямляет) неправильную установку голеностопного сустава, уменьшает ударную нагрузку на стопу и суставы ног при ходьбе, предотвращает неправильное снашивание каблуков обуви.

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
69 Подпяточник корректирующий 10,0 мм	48К (10)	Рекомендуется применять при разной длине ног. В зависимости от исходной картины применение подпяточника уравнивает длину ног, устраняет функциональные перекос таза и нарушение осанки во фронтальной плоскости, уменьшает ударную нагрузку на пятку и суставы нижней конечности.
70 Подпяточник разгружающий амортизирующий	62К	Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружают ахиллово сухожилие и пяточную область; предупреждают быстрый износ каблуков обуви.
71 Подпяточник разгружающий	241	Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружают ахиллово сухожилие и пяточную область; предупреждают быстрый износ каблуков обуви.
72 Подпяточник разгружающий	242	Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружают ахиллово сухожилие и пяточную область; предупреждают быстрый износ каблуков обуви.
73 Подпяточник корректирующий	245	Снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружают ахиллово сухожилие и пяточную область; предупреждают быстрый износ каблуков обуви.
74 Подпяточник эргономичный для женской обуви	211С	Эффективно разгружает пятку, снижает ударные нагрузки на суставы нижних конечностей и позвоночник. Содержит клеевой аппликатор для фиксации.
75 Подпяточник эргономичный для мужской обуви	233С	Эффективно разгружает пятку, снижает ударные нагрузки на суставы нижних конечностей и позвоночник. Содержит клеевой аппликатор для фиксации.
76 Подпяточник корректирующий 20 мм	191	Амортизация ударной нагрузки при ходьбе при заболеваниях позвоночника и суставов ног (без признаков укорочения ног); боли в области пяточной кости; функциональный перекос положения таза; устранения дискомфорта и хромоты при ходьбе; коррекция разной длины ног (укорочение) при разнице 20 мм.
77 Подпяточник разгружающий	243	Эффективно разгружает пятку, снижает ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружает ахиллово сухожилие; предупреждает быстрый износ каблуков обуви.
78 Подпяточник разгружающий	244	Эффективно разгружает пятку, снижает ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружает ахиллово сухожилие; предупреждает быстрый износ каблуков обуви.
79 Подпяточник корректирующий	246	Рекомендуется применять при разной длине ног. В зависимости от исходной картины применение подпяточника уравнивает длину ног, устраняет функциональные перекос таза и нарушение осанки во фронтальной плоскости, уменьшает ударную нагрузку на пятку и суставы нижней конечности.
80 Подпяточники корректирующий 30 мм	193	Амортизация ударной нагрузки при ходьбе при заболеваниях позвоночника и суставов ног (без признаков укорочения ног); боли в области пяточной кости; функциональный перекос положения таза; устранения дискомфорта и хромоты при ходьбе; коррекция разной длины ног (укорочение) при разнице 30 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
81 Подпяточник разгружающий силиконовый	33С	Эффективно разгружает пятку; снижает ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружает ахиллово сухожилие; предупреждает быстрый износ каблуков обуви.
82 Подпяточник разгружающий	239	Эффективно разгружает пятку; снижает ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник; разгружает ахиллово сухожилие; предупреждает быстрый износ каблуков обуви.
83 Ортез функциональный для первого пальца стопы	46М	Профилактика и лечение вальгусной деформации нервного пальца стопы (Hallux valgus) при поперечном плоскостопии. Реабилитация в послеоперационный период.
84 Корректор первого пальца стопы	39-О	Эффективно корректирует отклонение большого пальца (Hallux valgus) при поперечном плоскостопии и других деформациях стопы.
85 Ортез функциональный для коррекции Hallux valgus	260	Ограничивает патологические движения большого пальца стопы, при этом не препятствуя физиологическому сгибанию в плюснефаланговом суставе.
86 Корректор первого пальца стопы	247	Эффективно корректирует отклонение большого пальца (Hallux valgus) при поперечном плоскостопии и других деформациях стопы.
87 Ортез функциональный для первого пальца стопы "Инновация"	190	Профилактика и лечение вальгусной деформации первого пальца стопы (Hallux valgus) при поперечном плоскостопии; Реабилитация после оперативного исправления деформации большого пальца стопы.
88 Корректор первого пальца стопы	ПМ-1	Эффективно корректирует отклонение большого пальца (Hallux valgus) при поперечном плоскостопии и других деформациях стопы.
89 Корректор первого пальца стопы мягкий	195	Корректирует отклонение большого пальца (Hallux valgus) при поперечном плоскостопии и других деформациях стопы.
90 Стяжка ортопедическая эластичная	250	Поддержка свода стопы, создание комфортных условий при ходьбе.
91 Бандаж эластичный с ортопедическим супинатором	278	Поддержка свода стопы, создание комфортных условий при ходьбе.
92 Стяжка переднего отдела стопы с межпальцевой перегородкой и бурсопротектором	172	Коррекция деформации 1-го пальца стопы при Hallux valgus, деформации 2-го пальца, а также профилактика этих состояний. Защищает косточки нервного и пятого пальцев стопы. Предотвращает появление потёртостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе. Изделие обладает мягким компрессионным воздействием на передний отдел стопы.
93 Стяжка ортопедическая эластичная	253	Поддержка свода стопы, создание комфортных условий при ходьбе.
94 Стяжка ортопедическая эластичная	252	Поддержка свода стопы, создание комфортных условий при ходьбе.
95 Бурсопротектор силиконовый на тканевой основе	167	Разгружает и защищает первый плюснефаланговый сустав стопы.
96 Стяжка переднего отдела стопы с защитой большого пальца	168	Мягко стягивает передний отдел стопы, препятствуя развитию поперечного плоскостопия; разгружает и защищает первый плюснефаланговый сустав стопы; способствует уменьшению боли при ходьбе и снижению нагрузки на передний отдел стопы.
97 Манжет-стяжка для стопы	249	Разгружает и защищает первый плюснефаланговый сустав стопы.

Лист

Продолжение приложения А

Название изделия	Артикул	Показания к применению
98 Стяжка ортопедическая эластичная	251	Защищает косточки первого и пятого пальцев стопы. Предотвращает появление потёртостей и уменьшает взаимное трение пальцев при ходьбе.
99 Стяжка переднего отдела стопы с силиконовой вставкой	169	Мягко стягивает передний отдел стопы, препятствуя развитию поперечного плоскостопия; разгружает и защищает первый плюснефаланговый сустав стопы; способствует уменьшению боли при ходьбе и снижению нагрузки на передний отдел стопы.
100 Напояточник увлажняющий гелевый	266	Увлажняют сухую, потрескавшуюся и/или загрубевшую (мозолистую) кожу. Эффективно борются с растрескиваниями кожи в пяточной области, способствуют её смягчению и предотвращают ороговение. Стимулируют восстановительные функции кожи.
101 Носочки увлажняющие гелевые	265	Используются для увлажнения сухой, потрескавшейся, загрубевшей кожи стоп, обладают эффектом пилинга. Глубоко увлажняют кожу, делают её мягкой и гладкой.
102 Стяжка эластичная для стопы с разгрузкой переднего отдела	166	Уменьшает болевые ощущения при ходьбе, разгружают передний отдел и поддерживает поперечный свод стопы.
103 Манжет-стяжка переднего отдела стопы с метатарзальным валиком	21МС	Применяется для коррекции свода стопы с целью профилактики и лечения поперечного плоскостопия, а также до и после хирургических операций на стопе.
104 Манжет-стяжка переднего отдела стопы с регулируемым охватом стопы	248	Применяется для коррекции свода стопы с целью профилактики и лечения поперечного плоскостопия, а также до и после хирургических операций на стопе.
105 Наклейки прозрачные на ремешки в обуви	262	Защита мягких тканей стопы от сдавливания, натирания, наминов и предотвращение появления мозолей от натирания ремешками обуви.
106 Наклейка защитная	214	Защита мягких тканей стопы от сдавливания, натирания, наминов и предотвращение появления мозолей
107 Кольца антимозольные	165	Предотвращает рост мозолей, создает максимальный комфорт для стопы и защищает кожу в любой обуви.
108 Наклейка защитная	215	Защита мягких тканей стопы от сдавливания, натирания, наминов и предотвращение появления мозолей
109 Напояточник прозрачный	263	Защищает мягкие ткани верхней части пятки от сдавливания, натирания, наминов; предотвращает появление мозолей от натирания обувью. Разгружает проблемную пяточную зону при занятиях спортом или длительной ходьбе.
110 Наклейка защитная	257	Защита мягких тканей стопы от сдавливания, натирания, наминов и предотвращение появления мозолей
111 Наклейка защитная	258	Защита мягких тканей стопы от сдавливания, натирания, наминов и предотвращение появления мозолей
112 Напояточник кожаный	37К	Уменьшает трение и соскальзывание стопы Предотвращает появление волдырей и потертостей Создает дополнительный комфорт для стопы

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

