

«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «Группа АСВОМЕД»



Чиняев А.В.

«28» июля 2017 г.

Фотографии медицинского изделия:
«Аппарат для комбинированной терапии COMBI в следующих исполнениях: COMBI 200, COMBI 200L с принадлежностями»

производство:

ГимнаЮнифи Н.В.», Бельгия / GymnaUniphy N.V., Pasweg 6A, 3740, Bilzen, Belgium

Список фотографий

на медицинское изделие: ««Аппарат для комбинированной терапии COMBI в следующих исполнениях: COMBI 200, COMBI 200L с принадлежностями», производство: ГимнаЮнифи Н.В.», Бельгия / GymnaUniphy N.V., Pasweg 6A, 3740, Bilzen, Belgium:

1. Аппарат COMBI 200.
2. Аппарат COMBI 200L.
3. Шнур сетевой.
4. Шкала оценки боли.
5. Таблица схем размещения электродов и излучателей при различных заболеваниях.
6. Кабель для электродов двухпроводный.
7. Фиксатор кабеля для электродов.
8. Руководство по эксплуатации.
9. Материалы вспомогательные информационные по COMBI 200L, 200 на CD.
10. Замыкатель кабеля для электродов тестовый.
11. Излучатель ультразвуковой двухчастотный 4,1 см².
12. Излучатель ультразвуковой двухчастотный 1,9 см².
13. Гель для ультразвуковой терапии.
14. Излучатель лазерный инфракрасный (1 светодиод), с держателем.
15. Излучатель лазерный инфракрасный (4 светодиода), с держателем.
16. Очки защитные.
17. Электрод резиновый 4 x 6 см.
18. Электрод резиновый 6 x 8 см.
19. Электрод резиновый 8 x 12 см.
20. Прокладка вязкозная для электрода 4 x 6 см.
21. Прокладка вязкозная для электрода 6 x 8 см.
22. Прокладка вязкозная для электрода 8 x 12 см.
23. Электрод одноразовый самоклеящийся диаметром 3 см.
24. Электрод одноразовый самоклеящийся 2,5 x 5 см.
25. Электрод одноразовый самоклеящийся 5 x 5 см.
26. Электрод одноразовый самоклеящийся 5 x 10 см.
27. Электрод металлический плоский диаметром 15 мм с держателем электрода и вязкозной прокладкой.
28. Прокладка вязкозная для плоского электрода диаметром – 15 мм.

29. Электрод металлический шарообразный.

30. Электрод одноразовый вагинальный (2 кольцевых контакта).
31. Электрод одноразовый вагинальный (2 кольцевых контакта с разрывом 45 градусов).
32. Электрод одноразовый вагинальный (3 полусферических контакта).
33. Электрод одноразовый вагинальный (4 полусферических контакта).
34. Электрод одноразовый анальный (2 цилиндрических контакта).
35. Электрод одноразовый анальный (2 плоских контакта).
36. Электрод ректальный.
37. Переходник для электродов с 4 на 2 мм.
38. Лента эластичная фиксирующая – 5 х 30 см.
39. Лента эластичная фиксирующая – 5 х 60 см.
40. Лента эластичная фиксирующая – 5 х 120 см.
41. Тележка аппаратная с 2-мя полками и 1 ящиком для принадлежностей.
42. Полка дополнительная для аппаратной тележки.
43. Ящик дополнительный для аппаратной тележки.
44. Держатель принадлежностей.
45. Сумка транспортировочная.




Рис 1. Аппарат COMBI 200.




Рис 2. Аппарат COMBI 200L.



Рис 3. Шнур сетевой.




Рис 4. Шкала оценки боли.

«Аппарат для комбинированной терапии СОМЫ в следующих исполнениях:
СОМЫ 200, СОМЫ 200L с принадлежностями»



Таблица схем

размещения электродов и излучателей при различных заболеваниях



Рис 6. Кабель для электродов двухпроводный




Рис 7. Фиксатор кабеля для электродов



Bartholomeus Josephus Gerardus de Bresser
Управляющий
GymnaUniphy N.V.


Аппарат для комбинированной терапии COMBI в следующих исполнениях:
COMBI 200, COMBI 200L с принадлежностями



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рис 8. Руководство по эксплуатации








Рис 11. Излучатель ультразвуковой двухчастотный 4,1 см².




Рис 12. Излучатель ультразвуковой двухчастотный 1,9 см².




Рис 13. Гель для ультразвуковой терапии.




Рис 14. Излучатель лазерный инфракрасный (1 светодиода), с держателем.




Рис 15. Излучатель лазерный инфракрасный (4 светодиода), с держателем.






Рис 17. Электрод резиновый 4 х 6 см.




Рис 18. Электрод резиновый 6 x 8 см.




Рис 19. Электрод резиновый 8 x 12 см.




Рис 20. Прокладка вязкозная для электрода 4 х 6 см.




Рис 21. Прокладка вискозная для электрода 6 x 8 см.





Рис 22. Прокладка вязкозная для электрода 8 x 12 см.





Self-adhesive electrodes

APPLICATION


1. Clean the skin thoroughly at the prescribed location and dry carefully to remove lotion, oil and make-up. Fig. 1
2. Connect the electrodes to the cables. Fig. 2
3. Remove the electrode by lifting at the edge. Fig. 3, 4
4. Place the electrode on the surface to treat.
5. Turn the stimulator on and follow the instruction of use from the manufacturer and/or the practitioners.
6. After use, turn the stimulator off and replace the electrodes on the siliconed plastic film.

MAINTENANCE

1. For an optimal adhesion, clean the gel surface after each use. Apply a drop of water and keep drying for a few seconds. Replace the electrodes on the plastic film. Fig. 5
2. The life time of the electrode depends on the maintenance, the skin conditions and the type of treatment. Keep at ambient temperature in original packing. Fig. 6

IMPORTANT

1. Do not connect the electrodes while driving a motorised vehicle, or operating machinery.
2. Do not apply on wounds
3. If skin irritation occurs, discontinue use and contact your physician.
4. Remove the electrodes before bathing and swimming.
5. The electrodes are intended for single patient use only.









Рис 26. Электрод одноразовый самоклеящийся 5 x 10 см






Рис 28. Прокладка вязкозная для плоского электрода диаметром – 15 мм.










Рис 32. Электрод одноразовый вагинальный (3 полусферических контакта).




Рис 33. Электрод одноразовый вагинальный (4 полусферических контакта).




Рис 34. Электрод одноразовый анальный (2 цилиндрических контакта).




Рис 35. Электрод одноразовый анальный (2 плоских контакта).




Рис 36. Электрод ректальный.




Рис 37. Переходник для электродов с 4 на 2 мм.




Рис 38. Лента эластичная фиксирующая – 5 x 30 см.





Рис 39. Лента эластичная фиксирующая – 5 x 60 см.






Рис 41. Тележка аппаратная с 2-мя полками и 1 ящиком для принадлежностей.





Рис 42. Полка дополнительная для аппаратной тележки.








Рис 45. Сумка транспортировочная.



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

48 (содерж. вощина) лист(ов)

Генеральный директор ООО "Группа
"АСВОМЕД"

Чиняев А.В.