

«Диаконс»

**Главный инженер
ООО «Фирма Диаконс»**

«6»

ДИНАКОМС
ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ДИНАКОМС

ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

МОСКВА

2002 г.

**ШМ – «Диакомс», в следующих исполнениях: ШМ-1 – «Диакомс»,
ШМ-2 – «Диакомс», ШМ-3 – «Диакомс», ШМ-4 – «Диакомс»,
ШМ-5 – «Диакомс», ШМ-6 – «Диакомс», ШМ-7 – «Диакомс»,
ШМ-8 – «Диакомс».**

АУКС.942819.026 ПС

Инв. № подл.	Подп. и дата	взят. инв. №	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Общие указания	3
2. Общие сведения об изделии.....	3
3. Комплектность.....	6,7
4. Технические характеристики.....	7,8
5. Свидетельство о приемке.....	9
6. Свидетельство об упаковке.....	9
7. Транспортирование и хранение.....	10
8. Гарантии изготовителя	11
9. Сведения о рекламациях	12


1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние шкафа медицинского ШМ – «Диакос» зав. № _____.
- 1.2 Все записи в паспорте должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 2.1 Шкафы медицинские ШМ – «Диакос» предназначены для оснащения клиник, больниц, аптек и других учреждений практического и профилактического здравоохранения.
- 2.2 Шкафы медицинские ШМ – «Диакос» изготавливаются в различных вариантах:
- ШМ-1, ШМ-2, ШМ-3, ШМ-5, ШМ-7, ШМ-8 – используется для хранения медикаментов и инструментов;
 - ШМ-4, ШМ-6 – используется для хранения спецодежды медперсонала;
- 2.3 Шкафы имеют четыре регулируемых опоры.
- 2.4 Все двери шкафов имеют внутренние замки.
- 2.5 Шкафы имеют полимерное покрытие белого цвета, наносимое методом порошкового напыления с последующей обработкой.


					АУКС.942819.026 ПС	Лист
						3
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		




ШИМ-1



ШИМ-2



ШИМ-3




ШИМ-4

					АУКС.942819.026 ПС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		


Ф2.106-5а

Копировал


Формат А4




ШМ-5



ШМ-6



ШМ-7



ШМ-8

					ТУ9452-026-17099103-2003	Лист 5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблицах.

Таблица 1

Наименование изделия	Децимальный номер изделия	Количество штук
1. Шкаф медицинский ШМ-1 – «Диакомс»	АУКС.942819.026	1
2. Стеклянная полка		2
3. Металлическая полка		3
4. Паспорт	АУКС.942819.026 ПС	1

Таблица 2

Наименование изделия	Децимальный номер изделия	Количество штук
1. Шкаф медицинский ШМ-2 – «Диакомс»	АУКС.942819.026 – 01	1
2. Стеклянная полка		5
3. Паспорт	АУКС.942819.026 ПС	1

Таблица 3

Наименование изделия	Децимальный номер изделия	Количество штук
1. Шкаф медицинский ШМ-3 – «Диакомс»	АУКС.942819.026 – 02	1
2. Металлическая полка		5
3. Паспорт	АУКС.942819.026 ПС	1

Таблица 4

Наименование изделия	Децимальный номер изделия	Количество штук
1. Шкаф медицинский ШМ-4 – «Диакомс»	АУКС.942819.026 – 03	1
2. Металлическая полка		1
3. Паспорт	АУКС.942819.026 ПС	1

Таблица 5

Наименование изделия	Децимальный номер изделия	Количество штук
1. Шкаф медицинский ШМ-5 – «Диакомс»	АУКС.942819.026 – 04	1
2. Металлическая полка		9
3. Паспорт	АУКС.942819.026 ПС	1

					АУКС.942819.026 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

Таблица 6

Наименование изделия	Децимальный номер изделия	Количество штук
1. Шкаф медицинский ШМ-6 – «Диакомс»	АУКС.943819.026-05	1
2. Металлическая полка		2
3. Паспорт	АУКС.943819.026 ПС	1

Таблица 7

Наименование изделия	Децимальный номер изделия	Количество штук
1. Шкаф медицинский ШМ-7 – «Диакомс»	АУКС.943819.026-06	1
2. Стеклопанельная полка		6
3. Паспорт	АУКС.943819.026 ПС	1

Таблица 8

Наименование изделия	Децимальный номер изделия	Количество штук
1. Шкаф медицинский ШМ-1 – «Диакомс»	АУКС.943819.026-07	1
2. Стеклопанельная полка		3
3. Металлическая полка		3
4. Паспорт	АУКС.943819.026 ПС	1

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.1 Шкаф ШМ-1 – «Диакомс» разделен на два отсека по горизонтали. Верхний отсек имеет две съемные стеклянные полки и закрывается стеклянной дверцей. Нижний отсек имеет три съемные металлические полки и закрывается металлической дверцей.
- 4.2 Шкаф ШМ-2 – «Диакомс» разделен на два отсека по горизонтали. Верхний отсек имеет две, а нижний три съемные стеклянные полки. Оба отсека закрываются стеклянными дверцами.
- 4.3 Шкаф ШМ-3 – «Диакомс» разделен на два отсека по горизонтали. Верхний отсек имеет две, а нижний три съемные металлические полки. Оба отсека закрываются металлическими дверцами.

					АУКС.942819.026 ПС	Лист
						7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

- 4.4 Шкаф ШМ-4 – «Диакмс» закрывается металлической дверцей. Внутри шкафа имеется полка для головных уборов и перекладина для вешалок.
- 4.5 Шкаф ШМ-5 – «Диакмс» имеет три отсека. Верхний отсек имеет две стеклянные двери и три металлические полки. Каждый из двух нижних отсеков имеют металлическую дверь и три металлические полки.
- 4.6 Шкаф ШМ-6 – «Диакмс» разделен по вертикали на два одинаковых отсека. Внутри каждый отсек имеет металлическую полку для головных уборов и перекладину для вешалок. Оба отсека закрываются металлическими дверцами.
- 4.7 Шкаф ШМ-7 – «Диакмс» разделен на два отсека по горизонтали. Каждый отсек имеет три съемные стеклянные полки и закрывается стеклянной дверцей.
- 4.8 Шкаф ШМ-8 – «Диакмс» разделен на два отсека по горизонтали. Верхний отсек имеет три съемные стеклянные полки, и закрывается стеклянной дверцей. Нижний отсек имеет три съемные металлические полки, и закрывается металлической дверцей.
- 4.9 Стеклянные полки медицинских шкафов выдерживают равномерно-распределенную нагрузку массой:
ШМ-1, ШМ-2 – 4 кг;
ШМ-7, ШМ-8 – 5 кг.
- 4.10 Металлические полки медицинских шкафов выдерживают равномерно-распределенную нагрузку массой:
ШМ-1, ШМ-3, ШМ-5 – 8 кг;
ШМ-8 – 12 кг.
- 4.11 Габаритные размеры медицинского шкафа, не более, мм - (высота, ширина, глубина):
ШМ-1, ШМ-2, ШМ-3, ШМ-4, ШМ-5, ШМ-6 – 1800*650*420.
ШМ-5 – 1800*850*420
ШМ-7, ШМ-8 – 1750*500*310.
- 4.12 Масса шкафов:
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ШМ-1 – «Диакмс» – 40; | ШМ-5 – «Диакмс» – 60; |
| ШМ-2 – «Диакмс» – 40; | ШМ-6 – «Диакмс» – 40; |
| ШМ-3 – «Диакмс» – 40; | ШМ-7 – «Диакмс» – 40; |
| ШМ-4 – «Диакмс» – 40; | ШМ-8 – «Диакмс» – 40. |
- 4.13 Шкафы устойчивы на горизонтальной плоскости.
- 4.14 Шкафы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2. по ГОСТ 15150.

					АУКС.942819.026 ПС	Лист
						8
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф медицинский ШМ – «Диаконс», заводской номер _____

признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

подпись представителя ОТК

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф медицинский ШМ – «Диаконс», заводской номер _____

упакован на предприятии _____

Дата упаковки _____

М.П.

Упаковку произвел _____

подпись

					АУКС.942819.026 ПС	Лист
						9
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Шкафы допускается транспортировать всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.
- 7.2 Транспортирование морским транспортом должно производиться в соответствии с действующими правилами безопасности морской перевозки грузов.
- 7.3 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.
- 7.4 Хранение шкафов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отапливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

					АУКС.942819.026 ПС	Лист
						10
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки его с предприятия-изготовителя.
- 8.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие по предъявлению гарантийного талона.
- 8.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации и хранения;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделий вызванных неаккуратным обращением в процессе эксплуатации.

					АУКС.942819.026 ПС	Лист
						11
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 В случае возникновения поломок шкафа, в период гарантийного срока, необходимо составить технически обоснованный АКТ рекламации и сделать выписку из раздела «Свидетельство о приемке».

АКТ с приложениями следует направить на предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание медицинского шкафа.

9.2 Гарантийное обслуживание медицинского шкафа производит предприятие «Диаконс», расположенное по адресу:

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14а, стр.45

Тел./факс: (495) 361-55-37, (495) 361-55-68.

9.3 Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 9.

Таблица 9

Дата	Номер рекламационного акта	Краткое содержание рекламационного акта	Меры, принятые по рекламации

					АУКС.942819.026 ПС	Лист
						12
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

Всего прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью
12 листов
Генеральный директор
ООО «Диакомс»

 И. Д. Сигалов

