

Трубка гастростомическая ТГ 12/5
ТУ 9398-088-18037666-2014

Этикетка

Трубка наружным диаметром по шкале Шарьера №12 и объемом раздувного баллона 5 мл предназначена для кормления больных через гастростому и используется в хирургических отделениях клиник и больниц.

Трубка перед применением должна быть подвергнута дезинфекции (3% р-ром перекиси водорода), предстерилизационной очистке ручным способом и стерилизации химическим (6% р-ром перекиси водорода) согласно по МУ 287-113.

Должны быть приняты меры защиты трубки от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями.

При работе с трубкой не следует подвергать ее кручениям, случайным изгибам, приводящим к остаточной деформации.

Транспортировать при температуре от минус 10 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха до 50%.

Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 35°C и относительной влажности воздуха до 50%.

Гарантийный срок годности трубки – 1 год с даты изготовления.

Утилизация проводится по СанПиН 2.1.7.2790.

как отходы класса Б.

Сведения о приемке

Трубка ТГ 12/5 соответствует ТУ 9398-088-18037666-2014 и признана годной для применения.

ОТК Дата изготовления

2014 г

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИОННЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Изготовитель: Россия, ЗАО «МедСил», 141002, г. Мытищи, Моск. обл., ул. Ядревская, д. 4 тел/факс. (495)

591 36 62