


Общий вид медицинского изделия
«Набор реагентов для выявления и дифференциации буркхольдерий группы
«pseudomallei» в формате мультиплексной полимеразной цепной реакции с
электрофоретической детекцией «Амплиген Буркхольдерии группы «pseudomallei» ВЛ
B/D - EPH» по ТУ 21.20.23-014-01898084-2016»



УТВЕРЖДАЮ

Директор ФКУЗ Волгоградский
научно-исследовательский противочумный
институт Роспотребнадзора

А.В. Топорков

20 18 г.

«Набор реагентов для выявления и дифференциации буркхольдерий группы «*pseudomallei*» в формате мультиплексной полимеразной цепной реакции с электрофоретической детекцией
«Амплиген Буркхольдерии группы «*pseudomallei*» β L B/D - EPh» по ТУ 21.20.23-014-01898084-2016»

Текст маркировки внутренней упаковки

ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский
противочумный институт Роспотребнадзора
«Амплиген Буркхольдерии группы «*pseudomallei*»
 β L B/D - EPh»
ПЦР-смесь № 1
0,5 мл

Серия
Дата изготовления
Годен до
Хранить при температуре от минус 16 до минус 20 °C
«Только для *in vitro* диагностики»

Рисунок 1.
Образец этикетки на ПЦР-смесь № 1

ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский
противочумный институт Роспотребнадзора
«Амплиген Буркхольдерии группы «*pseudomallei*»
 β L B/D - EPh»
ПЦР-смесь № 2
0,1 мл

Серия
Дата изготовления
Годен до
Хранить при температуре от минус 16 до минус 20 °C
«Только для *in vitro* диагностики»

Рисунок 2.
Образец этикетки на ПЦР-смесь № 2

ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский
противочумный институт Роспотребнадзора
«Амплиген Буркхольдерии группы «*pseudomallei*»
 β L B/D - EPh»
Taq-ДНК-полимераза
0,02 мл

Серия
Дата изготовления
Годен до
Хранить при температуре от минус 16 до минус 20 °C
«Только для *in vitro* диагностики»

Рисунок 3.
Образец этикетки на Taq-ДНК-полимеразу

ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский
противочумный институт Роспотребнадзора
«Амплиген Буркхольдерии группы «*pseudomallei*»
 β L B/D - EPh»
ПКО
0,4 мл

Серия
Дата изготовления
Годен до
Хранить при температуре от минус 16 до минус 20 °C
«Только для *in vitro* диагностики»

Рисунок 4.
Образец этикетки на ПКО

ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский
противочумный институт Роспотребнадзора
«Амплиген Буркхольдерии группы «*pseudomallei*»
 β L B/D - EPh»
ОКО
0,4 мл

Серия
Дата изготовления
Годен до
Хранить при температуре от минус 16 до минус 20 °C
«Только для *in vitro* диагностики»

Рисунок 5.
Образец этикетки на ОКО

ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский
противочумный институт Роспотребнадзора
«Амплиген Буркхольдерии группы «*pseudomallei*»
 β L B/D - EPh»
Вода деионизованная
0,4 мл

Серия
Дата изготовления
Годен до
Хранить при температуре от минус 16 до минус 20 °C
«Только для *in vitro* диагностики»

Рисунок 6.
Образец этикетки на вода деионизованная

ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский
противочумный институт Роспотребнадзора
«Амплиген Буркхольдерии группы «*pseudomallei*»
βL B/D - EPh»

Масло минеральное
1,0 мл

Серия

Дата изготовления

Годеи до

Хранить при температуре от 18 до 25 °С

«Только для *in vitro* диагностики»

Рисунок 7.

Образец этикетки на масло минеральное

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФКУЗ Волгоградский
научно-исследовательский
противочумный
институт
Роспотребнадзора

А.В. Топорков

«09» 12 2017 г.



Зав. отд. делопроизводства
Чернова Е.А.
Подпись



Маркировка пакетов с компонентами МИ
«Набор реагентов для выявления и дифференциации буркхольдерий группы «*pseudomallei*»
в формате мультиплексной полимеразной цепной реакции с электрофоретической детекцией
«Амплиген Буркхольдерии группы «*pseudomallei*» β L B/D - EPh» по ТУ 21.20.23-014-01898084-2016»

ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора «Амплиген Буркхольдерии группы « <i>pseudomallei</i> » βL B/D - EPh»			ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора «Амплиген Буркхольдерии группы « <i>pseudomallei</i> » βL B/D - EPh»		
Реактив	Объем, мл	Количество	Реактив	Объем, мл	Количество
ПЦР-смесь № 1	0,5	1 пробирка	Масло минеральное	1,0	2 пробирки
ПЦР-смесь № 2	0,1	1 пробирка			
Taq-ДНК-полимераза	0,02	1 пробирка			
ПКО	0,4	1 пробирка			
ОКО	0,4	1 пробирка			
Вода деионизованная	0,4	1 пробирка	Серия Дата изготовления Гожен до Хранить при температуре от 18 до 25 °С		
Серия Дата изготовления Гожен до Хранить при температуре от минус 16 до минус 20 °С			«Только для <i>in vitro</i> диагностики»		
«Только для <i>in vitro</i> диагностики»					

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора



А.В. Топорков

20 17 г.

«Набор реагентов для выявления и дифференциации буркхольдерий группы *«pseudomallei»* в формате мультиплексной полимеразной цепной реакции с электрофоретической детекцией «Амплиген Буркхольдерии группы *«pseudomallei»* βL B/D - EPh» по ТУ 21.20.23-014-01898084-2016»

Текст маркировки внешней упаковки

Лицевая сторона

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ВОЛГОГРАДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПРОТИВОЧУМНЫЙ ИНСТИТУТ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

400131, г. Волгоград, ул. Голубинская, 7.

E-mail: vari2@sprint-v.com.ru

Тел.(8442) 37-37-74, факс (8442) 39-33-36

«Набор реагентов для выявления и дифференциации
буркхольдерий группы *«pseudomallei»* в формате мультиплексной
полимеразной цепной реакции с электрофоретической детекцией
«Амплиген Буркхольдерии группы *«pseudomallei»* βL B/D - EPh»
по ТУ 21.20.23-014-01898084-2016»

«Только для in vitro диагностики»

Обратная сторона

Состав набора	Объем	Количество пробирок
ПЦР-смесь № 1	0,5 мл	1
ПЦР-смесь № 2	0,1 мл	1
Taq-ДНК-полимераза	0,02 мл	1
ПКО	0,4 мл	1
ОКО	0,4 мл	1
Вода деионизованная	0,4 мл	1
Масло минеральное	1,0 мл	2

Серия

№ ТУ

Дата изготовления

Регистрационный номер

Годен до

Дата регистрации

Условия хранения - ПЦР-смесь № 1, ПЦР-смесь № 2, Taq-ДНК-полимераза, ПКО, ОКО, деионизованная вода, при температуре от минус 16 до минус 20 °С, минеральное масло - при температуре от 18 до 25 °С.

«При получении разукрупнять в соответствии с указанными температурными режимами хранения».

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФКУЗ Волгоградский
научно-исследовательский противочумный
институт Роспотребнадзора



А.В. Топорков

«04» 12 20 17 г.

Маркировка транспортной упаковки МИ
«Набор реагентов для выявления и дифференциации буркхольдерий группы *«pseudomallei»*
в формате мультиплексной полимеразной цепной реакции с электрофоретической детекцией
«Амплиген Буркхольдерии группы *«pseudomallei»* βL B/D - EPh» по ТУ 21.20.23-014-01898084-2016»

Федеральное казенное учреждение здравоохранения
«Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

400131, г. Волгоград, ул. Голубинская, 7. Тел./факс (8442) 37-37-74/ 39-33-36
E-mail: vari2@sprint-v.com.ru

**«Набор реагентов для выявления и дифференциации буркхольдерий группы
«pseudomallei» в формате мультиплексной полимеразной цепной реакции
с электрофоретической детекцией «Амплиген Буркхольдерии группы
«pseudomallei» βL B/D - EPh» по ТУ 21.20.23-014-01898084-2016»**

Серия
Дата изготовления
Годеи до
Число изделий в упаковке:
Масса нетто и масса брутто групповой упаковки изделий:
Масса нетто потребительской упаковки:

Условия хранения:

ПЦР-смесь № 1, ПЦР-смесь № 2, Таq-ДНК-полимераза, ПКО, ОКО, деионизованная вода, при
температуре от минус 16 до минус 20 °С,
минеральное масло - при температуре от 18 до 25 °С.

Условия транспортирования:

При температуре от плюс 2 до плюс 8 °С – не более 2 суток; при температуре от минус 16 до минус 20 °С
– срок не ограничен.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ФКУЗ Волгоградский
научно-исследовательский противочумный
институт Роспотребнадзора



А.В. Топорков

20 17 г.