




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Держатель для вакуумных систем забора крови "ЕЛАМЕД" по ГИКС.941419.102 ТУ»

 12.05.2022

 **ЕЛАМЕД** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ ЗАБОРА КРОВИ «ЕЛАМЕД»

ГИКС.941419.102ТУ

КОЛИЧЕСТВО 100 шт.

НОМЕР ПАРТИИ _____

ДАТА УПАКОВЫВАНИЯ _____

СРОК ГОДНОСТИ 8 лет

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 2 года

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5880
от 26 октября 2017 года

Хранить при температуре окружающего воздуха от -50 °С до +40 °С,
относительной влажности воздуха до 98% при температуре +25 °С,
атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)

Маркировка первичной упаковки медицинского изделия «Держатель для
вакуумных систем забора крови "ЕЛАМЕД" по ГИКС.941419.102 ТУ»



12.05.2022



8240

КОД ТОВАРА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ ЗАБОРА КРОВИ «ЕЛАМЕД»
по ГИКС.941419.102 ТУ



КОЛИЧЕСТВО ДЕРЖАТЕЛЕЙ 1000 шт.
КОЛИЧЕСТВО ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВОК 10 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 8 ЛЕТ
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 2 ГОДА
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 2 ПО ГОСТ 15150
НОМЕР ПАРТИИ _____
ДАТА УПАКОВЫВАНИЯ _____
ШТАМП ОТК _____



СДЕЛАНО В РОССИИ

ЕЛАМЕД

Компания ЕЛАМЕД*

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25.
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

*Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»

ОМ №29.326.04




ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ ЗАБОРА КРОВИ «ЕЛАМЕД»

по ГИКС.941419.102ТУ



8240

КОД ТОВАРА



Маркировка транспортной тары медицинского изделия «Держатель для вакуумных систем забора крови "ЕЛАМЕД" по ГИКС.941419.102 ТУ»

