


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Стентекс»



Е.В. Лукьянов

15 «декабря» 2015 г.

Фотографические изображения

медицинского изделия

«Катетер баллонный дилатационный ST NC DYLACOR по ТУ 9436-003-68980004-2015,

в составе: катетер баллонный дилатационный, канюля для промывания, инструмент для повторного складывания, изделие Looper;

**варианты исполнения: диаметр баллона (мм) 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0;
длина баллона (мм) 6, 9, 12, 15, 21, 27»,
производства ООО «Стентекс», Россия**

117452, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В, строение В.

ST NC DYLACOR


4.5

15

2017-07-19



STERILE R



1813 kPa (130 mmHg)

7.68 mm (0.303 in)

1824 kPa (136 mmHg)

9.38 mm (0.37 in)



IP

1813 kPa

811	8	4.27
912	9	4.34
1013	10	4.39
1115	11	4.44
1216	12	4.48
1317	13	4.51
1419	14	4.55
1520	15	4.58
1621	16	4.61
1723	17	4.65
1824	18	4.68
1925	19	4.72
2027	20	4.76
2128	21	4.80
2229	22	4.84



ST NC DYLACOR

4.5 mm x 15 mm

XXXXXXXXXX

209881972


2017-07-19



Производитель:
ООО «Цирми»
111194, Москва, ул. Давыдовская, д. 10
Тел: +7 (495) 111-11-11
www.cirmi.ru

Противопоказаний нет

ST NC DYLACOR 3.0 6



1.42 mm (mm)

0.36 mm

IP

8	8	2.97
11	9	3.0
1013	10	3.04
1115	11	3.07
1216	12	3.10
1317	13	3.13
1419	14	3.15
1520	15	3.18
1621	16	3.20
1723	17	3.23
1824	18	3.26
1925	19	3.29

RX ST NC DYLACOR
Instructions For Use

ST NC DYL
3.0 mm x 6 m

XXXXXX
33975822
2017-06-22

IP

LOT


REF

STERILE R

STERILE R

Balloon Dilation Catheter
Катетер баллонный дилатационный

ST NC DYLACOR 3.0 6



0.36 mm (mm)

IP

8	8	2.97
9	9	3.01
1013	10	3.04
1115	11	3.07
1216	12	3.10
1317	13	3.13
1419	14	3.15
1520	15	3.18
1621	16	3.20
1723	17	3.23
1824	18	3.26
1925	19	3.29

ST NC DYLACOR 3.0 mm x 6 mm

XXXXXX
33975822
2017-06-22

STERILE R

Всего произведено,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО «Стентекс»
4 листов)

