






Шаг 3. Удалите оболочку пока вращаете диск по часовой стрелке для достижения гемостаза. Первичное сдавление должно быть применено в течении хотя бы 30 минут.



Шаг 4. Для уменьшения давления освободите фиксатор и вращайте диск против часовой стрелки. Давление должно быть снижено каждые 15-30 минут.



Шаг 6. После того, как достигнут гемостаз, удалите диск и направьте его на переработку.



Срок хранения изделий – 2 года. Срок годности указан на упаковке.