


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Камера УФ - бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов по ТУ 9452-002-55307168-2004 в двух исполнениях:

**КБ-02-«Я»-ФП и КБн-02-«Я»-ФП»,
производства ООО «Ферропласт Медикал», Россия**



Фотография 1. Камера УФ - бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-02-«Я»-ФП по ТУ 9452-002-55307168-2004. Общий вид.



Фотография 2. Камера УФ – бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-02-«Я»-ФП по ТУ 9452-002-55307168-2004. Дверь открыта. Общий вид.

ООО «Ферропласт Медикал»

Камера УФ-бактерицидная для хранения
стерильных медицинских инструментов

КБ-02-"Я"-ФП

по ТУ 9452-002-55307168-2004

РУ №ФСР 2011/11193 от _____

~ 220 В 50 Гц не более 40 ВА

Заводской номер **42614**

Год выпуска 2017



Фотография 3. Маркировка медицинского изделия «Камера УФ – бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-02-«Я»-ФП по ТУ 9452-002-55307168-2004».

Вставка плавкая

Количество: 2 штуки

Тип: ВП1-1, 1 А, 250 В


Выпускается по АГО.481.303.ТУ

Изготовитель ОАО «Радиодеталь»

Россия, 431110, Республика Мордовия, п. Зубова
Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 35

Фотография 4. Вставка плавкая 2 шт.

Принадлежность для исполнений: КБ-02-«Я»-ФП и КБн-02-«Я»-ФП медицинского изделия «Камера УФ – бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов по ТУ 9452-002-55307168-2004 в двух исполнениях: КБ-02-«Я»-ФП и КБн-02-«Я»-ФП».



Фотография 5. Упаковка медицинского изделия «Камера УФ – бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-02-«Я»-ФП по ТУ 9452-002-55307168-2004».

Изготовитель: ООО «Ферропласт Медикал»



Юридический адрес: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, пос. Приволжский

Фактический (почтовый) адрес: 150049, г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 17 А

Адрес производства: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, пос. Приволжский

Т/факс: (4852) 48-67-02; 58-45-61; 58-45-62; 58-45-63; 58-45-64; 97-93-90; E-mail: ferroplast@mail.ru.

Наименование изделия: «Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-02-«Я»-ФП» по ТУ 9452-002-55307168-2004.

Напряжение ~ 220 В, частота 50 Гц, мощность не более 40 ВА.

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ № ФСР 2011/11193 от

Дата упаковки: «__» _____ 2017 г.


Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев


Вес брутто 12,5 кг

Объем упаковки 0,1 м³





Фотография 7. Общий вид. Медицинское изделие: Камера УФ - бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБн-02-«Я»-ФП по ТУ 9452-002-55307168-2004.




Фотография 8. Маркировка медицинского изделия «Камера УФ - бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБн-02-«Я»-ФП по ТУ 9452-002-55307168-2004».



Фотография 9. Вставка плавкая 2 шт.

Принадлежность для исполнений: КБ-02-«Я»-ФП и КБн-02-«Я»-ФП» медицинского изделия «Камера УФ – бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов по ТУ 9452-002-55307168-2004 в двух исполнениях: КБ-02-«Я»-ФП и КБн-02-«Я»-ФП».



Фотография 10. Общий вид. Упаковка медицинского изделия «Камера УФ – бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБн-02-«Я»-ФП по ТУ 9452-002-55307168-2004».

Изготовитель: ООО «Ферропласт Медикал»



Юридический адрес: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, пос. Приволжский
Фактический (почтовый) адрес: 150049, г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 17 А

Адрес производства: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, пос. Приволжский
Т/факс: (4852) 48-67-02; 58-45-61; 58-45-62; 58-45-63; 58-45-64; 97-93-90; E-mail: ferroplast@mail.ru

Наименование изделия: «Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБн-02-«Я»-ФП» по ТУ 9452-002-55307168-2004.
Напряжение ~ 220 В, частота 50 Гц, мощность не более 40 ВА.

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ № ФСР 2011/11193 от

Дата упаковки: «__» _____ 2017 г.

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Вес брутто 12,5 кг.

Объем упаковки 0,1 м³




Директор ООО «Ферропласт Медикал»

С.С. Турович


Прошито и пронумеровано, 18 листа (ов)

**ДОПОЛНЕНИЕ К ФОТОГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Камера УФ - бактерицидная для хранения стерильных медицинских
инструментов по ТУ 9452-002-55307168-2004 в двух исполнениях:
КБ-02-«Я»-ФП и КБн-02-«Я»-ФП»,
производства ООО «Ферропласт Медикал», Россия**



Фотография 12. Вид сзади. Камера УФ – бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-02-«Я»-ФП по ТУ 9452-002-55307168-2004.



Фотография 13. Вид сзади. Камера УФ - бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБн-02-«Я»-ФП по ТУ 9452-002-55307168-2004.

Директор ООО «Ферропласт Медикал»

_____ С.С. Турович

Прошито и пронумеровано _____
_____ листа (ов)