







СТАНЦИЯ СТЫКОВОЧНАЯ ДЛЯ ИНФУЗИОННЫХ НАСОСОВ СИНС-01
БЛОК ПИТАНИЯ (БП)


ТУ 32.50.50-003 07525645-2018
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: 8018010003
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ -100...240 В 50/60 Гц
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ: $\approx 12В$ 5А
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГРЕБИТЕМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 300 ВА (СИСТЕМА
ИЗ СТАНЦИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ 3 НАСОСАМИ)

IPX2



01. 2018

АО «Новосибирский приборостроительный завод»
630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 179/2



СТАНЦИЯ СТЫКОВОЧНАЯ ДЛЯ ИНФУЗИОННЫХ НАСОСОВ СИНС-01
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (БУ)

ТУ 32.50.50-003-07525645-2018

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: 8118010003

НАПРЯЖЕНИЕ И МАКС. ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА: ~ 12В 1А

IPX2



01. 2018

АО «Новосибирский приборостроительный завод»
630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Д. Коваленчук, 179/2



МЕДЕВ



Пршето, Пршето

Сервисно письмо

на 6 (шесть) лет

Зам. главного конструктора

А.А. Курьянов

