
Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения 25-OH витамина D иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "25-OH Витамин D Калибраторы (Alinity i 25-OH Vitamin D Calibrators)"

(размером не менее 18 х 24 сантиметра)

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Фотографическое изображение вида упаковки "25-OH Витамин D Калибраторы" (Alinity i 25-OH Vitamin D Calibrators)




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение открытой упаковки "25-OH Витамин D Калибраторы" (Alinity i 25-OH Vitamin D Calibrators)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки и флаконов "25-OH Витамин D Калибраторы" (Alinity i 25-OH Vitamin D Calibrators)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение флаконов "25-OH Витамин D Калибраторы" (Alinity i 25-OH Vitamin D Calibrators)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
5 (пять) листов

Подпись

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки на медицинское изделие

Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения 25-OH витамина D иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "25-OH Витамин D Калибраторы (Alinity i 25-OH Vitamin D Calibrators)"

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ru REF 08P45-01 IVD

Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения 25-ОН витамина D иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

"25-ОН Витамин D Калибраторы (Alinity i 25-OH Vitamin D Calibrators)"

В составе:

- **Калибратор A (Alinity i 25-OH Vitamin D Calibrator A) – 1 x 3,0 мл**
- **Калибратор B (Alinity i 25-OH Vitamin D Calibrator B) – 1 x 3,0 мл**
- **Калибратор C (Alinity i 25-OH Vitamin D Calibrator C) – 1 x 3,0 мл**
- **Калибратор D (Alinity i 25-OH Vitamin D Calibrator D)– 1 x 3,0 мл**
- **Калибратор E (Alinity i 25-OH Vitamin D Calibrator E) – 1 x 3,0 мл**
- **Калибратор F (Alinity i 25-OH Vitamin D Calibrator F) – 1 x 3,0 мл**
- **Инструкция по применению**

Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия) / РУ № ___ ____/_____ от __.__.____ /

Инструкцию по применению на русском языке см: www.abbottdiagnostics.com/IFU

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Abbott

Vit D 25OH
Cals

2-8°C

IVD

CE

PRODUCT OF IRELAND

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

R02

Alinity i 25-OH Vitamin D Calibrators

Alinity i 25-OH Vitamin D Calibrators

Abbott

2099-12-31
12345M100

(01) 00380740121907 (17) 991231
(10) 12345M100 (240) 08P4501 (91) Vit D 25OH

Vit D 25OH Cals

CONC

		ng/mL	nmol/L
CAL A	1 x 3.0 mL	0.0	0.0
CAL B	1 x 3.0 mL	4.0	10.0
CAL C	1 x 3.0 mL	10.0	25.0
CAL D	1 x 3.0 mL	30.0	75.0
CAL E	1 x 3.0 mL	75.0	187.5
CAL F	1 x 3.0 mL	160.0	400.0

CONTAINS AZIDE

www.abbottdiagnostics.com/FU

REF 08P4501

Exp.

LOT

2-8°C

G70112R02

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
3 (три) листов

Подпись

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU