

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности
количественного определения 25-ОН витамина D иммунохемилюминесцентным
методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических
анализаторах Alinity i "25-ОН Витамин D Контрольные материалы (Alinity i 25-
ОН Vitamin D Controls)"**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Vit D 25OH Ctrls



www.abbottdiagnostics.com/IFU

R01



08P4510



Exp.

2018-06-16



75244UI00




G70113R02

(01) 00380740121914 (17) 180616
(10) 75244UI00 (240) 08P4510

Фотографическое изображение открытой упаковки "25-ОН Витамин D Контрольные материалы" (Alinity i 25-OH Vitamin D Controls)





Фотографическое изображение флаконов "25-ОН Витамин D Контрольные материалы" (Alinity i 25-OH Vitamin D Controls)



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

3/нет листов



Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности
количественного определения 25-ОН витамина D иммунохемилюминесцентным
методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических
анализаторах Alinity i "25-ОН Витамин D Контрольные материалы (Alinity i 25-
ОН Vitamin D Controls)"**



REF

08P45-10

IVD



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения 25-ОН витамина D иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

"25-ОН Витамин D Контрольные материалы (Alinity i 25-ОН Vitamin D Controls)"

в составе:

- Низкий контроль (Alinity i 25-ОН Vitamin D Low Control) – 1 x 8,0 мл
- Средний контроль (Alinity i 25-ОН Vitamin D Medium Control) – 1 x 8,0 мл
- Высокий контроль (Alinity i 25-ОН Vitamin D High Control) – 1 x 8,0 мл
- Инструкция по применению

Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия) / РУ № ____ / ____ от ____ / ____

Инструкцию по применению на русском языке см.: www.abbottdiagnostics.com/IFU

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

07013802

LOT 12345M100

EXP 2099-12-31

REF 08P4510

www.abbottdiagnostics.com/IFU

R01

Vit D 25OH Ctrl

Alinity i 25-ОН Vitamin D Controls

Vit D 25OH Ctrl

		CONC	RANGE	CONC	RANGE
		ng/mL	ng/mL	nmol/L	nmol/L
CONTROL L	1 x 8.0 mL	20.0	14.0 - 26.0	50.0	35.0 - 65.0
CONTROL M	1 x 8.0 mL	40.0	28.0 - 52.0	100.0	70.0 - 130.0
CONTROL H	1 x 8.0 mL	75.0	52.5 - 97.5	187.5	131.3 - 243.8



CONTAINS: AZIDE



Vit D 25OH
Ctrl

PRODUCT OF IRELAND



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
2/96 листов

