

Фотографические изображения

Тест-полоски «CoaguChek XS PT Test PST» для самоконтроля протромбинового времени/МНО, в вариантах исполнения

Тест-полоски «CoaguChek XS PT Test PST» для самоконтроля протромбинового времени/МНО, в вариантах исполнения:

Вариант 1:

1. Тест-полоски «CoaguChek XS PT Test PST» для самоконтроля протромбинового времени/МНО, 6 шт. в упаковке.
2. Кодовый чип, 1 шт.
3. Инструкция по применению, 1 шт.

Вариант 2:


1. Тест-полоски «CoaguChek XS PT Test PST» для самоконтроля протромбинового времени/МНО, 24 шт. в упаковке.
2. Кодовый чип, 1 шт.
3. Инструкция по применению, 1 шт.

Вариант 3:

1. Тест-полоски «CoaguChek XS PT Test PST» для самоконтроля протромбинового времени/МНО, 48 шт. в упаковке.
2. Кодовый чип, 1 шт.
3. Инструкция по применению, 1 шт.

Вариант 1:

1. Тест-полоски «CoaguChek XS PT Test PST» для самоконтроля протромбинового времени/МНО, 6 шт. в упаковке.
 2. Кодовый чип, 1 шт.
 3. Инструкция по применению, 1 шт.
- (общий вид)




Тест-полоски «CoaguChek XS PT Test PST» для самоконтроля протромбинового времени/МНО: 6 шт. в упаковке

(в тубе)



Тест-полоски CoaguChek XS PT Test PST для самонабора и контроля качества протромбинового времени/МНО, 6 шт. в упаковке (тест-полоски)





CoaguChek XS PT Test PST

REF	✓	SYSTEM
076716-79	6 Тестов 24 Теста 2x24 Теста	CoaguChek® INRange / CoaguChek® XS
076716-87		
077627-98		

Русский

Назначение

Тест CoaguChek XS PT Test PST является анализом *in vitro* для определения протромбинового времени (ПТВ) с использованием коагулометра CoaguChek INRange / CoaguChek XS. Тест использует свежую капиллярную цельную кровь и предназначен только для самотестирования пациентов.

Принцип метода

Электрохимическое измерение протромбинового времени после активации коагуляции крови с рекомбинантным тканевым фактором человека. Каждая тестовая полоска имеет тестовую область, содержащую протромбиновый реагент. При применении крови, реагент растворяется, и происходит электрохимическая реакция, которая преобразуется в показатель времени свертывания. Показатель свертывания крови отображается на экране измерительного прибора в единицах МНО (Международного нормализованного отношения), секундах или в % по Квику.^{1,2}

Данные инструкции содержат два символа, которые сигнализируют о важной информации.

⚠ Данный символ означает, что результат может быть недостоверным, или что существует вероятность причинения ущерба вашему здоровью.

P



Тест-полоски «CoaguChek XS PT Test PST» для самоконтроля протромбинового времени/МНО, в вариантах исполнения:

Вариант 1:

1. Тест-полоски «CoaguChek XS PT Test PST» для самоконтроля протромбинового времени/МНО, 6 шт. в упаковке.
2. Кодовый чип, 1 шт.
3. Инструкция по применению, 1 шт.

Регистрационное удостоверение
№ _____

Срок годности см. на упаковке (изделие стабильно
максимально 21 мес. с момента производства,
дату изготовления см. в сертификате анализа)
Температура хранения см. на упаковке
Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH»
("Рош Диагностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse
116, D- 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для
диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рош
Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»),
107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495
229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail:
moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 07671679190





CoaguChek®

Вариант 2:

1. Тест-полоски «CoaguChek XS PT Test PST» для самоконтроля протромбинового времени/МНО, 24 шт. в упаковке.
2. Кодовый чип, 1 шт.
3. Инструкция по применению, 1 шт.

(общий вид)



Тест-полоски «CoaguChek XS PT Test PST» для самоконтроля протромбинового времени/МНО, 24 шт. в упаковке.

(в тубе)

Code

192

REF

07671687



2017-07-31

LOT

11911612

GTIN

040156309430



001

Тест-полоски «CoaguChek XS PT Test PST» для самонагрева протромбинового времени/МНО, 24 шт. в упаковке.
(тест-полоска)



Кодовый чип, 1 шт.



CoaguChek XS PT Test PST

REF	✓	SYSTEM
076716-79	6 Тестов 24 Теста 2x24 Теста	CoaguChek® INRange / CoaguChek® XS
076716-87		
077627-98		

Русский

Назначение

Тест CoaguChek XS PT Test PST является анализом *in vitro* для определения протромбинового времени (ПТВ) с использованием коагулометра CoaguChek INRange / CoaguChek XS. Тест использует свежую капиллярную цельную кровь и предназначен только для самотестирования пациентов.

Принцип метода

Электромеханическое измерение протромбинового времени после активации коагуляции крови с рекомбинантным тканевым фактором человека. Каждая тестовая полоска имеет тестовую область, содержащую протромбиновый реагент. При применении крови, реагент растворяется, и происходит электромеханическая реакция, которая преобразуется в показатель времени свертывания. Показатель свертывания крови отображается на экране измерительного прибора в единицах МНО (Международного нормализованного отношения), секундах или в % по Квику.^{1,2}

Данные инструкции содержат два символа, которые сигнализируют о важной информации.

⚠ Данный символ означает, что результат может быть недостоверным, или что существует вероятность причинения ущерба вашему здоровью.

Р

C

F



Тест-полоски «CoaguChek XS PT Test PST» для самоконтроля протромбинового времени/МНО, в вариантах исполнения:

Вариант 2:

1. Тест-полоски «CoaguChek XS PT Test PST» для самоконтроля протромбинового времени/МНО, 24 шт. в упаковке.
2. Кодовый чип, 1 шт.
3. Инструкция по применению, 1 шт.

Регистрационное удостоверение
№ _____

Срок годности см. на упаковке (изделие стабильно
максимально 21 мес. с момента производства,
дату изготовления см. в сертификате анализа)

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH»
("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse
116, D- 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для
диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рош
Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»),
107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495
229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail:

moscow.reception_dia@roche.com


Кат. номер 07671687019



Вариант 3:

1. Тест-полоски «CoaguChek XS PT Test PST» для самоконтроля протромбинового времени/МНО, 48 шт. в упаковке.
2. Кодовый чип, 1 шт.
3. Инструкция по применению, 1 шт.

(общий вид)




Тест-полоски «CoaguChek XS PT Test PST» для самоконтроля протромбинового времени/МНО, 48 шт. в упаковке.

(в тубе)



(TET-10108A)



Кодовый чип, 1 шт.



CoaguChek XS PT Test PST

REF	✓	SYSTEM
076716-79	6 Тестов	CoaguChek® INRange / CoaguChek® XS
076716-87	24 Теста	
077627-98	2x24 Теста	

Русский

Назначение

Тест CoaguChek XS PT Test PST является анализом *in vitro* для определения протромбинового времени (ПТВ) с использованием коагулометра CoaguChek INRange / CoaguChek XS. Тест использует свежую капиллярную цельную кровь и предназначен только для самотестирования пациентов.

Принцип метода

Электромеханическое измерение протромбинового времени после активации коагуляции крови с рекомбинантным тканевым фактором человека. Каждая тестовая полоска имеет тестовую область, содержащую протромбиновый реагент. При применении крови, реагент растворяется, и происходит электромеханическая реакция, которая преобразуется в показатель времени свертывания. Показатель свертывания крови отображается на экране измерительного прибора в единицах МНО (Международного нормализованного отношения), секундах или в % по Квику.^{1,2}

Данные инструкции содержат два символа, которые сигнализируют о важной информации.

⚠ Данный символ означает, что результат может быть недостоверным, или что существует вероятность причинения ущерба вашему здоровью.



Тест-полоски «CoaguChek XS PT Test PST» для самоконтроля протромбинового времени/МНО, в вариантах исполнения:

Вариант 3:

1. Тест-полоски «CoaguChek XS PT Test PST» для самоконтроля протромбинового времени/МНО, 48 шт. в упаковке.
2. Кодовый чип, 1 шт.
3. Инструкция по применению, 1 шт.

Регистрационное удостоверение
№ _____

Срок годности см. на упаковке (изделие стабильно
максимально 21 мес. с момента производства,
дату изготовления см. в сертификате анализа)

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH»
("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse
116, D- 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для
диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рош
Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»),
107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495
229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail:
moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 07762798003



ЛУЧИНА И. А.
Руководитель отдела Логистики
и качества по доверенности от:

04 Июл 2017

