

Инструкция по эксплуатации установки - УО1.434812.003
ИЭ.

Перечень используемого для проведения испытаний оборудования: перечень оборудования приведен в приложении А ТУ 9451-001-46601874-2003.

Результаты испытаний и проверок:

1 Образцы соответствуют требованиям документации УО1.434812.002.

2 Комплектность, маркировка и упаковка соответствует требованиям п.п 1.2, 1.3, 1.4 технических условий ТУ 9451-001-46601874-2003.

3 Рабочая частота каждой установки равна 2450 ± 50 МГц и удостоверяется сертификатом на генератор, работающий на фиксированной частоте.

4 Номинальная мощность СВЧ-излучения в рабочей камере каждой установки составляет не менее 1450 Вт.

5 Регулировка уровня излучаемой мощности в каждой установке имеет 4 ступени и соответствует требованию п. 1.1.4 ТУ 9451-001-46601874-2003.

6 Коэффициент равномерности нагрева в рабочей камере каждой установки, определяемый по изменению цвета фарматестов, закладываемых в разных частях эксплуатационных баков с отходами, соответствует требованию п.1.1.5 ТУ – все фарматесты изменили свою окраску.

7 Габаритные размеры установок с точностью до ± 1 мм составляют:

ширина - 1130;

глубина - 455;

высота - 650.

8 Масса установок без упаковки не более 60 кг.

9 Напряжение питания установок 220 ± 22 В.

10 Потребляемая от сети переменного тока мощность установок не превышает 2500 ВА.

11 Система блокировки и усилия открывания дверей соответствуют требованиям пп. 1.1.14 и 1.1.15.

12 Монтаж электрической части соответствует требованиям РДТ 25.106.

13 По электробезопасности установки соответствуют требованиям п.2.1 ТУ 9451-001-46601874-2003.

14 Электромагнитная совместимость установок соответствует требованиям п. 2.3 ТУ 9451-001-46601874-2003.

15 Уровень электромагнитных полей на рабочем месте для каждой установки не превышает 10 мкВт/см^2 .

16 Температура наружных поверхностей, доступных для прикосновения в работающих установках, не превышает плюс 55°C .

17 Представленные на испытания установки устойчивы к дезинфекции в соответствии с требованиями п.1.1.17 ТУ 9451-001-46601874-2003.

18 Лакокрасочные покрытия предъявленных на испытания установок соответствуют требованиям п. 1.1.18 ТУ 9451-001-46601874-2003.

19 Уровень радиопомех работающей установки соответствует нормам ГОСТ Р 51318.11-2006.

20 Изменение внешнего вида обработанных отходов исключает возможность их повторного применения.

Замечания и рекомендации (при их наличии): замечаний нет.

Выводы по результатам испытаний:

Изделия: установки УОМО-01/150-«О-ЦНТ»


Заводской номер (номера): № 110107 № 110109

Обозначение по чертежу: УОМО-01/150-«О-ЦНТ» ТУ 9451-001-46601874-2003

требованиям технических условий ТУ 9451-001-46601874-2003 по пп.1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.16, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 1.1.17, 1.1.18, 2.2 и требованию изменения внешнего вида обработанных отходов

СООТВЕТСТВУЮТ.


Испытания проводили:

Председатель комиссии:  /Чабань Ю.А./

Члены комиссии:  /Майданский С.Я./

 /Полевая Е.В./

Проверил контролер ОТК:  /Кожухов А.В./



9 лист

