

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биосенсор АН»



Гвоздев А.Р.


07 мая 2018 г.


М.П.


Фотографические изображения

медицинского изделия

Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения глюкозы в моче УРИГЛЮК-1







Сиренко 4 листа
Дир. ООО "Биосенсор"

Чодев А.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биосенсор АН»



Гвоздев А.Р.

«07» января 2018 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

Полоски индикаторные для качественного
и полуколичественного определения глюкозы в моче

УРИГЛЮК-1

только для диагностики ин витро



ТУ 21.20.23-001-45677786-2018

РУ № _____ от _____ г.

УРИГЛЮК-1

**Полоски индикаторные для качественного
и полуколичественного определения глюкозы
в моче УРИГЛЮК-1**

Состав:

- полоски индикаторные – _____
- этикетка с цветовой шкалой – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.;



Количество полосок: _____



Сделано: 01.2018



Годен до: 01.2020



Серия: 0118



ООО «Биосенсор АН»

Россия, г. Черноголовка, 1-й проезд, д.4

Моча



+2+30°C



IVD

Цветовая шкала со значениями

УРИГЛЮК-1

Цветовая шкала со значениями

IVD

Количество полосок: 1

Сделано: 01.2018

Годен до: 01.2020

Серия: 0118



ООО «Биосенсор АН»

Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д.4



+2+30°C



РУ № _____ от _____ г. ТУ 21.20.23-001-45677786-2018

Судебная экспертиза
Одн. 000,5400000000000000
Удод А.А.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биосенсор АН»



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

Полоски индикаторные для качественного
и полуколичественного определения глюкозы в моче

УРИГЛЮК-1

только для диагностики ин витро



ТУ 21.20.23-001-45677786-2018
РУ № _____ от _____ г.

IVD

**Полоски индикаторные для качественного и
полуколичественного определения глюкозы в моче
УРИГЛЮК-1**

Состав:



Количество полосок: _____



Сделано: 01.2018



Годен до: 01.2020



Серия: 0118



ООО «Биосенсор АН»
Россия, г. Черноголовка, 1-й проезд, д.4

Моча



При необходимости краткая инструкция по применению.

- 1 - Достать полоску, пенал немедленно закрыть крышкой.
- 2 - Край полоски с сенсорной зоной полностью погрузить в мочу. Через 1-2 секунды извлечь полоску и удалить избыток жидкости на зоне осторожным прикосновением ребра полоски к чистой фильтровальной бумаге (салфетке, бумажному полотенцу или туалетной бумаге) на 2 - 3 сек.
- 3 - Через 1 минуту с момента погружения края полоски с сенсорной зоной в мочу сравнить окраску зоны с цветовой шкалой на этикетке пенала.

Цветовая шкала со значениями

Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения глюкозы в моче УРИГЛЮК-1

При необходимости краткая инструкция по применению



- 1 - Достать полоску
- 2 - Край полоски с сенсорной зоной полностью погрузить в мочу. Через 1-2 секунды извлечь полоску и удалить избыток жидкости на зоне осторожным прикосновением ребра полоски к чистой фильтровальной бумаге (салфетке, бумажному полотенцу или туалетной бумаге) на 2 - 3 сек.
- 3 - Через 1 минуту с момента погружения края полоски с сенсорной зоной в мочу сравнить окраску зоны с цветовой шкалой на этикетке пенала.

Цветовая шкала со значениями

IVD

Количество полосок: 1 шт.

[Сделано: 01.2018


Годеи до: 01.2020

Серия: 0118] может непосредственно наноситься на пакет на обратной стороне упаковки




ООО «Биосенсор АН»

Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д.4



+30°C



РУ № _____ от _____ г. ТУ 21.20.23-001-45677786-2018

Состав: полоски, цвет. шкала, инструкция

Сиренко Е.М.
Сер. 000,500000000000000000
Уезд



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биосенсор АН»



Гвоздев А.Р.

17 августа 2018 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения глюкозы в моче УРИГЛЮК-1



Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

«Уриглюк-1»
полосок индикаторных для качественного
определения глюкозы в моче «Уриглюк-1»

полоски для качественного и полуколичественного
определения глюкозы в моче «Уриглюк-1»

УРИГЛЮК
полоски индикаторные для качественного
и полуколичественного определения глюкозы в моче

1 шт.

1. Достать полоску, пенал немедленно закрыть крышкой.
2. Край полоски с сенсорной зоной полностью погрузить
в мочу. Через 2-3 секунды извлечь полоску и удалить избыток
жидкости на зоне остроконечным поворачиванием ребра полоски
к чистой фильтровальной бумаге (салфетке, бумажному
попону или туалетной бумаге) на 2-3 сек.
3. Через 1 минуту с момента погружения края полоски с
сенсорной зоной в мочу сравнить окраску зоны с цветовой
шкалой на этикетке пенала

Только для диагностики in vitro

0.0	0.05	0.1	0.25	0.5	1.0	≥ 2.0	Глюкоза ммоль/л
-----	------	-----	------	-----	-----	-------	--------------------






ООО «Биосенсор АН»
 Р.Ф. г. Черноголовка
 1-й проезд д. 4
 Хранить в сухом месте
 при температуре от +2...+30 °С
 ТУ 21 20 23-001-45677786-2016
 Р.У.
 Состав: полоски, цвет. шкала, инструкция

8110 члрзс 0202/10:06 Нз

Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев



ЮК

ные для качественного
ного определения глюкозы в моче

1 шт.



пенал немедленно закрыть крышкой.
сенсорной зоной полностью погрузить
3 секунды извлечь полоску и удалить избыток
осторожным прикосновением ребра полоски
травальной бумаге (салфетке, бумажному
туалетной бумаге) на 2 - 3 сек.
ту с момента погружения края полоски с
и в мочу сравнить окраску зоны с цветовой
жетке пенала.

Только для диагностики ин витро


ООО «Биосенсор АН»
РФ, г. Черноголовка
1-й проезд, д. 4



Хранить в сухом месте
при температуре от +2...+30°C
ТУ 21 20 23-001-45677786-2018
РФ

Состав: полоски, цвет. шкала, инструкция


Глюкоза					
					ммоль/л
5,6	14,0	28,0	56,0	≥ 112,0	
0,1	0,25	0,5	1,0	≥ 2,0	%



А.Р. Гвоздев



директор ООО «Биосенсор АН»



Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев



Сиренко С. И.
Одп. зам. Бюсенса АН

Ворова А. Р.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биосенсор АН»



Гвоздев А.Р.

«07» января 2018 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

Полоски индикаторные для качественного
и полуколичественного определения глюкозы в моче
УРИГЛЮК-1

только для диагностики ин витро



ТУ 21.20.23-001-45677786-2018
РУ № _____ от _____ г.

IVD

**Полоски индикаторные для качественного и
полуколичественного определения глюкозы в моче**
УРИГЛЮК-1

Состав:



Количество полосок: _____



Сделано: 01.2018



Годен до: 01.2020




Серия: 0118



ООО «Биосенсор АН»
Россия, г. Черноголовка, 1-й проезд, д.4

Моча



При необходимости краткая инструкция по применению.

1. - Достать полоску, пенал немедленно закрыть крышкой.
2. - Край полоски с сенсорной зоной полностью погрузить в мочу. Через 1-2 секунды извлечь полоску и удалить избыток жидкости на зоне осторожным прикосновением ребра полоски к чистой фильтровальной бумаге (салфетке, бумажному полотенцу или туалетной бумаге) на 2 - 3 сек.
3. - Через 1 минуту с момента погружения края полоски с сенсорной зоной в мочу сравнить окраску зоны с цветовой шкалой на этикетке пенала.

Цветовая шкала со значениями

Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения глюкозы в моче УРИГЛЮК-1

При необходимости краткая инструкция по применению



- 1 - Достать полоску
- 2 - Край полоски с сенсорной зоной полностью погрузить в мочу. Через 1-2 секунды извлечь полоску и удалить избыток жидкости на зоне осторожным прикосновением ребра полоски к чистой фильтровальной бумаге (салфетке, бумажному полотенцу или туалетной бумаге) на 2 - 3 сек.
- 3 - Через 1 минуту с момента погружения края полоски с сенсорной зоной в мочу сравнить окраску зоны с цветовой шкалой на этикетке пенала.

Цветовая шкала со значениями

IVD

Количество полосок: 1 шт.

[Сделано: 01.2018

Годен до: 01.2020

Серия: 0118] может непосредственно наноситься на пакет на обратной стороне упаковки



ООО «Биосенсор АН»

Россия, 142432, г. Черноголовка, 1-й проезд, д.4



+2 +30°C



РУ № _____ от _____ г. ТУ 21.20.23-001-45677786-2018

Состав: полоски, цвет. шкала, инструкция

сиренно 3 акта
000 000, Бюджет ДН
Водов

