


ОКП 25 1465

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Пауль Хартманн»

01.02.2010

Калабин Ю.В.



Руководство по эксплуатации.

Перчатки медицинские диагностические, производства "Paul Hartmann AG" Германия

Перчатки медицинские диагностические, стерильные и нестерильные, одноразовые, из латекса и синтетических материалов, неопудренные.

Использование: Обработать руки надлежащим образом, аккуратно вскрыть упаковку перчаток, надеть на руку. Перчатки необходимо правильно подбирать согласно размерному ряду и маркировке на упаковке. После использования утилизировать согласно положению по утилизации медицинских отходов.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, месте, при температуре от 0°C до +25°C.

Транспортировка:

Особый способ транспортировки не предусмотрен.

Утилизация:

Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.