



Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения
свободного Т4 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Т4 Свободный
Калибраторы (Alinity i Free T4 Calibrators)»
(размером не менее 18 x 24 сантиметра)**

Alinity i Free T₄ Calibrators



CONTAINS: AZIDE



CONC

ng/dL pmol/L


CAL A	1 x	3.0 mL	0.0	0.0
CAL B	1 x	3.0 mL	0.5	6.4
CAL C	1 x	3.0 mL	1.0	12.9
CAL D	1 x	3.0 mL	2.0	25.7
CAL E	1 x	3.0 mL	3.5	45.0
CAL F	1 x	3.0 mL	6.0	77.2



REF

www.abbottdiagnostics.com/IFU

07P7001



LOT


2019-02-11

80078UI00

R02




G70019R02




(01) 00380740121792 (17) 190211
(10) 80078UI00 (240) 07P7001 (91) Free T₄


Фотографическое изображение открытой упаковки «Т4 Свободный Калибраторы (Alinity i Free T4 Calibrators)».



Фотографическое изображение упаковки и флаконов «Т4 Свободный Калибраторы (Alinity i Free T4 Calibrators)».



Фотографическое изображение флаконов «Т4 Свободный Калибраторы (Alinity i Free T4 Calibrators)».



Пронумеровано, прошито
скреплено печатью на _____
5 _____



Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения
свободного Т4 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме
крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Т4 Свободный
Калибраторы (Alinity i Free T4 Calibrators)»**



07P70-01



Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения свободного Т4 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«Т4 Свободный Калибраторы (Alinity i Free T4 Calibrators)»

в составе:

- Калибратор А (Alinity i Free T4 CAL A) -1 флакон х 3,0 мл
- Калибратор В (Alinity i Free T4 CAL B) -1 флакон х 3,0 мл
- Калибратор С (Alinity i Free T4 CAL C) -1 флакон х 3,0 мл
- Калибратор D (Alinity i Free T4 CAL D) -1 флакон х 3,0 мл
- Калибратор Е (Alinity i Free T4 CAL E) -1 флакон х 3,0 мл
- Калибратор F (Alinity i Free T4 CAL F) -1 флакон х 3,0 мл
- Инструкция по применению

Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия) / РУ № ____ / ____ от ____ / Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют / Инструкцию по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU /

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

07P70-TF-01_Eng_POTe.indd 1
 09.08.2016 15:54:36


07P70-TF-01_Eng_POTe.indd 1

Free T₄ Cals



PRODUCT OF IRELAND

Abbott Ireland
 Diagnostic Division
 10000 Lakeside Drive
 Dublin 18, Ireland
 Tel: +353 (0)1 494 4000



Alinity i Free T₄ Calibrators

Alinity i Free T₄ Calibrators



CONC

ng/dL pmol/L

CAL A	1 x	3.0 mL	0.0	0.0
CAL B	1 x	3.0 mL	0.5	6.4
CAL C	1 x	3.0 mL	1.0	12.9
CAL D	1 x	3.0 mL	2.0	25.7
CAL E	1 x	3.0 mL	3.5	45.0
CAL F	1 x	3.0 mL	6.0	77.2



www.abbottdiagnostics.com/IFU



07P7001



Exp.



LOT

G70019R02



Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия




IVD

Alinity i
 Free T₄

CAL A

07P70A
 3.0 mL
 0.0 ng/dL
 G70028R01



SN

CONTAINS: AZIDE

CN

ABBOTT




Exp.



IVD

Alinity i
Free T₄

CAL | B

07P70B
3.0 mL
0.5 ng/dL
G70029R01

SN

CONTAINS: AZIDE

CN

ABBOTT




Exp.



IVD

Alinity i
Free T₄

CAL | C

07P70C
3.0 mL
1.0 ng/dL
G70030R01

SN

CONTAINS: AZIDE

CN

ABBOTT



Exp.



IVD

Alinity i
Free T₄

CAL | D

07P70D
3.0 mL
2.0 ng/dL
G70031R01

SN

CONTAINS: AZIDE

CN

ABBOTT



Exp.



CONTAINS: AZIDE

ABBOTT




Alinity i
Free T₄
CAL | E

SN

CN

07P70E
3.0 mL
3.5 ng/dL
G70032R01



CONTAINS: AZIDE

ABBOTT



Alinity i
Free T₄
CAL | F

SN

CN

07P70F
3.0 mL
6.0 ng/dL
G70033R01

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования.
ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Пронумеровано, проши
скреплено печатью на

