

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО НТО «ИРЭ – Поллюс»

А.Б. Ушаков

2019 г.




## ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

**Аппарат лазерный хирургический повышенной мощности  
«MedLase» по ТУ 32.50.50-053-18003536-2017, варианты исполнения**




**Маркировка изделия «Педадь включения излучения»**



## ЛАЗЕР

Лазер1 1,94 мкм до 150 Вт

Лазер2 0,45 мкм до 5 мВт



ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРА  
ИЗБЕГАЙТЕ ОБЛУЧЕНИЯ ГЛАЗ И КОЖИ  
ПРЯМЫМ И РАССЕЯННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ  
ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА IV

**Маркировка лазера, предупреждающая маркировка**

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью  
ООО НТО «ИРЭ Полнос»  
2 лист  
Печать, подпись

