

Инструкция по применению медицинского изделия

Катетеры баллонные и проводники ангиографические

Назначение медицинского изделия

Катетеры баллонные дилатационные и проводниковые, предназначены для применения в ангиографической хирургии, кардиоангиологии и кардиохирургии для проведения процедуры лечебной ангиографии, АКШ и др. с целью улучшения перфузии.

Предупреждение при использовании

Внимание: перед использованием прочтите все предупреждения и инструкции перед применением. Неправильное применение может повлечь за собой травму пациента или его смерть.

Изделие предназначено для однократного применения. Не использовать повторно. Не заменять, не переустанавливать и не использовать другие элементы изделия.

Показания для применения:

Катетеры баллонные могут применяться в ЛПУ для проведения процедуры лечебной ангиографии с целью улучшения перфузии и другими лечебно-диагностическими целями.

Упаковка:

упаковываются в стерильную упаковку (бумага, полиэтилен)

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Стерилизация:

Стерилизация этилен оксидом.

Срок годности:

5 лет.

Внимание: Для снижения уровня риска заражения СПИДом или другими инфекционными заболеваниями медицинский персонал должен соблюдать все меры предосторожности при работе с кровью или продуктами крови со всеми пациентами.