

**Светильники медицинские бестеневые Дентал
по ТУ 32.50.50-001-88466159-2016
в вариантах исполнения**

Фотографические изображения





Рис.1 – Общий вид



**Светильник медицинский бестеневой Дентал
по ТУ 32.50.50-001-88466159-2016
вариант исполнения Дентал 6х54 регулируемый**

Изготовитель: ООО "МГК "Световые Технологии"

Адрес завода-изготовителя: РФ, 390010, г. Рязань, ул. Магистральная, 11а

Напряжение: ~ 220 В

Частота питающего напряжения: 50 Гц

Потребляемая мощность: 230 Вт

IP 40, Класс защиты I

Индекс цветопередачи: 90 CRI

Номер партии 001

Номер и дата регистрационного удостоверения: _____

Дата выпуска 20.10.2016



Рис.2 – Маркировка светильника медицинского бестеневого Дентал по ТУ 32.50.50-001-88466159-2016 вариант исполнения Дентал 6х54 регулируемый



Рис. 3 – Пульт дистанционного управления

Пульт управления
светильника медицинского бестеневого Дентал
по ТУ 32.50.50-001-88466159-2016
вариант исполнения Дентал бх54 регулируемый
Изготовитель ООО МГК «Световые Технологии»
Адрес завода-изготовителя: Россия, 390010, г. Рязань,
ул. Магистральная, 11а
Номер и дата регистрационного
удостоверения _____
Источник питания: Батарея CR2032 3В
Дата выпуска: 20.10.2016

KY140472
C150709 3382

Рис.4 – Маркировка пульта дистанционного управления



Рис.5 – Набор для монтажа

Всего в настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 6 листов.

Директор
Риашово-механического
департамента
ООО «Цирми», Сетьевое Техническое
С. А. Иванов

