

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Приборы и оборудование
для научных исследований»

С.В. Харченко

“21” марта 2023 г.



Маркировка


Флюорографа цифрового малодозового «ФЦМ Альфа»

--


ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «ФЦМ-АЛЬФА 2К»



Флюорограф цифровой малодозовый «ФЦМ Альфа 2К»



Рентгеновский излучатель




Диафрагма

ТУКЕ 943162.001

SN	серийный номер №	22431
	дата изготовления	03.2022 г.

Сеть: 12 В, 5А Частота - 50Гц Масса 4,5кг
Потребляемая мощность (max) - 0,05 кВА
Собственный фильтр 1,5 мм Al

Диафрагма



Рентгеновское питающее устройство



**Камера
рентгенографическая
цифровая**

Модель КРЦ 2К

SN	серийный номер №	676
	дата изготовления	03.2022 г.

Класс 1  **Тип В** **IP 20**
Сеть: 12 В, 1А
Потребляемая мощность (max) - 10 Вт


Камера рентгенографическая цифровая



Штативная часть: Рентгенозащитная кабина

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «ФЦМ АЛЬФА 4К»

	Флюорограф цифровой малодозовый		
ТУ 9442-022-17459079-2009 ПУ № ФСР 2009/05372			
Модель "ФЦМ-Альфа 4К"			
SN	серийный номер №	СШ22434	
	дата изготовления	03.2022 г.	
Класс 1	 Тип В	IP 20	
Сеть ~ 380В 3Ф		Частота - 50Гц	
Потребляемая мощность (max) - 35 кВа			
	Произведено в России Московская обл., г. Мытищи, ул. Щорса, 19		
www.poni.ru		zakaz@poni.ru	



Излучатель рентгеновский

Диафрагма

Модель R302F/A

SN	серийный номер №	20422
	дата изготовления	03.2022 г.

Сеть: 24 В, 1А Частота - 50Гц Масса 4,5кг
Потребляемая мощность (max) - 0,03 кВА
Собственный фильтр 1,2 мм Al

Диафрагма



Рентгеновское питающее устройство



**Камера
рентгенографическая
цифровая**

Модель КРЦ 4К

SN	серийный номер №	703
	дата изготовления	03.2022 г.

Класс 1 **тип В** **IP 20**
Сеть: 220 В, 2.5А Частота - 50Гц
Потребляемая мощность (max) - 0,5 кВт

Камера цифровая



Штатив
ТУКЕ 305127.002



SN серийный номер № **438**

 **дата изготовления** **03.2022 г.**

Сеть ~ 380 В Частота - 50 Гц
Потребляемая мощность - 7,2 кВА
Масса 320 кг



Произведено в России
Московская обл., г. Мытищи, ул. Щорса, 19
www.poni.ru zakaz@poni.ru

Штативная часть: Штатив

Прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью 13 листов.



Ген. Директор
АО «ПЮНИ»

Харченков С.В.




УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Приборы и оборудование
для научных исследований»

С.В. Харченков


«05»09.2022 г.

Фотографические изображения
**Флюорографа цифрового малодозового
«ФЦМ-Альфа»**



ФЛЮОРОГРАФ ЦИФРОВОЙ МАЛОДОЗОВЫЙ «ФЦМ- Альфа»

Исполнение «ФЦМ- Альфа 2К», кабина




ФЛЮОРОГРАФ ЦИФРОВОЙ МАЛОДОЗОВЫЙ «ФЦМ- Альфа»
Исполнение «ФЦМ- Альфа 2К», штатив



ФЛЮОРОГРАФ ЦИФРОВОЙ МАЛОДОЗОВЫЙ «ФЦМ- Альфа»

Исполнение «ФЦМ- Альфа 4К»,


Кабина, УФИ 4К



ФЛЮОРОГРАФ ЦИФРОВОЙ МАЛОДОЗОВЫЙ «ФЦМ- Альфа»

Исполнение «ФЦМ- Альфа 4К».


Кабина, УФИ 4КП



ФЛЮОРОГРАФ ЦИФРОВОЙ МАЛОДОЗОВЫЙ «ФЦМ- Альфа»

Исполнение «ФЦМ- Альфа 4К»,


Штатив, УФИ 4К



ФЛЮОРОГРАФ ЦИФРОВОЙ МАЛОДОЗОВЫЙ «ФЦМ- Альфа»

Исполнение «ФЦМ- Альфа 4К».


Штатив, УФИ 4КП



ФЛЮОРОГРАФ ЦИФРОВОЙ МАЛОДОЗОВЫЙ «ФЦМ- Альфа»

Исполнение «ФЦМ- Альфа 4КР»,

Кабина



ФЛЮОРОГРАФ ЦИФРОВОЙ МАЛОДОЗОВЫЙ «ФЦМ- Альфа»

Исполнение «ФЦМ- Альфа 4КР»,

Штатив

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 9 листов.

Ген. Директор
АО «ПОНИ»

Харченко С.В.

