


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«БОРЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ С АЛМАЗНЫМИ ГОЛОВКАМИ
«СТИМУЛЬ» ПО ТУ 32.50.11-013-65512780-2018»,
ПРОИЗВОДСТВА ООО «Стимул+», РОССИЯ



– тип 1 – диаметр $2,35_{-0,016}^{+0,016}$ мм цилиндрический с канавкой и плоской лыской (для закрепления в угловых наконечниках)



- тип 2 – диаметр $2,35_{-0,016}$ мм цилиндрический с коническим или сферическим торцем
(для закрепления в прямых наконечниках)



– тип 3 – диаметр $1,6_{-0,01}^{+0,01}$ мм цилиндрический с коническим или сферическим торцом
(для закрепления в турбинных наконечниках)

**БОРЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ С
АЛМАЗНЫМИ ГОЛОВКАМИ «СТИМУЛ»**

по ТУ 32.50.11-013-65512780-2018

Рег. уд. № _____

ООО «Стимул+»

420088, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Журналистов, д. 54, оф. 403
тел. +7(843) 561-15-46

e-mail: stimul_116@mail.ru

Материал раб. части – Алмазный
шлифпорошок АС32

Тип хвостовика _____

Номер формы _____

Номинальный диаметр _____

Размер алмазного зерна _____

Партия № _____

Код ISO _____

Год выпуска _____

Количество _____ ШТ.

штамп ОТК

Потребительская упаковка с маркировкой

В данном документе
прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

5 листа(ов)

Директор ООО «Стимул+»



С.В. Скопков