


ПАСПОРТ № 1
Калибратор КК/КК-МВ-Ново
Калибратор общей креатинкиназы и МВ-фракции креатинкиназы

Номер серии 010318
Дата изготовления 2019-07
Дата выдачи паспорта 2019-09-26
Срок годности набора до 2020-03

ИНСТРУКЦИЯ

по применению калибратора общей креатинкиназы и МВ-фракции креатинкиназы (Калибратор КК/КК-МВ-Ново)

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Калибратор общей креатинкиназы и МВ-фракции креатинкиназы (Калибратор КК/КК-МВ-Ново) предназначен для определения активности (КК) и МВ-фракции (МВ) в сыворотке, плазме, мочевине, моче, синовиальной жидкости, ликворе, тканях, референтных материалах.

3.2. Калибратор предназначен для применения в клинической лаборатории для определения активности креатинкиназы (КК) и МВ-фракции креатинкиназы (МВ) в сыворотке, плазме, мочевине, моче, синовиальной жидкости, ликворе, тканях, референтных материалах.

3.3. Калибратор используется для определения активности креатинкиназы (КК) и МВ-фракции креатинкиназы (МВ) в сыворотке, плазме, мочевине, моче, синовиальной жидкости, ликворе, тканях, референтных материалах.

3.4. При использовании калибратора необходимо соблюдать следующие правила:



ВЕКТОР

БЕСТ

REF

В-XXXX

калибратор
общей креатинкиназы
и МВ-фракции креатинкиназы

Калибратор КК/КК-МВ-Ново

1 флакон

ТУ 21.20.23-037-23548172-2018
РУ №





REF

B-XXXX

LOT


010318




2018-03

2020-03


Калибратор КК/КК-МВ-Ново





XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Для профессионального применения
Калибратор инаktivирован
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют










Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
6 листов

2019 г.







REF

B-XXXX

LOT

020418



2018-04


2020-04


Калибратор КК/КК-МВ-Ново




XXXXXXXXXXXXXXXXXX

*Для профессионального применения
Калибратор инаktivирован
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют*











Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
6 листов



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
 М.Д. Хусаинов
«21» мая 2019 г.


Образцы маркировки на Калибратор общей креатинкиназы и МВ-фракции креатинкиназы
(Калибратор КК/КК-МВ-Ново)

1. Образец этикетки на флакон «Калибратор КК/КК-МВ-Ново»

«Калибратор КК/КК-МВ-Ново»	
----------------------------	---

2. Образцы этикеток на коробке «Калибратор КК/КК-МВ-Ново»

2.1. Верхняя этикетка.

«Калибратор КК/КК-МВ-Ново»	
----------------------------	--

2.2. Боковая этикетка.


«Калибратор КК/КК-МВ-Ново»	REF B-XXXX LOT XXXXXXX  XXXX-XX  XXXX-XX Калибратор КК/КК-МВ-Ново    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Для профессионального применения Калибратор инактивирован Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
----------------------------	--

Примечание. Непосредственно на коробку типографским способом наносятся следующие надписи:

1. АО «Вектор-Бест»
2. Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211, тел/факс.: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев
«20» март 2019 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.

Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»



Сидяков Масяго А.В.
Масяго 2019 г.