

ВЕКТОР
БЕСТ

Набор реагентов для выявления
ДНК *Bordetella* species
с дифференциацией видов
Bordetella pertussis и *Bordetella
bronchiseptica*
методом полимеразной
цепной реакции
в режиме реального времени

РеалБест ДНК *Bordetella* species/*Bordetella
pertussis*/*Bordetella bronchiseptica* (комплект 1)

ОР

ЕСТ

D-XXXX

РеалБест ДНК *Bordetella* species/
Bordetella pertussis/*Bordetella
bronchiseptica* (комплект 1)

СОСТАВ:
1. Препаративный раствор 1 шт.
2. Препаративный раствор 1 шт.
3. Препаративный раствор 1 шт.

ТУ 21.20.23-039-23548172-2019

РеалБест ДНК *Bordetella* species/
Bordetella pertussis/
Bordetella bronchiseptica
ГРС
готовая реакционная
смесь для ПЦР
(48 проб/банка)
ЛОТ 2
2019-06

ПАСПОРТ № 3315-19

Комплект ДНК *Bordetella* species/*Bordetella pertussis*/*Bordetella
bronchiseptica* (комплект 1)

Назначение: для выявления ДНК *Bordetella* species с дифференциацией видов *Bordetella
pertussis* и *Bordetella bronchiseptica* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.

ТУ 21.20.23-039-23548172-2019

Условия хранения: 2-8 °С. Транспортировать при температуре до 25 °С не более 10 суток.

Характеристика и описание	Единица измерения	Значение
Масса реакционной смеси для ПЦР (ГРС), серия 2	г	100
Чувствительность выявления ДНК <i>Bordetella</i> species СРП 05-2-782, %	%	100
Чувствительность выявления ДНК <i>Bordetella pertussis</i> СРП 05-2-782, %	%	100
Чувствительность выявления ДНК <i>Bordetella bronchiseptica</i> СРП 05-2-782, %	%	100
Специфичность выявления ДНК <i>Bordetella</i> species СРП 05-2-561, %	%	100
Специфичность выявления ДНК <i>Bordetella pertussis</i> СРП 05-2-561, %	%	100
Специфичность выявления ДНК <i>Bordetella bronchiseptica</i> СРП 05-2-561, %	%	100

В комплект поставки входит: набор реагентов, инструкция по применению.
Заключение: Показатели качества, комплектность, упаковка и маркировка соответствуют
ТУ 21.20.23-039-23548172-2019

Начальник ОБТК

В.В. ШАПРОВ

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ВЕКТОР
БЕСТ

Набор реагентов для выявления
ДНК *Bordetella species*
с дифференциацией видов
Bordetella pertussis и *Bordetella
bronchiseptica*
методом полимеразной
цепной реакции
в режиме реального времени

RealBect ДНК *Bordetella species/Bordetella
pertussis/Bordetella bronchiseptica* (комплект 2)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

D-XXXX

набор реагентов для выявления ДНК
ДНК-пробы с дифференциацией
видов *Bordetella pertussis* и *Bordetella
bronchiseptica* методом полимеразной цепной
реакции в режиме реального времени

РеалБест ДНК *Bordetella species/
Bordetella pertussis/Bordetella
bronchiseptica* (комплект 2)

СОСТАВ:
1. Полимеразный составный образец 1 шт. 1 мл
2. Реакционная смесь для ПЦР 1 шт. 1 мл
3. Раствор для восстановления 1 шт. 1 мл

ТУ 21.20.23-039-23548172-2018
РФ

АО «Вектор-Бест»
РеалБест ДНК *Bordetella species/
Bordetella pertussis/Bordetella bronchiseptica* (комплект 2)
**РС реакционная
смесь для ПЦР**
LOT 2 2019-06 5 пробирок

ПАСПОРТ № 3373-18
RealBect ДНК *Bordetella species/Bordetella pertussis/Bordetella
bronchiseptica* (комплект 2)
Набор реагентов для выявления ДНК *Bordetella species* с дифференциацией видов *Bordetella
pertussis* и *Bordetella bronchiseptica* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального
времени
ТУ 21.20.23-039-23548172-2018

Вскрыть при температуре 12-15°C. Хранить при температуре 12-15°C. Срок годности набора реагентов 18 месяцев.
Хранить при температуре 12-15°C. Срок годности набора реагентов 18 месяцев.

Реакционная смесь для ПЦР (РС), серия 2
Аморфная масса белого цвета, 5 пробирок,
каждая на 10 определений

Раствор для восстановления (РВ), серия 2
Бесцветная жидкость, 1 флакон, 2,0 мл

Технические характеристики	100	100
Чувствительность выявления ДНК <i>Bordetella species</i> ССП 05-2-782, %	100	100 (соответствует)
Чувствительность выявления ДНК <i>Bordetella pertussis</i> ССП 05-2-782, %	100	100 (соответствует)
Чувствительность выявления ДНК <i>Bordetella bronchiseptica</i> ССП 05-2-782, %	100	100 (соответствует)
Специфичность выявления ДНК <i>Bordetella species</i> ССП 05-2-561, %	100	100 (соответствует)
Специфичность выявления ДНК <i>Bordetella pertussis</i> ССП 05-2-561, %	100	100 (соответствует)
Специфичность выявления ДНК <i>Bordetella bronchiseptica</i> ССП 05-2-561, %	100	100 (соответствует)

В комплект поставки входит: набор реагентов, инструкция по применению

Заключение: Показатели качества, комплектность, упаковка и маркировка соответствуют
ТУ 21.20.23-039-23548172-2018

Начальник ОБТК

В.В. ШАПРОВ