

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального бюджетного учреждения науки
«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

В.И.Покровский

2013 г.

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

111123, Москва, ул. Никитинская, 30 • тел.: (495) 975 0054, 974 9847 • факс: (495) 916 1816, 395 1473 • e-mail: info@fbi.ru • www.fbi.ru

АмплиСенс® ВПЧ ВКР генотип-ЕPh

Форма 1 включает
3 комплекта реагентов:

1. ДНК-сорб-АМ вариант 100
Комплект реагентов для экстракции ДНК из клинического материала

2. ПЦР-комплект вариант 50 F 2 шт.
Комплект реагентов для амплификации и дифференциации ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) 16, 31, 33, 35; 18, 39, 45, 59 и 52, 56, 58, 66 типов.

3. ЭФ вариант генотип-300 2 шт.
Комплект реагентов для электрофоретической детекции продуктов амплификации в агарозном геле

Набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) 16, 31, 33, 35; 18, 39, 45, 59 и 52, 56, 58, 66 типов в биологическом материале методами полимеразной цепной реакции (ПЦР) с электрофоретической детекцией продуктов амплификации в агарозном геле

2 °C 25 °C
2 °C 8 °C
18 °C 25 °C

Регистрационный номер: V50 LOT 02.04.13 02.04.13 02.10.13

вариант ген

Комплект реагентов
для электрофоретической
детекции продуктов амплификации
в агарозном геле

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального бюджетного учреждения науки
«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

В.И.Покровский
2013 г.

