



«УТВЕЖДАЮ»

Директор

ООО «Техстрой»

А.Н. Кабкин

«27» июня 2019 г.


Фотографическое изображение медицинского изделия

**«Стол� медицинские для клинико-диагностических лабораторий  
по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019»**




**I. Стол медицинский островной для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения:**

**1. Стол медицинский островной для клинико-диагностических лабораторий СЛО-ТС 01.01**






2. Стол медицинский островной для клинико-диагностических лабораторий СЛО-ТС 01.02






3. Стол медицинский островной для клинико-диагностических лабораторий СЛО-ТС 02.01






4. Стол медицинский островной для клинко-диагностических лабораторий СЛО-ТС 02.02






**II. Стол медицинский с мойкой для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения:**

**1. Стол медицинский с мойкой для клинико-диагностических лабораторий СЛМ-ТС 00.01**






2. Стол медицинский с мойкой для клинко-диагностических лабораторий СЛМ-ТС 01.01





3. Стол медицинский с мойкой для клинико-диагностических лабораторий СЛМ-ТС 02.01





4. Стол медицинский с мойкой для клинко-диагностических лабораторий СЛМ-ТС 02.02






5. Стол медицинский с мойкой для клинико-диагностических лабораторий СЛМ-ТС 02.03










7. Стол медицинский с мойкой для клиничко-диагностических лабораторий СЛМ-ТС 65.65






**III. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения:**  
**1. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 00.00**











3. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 00.02






4. Стол медицинский для клинко-диагностических лабораторий СЛ-ТС 00.03










6. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 01.01






7. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 01.02














10. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 02.01










12. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 03.01









14. Стол медицинский для клинко-диагностических лабораторий СЛ-ТС 03.03





15. Стол медицинский для клинко-диагностических лабораторий СЛ-ТС 03.04






16. Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий СЛ-ТС 03.05






исполнения:

1. Столик медицинский подкатной для клинико-диагностических лабораторий СЛп-ТС 00.00






2. Столик медицинский подкатной для клинко-диагностических лабораторий СЛп-ТС 01.00





У. Стол медицинский угловой для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения:  
1. Стол медицинский угловой для клинико-диагностических лабораторий СЛУ-ТС 01.02





**VI. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019 в вариантах исполнения:**

**1. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 00.00**





2. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 00.01





3. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 01.00





4. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 01.01









6. Стол-тумба медицинский для клинко-диагностических лабораторий СТ-ТС 02.00





7. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 02.01





8. Стол-тумба медицинский для клинко-диагностических лабораторий СТ-ТС 02.02





9. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 02.03






10. Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий СТ-ТС 02.04






11. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 02.05






12. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 03.00






13. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 03.01





14. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 03.02





15. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 03.03





16. Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС 04.00





17. Стол-тумба медицинский для клиничко-диагностических лабораторий СТ-ТС 04.01





Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью на  
(48/сорока восьми) листах

Директор ООО «Техстрой»

Кабикин А.Н.







«УТВЕЖДАЮ»

Директор

ООО «Техстрой»

А.Н. Кабикин

«27» июля 2019 г.

Макеты этикеток медицинского изделия

**«Столы медицинские для клинико-диагностических лабораторий  
по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019»**





Производитель: ООО «Техстрой»  
Юридический адрес: 603163, Россия,  
Г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.193, П10  
Телефон/факс: (883159) 2-11-71, 2-20-36  
[www.tehstroi-nn.ru](http://www.tehstroi-nn.ru)

## Стол медицинские для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

Стол медицинский островной для клинико-диагностических лабораторий СЛО-ТС ХХ.ХХ  
Модель СЛО-ТС ХХ.ХХ-ХХ

### Назначение:

Стол предназначен для оснащения медицинских учреждений, занимающихся проведением стандартных клинических, а также гематологических, иммунологических, цитологических, биохимических, микробиологических исследований.

### Условия хранения:

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя хранится на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от -50°C до +40°C, влажности – не более 75%.

### Условия эксплуатации:

Изделие предназначено для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от +10°C до +40°C, относительной влажности воздуха – не более 75%.

### Условия утилизации:

По окончании срока службы столы должны быть утилизированы в соответствии с классом А согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

**Гарантийный срок эксплуатации:** 18 (восемнадцать) месяцев.

**Срок службы:** 7 лет

**Дата производства:** \_\_\_\_\_

**Номер партии:** \_\_\_\_\_

**ПУ №** \_\_\_\_\_





Производитель: ООО «Техстрой»  
Юридический адрес: 603163, Россия,  
Г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.193, П10  
Телефон/факс: (883159) 2-11-71, 2-20-36  
[www.tehstroj-nn.ru](http://www.tehstroj-nn.ru)

## Стол медицинские для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

Стол медицинский с мойкой для клинико-диагностических лабораторий СЛМ-ТС XX.XX

Модель СЛМ-ТС XX.XX-XX

### Назначение:

Стол предназначен для оснащения медицинских учреждений, занимающихся проведением стандартных клинических, а также гематологических, иммунологических, цитологических, биохимических, микробиологических исследований.

### Условия хранения:

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя хранится на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от -50°C до +40°C, влажности – не более 75%.

### Условия эксплуатации:

Изделие предназначено для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от +10°C до +40°C, относительной влажности воздуха – не более 75%.

### Условия утилизации:

По окончании срока службы столы должны быть утилизированы в соответствии с классом А согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

**Гарантийный срок эксплуатации:** 18 (восемнадцать) месяцев.

**Срок службы:** 7 лет

**Дата производства:** \_\_\_\_\_

**Номер партии:** \_\_\_\_\_

**ПУ №** \_\_\_\_\_





Производитель: ООО «Техстрой»  
Юридический адрес: 603163, Россия,  
Г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.193, П10  
Телефон/факс: (883159) 2-11-71, 2-20-36  
www.tehstroj-nn.ru

## Столы медицинские для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

Стол медицинский для клинико-диагностических лабораторий  
СЛ-ТС ХХ.ХХ

Модель СЛ-ТС ХХ.ХХ-ХХ

### Назначение:

Столы предназначены для оснащения медицинских учреждений, занимающихся проведением стандартных клинических, а также гематологических, иммунологических, цитологических, биохимических, микробиологических исследований.

### Условия хранения:

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя хранится на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ , влажности – не более 75%.

### Условия эксплуатации:

Изделие предназначено для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от  $+10^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ , относительной влажности воздуха – не более 75%.

### Условия утилизации:

По окончании срока службы столы должны быть утилизированы в соответствии с классом А согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 (восемнадцать) месяцев.

Срок службы: 7 лет

Дата производства: \_\_\_\_\_

Номер партии: \_\_\_\_\_

РУ № \_\_\_\_\_





Производитель: ООО «Техстрой»  
Юридический адрес: 603163, Россия,  
Г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.193, П10  
Телефон/факс: (883159) 2-11-71, 2-20-36  
[www.tehstroy-nn.ru](http://www.tehstroy-nn.ru)

## Стол медицинские для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

### Стол медицинский подкатной для клинико-диагностических лабораторий СЛп-ТС XX.XX

#### Назначение:

Стол предназначен для оснащения медицинских учреждений, занимающихся проведением стандартных клинических, а также гематологических, иммунологических, цитологических, биохимических, микробиологических исследований.

#### Условия хранения:

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя хранится на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от -50°C до +40°C, влажности – не более 75%.

#### Условия эксплуатации:

Изделие предназначено для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от +10°C до +40°C, относительной влажности воздуха – не более 75%.

#### Условия утилизации:

По окончании срока службы столы должны быть утилизированы в соответствии с классом А согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

**Гарантийный срок эксплуатации:** 18 (восемнадцать) месяцев.

**Срок службы:** 7 лет

Дата производства: \_\_\_\_\_

Номер партии: \_\_\_\_\_

РУ № \_\_\_\_\_





Производитель: ООО «Техстрой»  
Юридический адрес: 603163, Россия,  
Г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.193, П10  
Телефон/факс: (883159) 2-11-71, 2-20-36  
[www.tehstroj-nn.ru](http://www.tehstroj-nn.ru)

## Стол медицинские для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019

Стол медицинский угловой для клинико-диагностических лабораторий СЛУ-ТС ХХ.ХХ

Модель СЛУ-ТС ХХ.ХХ-ХХ

### Назначение:

Стол предназначен для оснащения медицинских учреждений, занимающихся проведением стандартных клинических, а также гематологических, иммунологических, цитологических, биохимических, микробиологических исследований.

### Условия хранения:

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя хранится на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от -50°C до +40°C, влажности – не более 75%.

### Условия эксплуатации:

Изделие предназначено для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от +10°C до +40°C, относительной влажности воздуха – не более 75%.

### Условия утилизации:

По окончании срока службы столы должны быть утилизированы в соответствии с классом А согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 (восемнадцать) месяцев.

Срок службы: 7 лет

Дата производства: \_\_\_\_\_

Номер партии: \_\_\_\_\_

У № \_\_\_\_\_





Производитель: ООО «Техстрой»  
Юридический адрес: 603163, Россия,  
Г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.193, П10  
Телефон/факс: (883159) 2-11-71, 2-20-36  
[www.tehstroj-nn.ru](http://www.tehstroj-nn.ru)

## **Столы медицинские для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 32.50.30-006-14692415-2019**

### **Стол-тумба медицинский для клинико-диагностических лабораторий СТ-ТС XX.XX**

#### **Назначение:**

Столы предназначены для оснащения медицинских учреждений, занимающихся проведением стандартных клинических, а также гематологических, иммунологических, цитологических, биохимических, микробиологических исследований.

#### **Условия хранения:**

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя хранится на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от -50°C до +40°C, влажности – не более 75%.

#### **Условия эксплуатации:**

Изделие предназначено для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от +10°C до +40°C, относительной влажности воздуха – не более 75%.

#### **Условия утилизации:**

По окончании срока службы столы должны быть утилизированы в соответствии с классом А согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

**Гарантийный срок эксплуатации:** 18 (восемнадцать) месяцев.

**Срок службы:** 7 лет

**Дата производства:** \_\_\_\_\_

**Номер партии:** \_\_\_\_\_

**РУ №** \_\_\_\_\_



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью на  
( 7 / *всех* ) листах

Директор ООО «Техстрой»

*Кабикин*  
Кабикин А.Н.

