УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора
От _____20__ г. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»
_____А.А. Комова
«___» _____ 20__г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Назначение

Изделия медицинские эластичные компрессионные лечебно-профилактические, предназначенные для проведения компрессионной терапии при лечении заболеваний, связанных с сосудистой патологией нижних конечностей, в т.ч. при варикозном расширении вен, отеках, сосудистой недостаточности, после операционных вмешательств на нижних и верхних конечностях, хронических и острых заболеваний суставов, профилактики травматических повреждений (растяжений, вывихов и др), а также для профилактики сосудистых заболеваний, посттравматических осложнений и нормализации кровообращения в области нижних конечностей, в том числе при длительных статических нагрузках, во время авиапутешествий и при выполнении работ, связанных с подъемом тяжестей, для профилактики варикозного расширения вен, улучшения кровообращения в ногах и снятия отеков ног у беременных женщин.

Тип 1. Изделия медицинские компрессионные лечебно-профилактические «ИНТЕКС» трех видов:

Вид 1 - Чулки антиэмболические двух исполнений:

Исполнение 1 – женские I, II и III класса компрессии ;

Исполнение 2 - мужские I, II и III класса компрессии ;

Вид 2 - Колготки двух исполнений:

Исполнение 1 – Колготки I и II класса компрессии;

Исполнение 2 - Колготки для беременных I класса компрессии;

Вид 3 - Бандажи семи исполнений:

Исполнение 1 – Бандаж на голеностопный сустав «Голеностоп» 0, I, II и III класса компрессии ;

Исполнение 2 - Бандаж на коленный сустав «Наколенник» 0, I, II и III класса компрессии ;

Исполнение 3 – Бандаж на голень «Гольф» с открытым носком 0, I, II и III класса компрессии ;

Исполнение 4 - Бандаж на голень «Гольф» с закрытым носком 0, I, II и III класса компрессии ;

Исполнение 5 – Бандаж на всю нижнюю конечность «Чулок» 0, I, II и III класса компрессии ;

Исполнение 6 - Бандаж на всю нижнюю конечность «Чулок мужской» 0, I и II класса компрессии;

Исполнение 7 – Бандаж на локтевой сустав «Налокотник» 0, I, II и III класса компрессии

Тип 2. Изделия медицинские компрессионные лечебно-профилактические «ИНТЕКС» Fleur трех видов:

Вид 1 – Гольфы 0, I и II класса компрессии;

Вид 2 – Чулки 0, I и II класса компрессии;

Вид 3 - Колготки двух исполнений:

Исполнение 1 – Колготки 0, I и II класса компрессии;

Исполнение 2 - Колготки для беременных I класса компрессии;

Тип 3. Изделия медицинские компрессионные лечебно-профилактические «ИНТЕКС» Elegance трех видов:

Исполнение 1 – Колготки 0, I и II класса компрессии;

Исполнение 2 - Колготки для беременных I класса компрессии;

В комплект поставки должны входить:

Тип 1. Вид 1.

- *чулки* одного исполнения, типоразмера и класса компрессии – 1 пара;
- упаковочный пакет – 1 шт.;
- вкладыш с нанесенной маркировкой – 1 шт.

Тип 1. Вид 2.

- *колготки* одного исполнения, типоразмера и класса компрессии – 1 шт.;
- упаковочный пакет – 1 шт.;
- вкладыш с нанесенной маркировкой – 1 шт.

Тип 1. Вид 3.

- *бандаж* одного исполнения, типоразмера и класса компрессии – 1 шт.;
- упаковочный пакет – 1 шт.;
- вкладыш с нанесенной маркировкой – 1 шт.

Тип 2. Вид 1.

- *гольфы* одного типоразмера и класса компрессии – 1 пара
- упаковочный пакет – 1 шт.;
- вкладыш с нанесенной маркировкой – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Тип 2. Вид 2.
- *чулки* одного типоразмера и класса компрессии – 1 пара
- упаковочный пакет – 1 шт.;
- вкладыш с нанесенной маркировкой – 1 шт.

Тип 2. Вид 3.
колготки одного исполнения, типоразмера и класса компрессии – 1 шт.;
- упаковочный пакет – 1 шт.;
- вкладыш с нанесенной маркировкой – 1 шт.

2. Основные технические характеристики

Основные параметры чулок антиэмболических женских и мужских (Тип 1, Вид1. Исполнение 1-2) должны соответствовать требованиям представленным таблице 1.

Таблица №1

Наименование параметра	Норма
1. Поверхностная плотность, г/м^2	не менее 200,0, но не более 300,0
2. Разрывная нагрузка до и после стирки, кгс;	не менее 9,0
3. Растяжимость (по длине) до и после стирки, %;	не менее 120,0
4. Изменение линейных размеров (усадка) после первой стирки, %;	не более 20,0
5. Остаточная деформация до и после стирки, %.	не более 10,0

Основные параметры колготок (Тип 1, Вид 2, Исполнение 1,2) должны соответствовать требованиям, представленным таблице 2.

Таблица №2

Наименование параметра	Норма
1. Поверхностная плотность, г/м^2; - I класс компрессии - II класс компрессии	 не менее 150,0, но не более 300,0 не менее 200,0, но не более 400,0
2. Разрывная нагрузка до и после стирки, кгс;	не менее 9,0
3. Растяжимость (по длине) до и после стирки, %;	не менее 120,0
4. Изменение линейных размеров (усадка) после первой стирки, %;	не более 20,0
5. Остаточная деформация до и после стирки, %.	не более 10,0

Основные параметры бандажа (Тип 1, Вид 3, Исполнение 1-7) должны соответствовать требованиям, представленным таблице 3.

Таблица №3

Наименование параметра	Норма
1. Поверхностная плотность, г/м^2	не менее 200,0, но не более 400,0
2. Разрывная нагрузка до и после стирки, кгс	не менее 9,0
3. Растяжимость (по длине) до и после стирки, %;	не менее 120,0
4. Изменение линейных размеров (усадка) после первой стирки, %;	не более 20,0
5. Остаточная деформация до и после стирки, %.	не более 10,0

Основные параметры изделий медицинских компрессионных лечебно-профилактических «ИНТЕКС» Fleur и «ИНТЕКС» Elegance (Тип 2, Вид 1-3, Исполнение 1-2) должны соответствовать требованиям, представленным таблице 4.

Таблица №4

Наименование параметра	Норма
1. Поверхностная плотность, г/м^2: 0 класс компрессии и I класс компрессии: - участок b; - участок c; - участок g. II класс компрессии: - участок b; - участок c; - участок g.	 160,0 ± 20,0 140,0 ± 20,0 120,0 ± 20,0 200,0 ± 20,0 180,0 ± 20,0 160,0 ± 20,0
2. Разрывная нагрузка до и после стирки, кгс;	не менее 7,0
3. Растяжимость (по длине) до и после стирки, %;	не менее 120,0
4. Изменение линейных размеров (усадка) после первой стирки, %;	не более 20,0
5. Остаточная деформация до и после стирки, %.	не более 10,0

Для изготовления Изделий должны быть использованы следующие материалы:

Тип 1:
- полиамид, производство фирмы «Fine-Elast Umspinnwerk GmbH», Германия;
- эластан, производство фирмы «Fine-Elast Umspinnwerk GmbH», Германия;
- эластичная резинка с силиконовым покрытием, производство фирмы «Julius Boos jr. GmbH & Co. KG» Германия (Вид 1);
- текстильная застежка типа «Вилькро», по ТУ 17-00010406-111-96 (Вида 1 (чулки мужские), Вид 3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

сетка матовая для вставке на животе (полиамид 83%; эластан 17%), производства фирмы «PIAVE MAITEX SPA», Италия (Вид 2 Исполнение 2).

Тип 2:

- нити полиамидные ПА 6, ПА 66, производства фирмы «CONTIFIBRE SpA», Италия;
- эластичная комбинированная пряжа из синтетических волокон (эластан (лайкра), полиамид, полиэфир, акрил), производства фирмы «Fine-Elast Umspinnwerk GmbH», Германия (процентное содержание лайкры не менее 15 %);
- тесьма эластичная из синтетических нитей с силиконовым покрытием, производства фирмы «Julius Boos jr. GmbH & Co. KG», Германия (Вид 2);
- тесьма эластичная из синтетических нитей, производства фирмы «Julius Boos jr. GmbH & Co. KG», Германия (Вид 3);
- сетка матовая для вставке на животе (полиамид 83%; эластан 17%), производства фирмы «PIAVE MAITEX SPA», Италия (Вид 3 Исполнение 2).

Тип 3:

- нити полиамидные ПА 6, ПА 66, производства фирмы «CONTIFIBRE SpA», Италия;
- эластичная комбинированная пряжа из синтетических волокон (эластан (лайкра), полиамид, полиэфир, акрил), производства фирмы «Fine-Elast Umspinnwerk GmbH», Германия (процентное содержание лайкры не менее 20 %).
- тесьма эластичная из синтетических нитей с силиконовым покрытием, производства фирмы «Julius Boos jr. GmbH & Co. KG», Германия (Вид 2);
- тесьма эластичная из синтетических нитей, производства фирмы «Julius Boos jr. GmbH & Co. KG», Германия (Вид 3);

сетка матовая для вставке на животе (полиамид 83%; эластан 17%), производства фирмы «PIAVE MAITEX SPA», Италия (Вид 3 Исполнение 2).

Изделия соответствуют основным техническим параметрам:

- Чулки антиэмболические (Тип 1. Вид 1) представляют собой контурные изделия, соответствующие конфигурации нижних конечностей без сформированной пятки, с бортом из эластичной резинки с силиконовым покрытием и окантовкой выреза в области мыска.
- Колготки и колготки для беременных (Тип 1,. Вид 2. Исполнение 1-2., Тип 2-3. Вид 3. Исполнение 1-2) представляют собой контурные изделия, соответствующие анатомической конфигурации нижних конечностей, которые имеют сформированную пятку и закрытый мысок. Колготки имеют вшитую фигурную ластовицу. Колготки для беременных имеют растягивающуюся сетчатую вставку на животе.
- Бандажи (Тип 1. Вид 3. Исполнение 1-7) представляют собой цельновязанные контурные изделия, соответствующие конфигурации верхних и нижних конечностей.
- Гольфы (Тип 2-3. Вид 1) представляют собой контурные изделия, соответствующие анатомической конфигурации нижних конечностей, которые имеют сформированную пятку и закрытый мысок.
- Чулки (Тип 2-3. Вид 2) представляют собой контурные изделия, соответствующие анатомической конфигурации нижних конечностей, которые имеют сформированную пятку и закрытый мысок. Чулки у верхнего основания имеют пришитый борт из эластичной резинки с фиксирующим силиконовым покрытием.

3. Противопоказания к применению

Изделия не могут применяться при наличии у пациента облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей(атеросклероз, эндартериит, синдром Рейно), диабетической ангиопатии, дерматита неясного происхождения.

4. Подготовка к работе бандажа

Достать Изделия из индивидуальной коробки. Внимательно прочитать инструкцию по применению бандажа. Сидя, заняв удобную, устойчивую позу, надеть бандаж на конечность, равномерно (без складок) распределив его по длине. Не допускается надевать бандаж «ИНТЕКС» поверх другой повязки или одежды.

5. Порядок работы бандажа

Изделия медицинские эластичные компрессионные лечебно-профилактические за счет равномерного и правильно распределенной компрессии создают дополнительный каркас вокруг больных вен и суставов, ускоряя отток венозной крови. При этом значительно снижается риск образования тромбов, предотвращается развитие отека, защищается проблемная кожа от механической травмы. Время ношения бандажа определяет врач.

6. Правила хранения и использования

Изделия медицинские эластичные компрессионные лечебно-профилактические назначению указанному на упаковке и в соответствии с инструкцией

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

поставляемой вместе с изделием. Хранить Изделия необходимо в теплом и сухом помещении. После нахождения бандажа при минусовой температуре, перед использованием, необходимо достать его из упаковки и дать ему время принять комнатную температуру. Стирать бандажи только в ручную с использованием стирального порошка без хлора и хлорсодержащих элементов.

Начальник производства _____ А.Н. Клименко

(подпись)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью
5 (пять) листов

КОПИЯ ВЕРНА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРН 8670В7 г.МОСКВА
"ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп."

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора
От _____20__ г. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»
_____А.А. Комова
«__» _____ 20__г.
М.п.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. Назначение

Изделия медицинские эластичные компрессионные лечебно-профилактические, предназначенные для проведения компрессионной терапии при лечении заболеваний, связанных с сосудистой патологией нижних конечностей, в т.ч. при варикозном расширении вен, отеках, сосудистой недостаточности, после операционных вмешательств на нижних и верхних конечностях, хронических и острых заболеваний суставов, профилактики травматических повреждений (растяжений, вывихов и др), а также для профилактики сосудистых заболеваний, посттравматических осложнений и нормализации кровообращения в области нижних конечностей, в том числе при длительных статических нагрузках, во время авиапутешествий и при выполнении работ, связанных с подъемом тяжестей, для профилактики варикозного расширения вен, улучшения кровообращения в ногах и снятия отеков ног у беременных женщин.

Тип 1. Изделия медицинские компрессионные лечебно-профилактические «ИНТЕКС» трех видов:

Вид 1 - Чулки антиэмболические двух исполнений:

Исполнение 1 – женские I, II и III класса компрессии ;

Исполнение 2 - мужские I, II и III класса компрессии ;

Вид 2 - Колготки двух исполнений:

Исполнение 1 – Колготки I и II класса компрессии;

Исполнение 2 - Колготки для беременных I класса компрессии;

Вид 3 - Бандажи семи исполнений:

Исполнение 1 – Бандаж на голеностопный сустав «Голеностоп» 0, I, II и III класса компрессии ;

Исполнение 2 - Бандаж на коленный сустав «Наколенник» 0, I, II и III класса компрессии ;

Исполнение 3 – Бандаж на голень «Гольф» с открытым носком 0, I, II и III класса компрессии ;

Исполнение 4 - Бандаж на голень «Гольф» с закрытым носком 0, I, II и III класса компрессии ;

Исполнение 5 – Бандаж на всю нижнюю конечность «Чулок» 0, I, II и III класса компрессии ;

Исполнение 6 - Бандаж на всю нижнюю конечность «Чулок мужской» 0, I и II класса компрессии;

Исполнение 7 – Бандаж на локтевой сустав «Налокотник» 0, I, II и III класса компрессии

Тип 2. Изделия медицинские компрессионные лечебно-профилактические «ИНТЕКС» Fleur трех видов:

Вид 1 – Гольфы 0, I и II класса компрессии;

Вид 2 – Чулки 0, I и II класса компрессии;

Вид 3 - Колготки двух исполнений:

Исполнение 1 – Колготки 0, I и II класса компрессии;

Исполнение 2 - Колготки для беременных I класса компрессии;

Тип 3. Изделия медицинские компрессионные лечебно-профилактические «ИНТЕКС» Elegance трех видов:

Исполнение 1 – Колготки 0, I и II класса компрессии;

Исполнение 2 - Колготки для беременных I класса компрессии;

В комплект поставки должны входить:

Тип 1. Вид 1.

- *чулки* одного исполнения, типоразмера и класса компрессии – 1 пара;
- упаковочный пакет – 1 шт.;
- вкладыш с нанесенной маркировкой – 1 шт.

Тип 1. Вид 2.

- *колготки* одного исполнения, типоразмера и класса компрессии – 1 шт.;
- упаковочный пакет – 1 шт.;
- вкладыш с нанесенной маркировкой – 1 шт.

Тип 1. Вид 3.

- *бандаж* одного исполнения, типоразмера и класса компрессии – 1 шт.;
- упаковочный пакет – 1 шт.;
- вкладыш с нанесенной маркировкой – 1 шт.

Тип 2. Вид 1.

- *гольфы* одного типоразмера и класса компрессии – 1 пара
- упаковочный пакет – 1 шт.;
- маркировкой – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Тип 2. Вид 2.

- *чулки* одного типоразмера и класса компрессии – 1 пара
- упаковочный пакет – 1 шт.;
- вкладыш с нанесенной маркировкой – 1 шт.

Тип 2. Вид 3.

колготки одного исполнения, типоразмера и класса компрессии – 1 шт.;

- упаковочный пакет – 1 шт.;
- вкладыш с нанесенной маркировкой – 1 шт.

2. Основные технические характеристики

Основные параметры чулок антиэмболических женских и мужских (Тип 1, Вид1. Исполнение 1-2) должны соответствовать требованиям представленным таблице 1.

Таблица №1

Наименование параметра	Норма
1. Поверхностная плотность, г/м^2	не менее 200,0, но не более 300,0
2. Разрывная нагрузка до и после стирки, кгс;	не менее 9,0
3. Растяжимость (по длине) до и после стирки, %;	не менее 120,0
4. Изменение линейных размеров (усадка) после первой стирки, %;	не более 20,0
5. Остаточная деформация до и после стирки, %.	не более 10,0

Основные параметры колготок (Тип 1, Вид 2, Исполнение 1,2) должны соответствовать требованиям, представленным таблице 2.

Таблица №2

Наименование параметра	Норма
1. Поверхностная плотность, г/м^2; - I класс компрессии - II класс компрессии	 не менее 150,0, но не более 300,0 не менее 200,0, но не более 400,0
2. Разрывная нагрузка до и после стирки, кгс;	не менее 9,0
3. Растяжимость (по длине) до и после стирки, %;	не менее 120,0
4. Изменение линейных размеров (усадка) после первой стирки, %;	не более 20,0
5. Остаточная деформация до и после стирки, %.	не более 10,0

Основные параметры бандажа (Тип 1, Вид 3, Исполнение 1-7) должны соответствовать требованиям, представленным таблице 3.

Таблица №3

Наименование параметра	Норма
1. Поверхностная плотность, г/м^2	не менее 200,0, но не более 400,0
2. Разрывная нагрузка до и после стирки, кгс	не менее 9,0
3. Растяжимость (по длине) до и после стирки, %;	не менее 120,0
4. Изменение линейных размеров (усадка) после первой стирки, %;	не более 20,0
5. Остаточная деформация до и после стирки, %.	не более 10,0

Основные параметры изделий медицинских компрессионных лечебно-профилактических «ИНТЕКС» Fleur и «ИНТЕКС» Elegance (Тип 2, Вид 1-3, Исполнение 1-2) должны соответствовать требованиям, представленным таблице 4.

Таблица №4

Наименование параметра	Норма
1. Поверхностная плотность, г/м^2: 0 класс компрессии и I класс компрессии: - участок b; - участок c; - участок g. II класс компрессии: - участок b; - участок c; - участок g.	 160,0 ± 20,0 140,0 ± 20,0 120,0 ± 20,0 200,0 ± 20,0 180,0 ± 20,0 160,0 ± 20,0
2. Разрывная нагрузка до и после стирки, кгс;	не менее 7,0
3. Растяжимость (по длине) до и после стирки, %;	не менее 120,0
4. Изменение линейных размеров (усадка) после первой стирки, %;	не более 20,0
5. Остаточная деформация до и после стирки, %.	не более 10,0

Для изготовления Изделий должны быть использованы следующие материалы:

Тип 1:

- полиамид, производство фирмы «Fine-Elast Umspinnwerk GmbH», Германия;
- эластан, производство фирмы «Fine-Elast Umspinnwerk GmbH», Германия;
- эластичная резинка с силиконовым покрытием, производство фирмы «Julius Boos jr. GmbH & Co. KG» Германия (Вид 1);
- текстильная застежка типа «Вилькро», по ТУ 17-00010406-111-96 (Вида 1 (чулки мужские), Вид 3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

сетка матовая для вставке на животе (полиамид 83%; эластан 17%), производства фирмы «PIAVE MAITEX SPA», Италия (Вид 2 Исполнение 2).

Тип 2:

- нити полиамидные ПА 6, ПА 66, производства фирмы «CONTIFIBRE SpA», Италия;
- эластичная комбинированная пряжа из синтетических волокон (эластан (лайкра), полиамид, полиэфир, акрил), производства фирмы «Fine-Elast Umspinnwerk GmbH», Германия (процентное содержание лайкры не менее 15 %);
- тесьма эластичная из синтетических нитей с силиконовым покрытием, производства фирмы «Julius Boos jr. GmbH & Co. KG», Германия (Вид 2);
- тесьма эластичная из синтетических нитей, производства фирмы «Julius Boos jr. GmbH & Co. KG», Германия (Вид 3);
- сетка матовая для вставке на животе (полиамид 83%; эластан 17%), производства фирмы «PIAVE MAITEX SPA», Италия (Вид 3 Исполнение 2).

Тип 3:

- нити полиамидные ПА 6, ПА 66, производства фирмы «CONTIFIBRE SpA», Италия;
- эластичная комбинированная пряжа из синтетических волокон (эластан (лайкра), полиамид, полиэфир, акрил), производства фирмы «Fine-Elast Umspinnwerk GmbH», Германия (процентное содержание лайкры не менее 20 %).
- тесьма эластичная из синтетических нитей с силиконовым покрытием, производства фирмы «Julius Boos jr. GmbH & Co. KG», Германия (Вид 2);
- тесьма эластичная из синтетических нитей, производства фирмы «Julius Boos jr. GmbH & Co. KG», Германия (Вид 3);

сетка матовая для вставке на животе (полиамид 83%; эластан 17%), производства фирмы «PIAVE MAITEX SPA», Италия (Вид 3 Исполнение 2).

Изделия соответствуют основным техническим параметрам:

- Чулки антиэмболические (Тип 1. Вид 1) представляют собой контурные изделия, соответствующие конфигурации нижних конечностей без сформированной пятки, с бортом из эластичной резинки с силиконовым покрытием и окантовкой выреза в области мыска.
- Колготки и колготки для беременных (Тип 1,. Вид 2. Исполнение 1-2., Тип 2-3. Вид 3. Исполнение 1-2) представляют собой контурные изделия, соответствующие анатомической конфигурации нижних конечностей, которые имеют сформированную пятку и закрытый мысок. Колготки имеют вшитую фигурную ластовицу. Колготки для беременных имеют растягивающуюся сетчатую вставку на животе.
- Бандажи (Тип 1. Вид 3. Исполнение 1-7) представляют собой цельновязанные контурные изделия, соответствующие конфигурации верхних и нижних конечностей.
- Гольфы (Тип 2-3. Вид 1) представляют собой контурные изделия, соответствующие анатомической конфигурации нижних конечностей, которые имеют сформированную пятку и закрытый мысок.
- Чулки (Тип 2-3. Вид 2) представляют собой контурные изделия, соответствующие анатомической конфигурации нижних конечностей, которые имеют сформированную пятку и закрытый мысок. Чулки у верхнего основания имеют пришитый борт из эластичной резинки с фиксирующим силиконовым покрытием.

3. Противопоказания к применению

Изделия не могут применяться при наличии у пациента облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей(атеросклероз, эндартериит, синдром Рейно), диабетической ангиопатии, дерматита неясного происхождения.

4. Подготовка к работе бандажа

Достать Изделия из индивидуальной коробки. Внимательно прочитать инструкцию по применению бандажа. Сидя, заняв удобную, устойчивую позу, надеть бандаж на конечность, равномерно (без складок) распределив его по длине. Не допускается надевать бандаж «ИНТЕКС» поверх другой повязки или одежды.

5. Порядок работы бандажа

Изделия медицинские эластичные компрессионные лечебно-профилактические за счет равномерного и правильно распределенной компрессии создают дополнительный каркас вокруг больных вен и суставов, ускоряя отток венозной крови. При этом значительно снижается риск образования тромбов, предотвращается развитие отека, защищается проблемная кожа от механической травмы. Время ношения бандажа определяет врач.

6. Правила хранения и использования

Изделия медицинские эластичные компрессионные лечебно-профилактические используются только по назначению указанному на упаковке и в соответствии с инструкцией

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

поставляемой вместе с изделием. Хранить Изделия необходимо в теплом и сухом помещении. После нахождения бандажа при минусовой температуре, перед использованием, необходимо достать его из упаковки и дать ему время принять комнатную температуру. Стирать бандажи только в ручную с использованием стирального порошка без хлора и хлорсодержащих элементов.

Начальник производства  А.Н. Клименко

(подпись)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью
5 (пять) листов

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU