


Набор реагентов АмплиСенс® Denge virus-FL после вскрытия упаковки
с указанием компонентов изделия (Форма 1)

1. ОКО (7 пробирок); 2. К- (1 пробирка); 3. К+ DV / ICZ (1 пробирка); 4. ПКО DV (1 пробирка); 5. ВКО ICZ-гес (1 пробирка); 6. RT-G-mix-2 (1 пробирка); 7. ПЦР-буфер-С (1 пробирка); 8. ТМ-Реввертаза (MMLv) (1 пробирка); 9. ПЦР-смесь-FL DV (1 пробирка); 10. Полимераза (TaqF) (1 пробирка).






Фотография общего вида набора реагентов АмплиСенс® *Denge virus-FL* формы комплектации 1 до вскрытия упаковки


Набор реагентов АмплиСенс® Denge virus-FL после вскрытия упаковки
с указанием компонентов изделия (Форма 1)

1. ОКО (7 пробирок); 2. К- (1 пробирка); 3. К+ DV / ICZ (1 пробирка); 4. ПКО DV (1 пробирка);
5. ВКО ICZ-гес (1 пробирка); 6. RT-G-mix-2 (1 пробирка); 7. ПЦР-буфер-С (1 пробирка);
8. ТМ-Ревертаза (MMIv) (1 пробирка); 9. ПЦР-смесь-FL DV (1 пробирка); 10. Полимераза (TaqF) (1 пробирка).






Фотография общего вида набора реагентов АмплиСенс® *Denge virus-FL* формы комплектации 2 до вскрытия упаковки



Набор реагентов АмплиСенс® *Denge virus-FL* после вскрытия упаковки
с указанием компонентов изделия (Форма 2)

1. ОКО (7 пробирок); 2. ПЦР-смесь *DV-Lyo* (48 пробирок); 3. К- (1 пробирка);
4. ПКО *DV* (1 пробирка); 5. ВКО *ICZ-гес* (1 пробирка); 6. К+ *DV/ICZ* (1 пробирка).



«УТВЕРЖДАЮ»


Зам. директора ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора

В.В.Малеев

2017 г.

Набор реагентов АмплиСенс® *Denge virus* -ГТ, после вскрытия упаковки
с указанием компонентов изделия (Форма 2)

1. ОКО (7 пробирок);
2. ПЦР-смесь DV-Lyo (48 пробирок);
3. К⁻ (1 пробирка);
4. ПКО DV (1 пробирка);
5. ВКО ICZ-рес (1 пробирка);
6. К⁺ DV / ICZ (1 пробирка).












«УТВЕРЖДАЮ»


Зам. директора Федерального бюджетного учреждения науки
«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

«29»

В.В. Малеев
2017 г.

Образцы наклеек и этикеток набора реагентов АмплиСенс® Dengue virus-FL

Наименование реагента	Образец этикетки
ПЦР-смесь-FL DV	
ПЦР-смесь DV-Lyo	
ПЦР-буфер-С	
Полимераза (TaqF)	
TM-Ревертаза (MMiv)	
RT-G-mix-2	
K+ DV / ICZ	
K-	
ПКО DV	
ВКО ICZ-rec	
ОКО	

Наименование комплекта	Образец наклейки												
«ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F (Часть 1 из 2)	 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423 e-mail: amplisens@pcr.ru www.pcr.ru    Набор реагентов для диагностики in vitro АмплиСенс® Dengue virus-FL ТУ 9398-239-01897593-2016 Форма 1 включает комплект реагентов «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F Состоит из 2 частей Часть 1 из 2. Состав: <table> <tr> <td>K+ DV / ICZ</td> <td>0,2 мл x 1</td> </tr> <tr> <td>K-</td> <td>0,2 мл x 1</td> </tr> <tr> <td>ПКО DV</td> <td>0,1 мл x 1</td> </tr> <tr> <td>ВКО ICZ-rec</td> <td>0,5 мл x 1</td> </tr> <tr> <td>ОКО</td> <td>1,2 мл x 7</td> </tr> </table>      Свидетельство на товарный знак № 212724 Регистрационный номер:	K+ DV / ICZ	0,2 мл x 1	K-	0,2 мл x 1	ПКО DV	0,1 мл x 1	ВКО ICZ-rec	0,5 мл x 1	ОКО	1,2 мл x 7		
K+ DV / ICZ	0,2 мл x 1												
K-	0,2 мл x 1												
ПКО DV	0,1 мл x 1												
ВКО ICZ-rec	0,5 мл x 1												
ОКО	1,2 мл x 7												
«ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F (Часть 2 из 2)	 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423 e-mail: amplisens@pcr.ru www.pcr.ru    Набор реагентов для диагностики in vitro АмплиСенс® Dengue virus-FL ТУ 9398-239-01897593-2016 Форма 1 включает комплект реагентов «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F Состоит из 2 частей Часть 2 из 2. Состав: <table> <tr> <td>ПЦР-смесь-FL DV</td> <td>0,6 мл x 1</td> </tr> <tr> <td>ПЦР-буфер-С</td> <td>0,3 мл x 1</td> </tr> <tr> <td>Полимераза (TaqF)</td> <td>0,03 мл x 1</td> </tr> <tr> <td>ТМ-Реввертаза (MMiv)</td> <td>0,015 мл x 1</td> </tr> <tr> <td>RT-G-mix-2</td> <td>0,015 мл x 1</td> </tr> </table>      Свидетельство на товарный знак № 212724 Регистрационный номер:	ПЦР-смесь-FL DV	0,6 мл x 1	ПЦР-буфер-С	0,3 мл x 1	Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 1	ТМ-Реввертаза (MMiv)	0,015 мл x 1	RT-G-mix-2	0,015 мл x 1		
ПЦР-смесь-FL DV	0,6 мл x 1												
ПЦР-буфер-С	0,3 мл x 1												
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 1												
ТМ-Реввертаза (MMiv)	0,015 мл x 1												
RT-G-mix-2	0,015 мл x 1												
«ПЦР-комплект» вариант FRT-L	 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423 e-mail: amplisens@pcr.ru www.pcr.ru    Набор реагентов для диагностики in vitro АмплиСенс® Dengue virus-FL ТУ 9398-239-01897593-2016 Форма 2 включает комплект реагентов «ПЦР-комплект» вариант FRT-L Состав комплекта: <table> <tr> <td>ПЦР-смесь DV-Lyo</td> <td>- x 48</td> </tr> <tr> <td>K+ DV / ICZ</td> <td>0,2 мл x 1</td> </tr> <tr> <td>K-</td> <td>0,2 мл x 1</td> </tr> <tr> <td>ПКО DV</td> <td>0,1 мл x 1</td> </tr> <tr> <td>ВКО ICZ-rec</td> <td>0,5 мл x 1</td> </tr> <tr> <td>ОКО</td> <td>1,2 мл x 7</td> </tr> </table>   ПЦР-смесь DV-Lyo  ПЦР-смесь DV-Lyo     Свидетельство на товарный знак № 212724 Регистрационный номер:	ПЦР-смесь DV-Lyo	- x 48	K+ DV / ICZ	0,2 мл x 1	K-	0,2 мл x 1	ПКО DV	0,1 мл x 1	ВКО ICZ-rec	0,5 мл x 1	ОКО	1,2 мл x 7
ПЦР-смесь DV-Lyo	- x 48												
K+ DV / ICZ	0,2 мл x 1												
K-	0,2 мл x 1												
ПКО DV	0,1 мл x 1												
ВКО ICZ-rec	0,5 мл x 1												
ОКО	1,2 мл x 7												

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 2 лист

Зам. директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора



В.И.Малеев